



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015**

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las **09:00** horas del día **1 de diciembre de 2015**, en el Aula de usos múltiples de la Unidad del Paciente Ambulatorio (UPA) del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, ubicado en Avenida Vasco de Quiroga Número 15 Colonia Belisario Domínguez Sección XVI Código Postal 14080 Delegación Tlalpan, se reunieron los Servidores Públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como del numeral 2.1 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el **Pas. Lic. Delfino Javier Flores Flores, Jefe del Departamento de Adquisiciones**, servidor público designado por la convocante, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por si o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se le permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El presidente del Acto, fue asistido por los representantes del Área Usuaría de los diferentes departamentos involucrados, los cuales solventaron las preguntas de carácter técnico, el representante del Departamento de Adquisiciones, el cual solventó las preguntas de carácter administrativo, y el representante del Departamento de Asesoría Jurídica el cual solventó las preguntas de carácter normativo y legal cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El presidente del Acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la Convocante como en el correo electrónico señalado en la respectiva convocatoria de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. DE PREGUNTAS	No. DE HOJAS
1	B BRAUN MEDICAL DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	6	2
2	FRESENIUS MEDICAL CARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	12	2
3	PROGRAMACIÓN COMERCIAL APLICADA, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	14	2
4	INSTRUMENTOS BIOMEDICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	3	2
5	UCIN MEDICA, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	10	2
6	NADRO S.A.P.I. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	1	1
7	TECNOLOGIA MEDICA DIART, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	3	1



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015**

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

8	MC ALLEN INTERNACIONAL ABASTOS, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	7	2
9	HOSPITECNICA, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	7	3
10	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	4	1
11	GL MEDICA, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	7	2
12	LEVBETH MEDICAL, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	9	2
13	DISGRUMEX, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	2	1
14	MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	13	3
15	SELECCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	5	2
16	ELIHELP, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	6	2
17	MERXAM CORPORATIVO S. DE R.L. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	6	3

a) También se hace constar que los siguientes licitantes presentan Escrito de interés en participar, sin presentar preguntas:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
1	TERUMO MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
2	GRUPO MERSEI, S.A. DE C.V.
3	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.
4	RAPPYD, S.A. DE C.V.
5	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V.
6	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V.
7	TRANSMEDICAL, S.A. DE C.V.

LA CONVOCANTE REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA:

- SE SUGIERE LEER DETENIDAMENTE LA PRESENTE CONVOCATORIA YA QUE EXISTEN CAMBIOS SUSTANCIALES EN LA NUMERACIÓN DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS, EN LOS ANEXOS (EN ESPECIAL EL ANEXO 7) Y EN GENERAL EN EL RESTO DE LA CONVOCATORIA, ESTO CON RESPECTO A CONVOCATORIAS ANTERIORES.
- SE ACLARA QUE EN EL ANEXO 17, LOS NÚMEROS DE PARTIDAS FALTANTES CORRESPONDEN A PARTIDAS CANCELADAS.
- SE SUGIERE A LOS LICITANTES QUE EN EL ANEXO 7, LA COLUMNA DENOMINADA "PRECIO UNITARIO" SE PRESENTE CON LETRA ARIAL 12 NEGRILLA, YA QUE ESTO PERMITIRÁ TANTO AL LICITANTE COMO AL INSTITUTO REALIZAR UNA MEJOR REVISIÓN DE DICHS PRECIOS.
- PARA LOS LICITANTES QUE NO ASISTERON A ESTE EVENTO, SE LES INFORMA QUE PARA OBTENER SU NÚMERO DE LICITANTE DEBEN COMUNICARSE VÍA TELEFÓNICA (54-87-09-00 EXT. 2932) O DE MANERA PERSONAL CON EL C. ROLANDO ARTURO HERNÁNDEZ AYALA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015**

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

ACLARACIONES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA:

1.- EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA SOLICITA LA CANCELACION DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 98, 500, 501, 518, 771, 772, 773, 774, 775,

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante (cuando aplique) como se indica a continuación:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: B BRAUN MEDICAL DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.

A. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA: 38 CLAVE: 02006790

1/6 ¿Solicitamos atentamente a la convocante se elimine la palabra "Avagard" ya que indica marca del fabricante, favor de indicar si es posible cotizar en presentación caja cerrada con 10 piezas.?

R= SE ELIMINA LA PALABRA Y SE ACEPTA PROPUESTA

A. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA: 52 CLAVE: 02010600

2/6 ¿ Solicitamos atentamente a la convocante cotizar Banco de 3 llaves de color azul con cuerpo transparente, con conexiones universales, compatible con cualquier conexión, para infusión simultanea de soluciones, medicamentos, medición de PVC y monitoreo hemodinamico. Diseñado de material resistente a cuarteaduras, grietas o roturas, que evita la fuga durante la infusión de fármacos. Ajuste de giro táctil topado cada 45° que asegura la apertura del canal de infusión, y libre rotación sobre su propio eje 360°, que facilita la fijación y evita desconexiones accidentales y torceduras del acceso vascular. Empaque caja 100 piezas, se presentará muestra para su debida evaluación?

R= SI

A. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA: 193 CLAVE: 02053450

3/6 ¿Solicitamos atentamente a la convocante cotizar en presentación caja cerrada de 50 piezas?

R=SE ACEPTA

A. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA: 263 CLAVE: 02075000

4/6 ¿Solicitamos atentamente a la convocante indicar si es posible cotizar extensión para perfusor de 150 cms, presentación caja cerrada con 100piezas?

R= SE ACEPTA SUJETA A EVALUACION

A. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA: 265 CLAVE: 02075800



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015**

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

5/6 ¿Solicitamos atentamente a la convocante cotizar Llave de 3 vías de color azul con cuerpo transparente, para infusión simultanea de soluciones, medicamentos, medición de PVC y monitoreo hemodinamico. Diseñado de material resistente a cuarteaduras, grietas o roturas, que evita la fuga durante la infusión de fármacos. Ajuste de giro táctil topado cada 45° que asegura la apertura del canal de infusión, y libre rotación sobre su propio eje 360°, que facilita la fijación y evita desconexiones accidentales y torceduras del acceso vascular. Empaque caja 100 piezas, se presentará muestra para su debida evaluación?

R= SI

A. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA: 456 CLAVE: 02122063

6/6 ¿Solicitamos atentamente a la convocante cotizar conector libre de agujas ideal para inyección y extracción para accesos venosos y arteriales con presión positiva de 0.03 ml y volumen residual de 0.20 ml, con entrada universal para conexiones seguras luer-lock y luer slip, conector no hemolítico, libre de metales, resistente a soluciones lipídicas, citostáticos y soluciones hiperosmolares y libre de latex. Caja cerrada 200 piezas?

R= PRESENTAR MUESTRA SUJETA A EVALUACION

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FRESENIUS MEDICAL CARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.

A. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17)

1/2. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar filtro Optiflux F16NR para sustituir dializador Hemoflow F7 con superficie 1.6 m2 de polisulfona relacionado en la partida 714, toda vez que el filtro Optiflux implica mejora e innovación tecnológica.

R= SE CANCELA

2/2 Solicitamos a la convocante nos permita ofertar filtro Optiflux F18NR para sustituir dializador Hemoflow F8 con superficie 1.8 m2 de polisulfona relacionado en la partida 489, toda vez que el filtro Optiflux implica mejora e innovación tecnológica.

R= SE CANCELA

B. PREGUNTAS RELATIVAS A CUALQUIER OTRO PUNTO DE LA CONVOCATORIA

PUNTO DE REFERENCIA: 4.2 REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS INCISO I. Anexo 12.

1/12. ¿En caso de que a mi representada no le aplique el Anexo 12, es correcto entender que debemos presentar la carta que a la letra dice "En caso de que algún documento no le sea aplicable al Licitante, deberá presentar una carta bajo protesta de decir verdad dirigida a el Instituto, indicando: *A mi representada no le aplica el presente documento en virtud de _____ (indicar motivo)*", sin ser necesario incluir el anexo con la leyenda No Aplica o debemos entregar ambos documentos?

R=DEBERAN PRESENTAR LA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y LA LEYENDA "NO APLICA" DEBERÁN SEÑALARLA EN EL ANEXO 5

PUNTO DE REFERENCIA: 4.2 REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS INCISO J.

2/12. Mi representada no pertenece a la estratificación de Micro, Pequeña y Mediana empresa, por lo cual solicitamos a la convocante nos confirme que bastara con presentar carta que a la letra dice "En caso de que algún documento no le sea aplicable al Licitante, deberá presentar una carta bajo protesta de decir verdad dirigida a el Instituto, indicando: *A mi representada no le aplica el presente documento en virtud de _____ (indicar motivo)*", manifestando que somos una empresa Grande.

R=ES CORRECTA SU APRECIACION



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015**

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

PUNTO DE REFERENCIA: 4.2 REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS INCISO K.

3/12. Solicitamos a la convocante nos confirme que en caso de no participar de manera conjunta no será necesario presentar la carta que a la letra dice "En caso de que algún documento no le sea aplicable al Licitante, deberá presentar una carta bajo protesta de decir verdad dirigida a el Instituto, indicando: *A mi representada no le aplica el presente documento en virtud de _____ (indicar motivo)*".

R=ES CORRECTA SU APRECIACION

PUNTO DE REFERENCIA: 4.3 REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS. Anexo 7.

4/12. Solicitamos a la convocante nos confirme que es correcto escribir "No Aplica" en la columna "Tiempo de Entrega (solo casos especiales)" cuando no exceda los 30 días para entregar.

R=ES CORRECTA SU APRECIACION

PUNTO DE REFERENCIA: 4.3 REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS. Anexo 7.

5/12. Solicitamos a la convocante nos confirme que es correcto requisitar dicho anexo, solo con las partidas en las que participaremos.

R=ES CORRECTA SU APRECIACION

PUNTO DE REFERENCIA: 4.3 REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS. INCISO C.

6/12. Para el caso de mi representada que es titular del registro sanitario en México, filial y distribuidor exclusivo del fabricante, solicitamos a la convocante nos confirme que para dar cumplimiento a este punto será suficiente solo presentar identificación oficial del representante legal en México.

R=ES CORRECTA SU APRECIACION

PUNTO DE REFERENCIA: 4.3 REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS. INCISO D. Anexo 8. Nota2.

7/12. Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que en caso de ser adjudicados, podrán ser ajustadas las cantidades solicitadas de acuerdo al factor de empaque.

R=ES CORRECTA SU APRECIACION

PUNTO DE REFERENCIA: 4.3 REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS. INCISO D. Numeral 1.

8/12. Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si es correcto entender que ficha técnica o inserto es lo mismo que folleto.

R=ES CORRECTA SU APRECIACION, YA QUE SE REQUIERE EL DOCUMENTO QUE CONTENGA LA INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO A OFERTAR

PUNTO DE REFERENCIA: 4.3 REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS. INCISO D. Numeral 2.

9/12. Para el caso de mi representada que es titular del registro sanitario en México, filial y distribuidor exclusivo del fabricante, solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que para dar cumplimiento a este punto será suficiente solo presentar un escrito manifestando lo anterior e incluyendo el número de partida y clave interna del INCMNSZ y así mismo adjuntar Copia Simple de la Carta de Distribución del Fabricante para cotejo.

R= ES CORRECTA SU APRECIACION, CON LA ACLARACION DE QUE EL ESCRITO DEBE SER BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

PUNTO DE REFERENCIA: 4.3 REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS. INCISO D. Numeral 3.

10/12. Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que para dar cabal cumplimiento a este punto, bastará con presentar únicamente el oficio del Registro Sanitario, ya sea prorrogado o modificación, sin ser necesaria la presentación de los marbetes, debido



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015**

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

a que la COFEPRIS ya no entrega marbetes autorizados, puesto que la información se encuentra contenida en el oficio del Registro Sanitario.

R=SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LA INFORMACION RELATIVA AL PROYECTO DE MARBETE

PUNTO DE REFERENCIA: 8 MUESTRAS FISICAS.

11/12. Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si para las partidas que corresponden al departamento 0403.00, se deberán entregar muestras físicas.

R= SI SE REQUIERE ENTREGAR MUESTRA

PUNTO DE REFERENCIA: 4.2. REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS INCISO H

12/12. El licitante deberá comprometerse por escrito que el periodo de garantía de los bienes será de 18 meses a partir de la fecha de entrega.

Solicitamos a la convocante nos ratifique que podemos entregar productos hasta 9 meses de caducidad a través de la carta compromiso de canje según el punto 7.5 Caducidad

R= SE ACEPTA DE ACUERDO A EXISTENCIAS DE ALMACEN GENERAL Y LOS 9 MESES APLICAN A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: PROGRAMACIÓN COMERCIAL APLICADA, S.A. DE C.V.

A. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17),

No. DE PARTIDA: 2 CLAVE 02042710

1/9¿ Solicitamos atentamente a la convocante nos confirme la cantidad solicitada, en virtud que este producto tiene una presentación mínima de 1000 pzs?

R= LA UNIDAD DE MEDIDA ES CAJA

No. DE PARTIDA: 90 CLAVE 02019550

2/9¿ Solicitamos a la convocante nos aclare si el campo solicitado debe tener un área total de 60x35 y el área señala en la descripción de 35x35 se refiere al área adhesiva en virtud que el cuadro básico marca la medida solicitada como área adhesiva?

R= SE ACEPTA MUESTRA PARA A EVALUACION

No. DE PARTIDA: 91 CLAVE 2019552

3/9¿ Solicitamos a la convocante nos aclare si el campo solicitado debe tener un área total de 82x45 y la medida solicitada de 60x45 se refiere al área adhesiva en virtud que el cuadro básico marca la medida solicitada como área adhesiva?

R= SE ACEPTA MUESTRA PARA A EVALUACION

No. DE PARTIDA: 157 CLAVE 02038430

4/9¿ Solicitamos a la convocante nos confirme que para esta partida, requieren equipos en comodato compatibles con las cuchillas y que cantidad requiere?

R=SI REQUIERE EQUIPO EN COMODATO Y LA CANTIDAD SE CONCENTRA CON EL LICITANTE GANADOR



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015**

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

No. DE PARTIDA: 305 CLAVE 02088515

5/9 ¿Solicitamos a la convocante nos permita cotizar caja c/40 piezas ajustándonos a la cantidad solicitada?
R=SE ACEPTA

No. DE PARTIDA: 319 CLAVE 02095063

6/9 ¿Solicitamos a la convocante si la requiere para el post operatorio o el transoperatorio y cuantos equipos requiere en comodato?
R=SE UTILIZA EN AMBAS ETAPAS Y LA CANTIDAD SE CONCENTRARA CON EL LICITANTE GANADOR

No. DE PARTIDA: 622 CLAVE 02122883

7/9 ¿Solicitamos a la convocante nos confirme la cantidad solicitada ya que la presentación individual es de caja con piezas?
R= SE REQUIERE PIEZA POR EL PRECIO DE REFERENCIA

No. DE PARTIDA: 623 CLAVE 02122884

8/9 ¿Solicitamos a la convocante nos confirme la cantidad solicitada ya que la presentación individual es de caja con piezas?
R= SE REQUIERE PIEZA POR EL PRECIO DE REFERENCIA

No. DE PARTIDA: 630 CLAVE 02122906

9/9 ¿Solicitamos a la convocante nos confirme si la cantidad solicitada es correcta, 2 piezas?
R= 1 CAJA CON 2 ROLLOS

B. PREGUNTAS RELATIVAS A CUALQUIER OTRO PUNTO DE LA CONVOCATORIA

PUNTO DE REFERENCIA: 4.1. GENERALES

1/5 ¿Se solicita atentamente a la convocante nos confirme si el foliado de las proposiciones podrá realizarse de forma consecutiva?
R=SI, A ELECCION DEL LICITANTE O PUEDE FOLIAR CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PENULTIMO PARRAFO DEL NUMERAL 4.1

PUNTO DE REFERENCIA: 4.2. REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

2/5 ¿Es correcto entender, que en caso de un documento no aplique a mi representada, bastara con incluir una Carta bajo protesta de decir verdad indicando, No aplica dicho documento?
R=ES CORRECTA SU APRECIACION

PUNTO DE REFERENCIA: 4.3. REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICOS

3/5 ¿Se solicita atentamente a la convocante eximir la frase "distribución exclusiva " debido a que algunos fabricantes no expiden la carta con esa leyenda , se solicita a la convocante sea la frase "Distribuidor Asignado" sin que esto sea motivo de desechamiento.
R=SE ACEPTA Y DEBERA PRESENTAR EL APOSTILLADO QUE ACREDITE EXCLUCIVIDAD

PUNTO DE REFERENCIA: 4.3. REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICOS N° 2

4/5 Se solicita atentamente a la convocante nos confirme, para la carta de apoyo en uno de los productos ofertados por mi representada, somos importadores exclusivos en México, bastará con que el representante legal firme dicho documento?
R=SE ACEPTA

PUNTO DE REFERENCIA: 4.3. REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICOS N° 3



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL NO. LA-012NCG001-I820-2015**

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

5/5 Se solicita atentamente a la convocante poder entregar registros sanitarios por familia.
R=SE ACEPTA DE ACUERDO A LA NATURALERA DE CADA PRODUCTO, SIEMPRE Y CUANDO LE APLIQUE

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: INSTRUMENTOS BIOMÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

**PREGUNTAS RELATIVAS A CUALQUIER OTRO PUNTO DE LA CONVOCATORIA
PUNTO DE REFERENCIA: PUNTO 3.4**

1/3 SOLICITAN DOCUMENTO OFICIAL DE QUE LOS BIENES NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO.

Solicitamos atentamente a la convocante nos permita presentar, para las partidas que aplique, el listado publicado en el diario oficial en su edición del 22 de Diciembre de 2014 si bien, este no contiene firma autógrafa, menciona que rúbrica **Mikel Andoni Arriola Peñalosa**, con cargo de Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios representando así la misma validez oficial. Pues el Diario Oficial de la Federación es un instrumento de carácter oficial con carácter federal. En el cual hay un comunicado OFICIAL por parte de la COFEPRIS, mismo que contiene "**PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO**" que en el numeral Segundo de Transitorios menciona textual:

SEGUNDO.- Respecto a aquellas solicitudes que se encuentren bajo trámite al momento de la publicación del presente Acuerdo, referentes a obtener la excepción por parte de la Autoridad Sanitaria para solicitar el registro sanitario sobre productos que estén incluidos en el ANEXO DOS referido en el artículo único del presente Acuerdo, se considerarán como resueltas de manera positiva en términos de la fracción V del artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Lo anterior, sin menoscabo de que los particulares puedan desistirse de manera individual respecto de los trámites que se encuentren en el supuesto antes referido.

Y mi representada se encuentra en este supuesto, dicha solicitud se adjuntara en copia simple a la propuesta; ¿se acepta?

R= SE ACEPTA EN LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA; ES DECIR, DEBERA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FUNDAMENTANDO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA

2/3 PUNTO 3.5 INCISO a) COPIA SIMPLE DE LICENCIA SANITARIA.

QUIERO COMENTAR A LA CONVOCANTE QUE DICHO DOCUMENTO APLICA SOLO PARA:

Las empresas cuyas actividades se indican a continuación requieren contar con licencia sanitaria para operar (artículo 198 Ley General de Salud):

- I. El proceso de los medicamentos que contengan estupefacientes y psicotrópicos; vacunas; toxoides; sueros y antitoxinas de origen animal, y hemoderivados;
- II. La elaboración, fabricación o preparación de medicamentos, plaguicidas, nutrientes vegetales o sustancias tóxicas o peligrosas;
- III. La aplicación de plaguicidas;
- IV. La utilización de fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico, y
- V. Los establecimientos en que se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos.
- VI. Centros de mezcla para la preparación de mezclas parenterales nutricionales y medicamentosas.

POR LO QUE AL SER ESTA UNA LICITACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS, APLICARIAN SOLO LOS INCISOS b) y c) del PUNT 3.5, Y POR TANTO MI REPRESENTADA NO REQUIERE LICENCIA SANITARIA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015**

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

R=SI

3/3 EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A MI PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITO RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE EL ARGUMENTO LEGAL PARA HACER DICHO DOCUMENTO OBLIGATORIO PARA TODOS.
R=NO APLICA

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: UCIN MEDICA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17)

No. DE PARTIDA: 133 CLAVE: 2031100

1/1 ¿EL CATETER PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO LO REQUIEREN ADULTO, PEDIÁTRICO O NEONATAL?

R= ADULTO

No. DE PARTIDA: 189 CLAVE: 2050390

1/1 ¿EL ESPIROMETRO INCENTIVO LO REQUIEREN DE TRES BOLAS O SOLO DE UNA?

R= DE UNA BOLA

No. DE PARTIDA: 197 CLAVE: 2054700

1/1 ¿LA NARIZ ARTIFICIAL LA REQUIEREN ADULTO?

R=SI

No. DE PARTIDA: 315 CLAVE: 2093800

1/1 ¿EN ESTA PARTIDA SE REFIEREN A UN RESUCITADOR DESECHABLE ADULTO?

R=SI

No. DE PARTIDA: 401 CLAVE: 2121771

1/1 ¿EN ESTA PARTIDA SE REQUIERE REUSABLE O DESECHABLE?

R=DESECHABLE

No. DE PARTIDA: 632 CLAVE: 2122929

1/1 DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR MASCARILLA NASAL ESON TAMAÑO PEQUEÑA INCLUYE ALMOHADILLA DE AJUSTE DE SELLO, ARNES ERGONOMICO DIFUSOR DE AIRE Y CODO GIRATORIO CON BANDAS COLOR GRIS EL CUAL NO ES UNA LIMITANTE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SELLADO ADECUADO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

R= MUESTRA SUJETA A EVALUACION

No. DE PARTIDA: 661 CLAVE: 2123029

1/1 ¿DE CUANTOS FRENCH SE REQUIERE EL ESTILETE?

R= MUESTRA SUJETA A EVALUACION

No. DE PARTIDA: 736 CLAVE: 2123350

1/1 DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR MASCARILLA NASAL ESON TAMAÑO PEQUEÑA INCLUYE ALMOH DEADILLA DE AJUSTE DE SELLO, ARNES ERGONOMICO DIFUSOR DE AIRE Y CODO GIRATORIO CON BANDAS COLOR GRIS EL CUAL NO ES UNA LIMITANTE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SELLADO ADECUADO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

R= MUESTRA SUJETA A EVALUACION

No. DE PARTIDA: 746 CLAVE: 2123381

1/1 ¿PODEMOS OFERTAR LINEA DE MUESTREO DE GASES DE 120 PULGADAS MACHO MACHO DE PVC CON FILTRO HIDROFOBICO DE 5.0 MICRON?

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-1820-2015**

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

R= MUESTRA SUJETA A EVALUACION

No. DE PARTIDA: 748 CLAVE: 2123383

1/1 ¿PODEMOS OFERTAR LINEA DE MUESTREO DE GASES DE 120 PULGADAS MACHO MACHO DE PVC CON FILTRO HIDROFOBICO DE 5.0 MICRON?

R= MUESTRA SUJETA A EVALUACION

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: NADRO S.A.P.I. DE C.V.

PREGUNTAS RELATIVAS A CUALQUIER OTRO PUNTO DE LA CONVOCATORIA
PUNTO DE REFERENCIA: ANEXO 7

1/3 ¿ Anexo 7 Resumen de proposición técnica y económica, Solicito a la convocante aclarar si es correcto expresar el importe por unidad de medida, ya que por ejemplo en la partida 6 solicitan 22,000 piezas en presentación caja con 100 piezas, el precio unitario ofertado sería por la pieza o por la caja?

R=LA FORMA DE COTIZAR ES POR PIEZA

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: TECNOLOGIA MEDICA DIART, S.A. DE C.V.

No. de partida o punto de referencia: Partida 576.

Pregunta 1: La partida indica que la Unidad de Medida es Pieza, y la presentación Indica Caja con 25 Piezas. Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si la cantidad que solicita son 5000 Piezas unitarias entregadas en cajas con 25 piezas cada una o bien son 5000 cajas con 25 piezas?

Respuesta: 5000 PIEZAS EN CAJA DE 25 PIEZAS

No. de partida o punto de referencia: Partida 642.

Pregunta 2 : La partida indica que la Unidad de Medida es Pieza, y la presentación Indica Caja con 40 Piezas. Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si la cantidad que solicita son 400 Piezas unitarias entregadas en cajas con 40 piezas cada una o bien son 400 cajas con 40 piezas?

Respuesta: 400 PIEZAS

No. de partida o punto de referencia: Referente al Punto 8:

Pregunta 3: Muestras; Solicitamos amablemente a la convocante presentar las mismas por familia y representativas.

R= SE ACEPTA ENTREGAR MUESTRA FISICA POR FAMILIA Y REPRESENTATIVAS, SIEMPRE Y CUANDO EN LA MUESTRA FISICA ENTREGADA SE MENCIONEN LOS NUMEROS DE PARTIDAS QUE AMPARA DICHA MUESTRA, MEDIANTE UNA ETIQUETA Y DEBE DE IGUAL MANERA MENCIONARLO EN EL RECIBO DE MUESTRAS QUE SE ENTREGA AL ALMACEN GENERAL (ANEXO 14) NO SE DEBE ENTREGAR CATALOGO O FICHA TECNICA EN EL ALMACEN GENERAL.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: MC ALLEN INTERNACIONAL ABASTOS, S.A. DE C.V.

A. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-1820-2015**

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

NO.DE PARTIDA: 37 CLAVE: 02006789

1/3 ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA, SE PUEDA OFERTAR CON OTRA MARCA, CON CAJA DE 24 PIEZAS?

R= SE ACEPTA

NO.DE PARTIDA 38 CLAVE: 02006790

2/3 ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA, SE PUEDA OFERTAR OTRA MARCA CON CAJA CON 2 Ó 3 PIEZAS DE BOTELLA CON 700 Ó 1200ML.?

R= APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA.

NO.DE PARTIDA 510 CLAVE: 02122259

3/3 ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA, SE PUEDA OFERTAR CON OTRA MARCA CON EL MISMO NÚMERO DE PIEZAS Y CAJA CON 12PZS.?

R= SE ACEPTA

B. PREGUNTAS RELATIVAS A CUALQUIER OTRO PUNTO DE LA CONVOCATORIA PUNTO DE REFERENCIA:

1/3 ¿SI ME INTERESAN 3 PARTIDAS SE TIENE QUE ENTREGAR TODOS LOS ANEXOS POR SEPARADO DE CADA UNO?

R=EL ÚNICO DOCUMENTO QUE DEBEN ENTREGAR POR PARTIDA ES EL ANEXO 8

2/3 3.5 El Licitante deberá presentarlos siguientes documentos según la naturaleza del producto de la partida ofertada?

- A) COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA SANITARIA
- B) COPIA SIMPLE DE AVISO DE FUNCIONAMIENTO
- C) AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO

¿MI REPRESENTADO ES DISTRIBUIDOR Y NO ES UN REQUISITO NECESARIO PARA NUESTRAS FUNCIONES PODEMOS CUBRIR ESTE PUNTO PRESENTANDO SOLO COPIA FIEL DEL AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y AVISO AUTORIZACIÓN DE RESPONSABLE SANITARIO EMITIDO POR LA COFEPRIS?

R=ES CORRECTA SU APRECIACION

4.2 Inciso b) carta poder e identificación ANEXO 2, para cubrir este punto ¿podemos presentar copia simple Notarial de la persona que firme las propuestas en lugar de la carta poder?

R=EN EL ANEXO 5 SE SEÑALA PARA ESTE CASO EL TEXTO QUE A LA LETRA DICE:

"EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SUSCRIBA LA PROPOSICIÓN SEÑALAR "NO APLICA"

3/3 ¿PUNTO DE REFERENCIA: 7.4 EMPAQUES Y TRANSPORTES PAG 16

SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR ¿SI LA ETIQUETA SOLICITADA CON LOS DATOS: RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA, NUMERO DE PEDIDO, CLAVE INTERNA DEL INSTITUTO, DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DE ACUERDO AL PEDIDO, PRESENTACION Y NUMERO DE PARTIDA APLICA A TODAS LAS ENTREGAS INDEPENDIEMENTE DEL TAMAÑO DEL ENVASE DEL PRODUCTO

R=ES CORRECTA SU APRECIACION



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015**

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: HOSPITECNICA, S.A. DE C.V.

A. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA: 89 CLAVE 02019400

CAL SODADA. ABSORBENTE DE BIOXIDO DE CARBONO DE GRADO MEDICO CONTIENE UN TINTE SENSIBLE A BASE DE ACIDO ETIL QUE INDICA QUE TANTO SE HA CONSUMIDO CAMBIA DE COLOR CUANDO EL PH CAE ABAJO DE 10.3; LA FORMA DE LOS GRANULOS COMPACTO; POROSO Y DE FORMACION UNIFORME. PRESENTACION CUBETA CON 16.800 KGS. PRESENTACION: CUBETA CON 16 KILOGRAMOS

1/1 ¿ SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DEL PRODUCTO POR EJEMPLO JARRA DE 4.5 LTS 5KG EN LUGAR DE PRESENTAR LA CUBETA DE 16 KG., SE ACEPTA?
R=SE REQUIERE 4 JARRAS DE 4 LTS. PARA EVALUACION Y PARA EL LICITANTE GANADOR CONFORME A LA CONVOCATORIA

PREGUNTAS RELATIVAS A CUALQUIER OTRO PUNTO DE LA CONVOCATORIA

PUNTO DE REFERENCIA: PUNTO 4.3 REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICOS; PUNTO 3 REGISTROS SANITARIOS

1/5 ¿ SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR REGISTRO SANITARIO POR FAMILIA SEÑALANDO A QUE PARTIDAS CORRESPONDE, SE ACEPTA?
R=SE ACEPTA

PUNTO 4.3 REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICOS; PUNTO 3 REGISTROS SANITARIOS

2/5 ¿EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA PREGUNTA ANTERIOR; SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR UN REGISTRO SANITARIO COMPLETO SEÑALANDO A LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES Y ANEXANDO UNA COPIA DE LA CARATULA DEL REGISTRO SANITARIO ESPECIFICANDO A QUE PARTIDA O PARTIDAS CORRESPONDE, SE ACEPTA?
R=NO APLICA

PUNTO 8 MUESTRAS FISICAS

3/5 ¿ SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRAS POR FAMILIA SEÑALANDO A LAS PARTIDAS QUE AMPARA, SE ACEPTA?
R= SE ACEPTA ENTREGAR MUESTRA FISICA POR FAMILIA, SIEMPRE Y CUANDO EN LA MUESTRA FISICA ENTREGADA SE MENCIONEN LOS NUMEROS DE PARTIDAS QUE AMPARA DICHA MUESTRA, MEDIANTE UNA ETIQUETA Y DEBE DE IGUAL MANERA MENCIONARLO EN EL RECIBO DE MUESTRAS QUE SE ENTREGA AL ALMACEN GENERAL (ANEXO 14)

PUNTO 4.3 REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICOS; PUNTO 1 CATALOGOS O FICHAS TECNICAS

4/5 ¿ SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI DEBERA ANEXARSE EL CATALOGO O LA FICHA TECNICA INDISTINTAMENTE SI SE PRESENTA MUESTRA FISICA?



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015**

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

R=SOLO EN CASO DE PRESENTAR MUESTRA FISICA, ESTE REQUISITO SERIA OPCIONAL PARA EL LICITANTE (NUMERAL 4.3, INCISO D), NUMERAL 1)

PUNTO 4.3 REQUISITOS TECNICOS Y ECONOMICOS; PUNTO 2 CARTAS DE APOYO SOLIDARIO

5/5 ¿ SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI DEBERA ANEXARSE CARTA DE APOYO DE FABRICANTE A CADA UNA DE LAS PARTIDAS DE LA PROPUESTA TECNICA O SI SE PUEDE ENTREGAR UNA SOLA CARTA DE APOYO DE FABRICANTE INCLUYENDO EL NUMERO DE PARTIDAS QUE AMPARA Y ENGRAPANDO UNA COPIA A CADA PARTIDA DE LA PROPUESTA TECNICA, SE ACEPTA?

R= SE ACEPTA

TODOS LOS ANEXOS; PUNTO EN EL QUE SOLICITAN EL N° DE INSCRIPCION DEL LICITANTE

5/5 ¿ SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN ESE ESPACIO DEBEREMOS COLOCAR EL NÚMERO QUE SE NOS ASIGNE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES?

R=ES CORRECTA SU APRECIACION

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17),

No. DE PARTIDA: 045 CLAVE 02035500

1/3 ¿Debemos entender que el circuito que solicita es universal. con doble trampa de agua y línea proximal.?, en caso contrario favor de indicar que tipo de circuito requiere?

R=NO SE DA RESPUESTA YA QUE NO CORRESPONDE EL NUMERO DE PARTIDA CON LA CONVOCATORIA

No. DE PARTIDA: 88 CLAVE 02017410

2/3 Se solicita amablemente a la convocante se permita ofertar "Brazaletes de presión arterial reusable de 2 tubos" ¿Se Acepta?

R=ENTREGAR MUESTRA PARA EVALUACION

No. DE PARTIDA: 515 CLAVE 02122286

3/3 Se solicita amablemente a la convocante se permita ofertar "Termómetro electrónico" ¿Se acepta?

R=SE ACEPTA

C. PREGUNTAS RELATIVAS A CUALQUIER OTRO PUNTO DE LA CONVOCATORIA

PUNTO DE REFERENCIA: Punto 4.1

1/3 Dice: "Un folio para los requisitos legales y administrativos, otro folio para los requisitos técnicos y económicos y un tercer folio para el requisito de hoja por partida ANEXO 8."

Entendemos que la documentación técnica y económica debe de presentarse con un folio seguido a excepción del Anexo 8 que deberá de llevar un folio independiente al anterior, ¿es correcto?

R=ES CORRECTA SU APRECIACION



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015**

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: GL MEDICA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17),

1/7 No. DE PARTIDA: 95 CLAVE: 02021200

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE SUPRIMA LA PALABRA HIPERFLEX PORQUE HACE ALUSIÓN A UNA SOLA MARCA Y SE ESTARIA DIRIGIENDO A UNA SOLA CASA PROVEEDORA- ¿SE ACEPTA?

R=SI

2/7 No. DE PARTIDA: 243 CLAVE: 02070600

EL CIRCUITO ES COAXIAL O CIRCULAR PALELO?

LA LONGITUD ES DE 150CM O 180CM?

LA BOLSA ES LIBRE DE LATEX?

R=APEGARSE A EVALUACION, SE ACEPTA MUESTRA PARA EVALUACION

3/7 No. DE PARTIDA: 292 Y 293 CLAVE: 02085030 Y 02085040

PARA ESTAS PARTIDAS HAY QUE DEJAR EQUIPO DE COMPRESION EN COMODATO? O QUE EQUIPO TIENE EL INSTITUTO?

R=SE REQUIERE EQUIPO EN COMODATO

4/7 No. DE PARTIDA: 486 CLAVE: 02122154

POR FAVOR DE MENCIONAR LA MARCA DEL EQUIPO DONDE SE VA A UTILIZAR?

R= SMITH

5/7 No. DE PARTIDA: 491 CLAVE: 02122177

SOLICITAMOS OFERTAR TUBO DE 60" CON CONECTORES, YA QUE TENEMOS PREVIA EVALUACION TECNICA POSITIVA POR PARTE DE AREA USUARIA ¿SE ACEPTA?

R=PRESENTAR MUESTRA SUJETA A EVALUACION

6/7 No. DE PARTIDA: 584 Y 585 CLAVE: 02122730 Y 02122731

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE SUPRIMA LA PALABRA BLU RHINO PORQUE HACE ALUSIÓN A UNA SOLA MARCA Y SE ESTARIA DIRIGIENDO A UNA SOLA CASA PROVEEDORA- ¿SE ACEPTA?

R=SI

7/7 No. DE PARTIDA: 664 CLAVE: 02123037

SOLICITAN QUE LA MASCARILLA SEA DE SILICON Y DESECHABLE, NO HAY SILICON DESECHABLE POR LO QUE SOLICITAMOS SEA DE PVC PARA CUMPLIR QUE SEA DESECHABLE. ¿SE ACEPTA?

R=PRESENTAR MUESTRA PARA EVALUACION

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: LEVBETH MEDICAL, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17),

1/9.- PARTIDA 215, CLAVE: 2063000

DUDA: Solicitamos a la Convocante nos permita cotizar este insumo en una Longitud de 180 a 182 cm sin que esto afecte el procedimiento? Se Acepta?

R=SE ACEPTA



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015**

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

2/9.- PARTIDA 216, CLAVE: 2063200

DUDA: Solicitamos a la Convocante nos permita cotizar este insumo en una Longitud de 180 a 182 cm sin que esto afecte el procedimiento? Se Acepta?

R: SE ACEPTA

3/9.- PARTIDA 217, CLAVE: 2063300

DUDA: Solicitamos a la Convocante nos permita cotizar este insumo en una Longitud de 180 a 182 cm sin que esto afecte el procedimiento? Se Acepta?

R: SE ACEPTA

4/9.- PARTIDA 226, CLAVE: 2066800

DUDA: Solicitamos a la Convocante nos permita cotizar este insumo en una longitud de 10 a 11 cm, sin que esto afecte el procedimiento? Se Acepta?

R: SE ACEPTA

5/9.- PARTIDA 362, CLAVE: 2105830

DUDA: Solicitamos a la Convocante nos permita cotizar Stent Coronario montado en balon de 2.75 mm y 16 mm de longitud de bajo perfil y alta flexibilidad con polimero liberador de farmaco? Se Acepta?

R: SE ACEPTA

6/9.- PARTIDA 404, CLAVE: 2121797

DUDA: Solicitamos a la Convocante nos permita cotizar stent coronario sin farmaco de aleacion cromo cobalto de 3.0 mm x 22 a 23 mm de bajo perfil sin que esto afecte el procedimiento? Se Acepta?

R: SE ACEPTA

7/9.- PARTIDA 624, CLAVE: 2122893

DUDA: Solicitamos a la Convocante Balon No Complaciente de 3.5 mm x 10 mm sin que esto afecte el procedimiento? Se Acepta?

R: SE ACEPTA

8/9.- PARTIDA 625, CLAVE: 2122894

DUDA: Solicitamos a la Convocante Balon No Complaciente de 3.0 mm x 10 mm sin que esto afecte el procedimiento? Se Acepta?

R: SE ACEPTA

9/9.- PARTIDA 727, CLAVE: 2123319

DUDA: Solicitamos a la Convocante nos permita cotizar este insumo en una Longitud de 180 a 182 cm y carga en la punta de 3.0 gr y 6.0 gr. sin que esto afecte el procedimiento? Se Acepta?

R: SE ACEPTA

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: DISGRUMEX S. DE R.L. DE C.V.

PREGUNTAS RELATIVAS A CUALQUIER OTRO PUNTO DE LA CONVOCATORIA

PUNTO DE REFERENCIA: Entrega de muestras físicas



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015**

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

1/3 ¿ La convocatoria indica entregar muestra física para la mayoría de sus partidas favor de indicar si serán devueltas intactas ya que existen partidas con solo un producto?

R=LAS MUESTRAS AL SER PARA EVALUACION PUEDEN SER USUADAS POR LOS USUARIOS, POR LO TANTO ALGUNAS DE ELLAS NO SE DEVOLVERAN Y EN ESTE CASO SE LE HARIA ENTREGA DE UN FORMATO POR LA UTILIZACION POR PARTE DEL ALMACEN GENERAL

2/3 ¿ De no ser así indicar si se puede entregar catalogo?

R=LO RELATIVO A LA ENTREGA DE MUESTRAS Y SUS EXCEPCIONES YA ESTA ESTABLECIDO PREVIAMENTE, POR LO QUE DEBERA APEGARSE A LO QUE SEÑALA LA CONVOCATORIA

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17),

No. DE PARTIDA: 22 CLAVE: 02004800

1/9 SPINOCAN. AGUJA ESTERIL DESECHABLE TIPO RAQUIA 26G x88 MM. ESPINAL TIPO QUINKE.

Solicitamos a la convocante se elimine la palabra Spinocan y se nos permita cotizar la aguja calibre 25g x89 mm.

R=SE ELIMINA LA PALABRA SPINOCAN Y PRESENTAR MUESTRA SUJETA A EVALUACION

No. DE PARTIDA: 26 CLAVE: 02005200

2/9 SPINOCAN. AGUJA ESTERIL PARA PUNCION LUMBAR Y ANESTESIA INTRADURAL CALIBRE 22G X 88 MILIMETROS, CON BISEL TIPO QUINCKE.

Solicitamos a la convocante se elimine la palabra Spinocan y se nos permita cotizar la aguja calibre 22g x89 mm.

R= SE ELIMINA LA PALABRA SPINOCAN Y PRESENTAR MUESTRA SUJETA A EVALUACION

No. DE PARTIDA: 27 CLAVE: 02005205

3/9 AGUJA ESTERIL PARA ANESTESIA INTRADURAL Y PUNCION LUMBAR CALIBRE 27G x 88 MILIMETROS CON BISEL TIPO QUINCKE

Solicitamos a la convocante nos permita cotizar aguja de 27Gx89 mm.

R= SE ELIMINA LA PALABRA SPINOCAN Y PRESENTAR MUESTRA SUJETA A EVALUACION

No. DE PARTIDA: 36 CLAVE: 02006700

4/9 AGUJA DESECHABLE PARA ASPIRACION O EXTRACCION DE MEDULA OSEA DE ACERO INOXIDABLE Y CON SOPORTE Y MANGO SUCCIONADOR. DIMENSIONES: 15GA X 4IN.

¿Podemos ofertar: set de aguja para aspiración o extracción de medula ósea que contiene 1 dispositivo driver semiautomático con aguja de aspiración 11ga x102mm y bolsa estéril para el dispositivo, se acepta?

R= NO SE ACEPTA

No. DE PARTIDA: 59 CLAVE: 02011700

5/9 BATA UROLOGICA NATURAL LIBRE DE LATEX CON PESO LIGERO REPELENTE A LIQUIDOS CON JARETA LATERAL EN EL CUERPO PARA AJUSTARSE CON PUNOS ELASTICOS REFORZADO CUELLO REDONDO TAMANO EXTRA GRANDE. PRESENTACION: CAJA CON 30 PIEZAS. PRESENTACION: CAJA CON 34 PIEZAS

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita cotizar y entregar en caso de resultar adjudicados en presentación de caja con 100 piezas



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015**

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

R= SE ACEPTA

No. DE PARTIDA: 92 CLAVE: 02020100

6/9 CANULA DE ASPIRACION YANKAUER; DE REGULAR CAPACIDAD; CON CONTROL; DESECHABLE; CON VENTILA.

Solicitamos amablemente a la convocante en base a las ventas de años anteriores que nos permitan cotizar cánula sin obturador de succión.

R= NO SE ACEPTA

No. DE PARTIDA: 557 CLAVE: 02122641

7/9 PAQUETE DE TOALLAS DESECHABLES PASTEURIZADAS DE TELA NO TEJIDA PARA ASEO DE PACIENTES CON AGENTE ANTI-MICROBIANO DE EFECTO RESIDUAL (80 ML DE SOLUCION ANTISEPTICA POR PAQUETE CON EMOLIENTE Y EL 2.0% DE CLORHEXIDINA).

Solicitamos a la convocante nos permita cotizar paquete con 6 toallas con 500 mg de gluconato de clorexidina al 2% ¿Se acepta)

R= PRESENTAR MUESTRA SUJETA A EVALUACION

No. DE PARTIDA: 587 CLAVE: 02122736

8/9 AGUJA JAMSHIDI PARA BIOPSIA ASPIRACION DE MEDULA OSEA CON DISPOSITIVO PARA CAPTURA DE MEDULA 11G X 15CM (6)"TJM6011JAMSHIDI BONE MARROW NEEDLE 11G X 15CM (6)" W/MARROW ACQ CRADLE PRESENTACION CAJA CON 10 PIEZAS PRESENTACION: PIEZAS

¿Podemos ofertar kit que contiene aguja para biopsia/aspiración de medula ósea de 11gax152mm y bolsa estéril para dispositivo driver caja con 6?

R= NO SE ACEPTA

No. DE PARTIDA: 701 CLAVE: 02123235

9/9 AGUJA JAMSHIDI CORONA PAR ABIOPSIA/ASPIRACION DE MEDULA OSEA CON DISPOSITIVO PARA CAPTURA DE MEDULA 11G X 10CM (4") TJM4011 TJ JAMSHIDI BONE MARROW NEEDLE; 11GAX4";W/MARROW ACQ CRADLE. PRESENTACION: PIEZA

¿Podemos ofertar kit que contiene aguja para biopsia/aspiración de medula ósea de 11gax102mm y bolsa estéril para dispositivo driver caja con 6?

R= NO SE ACEPTA

PREGUNTAS RELATIVAS A CUALQUIER OTRO PUNTO DE LA CONVOCATORIA

PUNTO DE REFERENCIA: 3.5 El licitante deberá presentar los siguientes documentos según la naturaleza del producto de la partida ofertada:

- Copia simple de la Licencia Sanitaria
- Copia simple de aviso de funcionamiento
- Aviso de responsable sanitario

1/4 mi representada es distribuidor y no es un requisito necesario para nuestras funciones. ¿Podemos cubrir este punto presentando sólo copia fiel del Aviso de Funcionamiento y Aviso Autorización de Responsable Sanitario Emitido por la COFEPRIS?

R=SE ACEPTA

PUNTO DE REFERENCIA: 4.1 inciso b) Carta poder simple e identificación, ANEXO 2

2/4 Para cubrir este punto, podemos presentar copia simple del Poder Notarial de la persona que firme las propuestas.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-1820-2015**

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

R=EN EL ANEXO 5 SE SEÑALA PARA ESTE CASO EL TEXTO QUE A LA LETRA DICE:
"EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SUSCRIBA LA PROPOSICIÓN SEÑALAR "NO APLICA"

PUNTO DE REFERENCIA: 8. MUESTRAS FÍSICAS

3/4 Solicitamos respetuosamente a la convocante que para las muestras que tengan un valor mayor a \$1,000.00, nos permita entregar catálogo para cubrir este punto ¿Se acepta?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA.

PUNTO DE REFERENCIA: 4.3 REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS INCISO d) PUNTO 2 SEGUNDO PÁRRAFO, PÁGINA 13

Adicionalmente, los Licitantes que oferten bienes de procedencia extranjera podrán presentar además el escrito (VIGENTE) mediante el cual se les otorga la distribución exclusiva de los bienes objeto de esta Licitación Pública, debe incluir número de partida y clave interna del INCMNSZ de los bienes en los que participa así como la marca que esta ofertando y deberá venir acompañado por una copia simple del apostillado correspondiente. El requisito señalado en el presente párrafo, solo aplica para Licitantes que oferten bienes de procedencia extranjera y tengan distribución exclusiva en México.

4/4 Solicitamos a la convocante que para cumplir con este punto, en la carta de apoyo solidario se agregue la leyenda "Distribuidor Asignado" con copia del apostillado ¿Se acepta?

R=SE ACEPTA

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), NO. DE PARTIDA: 241 CLAVE 02070405

1/2 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL OXIGENADOR QUE ESTÁ CONTEMPLADO EN EL KIT DE LA PARTIDA EN CUESTIÓN, CON UN RANGO DE FLUJO DE 1 HASTA 7 LITROS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R= APEGARSE A LA DESCRIPCION DE LA CONVOCATORIA

2/2 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL SET DE CARDIOPLEGIA QUE ESTÁ CONTEMPLADO EN EL KIT DE LA PARTIDA EN CUESTIÓN, COMO SET DE CARDIOPLEGIA ADULTO CON CUBETA Y SERPENTIN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R= APEGARSE A LA DESCRIPCION DE LA CONVOCATORIA

NO. DE PARTIDA: 668 CLAVE 02123046

1/1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MEDIDA EN FRENCH DE LA CANULA VENOSA REFORZADA DOBLE CANASTILLA PRESENTACIÓN PIEZA QUE SE SOLICITA EN LA PARTIDA DE REFERENCIA.

R= 36-51 FRENCH

PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (ANEXO 17), No. DE PARTIDA: 263 CLAVE 02075000

1/3 ¿SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI REQUIERE LA COLOCACION DE PERFUSORES?

R= APEGARSE A LA CONVOCATORIA

2/3 ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EXTENSIÓN DE PERFUSOR DE 1.50 MTS?

R= PRESENTAR MUESTRA PARA EVALUACION

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015**

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: ELIHELP, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS RELATIVAS A CUALQUIER OTRO PUNTO DE LA CONVOCATORIA

Numeral 4., Instrucciones para la elaboración de las propuestas

1/6 Solicito atentamente a la convocante nos permita realizar el folio de las propuestas de forma consecutiva.

R=A ELECCION DEL LICITANTE PUEDE FOLIAR DE MANERA CONSECUTIVA O PUEDE FOLIAR CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PENULTIMO PARRAFO DEL NUMERAL 4.1

2/6: numeral 4.3 requisitos técnicos. Inciso c)

Solicito atentamente a la convocante me aclare que para cubrir con este punto será suficiente con presentar la copia simple del representante legal de quien nos otorga el apoyo favor de aclarar.

R=ES CORRECTA SU APRECIACION

Numeral 8 muestras físicas

3/6 Solicito atentamente a las convocante, nos permita presentar muestra representativa.

R= SE PUEDE ENTREGAR MUESTRA REPRESENTATIVA, PERO QUEDARA SUJETA A EVALUACION DEL USUARIO; ADEMAS EN LA MUESTRA FISICA ENTREGADA SE MENCIONEN LOS NUMEROS DE PARTIDAS QUE AMPARA DICHA MUESTRA, MEDIANTE UNA ETIQUETA Y DEBE DE IGUAL MANERA MENCIONARLO EN EL RECIBO DE MUESTRAS QUE SE ENTREGA AL ALMACEN GENERAL (ANEXO 14)

Numeral 8 muestras físicas

4/6 Solicito atentamente a las convocante, nos permita presentar muestra por familia.

R= SE ACEPTA ENTREGAR MUESTRA FISICA POR FAMILIA, SIEMPRE Y CUANDO EN LA MUESTRA FISICA ENTREGADA SE MENCIONEN LOS NUMEROS DE PARTIDAS QUE AMPARA DICHA MUESTRA, MEDIANTE UNA ETIQUETA Y DEBE DE IGUAL MANERA MENCIONARLO EN EL RECIBO DE MUESTRAS QUE SE ENTREGA AL ALMACEN GENERAL (ANEXO 14)

Anexo numero 7

5/6 Solicito atentamente a la convocante me aclare, si en la columna que refiere catalogo, podrá dejarse en blanco.

R=NO SE ACEPTA

Anexo numero 8

6/6 Solicito atentamente a la convocante me aclare, si en la columna que refiere catalogo, podrá dejarse en blanco.

R=PREGUNTA REPETIDA

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: MERXAM CORPORATIVO S. DE R.L. DE C.V.

No. de partida o punto de referencia: PARTIDA Nº 63

PREGUNTA 1. Se solicita a la convocante nos permita ofertar Bolsa de Papel grado Medico 11 x 18 x4 cm. con 0.6 miras de porosidad para esterilizar en GAS O VAPOR con testigo integrado con indicador Químico y adhesivo termosoldable para su sellado herméticamente al usar un sistema de banda y que disponen de un sistema de apertura. Sin tratamiento bacteriano y sin hilo lateral, lo cual no afecta la función de la bolsa y seguridad para la esterilización. Esto con la finalidad de permitir mayor participación y mejores condiciones para el instituto sin disminuir la calidad y seguridad, Se acepta la solicitud?

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015**

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

Respuesta: APEGARSE A CONVOCATORIA Y PRESENTAR MUESTRA SUJETA A EVALUACION

No. de partida o punto de referencia: PARTIDA N° 64

Pregunta 2: Se solicita a la convocante nos permita ofertar Bolsa de Papel grado Medico 18 X 33 X 6 CMS. con 0.6 miras de porosidad para esterilizar en GAS O VAPOR con testigo integrado con indicador Químico y adhesivo termosoldable para su sellado herméticamente al usar un sistema de banda y que disponen de un sistema de apertura. Sin tratamiento bacteriano y sin hilo lateral, lo cual no afecta la función de la bolsa y seguridad para la esterilización. Esto con la finalidad de permitir mayor participación y mejores condiciones para el instituto sin disminuir la calidad y seguridad, Se acepta la solicitud?

Respuesta: APEGARSE A CONVOCATORIA Y PRESENTAR MUESTRA SUJETA A EVALUACION

No. de partida o punto de referencia: PARTIDA N° 79

Pregunta 3: Se solicita a la convocante nos permita ofertar Bolsa de Papel grado Medico 25 X 38 X 8 CM. con 0.6 miras de porosidad para esterilizar en GAS O VAPOR con testigo integrado con indicador Químico y adhesivo termosoldable para su sellado herméticamente al usar un sistema de banda y que disponen de un sistema de apertura. Sin tratamiento bacteriano y sin hilo lateral, lo cual no afecta la función de la bolsa y seguridad para la esterilización. Esto con la finalidad de permitir mayor participación y mejores condiciones para el instituto sin disminuir la calidad y seguridad, Se acepta la solicitud?

Respuesta: APEGARSE A CONVOCATORIA Y PRESENTAR MUESTRA SUJETA A EVALUACION

No. de partida o punto de referencia: PARTIDA N° 83

Pregunta 4: Se solicita a la convocante nos permita ofertar Bolsa de Papel grado Medico 32 X 62 X 12 CM. con 0.6 miras de porosidad para esterilizar en GAS O VAPOR con testigo integrado con indicador Químico y adhesivo termosoldable para su sellado herméticamente al usar un sistema de banda y que disponen de un sistema de apertura. Sin tratamiento bacteriano y sin hilo lateral, lo cual no afecta la función de la bolsa y seguridad para la esterilización. Esto con la finalidad de permitir mayor participación y mejores condiciones para el instituto sin disminuir la calidad y seguridad, Se acepta la solicitud?

Respuesta: APEGARSE A CONVOCATORIA Y PRESENTAR MUESTRA SUJETA A EVALUACION

No. de partida o punto de referencia: PARTIDA N° 245

Pregunta 5: Se solicita a la convocante nos permita ofertar un kit que cumple con todas las características técnicas solicitadas, pero en una presentación de caja con 35 y/o 100 piezas ya que esto no afecta la calidad, seguridad y uso de producto debido a que su presentación dentro de la caja es individual. Además de Quitar la Marca FLEBOTOK, ya que al ser una licitación pública internacional impide la libre participación. Se acepta la solicitud?

Respuesta: APEGARSE A CONVOCATORIA Y PRESENTAR MUESTRA SUJETA A EVALUACION

No. de partida o punto de referencia: PARTIDA N° 484

Pregunta 6: Se solicita a la convocante nos permita ofertar equipo para venoclisis con normogotero quirúrgico con los siguientes elementos/protectores/espiga o bayoneta con filtro de entrada de aire para ser usada en recipientes rígidos y flexibles/ protector para los dedos/ cámara de goteo flexible con líneas de llenado- pinza reguladora de flujo de aproximadamente 5.5 cms. Pinza deslizante, sito de inyección-tubos de PVC -adaptador para guja. El equipo debe estar esterilizado. Presentación caja con 80 y/o 100 piezas. Quitando la Marca FLEBOTOK, ya que al ser una licitación pública internacional impide la libre participación. Se acepta la solicitud?

Respuesta: SE ACEPTA Y PRESENTAR MUESTRA SUJETA A EVALUACION.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-1820-2015**

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: Avenida Vasco de Quiroga Número 15 Colonia Belisario Domínguez Sección XVI Código Postal 14080 Delegación Tlalpan, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx.

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 8 de diciembre de 2015, en el Aula de usos múltiples de la Unidad del Paciente Ambulatorio (UPA), a las 09:00 Hrs., siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social, de conformidad con el artículo 39 del Reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se consultó a los licitantes si las respuestas a sus cuestionamientos fueron otorgadas con claridad y precisión, quienes respondieron afirmativamente y manifestaron no tener más dudas o cuestionamientos que hacer a la Convocatoria, así como ninguna objeción respecto de este acto, por lo que se dio por terminada esta primera y última junta, siendo las 12:00 horas, del día de su inicio.

Esta Acta consta de 23 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LOS LICITANTES (ESTE NÚMERO CORRESPONDE A SU NÚMERO DE PROVEEDOR EXCLUSIVAMENTE PARA ESTA LICITACIÓN)

No	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
1	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, S.A. DE C.V.	FERNANDO GARCÍA DIAZ	<i>[Firma]</i>
2	B.BRAUN MEDICAL DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.		
3	TECNOLOGIA MEDICA DIART, S.A. DE C.V.	Laura González R.	<i>[Firma]</i>
4	GL MEDICA, S.A. DE C.V.		
5	HI TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	Marta Rodríguez Hernández	<i>[Firma]</i>
6	TERUMO MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	José Luis	<i>[Firma]</i>



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-1820-2015**

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

7	FRESENIUS MEDICAL CARE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	Patricia Noriega Serrano	
8	HOSPITECNICA, S.A. DE C.V.		
9	RAPPYD, S.A. DE C.V.	Jocorpo Castro	
10	LABORATORIOS PISA, S.A DE C.V.	Nayeli Acosta Peck	
11	MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V.	Yugenia Segura Linares	
12	POLIMEROS 2000, S.A. DE C.V.	Ranieri Zamora	
13	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Valencia Barrera G1	
14	PROGRAMACION COMERCIAL APLICADA, S.A. DE C.V.	FERNANDO R. Quiros	
15	GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V.		
16	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A.	Humberto Alvarado Lopez	
17	GRUPO MERSEI, S.A. DE C.V.	ROBERTO MERLO	
18	ARKANUM, S.A. DE C.V.	Rogelio Flores Martinez	
19	TRANSMEDICA, S.A. DE C.V.		
20	MC ALLEN INTERNACIONAL ABASTOS, S.A. DE C.V.	Marco Polo Velaz Garcia	
21	DISGRUMEX, S DE R.L. DE C.V.	Manuel Alberto Vargas Sola	

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

NOMBRE	AREA	FIRMA
PAS. LIC. D. JAVIER FLORES FLORES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	
C. JUAN CARLOS TÉLLEZ GIRÓN GONZÁLEZ	COORDINADOR DE LICITACIONES	



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015**

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

C. ROLANDO ARTURO HERNÁNDEZ AYALA	COORDINADOR DE ADQUISICIONES	
LIC. LIZET OREA MERCADO	DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA	
LIC. MA. ALEJANDRA PEREZ PALACIOS	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA JUNTA ACLARACIONES DUDAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-I820-2015, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS".