



ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 14:00 horas, del 8 de febrero de 2018, en el Aula de usos múltiples de la Unidad del Paciente Ambulatorio (UPA) del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, ubicada en: Calle Vasco de Quiroga Número 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Código Postal 14080, Delegación Tlalpan, se reunieron los servidores públicos y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Notificación del Fallo de la Convocatoria de licitación indicada al rubro, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como lo previsto en el numeral 2.3 de la Convocatoria. El acto fue presidido por el Pas. Lic. Delfino Javier Flores Flores, Jefe del Departamento de Adquisiciones, servidor público designado por la convocante.

A continuación se hace constar que en presencia de los asistentes se dio lectura al Acta de Emisión de Fallo de fecha 8 de febrero de 2018, emitido previamente por la Convocante, el cual forma parte integrante de esta Acta, por lo que deberá ser firmado por los asistentes.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: el Departamento de Adquisiciones ubicado en la Unidad Administrativa, planta baja en Calle Vasco de Quiroga Número 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Código Postal 14080, Delegación Tlalpan, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx

De conformidad con el artículo 26, décimo párrafo de la Ley, a este acto no asistió ningún representante o persona que no haya presentado Escrito de interés en participar en esta licitación, y manifestara su interés de estar presente en el mismo.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 14:15 horas, del día de su inicio.

Esta Acta consta de 4 hojas, y 66 hojas del Acta de Emisión de Fallo, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LOS LICITANTES

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA
1.-	DISTRIBUIDORA BIOGAMA, S.A. DE C.V.	Blanca Salas Colín
2.-	COMPAÑÍA REAMEX, S.A. DE C.V.	Gerardo Zepeda Cívillo
3.-	DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ANALISIS CLINICOS, S.A. DE C.V.	Jorge Soriano
4.-	METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	



ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

5.-	GRUPO DINELAB, S.A. DE C.V.	
6.-	POLIMEROS 2000, S.A. DE C.V.	
7.-	PET FOODS, S.A. DE C.V.	
8.-	DERIVADOS MACROQUIMICOS, S.A. DE C.V.	
9.-	UNIPARTS, S.A. DE C.V.	
10.-	MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V.	
11.-	SILVERA CIENCIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	
12.-	AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	
14.-	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP, S.A. DE C.V.	<i>George de la Cruz Rosales</i>
15.-	MAYIMEX, S.A. DE C.V.	
16.-	REACTIVOS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	<i>Arturo Ramirez Pina</i>
17.-	LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	
18.-	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	
19.-	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	
20.-	INDUSTRIAS BIOVIN, S.A. DE C.V.	
21.-	CARLOS CORREA FLORES	
22.-	INDUSTRIAS TECHNICARE, S.A. DE C.V.	
24.-	SILFERART, S.A. DE C.V.	<i>Carolina Perez Huelga</i>
25.-	ATYDE MEXICO, S.A. DE C.V.	



ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

26.-	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	<i>Cabrera Bruciere</i>
27.-	ABALAT, S.A. DE C.V.	
28.-	CONTINENTAL LAB PRODUCTS, S.A. DE C.V.	
30.-	ACCESOFARM, S.A. DE C.V.	
31.-	JAXAQUIM, S.A. DE C.V.	
32.-	CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V.	
34.-	BIOCARE MEDICAL REPRESENTANTE, S.A. DE C.V.	
35.-	BIODIST, S.A. DE C.V.	
36.-	TECROM, S.A. DE C.V.	
37.-	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.	
38.-	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.	
39.-	OPCIONES QUIMICO TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.	
40.-	DISTRIBUCIONES MEDICAS LERAM, S.A. DE C.V.	
41.-	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	
42.-	CORPORACION ANALITICA, S.A. DE C.V.	
43.-	REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	

POR EL INSTITUTO

NOMBRE	AREA	FIRMA
PAS. LIC. DELFINO JAVIER FLORES FLORES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	<i>[Firma]</i>



ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

C. JUAN CARLOS TÉLLEZ GIRÓN GONZÁLEZ	COORDINADOR DE LICITACIONES	
LIC. CLAUDIA HUERTA GUERRERO	DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA	
LIC. SAID NIETO ORTEGA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	

----- FIN DEL ACTA -----

(Handwritten marks and signatures on the right side of the page)

(Handwritten mark on the bottom left)

(Handwritten initials)



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las 09:00 horas del día 8 de febrero de 2018, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y al punto 2.4 de la convocatoria de licitación, en el Aula de usos múltiples de la Unidad del Paciente Ambulatorio (UPA) del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, ubicado en Avenida Vasco de Quiroga Número 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI Código Postal 14080 Delegación Tlalpan, fecha, hora y lugar señalados para que tenga verificativo el acto de fallo de la Licitación Pública Internacional No. LA-12NCG001-E3-2018 para la ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO, Y ALIMENTO PARA ANIMALES.

Se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de esta acta, con el objeto de celebrar el evento de fallo de esta licitación.

Acto seguido, se señala que con fundamento en el artículo 37 fracción I a continuación se mencionan las partidas que fueron desechadas por proveedor como resultado del análisis detallado y las razones legales o económicas que se tuvieron para ello, y además en base a la evaluación técnica emitida por las áreas usuarias del Instituto:

Proveedor: 0001 DISTRIBUIDORA BIOGAMA S.A. DE C.V

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
5	PLACA PARA ENSAYO INMUNOENZIMA	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA QUE SEAN PARA ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO
533	TUBOS CON TAPA DE 1.5 ML DE PO	SE REQUIERE C/TAPA SEPARADA
542	MICRO PLACAS DE TERASAKI CON 6	SE REQUIERE DE FONDO BAJO Y CAJA C/100 PIEZAS

Proveedor: 0002 COMPAÑIA REAMEX, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
5	PLACA PARA ENSAYO INMUNOENZIMA	NO CUMPLE, ES PLACA PARA CULTIVO Y TIENE TAPA Y ES ESTERIL
11	PIPETA PASTEUR DE VIDRIO BOROS	NO CUMPLE, ES DE 23 CM
17	CAJA DE CARTON CON 81 DIVISION	NO CUMPLE, SE REQUIERE CAJA PARA GUARDAR TUBOS DE 1.2 A 2.0ML.
18	CAJA DE PETRI ESTERIL DESECHAB	NO CUMPLE, EL PLASTICO ES MAS ENDEBLE
19	CAJAS PARA CULTIVO DE CELULAS	NO CUMPLE, ESPECIFICACION DEL CUELLO
21	CAMARA DE NEUBAUER PARA CONTEO	OFERTA CAMARA CON LINEAS NORMALES (NO BRIGHT-LINE)
25	CELDILLA ESPECTROFOTOMETRICA D	NO CUMPLE, NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO, EL PASO DE LUZ DEBE SER DE 10MM OFERTAN DE 5MM
33	CONTENEDOR PARA CRIOVIALES DE	SE REQUIERE DE 0.5 ML Y OFERTA DE 1.5-2 ML
34	TIMER DIGITAL DE 4 CANALES, 1	SE HA TRABAJADO CON ESTE TIMER, PERO NO ES PRACTICO UTILIZARLO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO
42	CUBREOBJETOS DEL NUMERO 1 DE G	EL VIDRIO ESTA PAGOSO
50	ESPATULA DE CUCHARA CON DOBLE	LO QUE SE MUESTRA EN CATALOGO NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO
55	GRADILLA METALICA P/72 LUGARES	NO CUMPLE, NO TIENE RECUBIERTA DE VINILO
64	LAPIZ CON PUNTA DE DIAMANTE CO	NO CUMPLE, SE DOBLA LA OUNTA AL ESCRIBIR NO MARCA SOBRE LA LAMINIL LA NO LO RAYA
71	MATRAZ ERLLENMAYER DE 1000 MILI	NO CUMPLE, EL QUE PROPONE ES DE BOCA ESTRECHA
74	MATRAZ KITAZATO DE VIDRIO BORO	NO INCLUYE TAPON

P

Sul

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'E' at the top, a circled signature, and several other illegible marks.



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

75	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A, AF	NO ES CLASE A
78	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A, DE	NO ES DE BAJA TRANSMITANCIA LUMINOSA
87	MICROPIPETA DE VOL. VARIABLE C	NO ESPECIFICA SEGURO INTEGRADO
91	PIPETA MULTICANAL 8, MOD PRECI	NO CUMPLE, LA FICHA TECNICA NO MENCIONA EL DESEMPEÑO NI QUE SEA AUTOCALAVABLE
106	TIRAS INDICADORAS DE PH CON SO	NO TIENE LOS COLORANTES ADHERIDOS A LA TIRA
109	PINZAS DE ACERO INOXIDABLE CON	NO CUMPLE, LA PUNTA ES EXTRAFINA (TIPO AGUJA)
115	PIPETAS PASTEUR DE VIDRIO TERM	SE REQUIERE DE 7 3/4 DE PULGADA
125	PORTAOBJETOS 3X1 PULGADAS (25X	NO CUENTA CON PANTALLA ESMERILADA
126	PORTAOBJETOS PARA MICROSCOPIO	LA FICHA TECNICA NO INDICA QUE SE A ESMERILADO
127	PORTAOBJETOS DE 26X76 MILIMETR	NO CUMPLE, YA SE UTILIZO EN EL LABORATORIO Y NO CUMPLE, CON LA CALIDAD REQUERIDA
131	PROBETA DE VIDRIO BOROSILICATO	NO CUMPLE, NO ESTA GRADUADA 10/10
133	PROBETA DE VIDRIO CLASE B DE 2	NO CUMPLE, PORQUE HOJA TECNICA MARCA 0.2ML DE SUBDIVISIONES
147	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR PH.	NO CUMPLE, EL VIRAJE DEL REACTIVO ES TARDADO PARA SU LECTURA
149	TUBO DE ENSAYE DE VIDRIO REFRA	NO CUMPLE, NO DEBEN SER DESECHABLES, NO DICE LA HOJA TECNICA QUE SEAN DE VIDRIO REFRACTARIO
150	TUBO DE VIDRIO CON FONDE REDO	NO CUMPLE, OFRECE TUBO DE DESECHABLE
155	TUBO VACUTAINER DE ENSAYE PARA	SE REQUIERE CON TAPON HEMOGARD, VIENE CONVENCIONAL
158	TUBO DE VIDRIO CON ANTICOAGULA	SE REQUIERE CON ANTICOAGULANTE ACIDULO
164	TUBOS DE VIDRIO PARA CENTRIFUG	NO ES LO SOLICITADO SE REQUIERE FONDO REDONDO Y OFERTA CONICO
195	PORTAOBJETOS DE 26 X 76 MM DE	NO CUMPLE, LAMINILLAS NO EMPACADAS AL VACIO
215	PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO P	NO CUMPLE, NO PRESENTA ESPECIFICACIONES TECNICAS, FICHA TECNICA INCOMPLETA
221	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE D	NO CUMPLE, ES DE ESPATULA UNO DE LOS LADOS
231	DISPENSADOR MANUAL DE REPETICI	NO CUMPLE, OFERTA PIPETeador
248	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO CUMPLE CON EL VOLUMEN REQUERIDO, EL VOLUMEN ES 1-10 UL
252	CUBRE OBJETOS RECTANGULARES PA	NO CUMPLE, NO ESPECIFICAN GROSOR
256	GRADILLA DE ACERO RECUBIERTA C	NO CUMPLE, CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS
274	BOTELLAS DE VIDRIO DE 100 ML P	NO CUMPLE CON LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA, SE SOLICITG PRESENTACION EN CAJA DE 10 PIEZAS Y OFERTA POR PIEZA CON PRECIO UNITARIO DE \$80.00; POR LO CUAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 2 FRACCION XII DE LA LAASSP, DICHA OFERTA ECONOMICA SE CONSIDERA NO CONVENIENTE POR SER UN PRECIO FUERA DE MERCADO Y NO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO
306	BURETA LLAVE RECTA BLAUBRAND C	NO SE REQUIERE LLAVE ESMERILADA
318	TUBO DE ENSAYE C/VACIO DE PLAS	SE SOLICITO DRENADO DE 4.5 ML, 3.2 PORCIENTO DE CITRATO DE SODIO
319	TUBO D/ENSAYE C/VACIO C/GEL SE	EL CODIGO QUE PONE EN SU OFERTA TECNICA CORRESPONDE AL TUBO ROJO
324	PUNTAS ESTERILES PARA PIPETA S	NO CUMPLE, LA INFORMACION PROPORCIONADA NO ESPECIFICA QUE SEA ESTERIL
333	GUARDA COLUMNAS PARA CROMATOGR	SE REQUIERE GUARDA COLUMNA Y OFERTA COLUMNA
335	CELDA DE CRISTAL OPTICO PARA L	NO TIENE 4 VENTANAS, 2 DE SUS LADOS SON ESMERILADOS

(Handwritten marks and signatures on the right margin)

(Handwritten mark on the left margin)

(Handwritten signature 'Suf')



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

345	CAJAS DE CARTON CON TAPA PARA	NO CUMPLE, NO INDICA QUE INCLUYA LAS DIVISIONES
350	GRADILLA DE ALAMBRE GALVANIZAD	NO CUMPLE, ESTA RECUBIERTA DE VINILO
351	GRADILLA DE ALAMBRE NIQUELADA	NO CUMPLE, ESTA RECUBIERTA DE VINILO
359	TUBO PARA CULTIVO DE VIDRIO DE	NO ES BOCA ANCHA
369	SUPER PAP PEN. LAPIZ HIDROFABI	NO ES EL TAMAÑO SOLICITADO, CON LOS LAVADOS SE CAE NO ES RESISTENTE A LAVADOS INTENSIVOS
371	SUPER PAP PEN. MARCAR HIDROFOB	NO AISLA ADECUADAMENTE LOS REACTIVOS
375	PIPETA VOLUMETRICA CLASE A DE	NO ES SERIALIZADA
381	PIPETA VOLUMETRICA REUTILIZABL	NO CUMPLE, NO HAY HOJA TECNICA PARA EVALUAR BIEN EL PRODUCTO
382	TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOL	SE REQUIERE TUBO CON TAPON BLANCO
387	TUBO DE 13 X 100 MM E VIDRIO B	NO CUMPLE, EL TAPON ES DE POLIPROPILENO
389	CAJA ENFRIADORA CON RACK PARA	NO CUMPLE, EL RACK ES PARA 12 TUBOS SIN OIFICIOS PARA LOS DE PCR
390	CAJA ENFRIADORA CON RACK PARA	NO CUMPLE, EL RACK ES PARA 32 TUBOS
395	ETIQUETAS ADHESIVAS CON LA LEY	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA LA MEDIDA
396	GRADILLA CON SUJETADOR PARA 96	NO CUMPLE, NO TIENE SUJETADOR
412	REGLA MEDIDORA PARA TANQUES DE	NO CUMPLE, ES CUCHARON PARA SACAR NITROGENO
413	SOPORTE DE ACRILICO CON 4 NIVE	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA QUE SOPORTE CONGELACION
415	TERMOMETRO DIGITAL CON PANTALL	NO CUMPLE, OFERTA CON RANGO -30 A 70C SE SOLICITA 10 A 70C INTERNA NO DESCRIBE DIMENSIONES
449	MICROCELDA DE ESPECTOFOTOMETRO	SE REQUIERE CON 2 PAREDES NEGRAS
475	COPLIN DE VIDRIO FABRICADO EN	NO CUMPLE, LA FICHA TECNICA NO CUMPLE CON LA DESCRIPCION NECESARIA PARA EVALUAR
485	PORTAOBJETOS 3X1 PULGADAS (26X	PARECEN EMPAGADOS
490	CRIOVIAL DE 1.2 ML DE POLIPROP	NO TIENE TAPA CON ROSCA INTERNA
518	BOLSA DE POLIETILENO DE SEGUR	SE REQUIERE CATALOGO B01253
521	BOTELLA DE CULTIVO DE POLIESTI	NO CUMPLE, NO INDICA VOLUMEN DE TRABAJ
529	RECIPIENTES PARA COMPLEMENTO D	SE REQUIERE CAJA C/100 PZAS
532	EMBUDO DE POLIETILENO 10 CMS.	EL TAMAÑO DEL TALLO NO ES EL SOLICITADO, SE REQUIERE DE 10 CM Y OFERTA DE 12 CM
533	TUBOS CON TAPA DE 1.5 ML DE PO	NO SE REQUIERE ESTERIL
534	TUBOS CLAROS DE 2.0ML. DE POLI	NO OFERTA TUBOS CON TAPA DE COLORES
539	PIZETA DE PLASTICO DE POLIPROP	NO INDICA SI ES AUTOCLAVABLE
544	PIZETA LAVADORES DE TIPO INTEG	NO SON DE POLIPROPILENO
546	PIPETAS SEROLOGICAS CAP. 5 ML.	NO CUMPLE, LA ENVOLTURA ES PAPEL-PLASTICO
548	PIPETAS SEROLOGICAS CAP 25 ML.	NO CUMPLE, OFERTA ENVOLTURA DE PAPEL Y PLASTICO
551	PIPETA SEROLOGICA CAP. 10ML. G	NO CUMPLE, LA ENVOLTURA ES DE PLASTICO-PAPEL
560	PUNTAS UNIVERSALES PARA CARGA	NO CUMPLE, NO DICE SI ES LIBRE DE RNASAS, DNASAS Y PIROGENOS
571	PUNTAS PARA PIPETA RANGO DE 10	NO CUMPLE, NO AJUSTAN EN LA MICROPIPETA
572	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUME	NO ESPECIFICA EL RANGO DE VOLUMEN Y QUE MARCA DE PIPETAS SON COMPATIBLES
578	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUME	NO CUMPLE, NO INDICA LA COMPATIBILIDAD CON PIPETAS P2/P10
581	PUNTA UNIVERSAL DE 1-20UL. DE	NO INDICA EL VOLUMEN MÍNIMO EN SU FICHA TECNICA
592	MICRO TUBOS CLAROS TIPO EPPEND	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA SI SON AUTOCLAVABLES
603	TUBOS CENTRIFUGA 15 ML TAPA PL	NO CUMPLE, EL AREA DE ESCRITURA N

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

882	GARRAFON CON CAPACIDAD DE 4 L	SICA NO CORRESPONDE A LA CAPACIDAD REQ UERIDA
888	CONTENEDOR COPLIN CON TAPA FLI	NO CUMPLE, LA FICHA TECNICA NO CU MPLE, CON LO SOLICITADO EN LA CON VOCATORIA Y NO PRESENTO MUESTRA F ISICA
889	COPLIN CILINDRICO DE 40 ML DE	SE REQUIERE CILINDRICO Y OFERTA C UADRADO, TAMPOCO ESPECIFICA DIMEN SIONES
890	ESPATULA PARA LA PELICULA ADHE	NO CUMPLE, NO ES PARA SELLADO DE PLACAS DE PCR
892	MICROTUBOS TIPO EPPENDORF DE 1	NO CUMPLE, OFERTA TUBO COLOR CIAR O
894	PELICULA ADHESIVA TRANSPARENTE	NO CUMPLE, ES PARA PLACAS DE ELIS A, NO DE PCR
895	PELICULA CON ADHESIVO OPTICO P	NO CUMPLE, NO ES PARA PLACAS DE P CR

Proveedor: 0003 DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ANALISIS CLINI

Partida	Descripcion	Si cumple/No cumple (motivo)
10	ASAS DE NICRON REFORZADAS PARA	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA PA RA EVALUAR
39	CUBREOBJETOS DE 22 X 22 MILIME	NO ESTA BIEN ESPECIFICADO EL PROD UCTO
41	CUBREOBJETOS RECTANGULARES PAR	NO ESPECIFICA EL GROSOR
42	CUBREOBJETOS DEL NUMERO 1 DE G	ESTAN GRASOSOS Y EMPAGADOS
64	LAPIZ CON PUNTA DE DIAMANTE CO	NO CUMPLE, NO ENVIO MUESTRA FISIC A PARA EVALUAR
71	MATRAZ ERLENMAYER DE 1000 MILI	NO CUMPLE, EL QUE PROPONE ES DE B OCA ESTRECHA
74	MATRAZ KITAZATO DE VIDRIO BORO	NO INCLUYE TAPON
86	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO CUMPLE, NO ES AUTOCLAVABLE, NO ESPECIFICA INCREMENTO
88	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA INCREMEN TO Y NO ES AUTOCLAVABLE
90	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO FUE VALORADO Y APROBADO PREVIO AL PROCESO DE LICITACION
92	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE D	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA INCREMEN TO NO ES AUTOCLAVABLE
149	TUBO DE ENSAYE DE VIDRIO REFRA	NO CUMPLE, NO DEBEN SER DESECHABL ES, NO DICEN QUE SEAN DE VIDRIO R EFRACTARIO
150	TUBO DE VIDRIO CON FONDE REDO	NO CUMPLE, OFRECE TUBO DESECHABLE
217	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	NO CUMPLE CON LOS ESTANDARES REQU ERIDOS EN EL LABORATORIO, NO CUENT A CON LA PRECISION REQUERIDA
237	MICROPIPETA AUTOCLAVABLE EPPEN	NO ESPECIFICA QUE SEA AUTOCLAVABL E
248	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO DESCRIBE QUE ES AUTOCLAVABLE
252	CUBRE OBJETOS RECTANGULARES PA	NO CUMPLE, NO ESPECIFICAN GROSOR
257	CUBREOBJETOS DE VIDRIO DE ALTA	NO ESPECIFICA RESISTENCIA A CORRO SION
321	MICROPIPETA MULTICANAL DE 12 C	NO CUMPLE, NO ES AUTOCLAVABLE, NO INDICA INCREMENTO
359	TUBO PARA CULTIVO DE VIDRIO DE	FONDO EN "U" NO ES DE BOCA ANCHA
374	PIPETA AUTOMATICA DE 1-10 ML.	NO CUMPLE, SE SOLICITA DE 1-10 MI CROLITROS
391	CAJA PETRI DE 150X15 MILIMETRO	NO CUMPLE, ES DE 150 X 20
400	MATRAZ DE EVAPORACION EN FORMA	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA PARA ROT OEVAPOADOR BUCHI
403	MATRAZ ERLEN MEYER DE AGITACIO	NO CUMPLE, LA ALTURA ES DE 142MM
452	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	NO ESPECIFICA EL VOLUMEN DE LOS I NCREMENTOS
546	PIPETAS SEROLOGICAS CAP. 5 ML.	NO CUMPLE, LA ENVOLTURA ES PAPEL- PLASTICO
548	PIPETAS SEROLOGICAS CAP 25 ML.	NO CUMPLE, OFERTA ENVOLTURA DE PA PEL Y PLASTICO
551	PIPETA SEROLOGICA CAP. 10ML. G	NO CUMPLE, LA ENVOLTURA ES DE PLA

CE

6

(H)

P

1

(S)

P

J

SND

e



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

607	TUBO PARA CENTRIFUGA ESTERIL 5	O SE PUEDE USAR CON PLUMA SE BORRA FACIL LA ZONA DE ESCRITURA NO CUMPLE, NO SON DE POLIPROPILENO
609	TUBOS PARA MICROCENTRIFUGA CAP	NO CUMPLE STERILIDAD
611	PUNTAS DE JERINGA NO ESTERILES	EL PRECIO UNITARIO ESTA POR ENCIMA DE LOS OTROS DOS OFERTANTES
613	PUNTA UNIVERSAL AMARILLA GRADU	NO CUMPLE, SE REQUIERE PUNTAS GRADUADAS
616	CRIOVIALES DE POLIPROPILENO GR	NO CUMPLE, LA TAPA ES BLANCA DE ROSCA EXTERNA
617	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, NO TIENE FILTRO
622	CRIOVIALES DE POLIPROPILENO GR	NO CUMPLE, NO PRESENTA FONDO REDONDO
633	FILTROS PARA ESTERILIZACION EN	NO CUMPLE CON LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA, SE SOLICITÓ PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 PIEZAS Y OFERTA POR PIEZA CON PRECIO UNITARIO DE \$180.00; POR LO CUAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 2 FRACCION XII DE LA LEY P, DICHA OFERTA ECONOMICA SE CONSIDERA NO CONVENIENTE POR SER UN PRECIO FUERA DE MERCADO Y NO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO
636	PALANGANA DE PLASTICO RESISTEN	NO CUMPLE, ES MAS ANGOSTA
637	PLACA DE POLIESTIRENO CLARO DE	NO CUMPLE, NO TIENE FONDO PLANO
641	TUBO PARA CENTRIFUGA ESTERIL 5	NO CUMPLE; NO ESPECIFICA LA HOJA TECNICA SI SON ESTERILES
645	PIPETA DE TRANSFERENCIA CON GR	SE REQUIERE DE 15 CM
669	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, SON DE 200 UL
675	TUBOS PARA MICROCENTRIFUGA DE	NO CUMPLE, NO ENTREGO MUESTRA FISICA
683	MICROTUBO CON FONDO CONICO; CO	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA QUE EL FONDO SEA CONICO Y LA CAJA ES DE 500
690	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUME	NO ES EL VOLUMEN SOLICITADO
703	PLACA DE POLIESTIRENO CLARO DE	NO SOLICITAMOS FONDO REDONDO
708	ESPATULAS (CELL SCRAPERS) PARA	SE REQUIERE DE 1.8 Y OFERTA 2.0
710	PUNTAS 0.5-10 UL FILTER TIPS F	NO MUESTRA INTERVALO DE MEDICION, NO ESPECIFICA CERTIFICADO LIBRE DE RNASAS, DNASAS Y PIROGENOS
740	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, EL VOLUMEN ES DE 0.1 A 10
741	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, EL VOLUMEN ES DE 0.1 A 10
742	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA VOLUMEN
759	PIPETOR EPPENDORF EASYPET DE 1	OPERA CON 110-240 VOLTS
760	PORTA BOLSA DE ALAMBRE DE ACER	NO CUMPLE, NO OFERTA LO SOLICITADO
765	TUBO DE CENTRIFUGA DE POLIPROP	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA QUE VELOCIDAD DE CENTRIFUGACION SOPORTA
777	PROBETA BAJA DE 1000 ML DE POL	NO ES DE BAJA, MIDE MAS DE 28CM DE ALTO
811	CAJAS PARA 81 CRIOTUBOS DE 5ML	NO CUMPLE, LA MUESTRA FISICA ES PARA TUBOS DE 2ML.
836	PIPETA SEROLOGICA CAPACIDAD DE	LA HOJA TECNICA NO ESPECIFICA QUE VENGAN EN BOLSAS DE 50 PIEZAS
840	PIPETA SEROLOGICA DE 25ML. DEP	NO CUMPLE, NO SE MENCIONA QUE ESTERIL LIBRES DE PIROGENOS, RNASA NI DNASAS
842	CAJA DE POLIPROPILENO PARA TUB	NO CUMPLE, NO TIENE TAPA EXTENDIBLE Y SÓLO ES PARA TUBOS DE 1.5/2ML.
843	CARETA PARA PROTECCION FACIAL	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA DE QUE MATERIAL ES Y NO TIENE PROTECCION INCORPORADA PARA EL MENTON
849	SOPORTE DE PLASTICO ABS PARA P	NO CUMPLE, ES CANASTILLA ACARREADORA
863	MICROTUBOS DE 1.5 ML DE POLIPR	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FI

CF

Z

P

P

P

P

P

P

30



7
ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

Item	Description	Remarks
96	NAVAJA DESECHABLES DE DOBLE FI	MICROLITRO
102	PAPEL INDICADOR PH CON RANGO 0	SE SOLICITAN NAVAJAS DE DOBLE FIL O Y OFERTA PORTAOBJETOS
112	PIPETA SEROLOGICA DE VIDRIO BO	NO CUMPLE, NO CORRESPONDE A LO SO LICITADO, DEBE SER PARA INDICAR E L PH DE 0-13 CON UN SOLO PAPEL O TIRA
115	PIPETAS PASTEUR DE VIDRIO TERM	NO CUMPLE, NO DEBE SER DE GRADO E DUCACIONAL
131	PROBETA DE VIDRIO BOROSILICATO	SE REQUIERE DE 7 3/4 DE PULGADA
133	PROBETA DE VIDRIO CLASE B DE 2	NO CUMPLE, NO ESTA GRADUADA 10/10
149	TUBO DE ENSAYE DE VIDRIO REFRA	NO CUMPLE, LA SUBDIVISIONES SON D E 0.5 NO DE 0.2ML.
167	TUBO DE ENSAYE DE VIDRIO BOROS	NO CUMPLE, NO SE SOLICITAN DESECH ABLES, LA HOJA TECNICA DE CATALOG O NO DICE QUE SEAN REFRACTARIOS
168	TUBO CONICO DE PLASTICO CON CA	NO ES DE PAREDES GRUESAS
199	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABL	SE REQUIERE TUBO CONICO, NO REDON DO
203	CUBIERTAS (COVER PLATES) PARA	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA QUE ESTE FABRICADO CON PVDF NO PUNTUALIZA CERTIFICADO ISO 17025
217	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABL	SE SOLICITAN CUBIERTAS (COVER PLA TES) PARA 25 LAMINILLAS EN POSICI ON VERTICAL Y OFERTA CAJAS DE DES LIZAMIENTO
237	MICROPIPETA AUTOCLAVABLE EPPEN	NO CUMPLE CON LOS ESTANDARES REQU ERIDOS EN EL LABORATORIO, NO CUENT A CON LA PRECISION REQUERIDA
248	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO ESPECIFICA QUE SEA AUTOCLAVABL E
253	PAPEL FILTRO DE RAPIDA FILTRAC	NO DESCRIBE QUE ES AUTOCLAVABLE
284	PORTAOBJETOS SUPERFROST PARA M	SE REQUIERE DE 11 CM DE DIAMETRO Y OFERTA DE 24 CM DE DIAMETRO
285	PUNTAS DE POLIPROPILENO DESECH	SE REQUIERE CAJA C/144 PIEZAS Y O FERTA CAJA C/50 PIEZAS
289	MICROPIPETA TIPO FINNPIPETTE D	LA MARCA DELTALAB NO ES COMPATIBL E CON LAS CAJAS ESTANDAR PARA ESA S PUNTAS, SE ATORAN AL ENSARTARLA S EN LA PIPETA
294	TIMER DIGITAL DE 4 CANALES, 1	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA INCREMEN TO NI CODIGO COLOR VERDE
306	BURETA LLAVE RECTA BLAUBRAND C	NO CUMPLE, LA PANTALLA MUY PEQUEN A Y NO PERMITE VER LOS NUMEROS A LA DISTANCIA, NO INDICA QUE SE TI ENE UN CONTEO HACIA ADELANTE UNA VEZ CONCLUIDA EL TIEMPO ESTABLECI DO
312	PIPETMAN NEO STARTER KIT 1 JUE	LA TOLERANCIA ES MAYOR A LA SOLIC ITADA
321	MICROPIPETA MULTICANAL DE 12 C	NO INDICA QUE SEA PIPETMAN NEO
324	PUNTAS ESTERILES PARA PIPETA S	NO CUMPLE, NO ES AUTOCLAVABLE NO INDICA INCREMENTO
344	BOTELLA PARA MEDIOS DE CULTIVO	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FI SICA PARA EVALUACION
374	PIPETA AUTOMATICA DE 1-10 ML.	NO CUMPLE, LAS PAREDES LATERALES TIENEN INCRUSTACIONES
394	EMBUDO DE VIDRIO PARA POLVO CO	NO CUMPLE, SE SOLICITA DE 1-10 MI CROLITROS
396	GRADILLA CON SUJETADOR PARA 96	NO CUMPLE, EL DIAMETRO INFERIOR E S MENOR
405	MICROPIPETA TIPO FINNPIPETTE D	NO CUMPLE, ES GRADILLA CON TAPA
406	MINICENTRIFUGA CON CUBIERTA TR	NO CUMPLE, EL VOLUMEN ES DE 0.5 A 10UL
413	SOPORTE DE ACRILICO CON 4 NIVE	NO CUMPLE, NO TIENE TEMPORIZADOR
419	PUNTAS CON FILTRO PARA MICROPI	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA QUE SOPO RTE CONGELACION
423	MICROPIPETA TIPO FINNPIPETTE D	NO ENVIO MUESTRA FISICA PARA EVAL UACION
		NO CUMPLE, EL INCREMENTO ES DE 0.

[Handwritten mark]

[Handwritten marks and signatures on the right margin]



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

561	PUNTAS PARA PIPETA RANGO DE 1-	STICO-PAPEL NO CUMPLE, NO ESPECIFICA COMPATIBILIDAD
571	PUNTAS PARA PIPETA RANGO DE 10	NO CUMPLE, SON MUY LARGAS Y NO AJUSTAN EN LOS RACKS DEL LABORATORIO
572	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUME	NO ESPECIFICA EL RANGO DE VOLUMEN Y QUE MARCA DE PIPETAS CON LAS QUE SON COMPATIBLES
577	PUNTAS UNIVERSALES PARA MACROP	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FÍSICA PARA EVALUAR
580	PUNTAS UNIVERSALES CON FILTRO	NO CUMPLE, NO SE ENVIO MUESTRA FÍSICA PARA EVALUAR
592	MICRO TUBOS CLAROS TIPO EPPEND	NO CUMPLE, EL VOLUMEN ES DE 0.5 ML.
598	TUBO DE PARED DELGADA PARA PCR	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA LAS XG DE CENTRIFUGACION EN LA FICHA TÉCNICA
603	TUBOS CENTRIFUGA 15 ML TAPA PL	NO CUMPLE, SE REQUIERE LIBRE DE RESIDUOS Y DNASAS
617	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FICHA	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FÍSICA
630	PUNTAS UNIVERSALES CON FILTRO	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FÍSICA PARA EVALUAR
675	TUBOS PARA MICROCENTRIFUGA DE FICHA	NO CUMPLE, NO ENTREGO MUESTRA FÍSICA
684	PUNTAS PARA MICROPIPETETA DE POL	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FÍSICA
690	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUME	NO COINCIDE CON EL VOLUMEN SOLICITADO
762	TUBOS PARA PCR DE 0.2ML UNIDOS	NO CUMPLE, NO SE ENVIO MUESTRA FÍSICA PARA EVALUAR
821	PLACA PETRI SIN DIVISION DE PL	NO CUMPLE, NO SE ENVIO MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACION
836	PIPETETA SEROLOGICA CAPACIDAD DE	LA HOJA TECNICA NO ESPECIFICA QUE VENGAN EN BOLSAS DE 50 PIEZAS
865	RACK DE 96 PUNTAS DE VOLUMEN D	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FÍSICA

Proveedor: 0004 METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

Partida	Descripcion	Si cumple/No cumple (motivo)
1	FRASCO DE CULTIVO RECTANGULAR	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FÍSICA PARA EVALUAR
17	CAJA DE CARTON CON 81 DIVISION	NO CUMPLE, NO MENCIONA LA CAPACIDAD DE LOS CRIOVIALES A GUARDAR
18	CAJA DE PETRI ESTERIL DESECHABLE	NO CUMPLE, NO PRESENTA MUESTRA FÍSICA
33	CONTENEDOR PARA CRIOVIALES DE	NO ES DE TAPA TRANSPARENTE
35	CRONOMETRO CON CUATRO CANALES	SIN IMAGEN DEL PRODUCTO
60	HISOPO ESTERIL CON PUNTA DE AL	NO CUMPLE, NO ENVIO MUESTRA FÍSICA PARA EVALUACION
63	KLING-ON HIER SLIDES LAMINILLA	NO ESPECIFICAN SI SON ELECTROCARGADAS PARA INMUNOFLOURESCENCIA
74	MATRAZ KITAZATO DE VIDRIO BORO	NO INCLUYE TAPON
85	MICROPIPETETA TIPO FINNPIPETTE D	NO CUMPLE, VOLUMEN 0.5 A 10 INCREMENTO 0.1 MICROLITROS
86	MICROPIPETETA TIPO FINNEPIPETTE	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA INCREMENTO Y NO ES TOTALMENTE AUTOCLAVABLE
87	MICROPIPETETA DE VOL. VARIABLE C	NO CUMPLE INTERVALO DE 5-50 UL
88	MICROPIPETETA TIPO FINNEPIPETTE	NO CUMPLE, TIENE INCREMENTO DE 5 MICROLITROS
90	MICROPIPETETA TIPO FINNEPIPETTE	NO FUE VALORADO Y APROBADO PREVIO AL PROCESO DE LICITACION
91	PIPETETA MULTICANAL 8, MOD PRECI	NO CUMPLE, FICHA TECNICA INCOMPLETA NO MENCIONA DESEMPEÑO DE MEDICION NI CERTIFICACION, NO AUTOCLAVABLE
92	MICROPIPETETA TIPO FINNPIPETTE D	NO CUMPLE, EL INCREMENTO ES DE 1

(Handwritten signatures and initials on the right margin)

(Handwritten mark on the bottom left margin)

(Handwritten mark at the bottom right)



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

436	MICROPIPETA DE 20 A 100 MICROL	5 Y NO ES TOTALMENTE AUTOCLAVABLE NO CUMPLE, NO ES DEL RANGO DE VOLUMEN SOLICITADO SE REQUIERE DE 20 A 100 Y OFRECE DE 10-100
478	JUEGO DE MICROPIPETAS DE VOLUM	NO CUMPLE, RANGOS DE VOLUMEN DIFERENTE A LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA
486	AGITADOR PRA TUBOS. VELOCIDAD	NO CUMPLE, ESTE ES UN AGITADOR HORIZONTAL PARA FRASCOS Y PLACAS DE CULTIVO, NO ES PARA TUBO DE SANGRE
494	MICROPIPETA MULTICANAL DE ALTA	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA PRESION DE INSERTO PROPORCIONADO, NO BRINDA MAYOR ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
495	MICROPIPETAS DE ALTA PRECISION	NO CUMPLE, EL KIT SOLO TRAE 5 MICROPIPETAS
509	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	NO TIENE EXPULSOR DE ACERO INOXIDABLE
511	PIPETA MULTICANAL DE 12 CANALE	NO CUMPLE, SE REQUIERE PARA VOLUMEN DE 2 A 20 Y OFRECE DE 5 A 50
533	TUBOS CON TAPA DE 1.5 ML DE POLI	NO SE REQUIERE ESTERIL
534	TUBOS CLAROS DE 2.0ML. DE POLI	NO PRESENTA MUESTRA FISICA, SIN TAPA DE COLOR
536	SISTEMA DE FILTRACION AL VACIO	NO CUMPLE, PORQUE LA TAPA NO ES COLOR NARANJA Y NO LE SIRVE A LAS BOTTELLAS PARA EL FILTRO
537	GRADILLAS PARA TUBOS DE 50 MIL	NO CUMPLE, SON DE ALAMBRE CON CUBIERTA EPOXICA
539	PIZETA DE PLASTICO DE POLIPROP	NO INDICA SI ES AUTOCLAVABLE
546	PIPETAS SEROLOGICAS CAP. 5 ML.	NO CUMPLE, LA ENVOLTURA ES PAPEL-PLASTICO
548	PIPETAS SEROLOGICAS CAP 25 ML.	NO CUMPLE, OFERTA ENVOLTURA DE PAPEL Y PLASTICO
549	PIPETAS SEROLOGICAS CAPA. 5ML.	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FISICA PARA EVALUARSE
551	PIPETA SEROLOGICA CAP. 10ML. G	NO CUMPLE, LA ENVOLTURA ES DE PLASTICO-PAPEL
555	PIPETA DE POLIETILENO TIPO PAS	NO CUMPLE, YA HA SIDO PROBADO EN EL LABORATORIO Y LA ENVOLTURA NO ES FACIL DE ABRIR
556	PUNTA P/PIP 100-1000 MICRO L.	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
560	PUNTAS UNIVERSALES PARA CARGA	NO CUMPLE, NO DICE SI ES LIBRE DE RNASAS, DNASAS PIROGENOS
561	PUNTAS PARA PIPETA RANGO DE 1-	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA COMPATIBILIDAD NI QUE SEAN LIBRES DE DNASAS
571	PUNTAS PARA PIPETA RANGO DE 10	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FISICA
572	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUME	NO ESPECIFICA EL RANGO DE VOLUMEN Y SI ES LIBRE DE RNASAS, DNASAS Y PIROGENOS
574	PUNTAS DE 0.5-10UL PARA MICROP	NO CUMPLE, NO DICE SI ES LIBRE DE RNASA Y DNASAS
576	PUNTAS AZULES DE POLIPROPILENO	NO ESPECIFICA EL RANGO MINIMO (100 UL), NO LIBRE DE RNASAS, DNASAS Y PIROGENOS
577	PUNTAS UNIVERSALES PARA MACROP	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FISICA PARA EVALUAR
578	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUME	NO CUMPLE, NO INDICA LA COMPATIBILIDAD CON PIPETAS P2/P10
579	PUNTAS CON FILTRO UNIVERSAL DE	NO CUMPLE, NO ENVIARON MUESTRA PARA EVALUAR
580	PUNTAS UNIVERSALES CON FILTRO	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FISICA PARA EVALUAR
581	PUNTA UNIVERSAL DE 1-20UL. DE	NO INDICA EL VOLUMEN MINIMO EN SU FICHA TECNICA
591	UNIDAD DE FILTRACION DE CELULO	NO CUMPLE, REQUIERE USO DE SDS
592	MICRO TUBOS CLAROS TIPO EPPEND	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA SI SON AUTOCLAVABLES

ⓧ

ⓧ

z

ⓧ

ⓧ

ⓧ

ⓧ

ⓧ



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO, Y ALIMENTO PARA ANIMALES

Table with 3 columns: Item ID, Description, and Status/Remarks. Includes items like 'TUBO DE CULTIVO 12 X 75 MM. DE', 'TUBO DE POLIPROPILENO DE 12X75', etc. with various remarks such as 'NO CUMPLE, LOS TUBOS NO DEBEN SER ESTERILES...'.

Handwritten mark 'e' at the bottom left.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large 'Z' and 'SAP' at the bottom.

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

777	PROBETA BAJA DE 1000 ML DE POL	ES DE 44 CM DE ALTO
780	CAJA PARA ALMACENAR 100 REJILL	SE REQUIERE CAJAS PARA ALMACENAR REJILLAS PARA MICROSCOPIA ELECTRO NICA NO LAMINILLAS
782	PIPETA MULTICANAL DE 8 CANALES	NO CUMPLE, EN LA HOJA TECNICA NO INDICA QUE TENGA SEGURO Y ES NECE SARIO
805	TUBOS DE CULTIVO DESECHABLE DE	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FI SICA
811	CAJAS PARA 81 CRIOTUBOS DE 5ML	NO CUMPLE, LA INFORMACION ES PARA TUBOS DE 1.5-2ML
812	CAJAS PETRI (CHICA) DE 35MM X	NO CUMPLE, NO SE ENVIO MUESTRA FI SICA PARA VALORAR
817	MICROPIPETETA TIPO FINNPIPETTE D	NO FUE VALORADO Y APROBADO PREVIO AL PROCESO DE LICITACION Y NO OF ERTA EL VOLUMEN SOLICITADO
821	PLACA PETRI SIN DIVISION DE PL	NO CUMPLE, NO SE ENVIO MUESTRA FI SICA PARA SU EVALUACION
822	PUNTAS 1-200UL ESTERIL CLARAS	NO ENVIO MUESTRA FISICA PARA EVAL UACION
835	TUBO DE POLIPROPILENO DE 1.5 M	ESTA MARCA NO RESISTE EL COLOR, N O FUNCIONA
836	PIPETA SEROLOGICA CAPACIDAD DE	LA HOJA TECNICA NO ESPECIFICA QUE VENGAN EN BOLSAS DE 50 PIEZAS
839	PIPETA MULTICANAL DE 8 CANALES	NO CUMPLE, NO TIENE SEGURO PARA E VITAR ERRORES
851	ARCHIVADOR PARA PORTAOBJETOS S	NO CUMPLE, NO LAS REQUIEREO PLANA S, NO ES ARCHIVADOR
852	ARCHIVADOR PARA PORTAOBJETOS S	NO CUMPLE, NO LAS QUEREMOS PLANAS , NO ES ARCHIVADOR
853	ARCHIVADOR PARA PORTAOBJETOS S	NO CUMPLE, NO LAS REQUIERO PLANAS , NO ES ARCHIVADOR
900	PUNTAS CON FILTRO EN RACKS CLA	NO CUMPLE, NO OFERTA PUNTAS DE BA JA RETENCION
901	PUNTAS CON FILTRO EN RACKS CLA	NO OFERTA PUNTAS DE RETENCION
902	PUNTAS EN RACKS DE LONGITUD EX	NO CUMPLE, NO ESTA EN DESCRIPCION QUE SEAN DE LONGITUD EXTENDIDA
927	PUNTA UNIVERSAL CON FILTRO PRE	NO CUMPLE, NO INDICA LA COMPATIBI LIDAD CON MICROPOPETAS GILSON
935	MICROPIPETETA DE VOLUMEN VARIABL	NO TIENE EXPULSOR DE ACERO

Proveedor: 0005 GRUPO DINELAB S.A. DE C.V

Partida	Descripcion	Si cumple/No cumple (motivo)
6	AGITADOR MAGNETICO CUBIERTO DE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO
19	CAJAS PARA CULTIVO DE CELULAS	NO CUMPLE, ESPECIFICACION DEL CUE LLO
28	COLADOR CELULAR DE 70 UM EN NY	EN LA HOJA TECNICA DICE QUE SE AD APTAN A LOS TUBOS BIOLOGIX, NO LO S TENEMOS
85	MICROPIPETETA TIPO FINNPIPETTE D	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA INCREMEN TO DE 0.02UL
86	MICROPIPETETA TIPO FINNEPIPETTE	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA QUE SEA AUTOCLAVABLE
88	MICROPIPETETA TIPO FINNEPIPETTE	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA INCREMEN TO Y NO ES AUTOCLAVABLE
90	MICROPIPETETA TIPO FINNEPIPETTE	NO FUE VALORADO Y APROBADO PREVIO AL PROCESO DE LICITACION
92	MICROPIPETETA TIPO FINNPIPETTE D	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA INCREMEN TO Y NO ES AUTOCLAVABLE
111	PIPETOR AUTOMATICO PORTATIL RE	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA SI INCLU YE ESTACION DE CARGA PARA MESA
285	PUNTAS DE POLIPROPILENO DESECH	LA UNIDADES QUE SE ESPECIFICAN EN EL CATALOGO SON DIFERENTES A LA PROPOSICION TECNICA Y A LO SOLICI TADO
321	MICROPIPETETA MULTICANAL DE 12 C	NO CUMPLE, VOLUMEN 20 A 300 NO IN DICA INCREMENTO NO ES AUTOCLAVABL E
406	MINICENTRIFUGA CON CUBIERTA TR	NO CUMPLE, LA VELOCIDAD ES DE 700

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'C' at the top, a '6' in the middle, and several other illegible marks.

Handwritten mark resembling a stylized 'C' or 'e' at the bottom left.

Handwritten initials 'SAP' at the bottom right.

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
519	PLACAS ESTERIL COSTAR DE 12 PO	0 RPM NO TIENE TEMPORIZADOR NO CUMPLE, SE REQUIERE DE 12 POZOS Y OFRECEN DE 24 POZOS
546	PIPETAS SEROLOGICAS CAP. 5 ML.	NO CUMPLE, LA ENVOLTURA ES PAPEL-PLASTICO
572	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUME	EL RANGO DE VOLUMEN NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO Y NO ESPECIFICA SIN SON LIBRES DE RNASAS Y DNASAS
574	PUNTAS DE 0.5-10UL PARA MICROP	NO CUMPLE, NO DICE SI ES LIBRE DE RNASAS Y DNASAS
588	MICROTUBO TIPO EPPENDORF DE 1.	NO PRESENTO ANEXO 8
593	MICROTUBOS TIPO EPPENDORF DE 1	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA LIBRE DE DNASAS Y RNASAS
598	TUBO DE PARED DELGADA PARA PCR	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA QUE DEBE SER CLAROS
603	TUBOS CENTRIFUGA 15 ML TAPA PL	NO CUMPLE, SOLO SE PUEDE ESCRIBIR CON MARCADOR, LAS ETIQUETAS NO SE ADHIEREN BIEN
632	PUNTAS UNIVERSALES CON FILTRO	NO CUMPLE, NO INDICA LIBRE DE PIR OGENOS
639	BOTELLA PARA CULTIVO CELULAR D	NO CUMPLE, SE REQUIERE CON FILTRO
664	TUBOS PARA PCR DE 0.2 ML CALAR	SE REQUIERE DE 4000 RCF Y OFERTA DE 6000 RCF
741	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, EL VOLUMEN ES DE 0.1 A 10
758	PIPETA MULTICANAL DE 12 CANALE	NO FUE VALORADO Y APROBADO PREVIO AL PROCESO DE LICITACION
759	PIPETOR EPPENDORF EASYPET DE 1	NO ESPECIFICA EL VOLTAJE
899	PUNTAS CON FILTRO EN RACKS CLA	NO CUMPLE, EL VOLUMEN ES MAYOR
927	PUNTA UNIVERSAL CON FILTRO PRE	NO CUMPLE, NO HAY HOJA TECNICA PARA EVALUAR ANEXO 8

Proveedor: 0006 POLIMEROS 2000, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
773	PALANGANA DE PLASTICO RESISTEN	NO CUMPLE, NO TIENE 41 CM DE LARGO NO SE PUEDE TAPAR

Proveedor: 0009 UNIPARTS, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
1	FRASCO DE CULTIVO RECTANGULAR	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FISICA PARA EVALUAR
33	CONTENEDOR PARA CRIOVIALES DE	SE REQUIERE DE 0.5 ML Y OFERTA DE 1-2 ML
85	MICROPIPETA TIPO FINNPIPETTE D	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA INCREMENTO DE 0.02UL
86	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA QUE SEA AUTOCLAVABLE
88	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA INCREMENTO Y NO SON AUTOCLAVABLES
90	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO FUE VALORADO Y APROBADO PREVIO AL PROCESO DE LICITACION
92	MICROPIPETA TIPO FINNPIPETTE D	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA INCREMENTO Y NO ES AUTOCLAVABLE
115	PIPETAS PASTEUR DE VIDRIO TERM	SE REQUIERE DE 7 3/4 DE PULGADA
248	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO CUMPLE CON EL VOLUMEN REQUERIDO, EL VOLUMEN ES 1-10 UL
321	MICROPIPETA MULTICANAL DE 12 C	NO CUMPLE, VOLUMEN 20 A 30, NO INDICA INCREMENTO NO ES AUTOCLAVABLE
345	CAJAS DE CARTON CON TAPA PARA	NO CUMPLE, TIENE DIFERENTES DIMENSIONES
347	DIVISIONES PARA CAJAS DE CARTO	NO CUMPLE, NO SON DE LA MISMA MARCA QUE LA CLAVE 11666990
406	MINICENTRIFUGA CON CUBIERTA TR	NO CUMPLE, NO TIENE TEMPORIZADOR
419	PUNTAS CON FILTRO PARA MICROPI	NO ENVIO MUESTRA FISICA PARA EVALUACION
450	MICROPIPETA DE VLUMEN VARIABLE	SE REQUIERE CON INCREMENTO DE 1 M



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL NO. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

452	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABL	ICROLITRO NO ESPECIFICA EL VOLUMEN DE LOS I NCREMENTOS
480	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABL	NO CUMPLE, NO INDICA SI CONTIENE KIT DE SERVICIO NI 4 DIGITOSNO
525	CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO	NO CUMPLE, NO ES LA MEDIDA SOLICIT TADA ENLA CONVOCATORIA
526	CAJA DE ALMACENAMIENTO PARA MI	NO CUMPLE, ES PARA 81 TUBOS
533	TUBOS CON TAPA DE 1.5 ML DE PO	SE REQUIERE DE 1.5 ML
534	TUBOS CLAROS DE 2.0ML. DE POLI	NO PRESENTA MUESTRA FISICA
536	SISTEMA DE FILTRACION AL VACIO	NO CUMPLE, PORQUE OFERTA COLOR AM ARILLO Y SE SOLICITO COLOR NARANJ A
540	PIPETA DE TRANSFERENCIA NO EST	NO CUMPLE, NO ENVIO MUESTRA FISIC A PARA EVALUAR
549	PIPETAS SEROLOGICAS CAPA. 5ML.	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FI SICA PARA EVALUAR
572	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUME	EL RANGO DE VOLUMEN NO CORRESPOND E A LO SOLICITADO Y NO ESPECIFICA CATALOGO SIN SON LIBRES DE RNASA S Y DNASAS
574	PUNTAS DE 0.5-10UL PARA MICROP	NO CUMPLE, NO DICE SI ES LIBRE DE RNASAS Y DNASAS
579	PUNTAS CON FILTRO UNIVERSAL DE	NO CUMPLE, EL VOLUMEN NO ES EL SO LICITADO, NO ENTIRGO MUESTRA FSISI CA
580	PUNTAS UNIVERSALES CON FILTRO	NO CUMPLE, NO SE ENVIO MUESTRA FI SICA PARA EVALUAR
598	TUBO DE PARED DELGADA PARA PCR	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA QUE TIEN E TAPA PLANA
603	TUBOS CENTRIFUGA 15 ML TAPA PL	NO CUMPLE, NO ENVIO MUESTRA FISIC A PARA EVALUAR
609	TUBOS PARA MICROCENTRIFUGA CAP	NO CUMPLE ESTERILIDAD
613	PUNTA UNIVERSAL AMARILLA GRADU	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA LAS CARA CTERISTICAS SOLICITADAS
617	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FI SICA
630	PUNTAS UNIVERSALES CON FILTRO	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FI SICA PARA EVALUAR
645	PIPETA DE TRANSFERENCIA CON GR	SE REQUIERE DE 5 ML Y OFERTAN DE 3 ML
647	PIPETA DE TRANSFERENCIA ESTERI	NO CUMPLE, NO HA SIDO EVALUADO SI N MUESTRA FISICA
683	MICROTUBO CON FONDO CONICO; CO	NO CUMPLE, SON TUBOS PARA PCR DE 0.2ML.
694	PLACAS OPTICAS DE 96 POZOS PAR	NO CUMPLE, NO SON OPTICAS
695	MICROPLACAS DE POLIESTIRENO DE	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA CAPACIDA DE ADHERENCIA
697	PLACAS OPTICAS DE 96 POZOS PAR	NO CUMPLE, NO SON OPTICAS
714	CONTENEDOR PARA CRIOVIALES DE	NO CUMPLE, LA PRESENTACION NO CON CUERDA CON LO SOLICITADO
734	CAJAS PARA 81 CRIOTUBOS DE 1.5	NO CUMPLE, NO SE PUDO VALORAR YA QUE NO SE ENVIO MUESTRA FISICA
740	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, VOLUMEN DE 1 A 200.
741	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, EL VOLUMEN ES DE 0.1 A 10
758	PIPETA MULTICANAL DE 12 CANALE	NO FUE VALORADO Y APROBADO PREVIO AL PROCESO DE LICITACION
777	PROBETA BAJA DE 1000 ML DE POL	ES DE 44 CM DE ALTO
809	BOTELLA DE 1 LITRO. PARA ESTER	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA QUE EL V IDRIO SEA BOROSILICATO
811	CAJAS PARA 81 CRIOTUBOS DE 5ML	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FI SICA
812	CAJAS PETRI (CHICA) DE 35X24 X	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FI SICA
817	MICROPIPETA TIPO FINNPIPEPTE D	NO FUE VALORADO Y APROBADO PREVIO AL PROCESO DE LICITACION
822	PUNTAS 1-200UL ESTERIL CLARAS	NO ENVIO MUESTRA FISICA PARA EVAL UACION
839	PIPETA MULTICANAL DE 8 CANALES	NO CUMPLE, NO TIENE SEGURO PARA E



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

Partida	Descripcion	Si cumple/No cumple (motivo)
899	PUNTAS CON FILTRO EN RACKS CLA	VITAR ERRORES NO CUMPLE, NO INDICA SI VIENE EN RACKS
Proveedor: 0011 SILVERA CIENCIA E INGENIERIA S.A. DE C.V		
18	CAJA DE PETRI ESTERIL DESECHAB	NO CUMPLE, NO PRESENTA MUESTRA FISICA
54	BOTELLAS DE 1000 ML PARA ALMAC	NO INDICA QUE SEA AUTOCLAVEABLE
85	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE D	NO CUMPLE, VOLUMEN 0.5 A 10 INCREMENTA 0.01 MICROLITROS
86	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO CUMPLE, NO ES AUTOCLAVABLE
88	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA INCREMENTO Y NO SON AUTOCLAVABLES
91	PIPETA MULTICANAL 8, MOD PRECI	NO CUMPLE, LA FICHA TECNICA NO MENCIONA QUE SEA CERTIFICADA NI QUE SEA AUTOCLAVABLE
92	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE D	NO CUMPLE, NO SON AUTOCLAVABLE
138	RELOJ DIGITAL DE TRES CANALES	SE SOLICITA RELOJ Y OFERTA PUNTAS
147	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR PH.	NO CUMPLE, EL VIRAJE DEL REACTIVO ES TARDADO PARA SU LECTURA
169	FILTRO DE JERINGA COPOLIMERO D	NO CUMPLE CON LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA, SE SOLICITG PRESENTACION EN CAJA DE 50 PIEZAS Y OFERTA POR PIEZA CON PRECIO UNITARIO DE \$33.67; POR LO CUAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 2 FRACCION XII DE LA LAASSE, DICHA OFERTA ECONOMICA SE CONSIDERA NO CONVENIENTE POR SER UN PRECIO FUERA DE MERCADO Y NO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO
199	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	NO CUMPLE, CON NORMA ISO, SIN CERTIFICADO
217	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	NO CUMPLE CON LOS ESTANDARES REQUERIDOS EN EL LABORATORIO, NO CUENTA CON LA PRECISION REQUERIDA
248	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO CUMPLE CON EL VOLUMEN, SE REQUIERE DE 1-10 ML Y OFERTA DE 0.5 A 10 UL
292	CRIOVIAL ESTERIL PARA VOLUMEN	NO CUMPLE, SE REQUIEREN LIBRES DE DNASA Y RNASA
321	MICROPIPETA MULTICANAL DE 12 C	NO CUMPLE, VOLUMEN DE 50 A 300UL
328	PAPEL PARAFILM. ROLLO DE 500 M	NO CUMPLE, NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO, DEBE SER ROLLO DE 15M DE LARGO X 500MM DE ANCHO NO PAQUETE INDIVIDUAL
369	SUPER PAP PEN. LAPIZ HIDROFOBI	NO RINDE PARA MAS DE 1000 LAMINILLAS
371	SUPER PAP PEN. MARCAR HIDROFOB	NO AISLA ADECUADAMENTE LOS REACTIVOS
406	MINICENTRIFUGA CON CUBIERTA TR	NO CUMPLE, NO TIENE TEMPORIZADOR
436	MICROPIPETA DE 20 A 100 MICROL	NO CUMPLE, NO ES DEL RANGO DE VOLUMEN SOLICITADO SE REQUIERE DE 20-100UL Y OFRECE DE 10-100UL
450	MICROPIPETA DE VLUMEN VARIABLE	SE REQUIERE CON INCREMENTO DE 1 MICROLITRO
451	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	NO ESPECIFICA EL VOLUMEN DE LOS INCREMENTOS
452	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	SE REQUIERE CON INCREMENTOS DE 0.1 MICROLITROS
478	JUEGO DE MICROPIPETAS DE VOLUM	NO CUMPLE, RANGO DE VOLUMEN DIFERENTE A LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA
480	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	NO CUMPLE, NO INDICA SI CONTIENE KIT DE SERVICIO
511	PIPETA MULTICANAL DE 12 CANALE	NO CUMPLE, SE REQUIERE DE VOLUMEN 2 A 20 Y OFRECE CON VOLUMEN DE 5 A 50

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL NO. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

521	BOTELLA DE CULTIVO DE POLIESTI	NO CUMPLE, SE PROBARON EN EL LABO RATORIO Y SE VOLTEAN FSCILMENTE
534	TUBOS CLAROS DE 2.0ML. DE POLI	NO OFERTA TUBOS CON TAPA DE COLOR ES
546	PIPETAS SEROLOGICAS CAP. 5 ML.	NO CUMPLE, LA ENVOLTURA ES PAPEL- PLASTICO
548	PIPETAS SEROLOGICAS CAP 25 ML.	NO CUMPLE, OFERTA ENVOLTURA DE PA PEL Y PLASTICO
551	PIPETA SEROLOGICA CAP. 10ML. G	NO CUMPLE, LA ENVOLTURA ES DE PLA STICO-PAPEL
571	PUNTAS PARA PIPETA RANGO DE 10	NO CUMPLE, SON MUY LARGAS Y NO AJ USTAN EN LOS RACKS DEL LABORATORI O
574	PUNTAS DE 0.5-10UL PARA MICROP	NO CUMPLE, NO DICE SI ES LIBRE DE RNASAS Y DNASAS
579	PUNTAS CON FILTRO UNIVERSAL DE	NO CUMPLE, NO SE PUDO PROVAR, YA QUE LA MUESTRA FISICA NO CORRESPON DE AL VOLUMEN SOLICITADO
580	PUNTAS UNIVERSALES CON FILTRO	NO CUMPLE, NO TIENE LA CAPACIDAD QUE INDICA
598	TUBO DE PARED DELGADA PARA PCR	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA CENTRIGUG ACION EN XG
599	MICRO TUBOS CLARO TIPO EPPENDO	NO CUMPLE, EN LA CONVOCATORIA SE SOLICITA PAQUETE Y OFERTO UN PREC IO UNITARIO POR PIEZA
609	TUBOS PARA MICROCENTRIFUGA CAP	NO CUMPLE, ESTERILIDAD
613	PUNTA UNIVERSAL AMARILLA GRADU	NO CUMPLE, EN LA FICHA TECNICA NO DICE QUE SEA GRADUADA
616	CRIOVIALES DE POLIPROPILENO GR	NO CUMPLE, SON TUBOS DE MICROCENT RIFUGA
622	CRIOVIALES DE POLIPROPILENO GR	NO CUMPLE, CON EL PRODUCTO SOLICI TADO (CRIOVIAL)
668	CAJA PETRI PARA CULTIVO CELULA	NO DICE SI SON TRATADAS PARA ADHE SION CELULAR
669	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, EL VOLUMEN ES DE 1 A 3 00
675	TUBOS PARA MICROCENTRIFUGA DE	NO CUMPLE, OFRECE ENTREGAR BOLSAS CON 500 TUBOS, SE SOLICITO CAJA CON 1000 ESTERILES, POR LO QUE DE BE ENTREGAR CAJA CERRADA
683	MICROTUBO CON FONDO CONICO; CO	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA QUE SEA DE POLIPROPILENO Y LA CAPACIDAD E S 2.2
734	CAJAS PARA 81 CRIOTUBOS DE 1.5	NO CUMPLE, CON LAS ESPECIFICACION ES DEL FONDO NUMERADO
740	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, EL VOLUMEN ES DE LA 20 Y NO ESPECIFICA COMPATIBILIDAD C ON FINNEPIPETTE
741	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, EL VOLUMEN ES DE 0.5 A 10
762	TUBOS PARA PCR DE 0.2ML UNIDOS	NO CUMPLE, LAS TAPAS NO ESTAN UNI DAS AL TUBO NO CUMPLE LAS ESPECIF ICACIONES
763	CRIOVIAL 2.0ML. FONDO REDONDO	NO CUMPLE ESPECIFICACIONES DE LIB RES DE DNASAS Y RENASAS Y PIROGEN OS
765	TUBO DE CENTRIFUGA DE POLIPROP	NO CUMPLE, OFERTA CON GRADILLA
839	PIPETA MULTICANAL DE 8 CANALES	NO CUMPLE, NO ES AUTOCLAVABLE
929	TUBO DE POLIPROPILENO SIN COLO	NO CUMPLE, SE REQUIERE QUE AGUANT EN 25,000 XG Y OFRECE 14,000XG

Proveedor: 0015 MAYIMEX SA DE CV
Partida Descripción

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
19	CAJAS PARA CULTIVO DE CELULAS	NO CUMPLE, ESPECIFICACION DEL CUE LLO
521	BOTELLA DE CULTIVO DE POLIESTI	NO CUMPLE, SE PROBARON EN EL LABO RATORIO Y LA TAPA NO CIERRA ADECU ADAMENTE
548	PIPETAS SEROLOGICAS CAP 25 ML.	NO CUMPLE, OFERTA ENVOLTURA DE PA

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL NO. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

551	PIPETA SEROLOGICA CAP. 10ML. G	PEL Y PLASTICO NO CUMPLE, LA ENVOLTURA ES DE PLASTICO-PAPEL
571	PUNTAS PARA PIPETA RANGO DE 10	NO CUMPLE, TIENEN ESTRIAS EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO QUE PUEDE DANAR LA PUNTA DE LA MICROPIPETA
572	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUME	LA COMPATIBILIDAD QUE ESPECIFICA NO CORRESPONDE AL TIPO DE MICROPIPETA QUE SE TIENE EN EL INSTITUTO
598	TUBO DE PARED DELGADA PARA PCR	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA CENTRIGUACION XG
609	TUBOS PARA MICROCENTRIFUGA CAP	NO CUMPLE ESTERILIDAD
639	BOTELLA PARA CULTIVO CELULAR D	NO CUMPLE, SE REQUIERE CON TAPA VENTILADA
765	TUBO DE CENTRIFUGA DE POLIPROP	NO CUMPLE, NO CONCUERDA LA MARCA DE LA OFERTA CON EL INSERTO TECNICO
790	PIPETA SEROLOGICA ESTERIL DESE	NO CUMPLE CON LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA, SE SOLICITA PRESENTACION EN CAJA DE 200 PIEZAS Y OFERTA POR PIEZA CON PRECIO UNITARIO DE \$3.33; POR LO CUAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 2 FRACCION XII DE LA LEY DE LICITACION, DICHA OFERTA ECONOMICA SE CONSIDERA NO CONVENIENTE POR SER UN PRECIO FUERA DE MERCADO Y NO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO
812	CAJAS PETRI (CHICA) DE 35MM X	NO CUMPLE, NO SE HA PROBADO EN EL LABORATORIO
836	PIPETA SEROLOGICA CAPACIDAD DE	LA HOJA TECNICA NO ESPECIFICA QUE VENGAN EN BOLSAS DE 50 PIEZAS

Proveedor: 0016 REACTIVOS Y EQUIPOS SA DE CV

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
14	BOTELLAS DE VIDRIO DE BOROSILI	NO CUMPLE, NO COTIZA LA PRESENTACION REQUERIDA
17	CAJA DE CARTON CON 81 DIVISION	NO CUMPLE, NO MENCIONA QUE MODELO DE LAS 4 IMAGENES QUE OFERTA
18	CAJA DE PETRI ESTERIL DESECHAB	NO CUMPLE, NO PRESENTA MUESTRA FISICA
19	CAJAS PARA CULTIVO DE CELULAS	NO CUMPLE, ESPECIFICACION DEL AREA TRATADA
21	CAMARA DE NEUBAUER PARA CONTEO	SIN ANEXO 8
33	CONTENEDOR PARA CRIOVIALES DE	NO PRESENTA ANEXO 8
35	CRONOMETRO CON CUATRO CANALES	NO ESPECIFICA EL TIEMPO QUE DURA LA ALARMA
40	CUBREOBJETOS DE 24 X 40 MM. DE	EL VIDRIO ES MUY SENSIBLE
42	CUBREOBJETOS DEL NUMERO 1 DE G	NO ES LA PRESENTACION DESEADA
50	ESPATULA DE CUCHARA CON DOBLE	LO QUE SE MUESTRA EN CATALOGO NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO
58	GRADILLA METALICA PARA 90 TUBO	NO CUMPLE, NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO, DEBE SER RECUBIERTA DE VINILO
71	MATRAZ ERLLENMAYER DE 1000 MILI	NO CUMPLE, EL QUE PROPONE ES DE BOCAL ESTRECHA
74	MATRAZ KITAZATO DE VIDRIO BORO	NO INCLUYE TAPON
75	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A, AF	NO ES CLASE A
76	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A DE	SE REQUIERE CLASE A Y OFERTAN 13
78	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A DE	NO ES DE BAJA TRANSMITANCIA LUMINOSA
80	MATRAZ VOLUMETRICO DE 250 ML C	EL PRODUCTO ES DE UNA CAPACIDAD DIFERENTE A LO SOLICITADO
81	MATRAZ VOLUMETRICO DE 500 MILI	NO PRESENTA ANEXO 8
91	PIPETA MULTICANAL 8, MOD PRECI	NO CUMPLE, FICHA TECNICA INCOMPLETA NO MENCIONA LA CERTIFICACION NI DESEMPEÑO DE MEDICION
105	PAPEL INDICADOR DE PH CAJA CON	NO CUMPLE, NO PRESENTA HOJA DE ES

Handwritten marks and signatures on the right margin, including a large 'E' at the top, a circle with a vertical line, 'B', and several other illegible signatures and initials.

Handwritten mark on the bottom left margin, resembling a large 'P' or similar symbol.

Handwritten signature 'Sup' at the bottom right.



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

Partida	Descripción	PECIFICACIONES TÉCNICAS
108	PINZA ROCHESTER TIPO RECTA DE	NO ES LA LONGITUD SOLICITADA
112	PIPETA SEROLOGICA DE VIDRIO BO	NO CUMPLE, NO CORRESPONDE A LO SO LICITADO DEBEN PIP. SEROLOGICA DE 10ML.
125	PORTAOBJETOS 3X1 PULGADAS (25X	NO CUENTA CON PANTALLA ESMERILADA
131	PROBETA DE VIDRIO BOROSILICATO	NO CUMPLE, ES CLASE A
149	TUBO DE ENSAYE DE VIDRIO REFRA	NO CUMPLE, CON LO SOLICITADO, EL PRECIO DEBE SER POR PIEZA
237	MICROPIPETA AUTOCLAVABLE EPPEN	NO ESPECIFICA QUE SEA AUTOCLAVABL E
248	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO CUMPLE CON EL VOLUMEN REQUERID O, EL CODIGO DE COLOR SOLICITADO ES ROJO

Proveedor: 0017 LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.
Partida Descripción Si cumple/No cumple (motivo)

43	CUCHILLAS DESECHABLES DE TAMAN	DURA POCO EL FILO
44	CUCHILLAS DESECHABLES HOJAS BA	DURA POCO EL FILO
91	PIPETA MULTICANAL 8, MOD PRECI	NO CUMPLE, NO MENCIONA QUE SEA CE RTIFICADA NI CUMPLIMIENTO DE ISO 8655-2
199	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABL	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA MATERIAL , NO CUMPLE NORMA ISO
206	CUCHILLAS DE ACERO JUNG FEINTE	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA EN LA FI CHA TECNICA QUE SERA PARA CORTE D E PARAFINA 819 Y SI ES DE 0.25MM DE GROSOR
217	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABL	NO CUMPLE CON LOS ESTANDARES REQU ERIDOS EN EL LABORATORIO, NO CUENT A CON LA PRECISION REQUERIDA
436	MICROPIPETA DE 20 A 100 MICROL	NO CUMPLE, SE REQUIERE RANGO DE V OLUMEN DE 20-100 Y OFRECE DE 10-1 00
450	MICROPIPETA DE VLUMEN VARIABLE	SE REQUIERE CON INCREMENTO DE 1 M ICROLITRO
451	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABL	SE REQUIERE CON INCREMENTOS DE 0. 1 MICROLITROS
452	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABL	SE REQUIERE CON INCREMENTOS DE 5 MICROLITROS
480	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABL	NO CUMPLE, NO ESTA DE 0.5 - 10.1
502	SAFETYPETTE PRO. PIPETeadOR CO	NO INDICA KIT DE SERVICIO INFORMACION INSUFICIENTE DEL PROD UCTO
511	PIPETA MULTICANAL DE 12 CANALE	NO CUMPLE, SE REQUIERE CON VOLUME N DE 2 A 20 Y OFRECE CON VOLUMEN DE 5 A 50
512	PIPETEADOR AUTOMATICO HERGONOM	NO CUMPLE, NO HAY HOJA PARA EVALU AR
935	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABL	NO TIENE EXPULSOR DE ACERO

Proveedor: 0018 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A.
Partida Descripción Si cumple/No cumple (motivo)

5	PLACA PARA ENSAYO INMUNOENZIMA	NO CUMPLE, SON DE FONDO PLANO
6	AGITADOR MAGNETICO CUBIERTO DE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO
17	CAJA DE CARTON CON 81 DIVISION	NO CUMPLE, NO MENCIONA LA CAPACID AD DE LOS CRIOVALES A GUARDAR
19	CAJAS PARA CULTIVO DE CELULAS	NO CUMPLE, ESPECIFICACION DEL CUE LLO
33	CÓNTENEDOR PARA CRIOVALES DE	SE REQUIERE DE 0.5 ML Y OFERTA DE. 1.5-2 ML
35	CRONOMETRO CON CUATRO CANALES	NO ESPECIFICA EL TIEMPO QUE DURA LA ALARMA, SE HAN PROBADO PREVIA M ENTE Y NO FUNCIONA BIEN
40	CUBREOBJETOS DE 24 X 40 MM. DE	ESTAN EMPAGADOS
42	CUBREOBJETOS DEL NUMERO 1 DE G	SE ROMPEN FACILMENTE
43	CUCHILLAS DESECHABLES DE TAMAN	ESTAN CON FALTA DE ACEITE Y NO SA LEN FACILMENTE DEL ESTUCHE

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

44	CUCHILLAS DESECHABLES HOJAS BA	DURA POCO EL FILO
55	GRADILLA METALICA P/72 LUGARES	NO CUMPLE, NO TIENE RECUBIERT DE VINILO
74	MATRAZ KITAZATO DE VIDRIO BORO	NO INCLUYE TAPON
82	FILTROS DE MEMBRANA, MEZCLA DE	NO CUMPLE, SON ESTERILES
87	MICROPIPETA DE VOL. VARIABLE C	NO ESPECIFICA SEGURO NI CERTIFICA DO DE CALIBRACION
91	PIPETA MULTICANAL 8, MOD PRECI	NO CUMPLE, FICHA TECNICA NO MENCIA DESEMPEÑO DE MEDICION NI CERTIFICACION
102	PAPEL INDICADOR PH CON RANGO 0	NO CUMPLE, NO PRESENTA CATALOGO NI HOJA TECNICA PARA EVALUAR
111	PIPETOR AUTOMATICO PORTATIL RE	NO CUMPLE, NO INDICA DE QUE ES LA BOQUILLA Y QUE SEA AUTOCLAVABLE
125	PORTAOBJETOS 3X1 PULGADAS (25X	NO CUENTA CON PANTALLA ESMERILADA
126	PORTAOBJETOS PARA MICROSCOPIO	LA FICHA TECNICA NO INDICA QUE SE A ESMERILADO
127	PORTAOBJETOS DE 26X76 MILIMETR	NO CUMPLE, YA SE UTILIZO Y NO CUMPLE, CON LA CALIDAD REQUERIDA
147	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR PH.	NO CUMPLE, EL VIRAJE DEL REACTIVAS ES TARDADO PARA SU LECTURA
153	TUBO DE ENSAYE CON VACIO SIN A	NO CUMPLE, NO INDICA DE QUE MATERIAL ESTA ECHO Y SE REQUIERE DE PLASTICO
154	TUBO SISTEMA P/LA TOMA Y RECOL	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA CONTENIDO DE EDTA K2
161	TUBO VACUTAINER, TAPON ORO CON	NO DRENA EL VOLUMEN IDEAL EN LA EVALUACION
167	TUBO DE ENSAYE DE VIDRIO BOROS	TIENE ZONA DE MARCADO
199	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA MATERIAL, NO CUMPLE, CON NORMA ISO, SIN CERTIFICADO
200	PAPEL FILTRO PAR ELECTROINMUNO	ESTA COTIZANDO MEMBRANA PARA BLOT
217	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	NO CUMPLE CON LOS ESTANDARES REQUERIDOS EN EL LABORATORIO, NO CUENTA CON LA PRECISION REQUERIDA
225	COLUMNA CAPILAR DB-23 (50% CI	NO ES 50 PORCIENTO CIANOPROPILISILOXANO
248	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO CUMPLE CON EL VOLUMEN REQUERIDO, EL VOLUMEN ES 1-10 UL
262	FOTOMETRO PARA CLORO LIBRE Y C	NO ES COMPATIBLE CON EL REACTIVO
277	MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO D	OFERTAN MATRAZ DE 10 ML Y SE REQUIERE DE 100 ML
291	VIALES DE VIDRIO AMBAR DE 2 ML	ANTERIORMENTE SE HA USADO ESTA MARCA Y EXISTE INTERFERENCIA EN LOS RESULTADOS
297	GUARDA COLUMNA HPLC ECLIPSE AA	NO CUMPLE, LA LONGITUD ES MENOR DE 12.5MM SON DE 10MM
298	INSERTOS CONICOS DE VIDRIO DE	SE REQUIERE DE 150 UL Y OFERTA DE 300 UL
328	PAPEL PARAFILM. ROLLO DE 500 M	NO CUMPLE, NO CORRESPONDE LA PRESENTACION EN EL ANEXO 8 DICE ROLLO C/4 METROS DEBE SER ROLLO DE 500 MM X 15METROS
331	COLUMNA ZORBAX ECLIPSE AAA DE	NO CUMPLE, LA PARTIDA NO ES DE 3.5
333	GUARDA COLUMNAS PARA CROMATOGR	EL TAMAÑO NO ES EL REQUERIDO, SE SOLICITA DE 4 MICRAS Y OFERTA DE 3 MICRAS
334	KIT PARA SOSTENER LAS GUARDA C	NO CUMPLE, LA LONGITUD ES MANOR A 12.5MM
341	FERRULES DE GRAFITO PARA COLUM	NO INDICA QUE SEA COMPATIBLE CON EQUIPOS AGILENT
350	GRADILLA DE ALAMBRE GALVANIZAD	NO CUMPLE, TIENE CUBIERTA EPOXICA
389	CAJA ENFRIADORA CON RACK PARA	NO CUMPLE, EL RACK ES SOLO PARA TUBOS DE 1.5 A 2 ML.
390	CAJA ENFRIADORA CON RACK PARA	NO CUMPLE, NO PRESENTO PROPUESTA TECNICA ANEXO 8
394	EMBUDO DE VIDRIO PARA POLVO CO	NO CUMPLE, ES DE DIFERENTES DIMENSIONES

①

36

②

③

④

⑤

⑥

⑦

5/10



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

406	MINICENTRIFUGA CON CUBIERTA TR	NO CUMPLE, NO TIENE TEMPORIZADOR Y LA VELOCIDAD ES DE 7000REM
436	MICROPIPETA DE 20 A 100 MICROL	NO CUMPLE, SE REQUIERE UNA MICROPI PETA DE 100UL Y OFRECE UNO DE 200 UL
451	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABL	NO ESPECIFICA EL TIPO DE PUNTAS A USAR
452	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABL	LA IMAGEN NO ESPECIFICA EL NUMERO DE CATALOGO OFERTADO
478	JUEGO DE MICROPIPETAS DE VOLUM	NO CUMPLE, LOS RANGOS DE VOLUMEN SON DIFERENTES A LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA
485	PORTAOBJETOS 3X1 PULGADAS (26X	TOMA EL TEJIDO Y NO SE PUEDE ACOM ODAR
494	MICROPIPETA MULTICANAL DE ALTA	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA PRECISION TIPO DE PUNTA AUSAR
502	SAFETYPETTE PRO. PIPETeadOR CO	SE REQUIERE UN PROPIPETEADOR PARA PIPETAS SEROLOGICAS
503	SOPORTE DE PIPETAS DE CARRUSEL	NO CUMPLE, ESPECIFICO PARA MICROP IPETAS DE LA MARCA. NUM DE CANALE S NO SOLICITADOS
512	PIPETEADOR AUTOMATICO HERGONOM	NO CUMPLE, NO ES EL MATERIAL SOLI CITADO EN SU HOJA TECNICA
521	BOTELLA DE CULTIVO DE POLIESTI	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA QUE LA T APA TENGA FILTRO
522	BOTELLA DE CULTIVO DE POLIESTI	NO CUMPLE, SE REQUERE DE 250ML. Y OFRECE DE 25
546	PIPETAS SEROLOGICAS CAP. 5 ML.	NO CUMPLE, LA ENVOLTURA ES PAPEL- PLASTICO
548	PIPETAS SEROLOGICAS CAP 25 ML.	NO CUMPLE, OFERTA ENVOLTURA DE PA PEL Y PLASTICO
554	MICROPLACAS PARA ELISA DE POLI	NO CUMPLE, LA PRESENTACION SOLO E S DE 25 PIEZAS
561	PUNTAS PARA PIPETA RANGO DE 1-	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA LARGO DE CUELLO NI COMPATIBILIDAD
571	PUNTAS PARA PIPETA RANGO DE 10	NO CUMPLE, SON MUY LARGAS Y NO AJ USTAN EN LOS RACKS DEL LABORATORI O
572	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUME	EL RANGO DE VOLUMEN NO ES EL SOLI CITADO Y NO ESPECIFICA CON QUE TI PO DE PIPETAS SON COMPATIBLES
574	PUNTAS DE 0.5-10UL PARA MICROP	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA QUE SEA AUTOCLAVABLE
576	PUNTAS AZULES DE POLIPROPILENO	NO ESPECIFICA EL RANGO MINIMO (10 0 UL)
578	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUME	NO CUMPLE, NO INDICA LA COMPATIBI LIDAD CON PIPETAS P2/P10
579	PUNTAS CON FILTRO UNIVERSAL DE	NO CUMPLE, LA PUNTA ES DE 1-200UL
581	PUNTA UNIVERSAL DE 1-200UL. DE	NO INDICA EL VOLUMEN MINIMO EN SU FICHA TECNICA
587	TUBO DE POLIESTIRENO 5ML 12 X	NO CUMPLE, OFERTA ENVOLTURA EN DIV IDUAL
595	TUBO DE CULTIVO 12 X 75 MM. DE	NO CUMPLE, NO CORRESPONDE A LO SO LICITADO, LOS TUBOS DEBEN SER DE POLIPROPILENO
597	TUBOS PARA MICROCENRIFUGA CAP	SE REQUIERE DE 1. ML
601	TUBO DE POLIPROPILENO DE 12X75	SIN MUESTRA PARA EVALUACION
605	TUBO DE POLIPROPILENO 14ML 17X	NO CUMPLE, SON DE POLIESTIRENO
607	TUBO PARA CENTRIFUGA ESTERIL 5	NO CUMPLE, OFERTA CAJA CON 300
616	CRIOVIALES DE POLIPROPILENO GR	NO CUMPLE, LA TAPA ES BLANCA DE R OSCA EXTERNA
631	PUNTAS CLARAS DE 0.5-10UL PARA	NO CUMPLE, NO SE SOLICITAN CON FI LTRO
633	FILTROS PARA ESTERILIZACION EN	NO CUMPLE, EL PORO ES DE 0.1
644	PUNTAS COMBITIPS NO ESTERILES	OFERTAN DE 2.5 ML Y SE REQUIERE D E 0.2 ML
648	CAJA PARA CULTIVO CELULAR DE 1	NO CUMPLE, SE REQUIERE DE 20MM Y OFRECE DE 16MM
650	PUNTAS AMARILLAS DE 200 UL LIB	SE REQUIERE ESTERIL, SE SOLICITA LIBRE DE PIROGENO Y OFERTA NO EST

4

11

16

17

18

19

20

21

22

23

24



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

660	PUNTAS PARA PIPETA RANGO 1-200	ERIL OFERTA PUNTAS AMARILLAS NO COMPATIBLES CON MICROPIPETA
662	PLACA PARA EIA/RIA DE 96 POZOS	NO CUMPLE, SE REQUIERE EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y OFRECE EMPAQUE CON 25 PIEZAS
664	TUBOS PARA PCR DE 0.2 ML CALAR	NO ESPECIFICA LA G FORCE 4000 RCF
675	TUBOS PARA MICROCENTRIFUGA DE	NO CUMPLE, NO ENTREGO MUESTRA FISICA
677	FILTRO DE PIRINOLA TAMANO DEL	SE REQUIERE MEMBRANA DE 28MM Y OFERTAN DE 30MM
678	PUNTA DE POLIPROPILENO CON FIL	NO PRESENTA HOJA TECNICA QUE INDICA QUE EL VOLUMEN
683	MICROTUBO CON FONDO CONICO; CO	NO CUMPLE, OFERTA TAPON NARANJA
703	PLACA DE POLIESTIRENO CLARO DE	REQUERIMOS QUE SEAN TRATADAS PORQUE SON PARA CULTIVO CELULAR
707	TUBO DE POLIETILENO PARA CENTR	NO CUMPLE, NO ES DE POLIETILENO, NO ESPECIFICA TAMANO Y COMPOSICION DE PORO
741	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA COMPATIBILIDAD CON FINNPIPETTE VOLUMEN 0.5A 10
750	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUME	NO INDICA EL VOLUMEN MINIMO EN SU FICHA TECNICA
752	PUNTAS CON FILTRO UNIVERSAL DE	NO SE ACOPLAN DE MANERA ADECUADA A LA PIPETA
762	TUBOS PARA PCR DE 0.2ML UNIDOS	NO CUMPLE, NO SE ENVIO MUESTRA FISICA PARA EVALUAR
777	PROBETA BAJA DE 1000 ML DE POL	NO ES DE BAJA, MIDE MAS DE 28CM DE ALTO
809	BOTELLA DE 1 LITRO. PARA ESTER	NO CUMPLE, NO ES BOROSILICATO (NO ESPECIFICA)
840	PIPETA SEROLOGICA DE 25ML. DEP	NO CUMPLE, NO SE MENCIONA A QUE ESTEN LIBRES DE PIROGENOS, RNASAS NI DNASAS
848	PLACAS DE 6 POZOS DE POLIESTIR	NO CUMPLE, NO PRESENTO INFORMACION TECNICA DE LAS PLACAS
927	PUNTA UNIVERSAL CON FILTRO PRE	NO CUMPLE, NO INDICA LA COMPATIBILIDAD CON MICROPIPETAS GILSON
935	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	NO TIENE EXPULSOR DE ACERO

Proveedor: 0019 PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS, S.A

Partida	Descripcion	Si cumple/No cumple (motivo)
11	PIPETA PASTEUR DE VIDRIO BOROS	NO CUMPLE, MAS CORTA
17	CAJA DE CARTON CON 81 DIVISION	NO CUMPLE, NO MENCIONA LA CAPACIDAD DE LOS CRIOVIALES A GUARDAR
19	CAJAS PARA CULTIVO DE CELULAS	NO CUMPLE, ESPECIFICACION DEL CUELLO
34	TIMER DIGITAL DE 4 CANALES, 1	SE HA TRABAJADO CON ESTE TIMER, PERO NO ES PRACTICO UTILIZARLO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO
35	CRONOMETRO CON CUATRO CANALES	NO ESPECIFICA EL TIEMPO QUE DURA LA ALARMA
85	MICROPIPETA TIPO FINNPIPETTE D	NO CUMPLE, VOLUMEN 0.5 A 10
86	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA CODIGO A MARILLO Y NO HA SIDO VALORADA CON ANTERIORIDAD
87	MICROPIPETA DE VOL. VARIABLE C	NO ESPECIFICA INCREMENTOS DE 0.5 UL
88	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA INCREMENTO NI CODIGO DE COLOR AZUL
89	PIPETA UNICANAL COMBINA ALTOS	NO CUMPLE, SE REQUIERE CON SEGURO PARA EVITAR VARIACION DE VOLUMEN
92	MICROPIPETA TIPO FINNPIPETTE D	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA INCREMENTO EL VOLUMEN ES DE 2 A 200 MICROLITROD
112	PIPETA SEROLOGICA DE VIDRIO BO	NO CUMPLE, NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO DEBE SER PIPETA SEROLOGICA

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'B' at the top, a circled 'A' in the middle, and several other scribbles and initials at the bottom.

Handwritten signature or mark on the bottom left margin.

Handwritten initials 'SFP' at the bottom right.

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN**

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

199	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	NO CUMPLE, CON NORMA ISO 17025,86 55
217	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	NO CUMPLE CON LOS ESTANDARES REQUERIDOS EN EL LABORATORIO, NO CUENTA CON LA PRECISION REQUERIDA
237	MICROPIPETA AUTOCLAVABLE EPPEN	NO PRESENTA ANEXO 8
240	MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUMEN	NO PRESENTA ANEXO 8
244	BARRAS MAGNETICAS PARA AGITADO	NO CUMPLE, NO SE ANEXO LA COTIZACION ANEXO 8
245	VARILLAS AGITADORAS MAGNETICAS	NO SE EVALUA PORQUE NO HAY OFERTA TECNICA (ANEXO 8)
248	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO PRESENTA ANEXO 8
294	TIMER DIGITAL DE 4 CANALES, 1	NO CUMPLE, LA PANTALLA ES MUY PEQUEÑA Y NO PERMITE VER LOS NUMEROS DESDE LEJOS. NO INDICA QUE UNA VEZ QUE LA ALARMA SUENE INICIE UN CONTEO HACIA ADELANTE
321	MICROPIPETA MULTICANAL DE 12 C	NO CUMPLE, NO INDICA INCREMENTO NI CODIGO DE COLOR ROJO
328	PAPEL PARAFILM. ROLLO DE 500 M	NO CUMPLE, LA FICHA TECNICA PROPONE TAMANO DIFERENTE AL SOLICITADO DE 500MM X 15M
389	CAJA ENFRIADORA CON RACK PARA	NO CUMPLE, EL RACK ES PARA 20 TUBOS
390	CAJA ENFRIADORA CON RACK PARA	NO CUMPLE, NO PRESENTO PROPUESTA TECNICA ANEXO 8
406	MINICENTRIFUGA CON CUBIERTA TR	NO CUMPLE, NO TIENE TEMPORIZADOR
423	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE D	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA INCREMENTO NI CODIGO DE COLOR AMARILLO
436	MICROPIPETA DE 20 A 100 MICROL	NO CUMPLE, NO ES DEL RANGO DE VOLUMEN SOLICITADO SE REQUIERE DE 20-100UL Y OFRECE DE 10-100UL
437	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	NO PRESENTA ANEXO 8
450	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	SE REQUIERE CON INCREMENTO DE 1 MICROLITRO
451	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	NO ESPECIFICA EL VOLUMEN DE LOS INCREMENTOS
452	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	SE REQUIERE CON INCREMENTOS DE 5 MICROLITROS
493	MICROPIPETA AUTOMATICA CON DES	NO CUMPLE, PROPUESTA TECNICA SIN DESCRIPCION DEL PRODUCTO EN LA FICHA TECNICA
509	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	NO PRESENTA ANEXO 8
512	PIPETEADOR AUTOMATICO HERGONOM	NO CUMPLE, NO PRESENTO HOJA PARA EVALUAR ANEXO 8
525	CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO	NO CUMPLE, NO PRESENTO PROPUESTA TECNICA ANEXO 8
526	CAJA DE ALMACENAMIENTO PARA MI	NO CUMPLE, NO SE ENCONTRO PROPOSICION TECNICA
527	CAJA P/ARCHIVO Y TRANSPORTE DE	NO SE PRESENTO ANEXO 8
528	CAJA PARA ARCHIVO Y TRANSPORTE	NO SE PRESENTO ANEXO 8
531	CAJA PARA ALMACENAR 100 PORTAO	NO CUMPLE, NO HAY HOJA PARA EVALUAR
541	PLACA PARA CULTIVO CELULAR DE	NO CUMPLE, NO HAY HOJA TECNICA
548	PIPETAS SEROLOGICAS CAP 25 ML.	NO CUMPLE, NO PRESENTO PROPUESTA TECNICA
549	PIPETAS SEROLOGICAS CAPA. 5ML.	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FISICA PARA EVALUAR
550	PIPETA SEROLOGICA ESTERIL DE 1	NO PRESENTO ANEXO 8
551	PIPETA SEROLOGICA CAP. 10ML. G	NO CUMPLE, NO SE ENCONTRO PROPOSICION TECNICA ANEXO 8
552	PIPETA SEROLOGICAS CAP. 25 ML	NO PRESENTA ANEXO 8
559	PUNTA UNIVERSAL AMARILLA GRADU	NO PRESENTA ANEXO 8
561	PUNTAS PARA PIPETA RANGO DE 1-	NO CUMPLE, NO PRESENTO PROPUESTA TECNICA
563	PUNTAS AZULES DE 1-1000UL LIBR	NO VIENEN LAS HOJAS DE ESPECIFICACION TECNICA (ANEXO 8)
570	PUNTA TRANSPARENTE DE 10 MICRO	NO CUMPLE, EN LA INFORMACION PROPORCIONADA NO INDICA SI LAS PUNTAS SON LIBRES DE RNASA Y DNASA

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'E' at the top, 'B' below it, and several other illegible marks.

Handwritten signature or mark at the bottom left corner.

Handwritten signatures and initials at the bottom right corner.



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

572	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUME	NO ESPECIFICA EL RANGO DE VOLUMEN ,SI ES LIBRE DE RNASAS, DNASAS Y COMPATIBILIDAD CON MICROPIPETAS
574	PUNTAS DE 0.5-10UL PARA MICROP	NO CUMPLE, NO DICE SI ES LIBRE DE RNASAS Y DNASAS
576	PUNTAS AZULES DE POLIPROPILENO	OFERTA DE 1.2 ML
581	PUNTA UNIVERSAL DE 1-20UL. DE	EL VOLUMEN MINIMO SOLICITADO ES 1 UL Y OFERTA 10 UL
588	MICROTUBO TIPO EPPENDORF DE 1.	NO PRESENTA ANEXO 8
593	MICROTUBOS TIPO EPPENDORF DE 1	NO CUMPLE, NO PRESENTO HOJA PARA EVALUAR
594	MICROTUBO TIPO EPPENDORF DE 1.5	NO CUMPLE, NO HAY HOJA PARA EVALUAR
598	TUBO DE PARED DELGADA PARA FCR	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA LAS XG D E CENTRIFUGACION
604	TUBO PARA CENTRIFUGA ESTERIL 5	NO CUMPLE, COTIZA POR CAJA Y DEBE SER POR PIEZA
607	TUBO PARA CENTRIFUGA ESTERIL 5	NO CUMPLE, NO SON DE POLIPROPILENO

Proveedor: 0020 INDUSTRIAS BIO VIN SA DE CV

Partida	Descripcion	Si cumple/No cumple (motivo)
628	UNIDAD DE FILTRACION PARA JERI	NO CUMPLE, OFERTA HIDROFILO

Proveedor: 0021 CORREA FLORES CARLOS

Partida	Descripcion	Si cumple/No cumple (motivo)
40	CUBREOBJETOS DE 24 X 40 MM. DE	EL VIDRIO NO ES DELGADO
42	CUBREOBJETOS DEL NUMERO 1 DE G	NO ES LO QUE NECESITAMOS
69	MATRAZ ERLERMAYER DE VIDRIO BO	NO CUMPLE, NO OFERTA LO SOLICITADO
71	MATRAZ ERLERMAYER DE 1000 MILI	NO CUMPLE, EL QUE PROPONE ES DE B OCA ESTRECHA
115	PIPETAS PASTEUR DE VIDRIO TERM	SE REQUIERE DE 7 3/4 DE PULGADA
131	PROBETA DE VIDRIO BOROSILICATO	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA SER DE B OROSILICATO
149	TUBO DE ENSAYE DE VIDRIO REFRA	NO CUMPLE, NO SE SOLICITAN DESECH ABLES, LA HOJA TECNICA NO DICE QU E SEAN REFRACTARIO
558	PROBETA GRADUADA DE POLIPROPIL	NO CUMPLE, OFERTA DE VIDRIO
591	UNIDAD DE FILTRACION DE CELULO	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA COMPOSIC ION DEL RESERVORIO Y ES FILTRO DE 0.22UM
613	PUNTA UNIVERSAL AMARILLA GRADU	NO CUMPLE, LAS PUNTAS DEBEN SER G RADUADAS Y NO SE MENCIONA
628	UNIDAD DE FILTRACION PARA JERI	NO CUMPLE, LA MEMBRANA ES DE ACET ATO DE CELULOSA
642	PLACAS DE ELISA DE POLIESTIREN	NO CUMPLE, NO ES DE TIRAS DESPREN DIBLES
677	FILTRO DE PIRINOLA TAMANO DEL	SE REQUIERE MEMBRANA DE 28MM Y OF ERTAN DE 26MM
703	PLACA DE POLIESTIRENO CLARO DE	NO SOLICITAMOS PLACA DE AREA MEDI CA
783	PLACA DE 384 POZOS DE POLIPROP	NO CUMPLE, OFECE PLCAS DE CULTIV O Y SE REQUIERE PARA EQUIPO 480
809	BOTELLA DE 1 LITRO. PARA ESTER	NO CUMPLE,NO ESPECIFICA QUE SEA D E VIDRIO DE BOROSILICATO NI SERIG RAFIA BLANCA
835	TUBO DE POLIPROPILENO DE 1.5 M	OFERTA CON TAPA DE ROSCA Y REQUIE RE TAPA FACIL CERRADO

Proveedor: 0024 SILFERART, S.A. DE C.V.

Partida	Descripcion	Si cumple/No cumple (motivo)
52	PARAFILM PAQUETE INDIVIDUAL CO	NO CUMPLE, PORQUE LA DESCRIPCION DEL ANEXO 8 NO CON CUERDA CON LA DEL CATALOGO (HOJA TECNICA)
85	MICROPIPETA TIPO FINNPIPETTE D	NO CUMPLE, VOLUMEN 0.5 A 10 INCRE MENTA 0.01

6

H

B

J

J

J

J

J

SJP



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

86	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO CUMPLE, NO HA SIDO VALORADA CON ANTERIORIDAD EN EL LABORATORIO
88	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA CODIGO DE COLOR AZUL
90	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO FUE VALORADO Y APROBADO PREVIO AL PROCESO DE LICITACION
91	PIPETA MULTICANAL 8, MOD PRECI	NO CUMPLE, NO MENCIONA QUE TENGA CERTIFICADO
92	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE D	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA CODIGO DE COLOR AMARILLO
149	TUBO DE ENSAYE DE VIDRIO REFRA	NO CUMPLE, NO DICE SI ES VIDRIO BOROSILICATADO, SIN ESPECIFICACIONES
150	TUBO DE VIDRIO CON FONDE REDO	NO CUMPLE, OFRECE TUBOS SIN MARCA, SIN CATALOGO Y SIN SUFICIENTE INFORMACION TECNICA PARA EVALUAR
199	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	NO CUMPLE, SIN CERTIFICADO, NO CUMPLE CON NORMA ISO
217	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	NO CUMPLE CON LOS ESTANDARES REQUERIDOS EN EL LABORATORIO, NO CUMPLE A CON LA PRECISION REQUERIDA
248	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO CUMPLE CON EL VOLUMEN REQUERIDO, EL VOLUMEN ES 1-10 UL
328	PAPEL PARAFILM. ROLLO DE 500 M	NO CUMPLE, LA HOJA TECNICA (CATALOGO) PRESENTADA NO COCUELDA CON LA HOJA TECNICA ANEXO 8
393	DISPENSADOR DE REPETICION DE 8	NO CUMPLE, OFRECE MICROPIPETA DE 8 CANALES, NO ES DE REPETICION
436	MICROPIPETA DE 20 A 100 MICROL	NO CUMPLE, SE REQUIERE CON RANGO DE VOLUMEN DE 20-100 Y OFRECE DE 10-100UL
450	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	SE REQUIERE CON INCREMENTO DE 1 MICROLITRO
451	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	SE REQUIERE CON INCREMENTOS DE 0.1 MICROLITROS
452	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	SE REQUIERE CON INCREMENTOS DE 5 MICROLITROS
480	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	NO CUMPLE, NO INDICA SI CONTIENE KIT DE SERVICIO NI 4 DIGITOS
494	MICROPIPETA MULTICANAL DE ALTA	NO CUMPLE, NO SE ESPECIFICA EL TIPO DE PUNTAS A USAR
536	SISTEMA DE FILTRACION AL VACIO	NO CUMPLE, OFERTA COLOR AMARILLO Y SE REQUIERE COLOR NARANJA
629	SISTEMA DE FILTRACION CAP. 100	OFERTA MEMBRANA DE PES
643	SISTEMA DE FILTRACION AL VACIO	NO CUMPLE, LA MEMBRANA ES DE PES (POLIESTERSULBUNA) NO DE NYLON
649	SISTEMA PARA FILTRACION AL VACIO	NO CUMPLE, NO ES DE LA MEMBRANA SOLICITADA
698	UNIDAD DE FILTRACION ENSAMBLADA	NO CUMPLE, EL SISTEMA ES CON BOTELLA RECEPTORA
758	PIPETA MULTICANAL DE 12 CANALES	NO FUE VALORADO Y APROBADO PREVIO AL PROCESO DE LICITACION
844	FILTROS PARA ESTERILIZACION EN	NO CUMPLE, LA MEMBRANA ES POLIESTERSULFAN
845	FILTROS PARA ESTERILIZACION EN	NO CUMPLE, LA MEMBRANA ES DE POLIESTERSULFORIA (PES)
906	SISTEMA DE FILTRACION AL VACIO	NO CUMPLE, LA MEMBRANA NO ES DE NITROCELULOSA
935	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	NO TIENE EXPULSOR DE ACERO

Proveedor: 0025 ATYDE MEXICO, S.A. DE C.V.

Partida	Descripcion	Si cumple/No cumple (motivo)
21	CAMARA DE NEUBAUER PARA CONTEO	SIN IMAGEN PARA EVALUACION, NO ES ESPECIFICA QUE SE SEA BRIGHT-LINE
40	CUBREOBJETOS DE 24 X 40 MM. DE	SE QUIEBRA FACILMENTE
42	CUBREOBJETOS DEL NUMERO 1 DE G	ESTAN EMPAGADOS
76	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A DE	SE REQUIERE UNA TOLERANCIA DE +-0.08ML
82	FILTROS DE MEMBRANA, MEZCLA DE	NO CUMPLE, LA MEMBRANA ES DE PVDF

Sup



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

85	MICROPIPETA TIPO FINNPIPETTE D	NO CUMPLE, VOLUMEN 0.5 A10
86	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO CUMPLE, HAN SIDO USADAS EN EL LABORATORIO Y SON POCO RESISTENTES
87	MICROPIPETA DE VOL. VARIABLE C	NO PRESENTA ANEXO 8
88	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO CUMPLE, YA HAN SIDO USADOS EN EL LABORATORIO Y SON POCO RESISTENTES
89	PIPETA UNICANAL COMBINA ALTOS	NO CUMPLE, SE REQUIERE CON SEGURO PARA EVITAR VARIACION DE VOLUMEN
90	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO FUE VALORADO Y APROBADO PREVIO AL PROCESO DE LICITACION
92	MICROPIPETA TIPO FINNPIPETTE D	NO CUMPLE, YA HAN SIDO USADOS EN EL LABORATORIO Y SON POCO RESISTENTES
111	PIPETOR AUTOMATICO PORTATIL RE	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA SI INCLUYE ESTACION DE CARGA
125	PORTAOBJETOS 3X1 PULGADAS (25X	NO CUENTA CON PANTALLA ESMERILADA
127	PORTAOBJETOS DE 26X76 MILIMETR	NO CUMPLE, YA SE UTILIZO EN EL LABORATORIO Y NO CUMPLE, CON LA CALIDAD REQUERIDA
134	PROBETA DE VIDRIO CLASE B DE 5	NO CUMPLE, PORQUE LA PRESENTACION QUE MANUJA ES DE 0.8 LA QUE SE REQUIERE DE 0.4
199	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA MATERIAL, NORMA ISO, SIN CERTIFICADO
217	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	NO CUMPLE CON LOS ESTANDARES REQUERIDOS EN EL LABORATORIO, NO CUENTA CON LA PRECISION REQUERIDA
237	MICROPIPETA AUTOCLAVABLE EPPEN	NO ESPECIFICA QUE SEA AUTOCLAVABLE
240	MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUMEN	LA MARCA EN LA PROPOSICION TECNICA NO CORRESPONDE CON LA PRESENTADA EN LA HOJA DEL CATALOGO
248	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO DESCRIBE QUE ES AUTOCLAVABLE
285	PUNTAS DE POLIPROPILENO DESECHABLES	LA PRESENTACION QUE SE MUESTRA EN EL CATALOGO ES DIFERENTE DE LO SOLICITADO
289	MICROPIPETA TIPO FINNPIPETTE D	NO CUMPLE, NO ES AUTOCLAVABLE Y EL INCREMENTO ES DE 5 ML.
292	CRIOVIAL ESTERIL PARA VOLUMEN	NO CUMPLE, CARECE DE CIERTAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS
312	PIPETMAN NEO STARTER KIT 1 JUEGO	NO INDICA QUE SEA PIPETMAN NEO
321	MICROPIPETA MULTICANAL DE 12 CANALES	NO CUMPLE, NO ES AUTOCLAVABLE, EL INCREMENTO ES DE 0.5UL
374	PIPETA AUTOMATICA DE 1-10 ML.	NO CUMPLE, SE SOLICITA DE 1-10 MICROLITROS
393	DISPENSADOR DE REPETICION DE 8 CANALES	NO CUMPLE, OFRECE MICROPIPETA DE 8 CANALES, NO ES DE REPETICION
423	MICROPIPETA TIPO FINNPIPETTE D	NO CUMPLE, EL INCREMENTO ES DE 0.05 Y NO ES AUTOCLAVABLE
451	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	SE REQUIERE CON INCREMENTOS DE 0.1 MICROLITROS
452	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	SE REQUIERE CON INCREMENTOS DE 5 MICROLITROS
485	PORTAOBJETOS 3X1 PULGADAS (26X	SE PEGAN AL SACARLOS
494	MICROPIPETA MULTICANAL DE ALTA PRECISION	NO CUMPLE, SE REQUIERE COMPATIBLE CON PUNTA UNIVERSAL, EL INCREMENTO DEL VOLUMEN SE REQUIERE SEA MENOR A 0.2UL
532	EMBUDO DE POLIETILENO 10 CMS.	EL TAMAÑO DEL TALLO NO ES EL SOLICITADO, SE REQUIERE DE 10 CM Y OFERTA DE 13 CM
558	PROBETA GRADUADA DE POLIPROPILENO	NO CUMPLE, OFERTA DE VIDRIO
559	PUNTA UNIVERSAL AMARILLA GRADUADA	NO MENCIONA QUE SEA GRADUADA
560	PUNTAS UNIVERSALES PARA CARGA	NO CUMPLE, NO DICE LAS DIMENSIONES DE LAS PUNTAS, SON LIBRES DE INHIBIDOR DE PCR
561	PUNTAS PARA PIPETA RANGO DE 1-10 ML.	NO CUMPLE, OFERTA CON CORONA Y RANGO DE 2-200UL
572	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUMEN	EL RANGO DE VOLUMEN NO CORRESPONDE



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

576	PUNTAS AZULES DE POLIPROPILENO	E A LO SOLICITADO
588	MICROTUBO TIPO EPPENDORF DE 1.	OFERTA BOLSA DE 500 PIEZAS
613	PUNTA UNIVERSAL AMARILLA GRADU	NO SOLICITAMOS TUBO CON ROSCA
703	PLACA DE POLIESTIRENO CLARO DE	NO CUMPLE, NO HAY FICHA TECNICA D
713	TUBOS PARA PCR DE 0.2ML PARED	E LO SOLICITADO
740	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	REQUERIMOS CON TAPA Y PARA CULTIV
741	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	O CELULAR
742	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, NO INDICA QUE ESTE LIB
758	PIPETA MULTICANAL DE 12 CANALE	RE DE RNASAS Y DNASAS
777	PROBETA BAJA DE 1000 ML DE POL	NO CUMPLE, NO SON ESTERILES
817	MICROPIPETA TIPO FINNPIPETTE D	NO CUMPLE, EL VOLUMEN ES DE 0.1 A
		10
		NO CUMPLE, NO SON ESTERILES
		NO FUE VALORADO Y APROBADO PREVIO
		AL PROCESO DE LICITACION
		ES DE 44 CM DE ALTO
		NO FUE VALORADO Y APROBADO PREVIO
		AL PROCESO DE LICITACION Y NO OF
		ERTA EL VOLUMEN SOLICITADO

Proveedor: 0026 ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.

Partida	Descripcion	Si cumple/No cumple (motivo)
18	CAJA DE PETRI ESTERIL DESECHAB	NO CUMPLE, SON MUY ALTAS Y SE ATO RAN EN EL LLENADOR AUTOMATICO DEL DEPTO.
19	CAJAS PARA CULTIVO DE CELULAS	NO CUMPLE, ESPECIFICACION DEL CUE LLO
54	BOTELLAS DE 1000 ML PARA ALMAC	NO INDICA QUE SEAN RESISTENTES A AUTOCLAVE
371	SUPER PAP PEN. MARCAR HIDROFOB	NO AISLA ADECUADAMENTE LOS REACTI VOS
451	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABL	SE REQUIERE CON INCREMENTOS DE 0. 1 MICROLITROS
519	PLACAS ESTERIL COSTAR DE 12 PO	NO CUMPLE, SE REQUIERE CON AREA D E SUPERFICIE DE 3.8 Y OFRECE DE 3 .6
521	BOTELLA DE CULTIVO DE POLIESTI	NO CUMPLE, SE PROBARON EN EL LABO RATORIO Y LA TAPA NO CIERRA ADECU ADAMENTE
525	CAJA DE PETRI DE POLIESTIRENO	NO CUMPLE, NO ES LA MEDIDIA SOLIC ITADA EN LA CONVOCATORIA
534	TUBOS CLAROS DE 2.0ML. DE POLI	NO PRESENTA MUESTRA FISICA, TUBOS NO CODIFICADOS CON TAPA DE COLOR
536	SISTEMA DE FILTRACION AL VACIO	NO CUMPLE, NO MENCIONA EL COLOR D E LA TAPA LA CUAL ES IMPORTANTE P ARA EL USO DEL LABORATORIO
538	MICRO TUBO CLAROS TIPO EPPENDO	NO INDICA QUE RESISTE LOS 14000 R CF
546	PIPETAS SEROLOGICAS CAP. 5 ML.	NO CUMPLE, LA ENVOLTURA ES PAPEL- PLASTICO
548	PIPETAS SEROLOGICAS CAP 25 ML.	NO CUMPLE, OFERTA ENVOLTURA DE PA PEL Y PLASTICO
551	PIPETA SEROLOGICA CAP. 10ML. G	NO CUMPLE, LA ENVOLTURA ES DE PLA STICO-PAPEL
552	PIPETA SEROLOGICAS CAP. 25 ML	NO DICE SI ES GRADUADA
558	PROBETA GRADUADA DE POLIPROPIL	OFERTA POR PIEZA CON UN PRECIO UN ITARIO DE \$0.12; EL CUAL DE CONFO RMIDAD CON EL ARTICULO 2 FRACCION XII DE LA LAASSP, DICHA OFERTA E CONOMICA SE CONSIDERA NO CONVENIE NTE POR SER UN PRECIO FUERA DE ME RCADO Y NO GARANTIZA EL CUMPLIMIE NTO DEL PEDIDO
560	PUNTAS UNIVERSALES PARA CARGA	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA QUE SEAN PARA CARGA GELES
561	PUNTAS PARA PIPETA RANGO DE 1-	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA COMPATIB ILIDAD
572	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUME	EL CATALOGO NO ESPECIFICA EL RANG O DE VOLUMEN SOLICITADO

(Handwritten signatures and initials on the right margin)

(Handwritten mark on the bottom left margin)

(Handwritten mark at the bottom right)

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD


**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN**
**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018**
**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

578	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUME	NO CUMPLE, SE REQUIEREN EN RACK Y OFRECEN EN BOLSA
581	PUNTA UNIVERSAL DE 1-20UL. DE	SE SOLICITA VOLUMEN DE 1-20 UL Y OFERTA 200
592	MICRO TUBOS CLAROS TIPO EPPEND	NO CUMPLE, SE REQUIERE VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO EN EBULLICION
593	MICROTUBOS TIPO EPPENDORF DE 1	NO CUMPLE, SE ROMPE CON CAMBIOS D E TEMPERATURA
598	TUBO DE PARED DELGADA PARA PCR	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA QUE PUEDE SER ANTOCLAVABLES
616	CRIOVIALES DE POLIPROPILENO GR	NO CUMPLE, LA TAPA ES BLANCA Y OFERTA CAJA CON 2000
628	UNIDAD DE FILTRACION PARA JERI	NO CUMPLE, LA MEMBRANA ES DE ACETATO DE CELULOSA
631	PUNTAS CLARAS DE 0.5-10UL PARA	NO CUMPLE, OFERTA BOLSA NO RACK D E 96 PUNTAS NO ESTERILES
642	PLACAS DE ELISA DE POLIESTIREN	NO CUMPLE, SE SOLICITA PLACAS, OFERTA FILTROS
662	PLACA PARA EIA/RIA DE 96 POZOS	NO CUMPLE, NO INDICA EL VOLUMEN TOTAL POR POZO Y SE REQUIERE DE 36 OUL
664	TUBOS PARA PCR DE 0.2 ML CALAR	NO ESPECIFICA LA G FORCE 4000 RCF
669	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA QUE TENG A FILTRO
675	TUBOS PARA MICROCENTRIFUGA DE	NO CUMPLE, NO ENTREGA MUESTRA FISICA
677	FILTRO DE PIRINOLA TAMANO DEL	SE REQUIERE MEMBRANA DE 28MM Y OFERTA DE 25MM
690	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUME	NO ESPECIFICA EL RANGO SOLICITADO
713	TUBOS PARA PCR DE 0.2ML PARED	NO CUMPLE, SON TUBOS EN TIRAS Y SE SOLICITA INDIVIDUAL
740	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA RANGO DE VOLUMEN
741	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, EL VOLUMEN ES DE 0.1 A 10
749	PUNTAS UNIVERSALES CON FILTRO	NO SE ACOPLA ADECUADAMENTE A NUESTRAS MICROPIPETAS
750	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUME	NO INDICA EL VOLUMEN MINIMO EN SU FICHA TECNICA
763	CRIOVIAL 2.0ML. FONDO REDONDO	NO CUMPLE ESPECIFICACIONES DE LIBRES DE DNASAS Y RHASAS Y PIROGENOS
765	TUBO DE CENTRIFUGA DE POLIPROP	NO CUMPLE, NO TIENE GRADUACIONES EN LA PORCION CONICA
822	PUNTAS 1-200UL ESTERIL CLARAS	NO ENVIO MUESTRA FISICA PARA EVALUACION
823	PUNTAS PARA PIPETAS MULTICANAL	NO ENVIO MUESTRA FISICA PARA EVALUACION
824	PUNTAS UNIVERSALES PARA MACROP	NO CUMPLE, NO SE ENVIO MUESTRA FISICA PARA EVALUAR
836	PIPETA SEROLOGICA CAPACIDAD DE	LA HOJA TECNICA NO ESPECIFICA QUE VENGAN EN BOLSAS DE 50 PIEZAS

Proveedor: 0028 CONTINENTAL LAB PRODUCTS, S.A. DE C.V.

Partida	Descripcion	Si cumple/No cumple (motivo)
18	CAJA DE PETRI ESTERIL DESECHAB	NO CUMPLE, LA TAPA NO AJUSTA ADECUADAMENTE EN LA BASE QUEDA FLOJA
33	CONTENEDOR PARA CRIOVIALES DE	SE REQUIERE DE 0.5 ML Y OFERTA DE 1.5-2 ML
155	TUBO VACUTAINER DE ENSAYE PARA	SE REQUIERE CON TAPON HEMOGARD, SE OFERTA CON AIRE CONVENCIONAL
166	TUBO PARA TOMA Y RECOLECCION D	NO CUMPLE, ES DE 4 ML.
244	BARRAS MAGNETICAS PARA AGITADO	NO CUMPLE, NO ESTAN RECUBIERTAS DE TEFLON
251	TUBO VACUTAINER CON TAPON ROJO	NO CUMPLE, NO PRESENTA FICHA TECNICA CORRESPONDIENTE
345	CAJAS DE CARTON CON TAPA PARA	NO CUMPLE, NO SE ENCONTRO LA PROPOSICION TECNICA ANEXO 8
347	DIVISIONES PARA CAJAS DE CARTO	NO CUMPLE, NO SON DE LA MISMA MAR

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'B' and several scribbles.

Handwritten signature or mark on the bottom left margin.

Handwritten initials 'SAP' at the bottom right.



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

396	GRADILLA CON SUJETADOR PARA 96	CA QUE LA CLAVE 11666990
397	GRADILLAS DE POLIPROPILENO DE	NO CUMPLE, ES GRADILLA CON TAPA
406	MINICENTRIFUGA CON CUBIERTA TR	NO CUMPLE, SON DE ACERO CON CUBIE
538	MICRO TUBO CLAROS TIPO EPPENDO	RTA EPOXICA
546	PIPETAS SEROLOGICAS CAP. 5 ML.	NO CUMPLE, NO TIENE TEMPORIZADOR
551	PIPETA SEROLOGICA CAP. 10ML. G	EL VOLUMEN REQUERIDO ES DE 0.6 ML
560	PUNTAS UNIVERSALES PARA CARGA	Y OFERTA DE 0.65 ML
561	PUNTAS PARA PIPETA RANGO DE 1-	NO CUMPLE, LA ENVOLTURA ES PAPEL-
571	PUNTAS PARA PIPETA RANGO DE 10	PLASTICO
572	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUME	NO CUMPLE, LA ENVOLTURA ES DE PLA
592	MICRO TUBOS CLAROS TIPO EPPEND	STICO-PAPEL
603	TUBOS CENTRIFUGA 15 ML TAPA PL	NO CUMPLE, NO DICE LAS DIMENCIONE
617	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	S DE LA PUNTA GRADUACION
641	TUBO PARA CENTRIFUGA ESTERIL 5	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA COMPATIB
664	TUBOS PARA PCR DE 0.2 ML CALAR	ILIDAD
669	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, SON MUY LARGAS Y NO AJ
675	TUBOS PARA MICROCENTRIFUGA DE	USTAN EN LOS RACKS DEL LABORATORI
712	CAJA PARA ALMACENAR LAMINILLAS	O
722	GRADILLA DE POLIPROPILENO DE A	NO ESPECIFICA COMPATIBILIDAD CON
734	CAJAS PARA 81 CRIOTUBOS DE 1.5	PIPETAS AUTOMATICAS DE QUE MARCA
740	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	O TIPO
741	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, TIENE MAS DELGADO EL C
750	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUME	ENTRO DE LA TAPA
754	CAJA DE CARTON CON 81 DIVISION	NO CUMPLE, SE BORRA LA GRADUACION
762	TUBOS PARA PCR DE 0.2ML UNIDOS	FACILMENTE (CONTACTO DE USO)
771	GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FI
846	GRADILLA DE POLIPROPILENO CON	SICA
892	MICROTUBOS TIPO EPPENDORF DE 1	NO CUMPLE, NO HAY HOJA TECNICA NI
900	PUNTAS CON FILTRO EN RACKS CIA	CATALOGO
901	PUNTAS CON FILTRO EN RACKS CIA	NO ESPECIFICA FUERZA CENTRIFUGA
		NO CUMPLE, NO ESTAN CERTIFICADAS
		Y NO INDICA COMPATIBILIDAD CON FI
		NNIPIPETTE
		NO CUMPLE, EL TUBO NO TIENE ESTR
		ADO
		NO CUMPLE, FICHA TECNICA NO ESPEC
		IFICA PARA 100 LAMINILLAS
		NO CUMPLE, OFECE COLORES SURTIDOS
		NO CUMPLE, NO CUENTA CON EL FONDO
		NUMERADO
		NO CUMPLE, NO ESPECIFICA RANGO DE
		VOLUMEN
		NO CUMPLE, EL VOLUMEN ES DE 0.5 A
		10
		SE REQUIERE EN RACK INDEPENDIENTE
		, OFERTA TORRE
		NO CUMPLE, NO ESPECIFICA QUE SEA
		PARA CRIOTUBOS DE 1.2 A 2 ML.
		NO CUMPLE, LAS TAPAS NO ESTAN UNI
		DAS AL TUBO
		NO CUMPLE, NO TIENE PESTANA LATER
		AL
		NO CUMPLE, OFERTA CAJA CON TAPA
		NO CUMPLE, SE SOLICITA COLOR AMBA
		R Y OFERTAN TRANSPARENTE (COLOR C
		LARO)
		NO CUMPLE, LA DESCRIPCION ORIGINA
		L NO INDICA QUE SEAN DE RETENCION
		ULTRA BAJA
		LA DESCRIPCION NO INDICA QUE SEAN
		LIBRES DE RNASAS, DNASAS Y PIROG
		ENOS

Proveedor: 0031 JAXAQUIM, S.A. DE C.V.
Partida Descripción

Si cumple/No cumple (motivo)

19	CAJAS PARA CULTIVO DE CELULAS	NO CUMPLE, NO PRESENTA FICHA TECN
33	CONTENEDOR PARA CRIOVIALES DE	ICA
71	MATRAZ ERLERMAYER DE 1000 MILI	NO PRESENTA FICHA TECNICA
		NO CUMPLE, EL QUE PROPONE ES DE B

SUP



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

74	MATRAZ KITAZATO DE VIDRIO BORO	OCA ESTRECHA
78	MATRAZ VOLUMETRICOS CLASE A DE	NO INCLUYE TAPON
91	PIPETA MULTICANAL 8, MOD PRECI	NO ES DE BAJA TRANSMITANCIA LUMIN
131	PROBETA DE VIDRIO BOROSILICATO	OSA
149	TUBO DE ENSAYE DE VIDRIO REFRA	NO CUMPLE, NO ES AUTOCLAVABLE
152	TUBO DE CULTIVO DE VIDRIO CON	NO CUMPLE, NO ESTA GRADUADA 10/10
199	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABL	NO CUMPLE, NO PRESENTA DOCUMENTOS
217	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABL	SIN PROPUESTA
220	PIPETA PASTEUR DE VIDRIO DE 15	NO CUMPLE, NO CORRESPONDE A LO SO
224	TUBOS DE VIDRIO KIMAX DE 13X10	LICITADO DEBE SER TUBO CON TAPA D
248	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	E ROSCA
277	MATRAZ VOLUMETRICOS DE VIDRIO D	NO CUMPLE, SIN CERTIFICADO, NO CU
285	PUNTAS DE POLIPROPILENO DESECH	MPLA, CON NORMA ISO
345	CAJAS DE CARTON CON TAPA PARA	NO CUMPLE CON LOS ESTANDARES REQU
405	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE D	ERIDOS EN EL LABORATORIO, NO CUENT
436	MICROPIPETA DE 20 A 100 MICROL	A CON LA PRECISION REQUERIDA
450	MICROPIPETA DE VLUMEN VARIABLE	SE SOLICITA PIPETA PASTEUR Y LA F
451	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABL	ICHA TECNICA CORRESPONDE A PROBET
452	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABL	A
480	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABL	NO CUMPLE CON LA UNIDAD DE MEDIDA
511	PIPETA MULTICANAL DE 12 CANALE	SOLICITADA EN LA CONVOCATORIA, S
521	BOTELLA DE CULTIVO DE POLIESTI	E SOLICITG PRESENTACION EN CAJA D
522	BOTELLA DE CULTIVO DE POLIESTI	E 72 PIEZAS Y OFERTA POR PIEZA CO
533	TUBOS CON TAPA DE 1.5 ML DE PO	N PRECIO UNITARIO DE \$6.26; POR L
539	PIZETA DE PLASTICO DE POLIPROP	O CUAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTI
546	PIPETAS SEROLOGICAS CAP. 5 ML.	CULO 2 FRACCION XII DE LA LAASSP,
548	PIPETAS SEROLOGICAS CAP 25 ML.	DICHA OFERTA ECONOMICA SE CONSID
549	PIPETAS SEROLOGICAS CAPA. 5ML.	ERA NO CONVENIENTE POR SER UN PRE
551	PIPETA SEROLOGICA CAP. 10ML. G	CIO FUERA DE MERCADO Y NO GARANTI
552	PIPETA SEROLOGICAS CAP. 25 ML	ZA EL CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO
		NO CUMPLE CON EL VOLUMEN REQUERID
		O, EL CODIGO DE COLOR SOLICITADO
		ES ROJO
		OFERTA DE VIDRIO TRANSPARENTE Y S
		E REQUIERE DE BAJA TRANSMITANCIA
		(BAJO ACTINIO)
		LA PRESENTACION DEL FABRICANTE EN
		LA PROPUESTA TECNICA NO CONCUERD
		A CON EL CATALOGO NI CON LA PRESE
		NTACION
		NO CUMPLE, NO INDICA DIMENSIONES
		NO CUMPLE, EL VOLUMEN ES DE 0.5 A
		5 MILILITROS
		NO CUMPLE, SE REQUIERE MICROPIPET
		A UNICANAL DE 100ML. Y OFRECE MUL
		TICANAL
		SE REQUIERE CON INCREMENTO DE 1 M
		ICROLITRO
		SE REQUIERE CON INCREMENTOS DE 0.
		1 MICROLITROS
		SE REQUIERE CON INCREMENTOS DE 5
		MICROLITROS
		NO CUMPLE, NO INDICA SI CONTIENE
		KIT DE SERVICIO NI 4 DIGITOS
		NO CUMPLE, SE REQUIERE DE VOLUMEN
		DE 2 A 20 Y OFRECE CON VOLUMEN D
		E 5 A 50
		NO CUMPLE, NO PRESENTO ESPECIFICA
		CIONES TECNICAS PARA EVALUAR
		NO CUMPLE, NO HAY HOJA PARA VER L
		AS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
		NO SE REQUIERE ESTERIL
		SE PIZETA Y OFERTAN TUBOS
		NO CUMPLE, OFERTA DE 1 ML.
		NO CUMPLE, NO PRESENTO ESPECIFICA
		CIONES TECNICAS
		NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FI
		SICA PARA EVALUAR
		NO CUMPLE, SON DE 1 ML
		NO DICE SI SON ESTERILES

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

563	PUNTAS AZULES DE 1-1000UL LIBR	NO VIENEN LAS HOJAS DE ESPECIFICA CION TECNICA (ANEXO 8)
572	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUME	NO ESPECIFICA EL VOLUMEN NI COMPA TIBILIDAD CON PIPETAS AUTOMATICAS
578	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUME	NO CUMPLE, NO INDICA LA COMPATIBI LIDAD CON PIPETAS P2/P10
592	MICRO TUBOS CLAROS TIPO EPPEND	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA SI SON A UTOCCLAVABLES O SI RESISTEN CONGELA CION
603	TUBOS CENTRIFUGA 15 ML TAPA PL	NO CUMPLE, CON LA MANO SE BORRA L A GRADUACION
604	TUBO PARA CENTRIFUGA ESTERIL 5	NO CUMPLE, NO CORRESPONDE A LO SO LICITADO DEBEN SER DE 50ML NO DE 15ML.
607	TUBO PARA CENTRIFUGA ESTERIL 5	NO CUMPLE, OFERTA CAJA CON 300
613	PUNTA UNIVERSAL AMARILLA GRADU	NO CUMPLE, NO PRESENTO PROPUESTA TECNICA ANEXO 8
637	PLACA DE POLIESTIRENO CLARO DE	NO CUMPLE, NO TRAE TAPA
650	PUNTAS AMARILLAS DE 200 UL LIB	OFERTA EN BASTIDOR Y SE REQUIERE RACK
659	MICROTUBO TIPO EPPENDORF DE 1.	NO CUMPLE, NO SE SOLICITO CON TAP A DE BLOQUEO
669	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, NO SON ESTERILES
683	MICROTUBO CON FONDO CONICO; CO	NO CUMPLE, NO TIENE BASE Y NO SON ESTERILES
693	MICRO TUBOS CLAROS TIPO EPPEND	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA EN LA HO JA TECNICA, QUE SEAN LIBRES DE DN ASA RNASA
695	MICROPLACAS DE POLIESTIRENO DE	NO CUMPLE, SOLO ESPECIFICA UNION DE ANTICUERPOS (GLICOPROTEINAS)
703	PLACA DE POLIESTIRENO CLARO DE	REQUERIMOS QUE EL VOLUMEN TOTAL S EA 360 UL
741	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, NO SON ESTERILES
750	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUME	NO INDICA EL VOLUMEN MINIMO EN SU FICHA TECNICA
759	PIPETOR EPPENDORF EASYPET DE 1	OPERA CON 100-240 VOLTS
777	PROBETA BAJA DE 1000 ML DE POL	NO ES PROBETA BAJA DE ACUERDO A I MAGEN, NO ESPECIFICA LA ALTURA
778	PROBETA BAJA DE 100 ML DE POLI	NO ESPECIFICA ALTURA
839	PIPETA MULTICANAL DE 8 CANALES	NO CUMPLE, EL RANGO NO ES DE 20 - 200 ML NO ES AUTOCCLAVEABLE
840	PIPETA SEROLOGICA DE 25ML. DEP	NO CUMPLE, NO SE MENCIONA QUE SEA LIBRE DE DNASAS NI RNASAS
845	FILTROS PARA ESTERILIZACION EN	NO CUMPLE, OFERTA CON FRASCO RECE PTOR
927	PUNTA UNIVERSAL CON FILTRO PRE	NO CUMPLE, NO ES DEL RANGO DE VOL UMEN SOLICITADO, SE REQUIERE DE 1 00 A 100 Y MIDE 100 A 1251
935	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABL	NO TIENE EXPULSOR DE ACERO

Proveedor: 0032 CIENTIFICA SENNA SA DE CV
Partida Descripción

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
8	ANILLO METALICO CUBIERTO DE VI	NO PRESENTO ANEXO 8
11	PIPETA PASTEUR DE VIDRIO BOROS	NO CUMPLE, SON MAS CORTAS
13	BOTELLA DE VIDRIO TRANSPARENT	SE REQUIERE DE 500ML Y OFERTA DE 1000
14	BOTELLAS DE VIDRIO DE BOROSILI	NO CUMPLE, NO COTIZA LA PRESENTAC ION REQUERIDA
15	BOTELLAS DE VIDRIO DE BOROSILI	NO CUMPLE, NO COTIZA LA PRESENTAC ION REQUERIDA
19	CAJAS PARA CULTIVO DE CELULAS	NO CUMPLE, ESPECIFICACION DEL CUE LLO
28	COLADOR CELULAR DE 70 UM EN NY	EN LA HOJA TECNICA NO ESPECIFICA QUE SPAN DE NYLON
39	CUBREOBJETOS DE 22 X 22 MILIME	NO TRAE ESPECIFICACION DE LIBRE D E POLVO
40	CUBREOBJETOS DE 24 X 40 MM. DE	NO ES LA PRESENTACION QUE NECESIT AMOS
42	CUBREOBJETOS DEL NUMERO 1 DE G	SE ROMPE FACILMENTE

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

71	MATRAZ ERLERMAYER DE 1000 MILI	NO CUMPLE, EL QUE PROPONE ES DE B OCA ESTRECHA
88	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPEPTE	NO CUMPLE, NO ES AUTOCLAVABLE Y N O ESPECIFICA INCREMENTO
89	PIPETA UNICANAL COMBINA ALTOS	NO CUMPLE, SE REQUIERE CON SEGURO PARA EVITAR VARIACION DE VOLUMEN
90	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPEPTE	NO FUE VALORADO Y APROBADO PREVIO AL PROCESO DE LICITACION
91	PIPETA MULTICANAL 8, MOD PRECI	NO CUMPLE, FICHA TECNICA NO COINC IDEN DATOS DE HOJA FRONTAL ANEXO 8 CON LOS DATOS DE FICHA TECNICA CON EL FOLIO
92	MICROPIPETA TIPO FINNPIPEPTE D	NO CUMPLE, EL VOLUMEN ES DE 20 A 200 MICROLITROS
106	TIRAS INDICADORAS DE PH CON SO	NO TIENE LOS COLORANTES ADHERIDOS A LA TIRA
111	PIPETOR AUTOMATICO PORTATIL RE	NO CUMPLE, NO INDICA DE QUE ES LA BOQUILLA Y QUE SEA AUTOCLAVABLE
115	PIPETAS PASTEUR DE VIDRIO TERM	SE REQUIERE DE 7 3/4 DE PULGADA
118	PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO D	NO CUMPLE, NO INDICA QUE CUMPLE E SPECIFICACIONES ASTM 969
122	PIPETEADOR AUTOMATICO INALAMB	LA FICHA TECNICA INDICA OTRO PROD UCTO (PIPETEADOR MULTICANAL)
199	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	NO CUMPLE, EN LAS NORMAS ISO 1702 5 E 8655
217	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	NO CUMPLE CON LOS ESTANDARES REQU ERIDOS EN EL LABORATORIO, NO CUENT A CON LA PRECISION REQUERIDA
237	MICROPIPETA AUTOCLAVABLE EPPEN	NO ESPECIFICA QUE SEA AUTOCLAVABL E
240	MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUM	EL PRODUCTO MOSTRADO NO CORRESPON DE CON LA DESCRIPCION DE LA PARTI DA CORRESPONDIENTE
248	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPEPTE	NO CUMPLE CON EL VOLUMEN, SE REQU IERE DE 1-10 ML Y OFERTA DE 0.5 A 10 UL
289	MICROPIPETA TIPO FINNPIPEPTE D	NO CUMPLE, ES DE 5 A 10 MICROLITR OS
294	TIMER DIGITAL DE 4 CANALES, 1	NO CUMPLE, LO QUE ESTAN OFERTANDO ES UN TERMOMETRO Y NO UN CRONOME TRO
314	PERLAS DE VIDRIO PYREX DE 02 M	NO CUMPLE, NO PRESENTO HOJA TECNI CA
321	MICROPIPETA MULTICANAL DE 12 C	NO CUMPLE, PRESENTO PROPUESTA TEC NICA ANEXO 8
322	MONITOR REGISTRADOR DE TEMPERA	NO CUMPLE, OFERTA MICROPIPETA MUL TICANAL
325	SELLO DE ALUMINIO DE 20 MM. PR	NO CUMPLE, NO PRESENTO FICHA TECN ICA
345	CAJAS DE CARTON CON TAPA PARA	NO CUMPLE, TIENE DIFERENTES DIMEN SIONES Y NO TIENE PERFORACIONES
348	FRASCO PARA MEDIO DE CULTIVO D	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA SI LA TA PA ES DE POLIPROPILENO
349	FRASCO PARA MEDIO DE CULTIVO D	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA SI LA TA PA ES DE POLIPROPILENO
374	PIPETA AUTOMATICA DE 1-10 ML.	NO CUMPLE, SE SOLICITA DE 1-10 MI CROLITROS Y EN LA FICHA DICE 100- 1000ML.
375	PIPETA VOLUMETRICA CLASE A DE	NO PRESENTA ANEXO 8
405	MICROPIPETA TIPO FINNPIPEPTE D	NO CUMPLE, EL VOLUMEN ES DE 100 A 1000 UL
412	REGLA MEDIDORA PARA TANQUES DE	NO CUMPLE, NO PRESENTO PROPUESTA TECNICA ANEXO 8
415	TERMOMETRO DIGITAL CON PANTALL	NO CUMPLE, OFERTA TERMOMETRO CON RANGO DE 50 A 70C, SE REQUIERE Y SOLICITA -10 A 70C
436	MICROPIPETA DE 20 A 100 MICROL	NO CUMPLE, EN LA HOJA TECNICA NO INDICA EL RANGO DE VOLUMEN MINIMA Y SE REQUIERE DE 20UL
450	MICROPIPETA DE VLUMEN VARIABLE	SE REQUIERE CON INCREMENTO DE 1 M

E

A

B

I

A

A

Suz

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL NO. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

451	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABL	ICROLITRO NO ESPECIFICA EL VOLUMEN DE LOS I NCREMENTOS
452	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABL	NO ESPECIFICA EL VOLUMEN DE LOS I NCREMENTOS
462	PERA DE ASPIRACION DE SILICONA	SOLO SE REQUIERE LA PERILLA Y DEB E SER COMPATIBLE CON EL MICROPIPE TEADOR BRAND
478	JUEGO DE MICROPIPETAS DE VOLUM	NO CUMPLE, RANGO DE VOLUMEN DIFER ENTE A LOS SOLICITADOS EN LA CONV OCATORIA
480	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABL	NO CUMPLE, NO HAY HOJA DE ESPECIF ICACIONES TECNICA ANEXO B
495	MICROPIPETAS DE ALTA PRECISION	NO CUMPLE, NO ES EL VOLUMEN VARIA BLE
500	PUNTA PARA PIPETA REPETIDORA F	NO CUMPLE, NO SE MENCIONA QUE AJU STAN A PIPETA FINNPIPEPETE Y NO SO N ESYERILES
509	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABL	NO TIENE EXPULSOR DE ACERO INOXID ABLE
511	PIPETA MULTICANAL DE 12 CANALE	NO CUMPLE, SE REQUIERE DE 12 CANA LES Y OFRECE DE 8 CANALES
521	BOTELLA DE CULTIVO DE POLIESTI	NO CUMPLE, OFRECE TAPA FENOLICA
530	CAJA PARA CULTIVO CELULAR DE 6	NO ESPECIFICA SI ES TRATADA PARA MAXIMA UNION DE CELULAS
533	TUBOS CON TAPA DE 1.5 ML DE PO	SE REQUIERE DE 1.5 ML
534	TUBOS CLAROS DE 2.0ML. DE POLI	NO PRESENTA MUESTRA FISICA, SIN T APA DE COLOR
536	SISTEMA DE FILTRACION AL VACIO	NO CUMPLE, NO MENCIONA COLOR DE L A TAPA Y SE REQUIERE COLOR NARANJ A
539	PIZETA DE PLASTICO DE POLIPROP	NO INDICA SI ES AUTOCLAVABLE
544	PIZETA LAVADORES DE TIPO INTEG	NO SON DE POLIPROPILENO
545	PIPETAS DE TRANSFERENCIA DE PO	SE REQUIERE EMPAQUE INDIVIDUAL
546	PIPETAS SEROLOGICAS CAP. 5 ML.	NO CUMPLE, LA ENVOLTURA ES PAPEL- PLASTICO
548	PIPETAS SEROLOGICAS CAP 25 ML.	NO CUMPLE, OFERTA ENVOLTURA DE PA PEL Y PLASTICO
549	PIPETAS SEROLOGICAS CAPA. 5ML.	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FI SICA PARA EVALUAR
551	PIPETA SEROLOGICA CAP. 10ML. G	NO CUMPLE, LA ENVOLTURA ES DE PLA STICO-PAPEL
555	PIPETA DE POLIETILENO TIPO PAS	NO CUMPLE, OFERTA CAJA CON 400 PI EZAS
556	PUNTA P/PIP 100-1000 MICRO L.	NO PRESENTO MUESTRA FISICA
559	PUNTA UNIVERSAL AMARILLA GRADU	EN LA HOJA TECNICA NO MENCIONA QU E SEAN LIBRES DE RNASAS Y DNASAS
560	PUNTAS UNIVERSALES PARA CARGA	NO CUMPLE, NO DICE SI SON LIBRES DE RNASAS, DNASAS INHIBIDOR DE PC R
570	PUNTA TRANSPARENTE DE 10 MICRO	NO CUMPLE, LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA NO CAJA
571	PUNTAS PARA PIPETA RANGO DE 10	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FI SICA
574	PUNTAS DE 0.5-10UL PARA MICROP	NO CUMPLE, NO DICE SI ES LIBRE DE RNASAS Y DNASAS
580	PUNTAS UNIVERSALES CON FILTRO	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FI SICA PARA EVALUAR
581	PUNTA UNIVERSAL DE 1-20UL. DE	NO INDICA EL VOLUMEN MINIMO EN SU FICHA TECNICA
588	MICROTUBO TIPO EPPENDORF DE 1.	NO MENCIONA EN LA HOJA TECNICA SI RESISTEN CONGELACION DE -80GRADO S
596	TUBO DE POLIPROPILENO DE 12 X	NO CUMPLE, SE REQUIERE COLOR NATU RAL, NO TRASPARENTE
598	TUBO DE PARED DELGADA PARA PCR	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA LAS XG D E CENTRIFUGACION
601	TUBO DE POLIPROPILENO DE 12X75	SIN MUESTRA PARA EVALUACION
604	TUBO PARA CENTRIFUGA ESTERIL 5	NO CUMPLE, COTIZA POR CAJA Y DEBE SER POR PIEZA

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature]



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

609	TUBOS PARA MICROCENTRIFUGA CAP	NO CUMPLE ESTERILIDAD
613	PUNTA UNIVERSAL AMARILLA GRADU	NO CUMPLE, SE REQUIEREN GRADUADAS , LIBRES DE DNASA Y RNASA
616	CRIOVIALES DE POLIPROPILENO GR	NO CUMPLE, LA TAPA ES BLANCA
621	PIPETAS DE TRANSFERENCIA DE PO	NO CUMPLE, LA PUNTA ES MUY FINA
630	PUNTAS UNIVERSALES CON FILTRO	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FISICA PARA EVALUAR
643	SISTEMA DE FILTRACION AL VACIO	NO CUMPLE, LA MEMBRANA NO ES DE NYLON ES DE SFCA (ACETATO DE CELULOSA) LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA SE REQUIERE DE 15 CM
645	PIPETA DE TRANSFERENCIA CON GR	SE REQUIERE DE 1. ML Y OFERTAN DE 1.25 ML
663	PUNTAS COMBITIPS DE 1 ML. PARA	NO DICE SI SON TRATADAS PARA ADHESION CELULAR
668	CAJA PETRI PARA CULTIVO CELULA	OFERTA PUNTAS Y SE REQUIERE UNICA SSET
674	UNICASSET DE INCLUSION DE PLAS	NO CUMPLE, NO ENTREGO MUESTRA FISICA
675	TUBOS PARA MICROCENTRIFUGA DE	NO CUMPLE, EN LA DESCRIPCION (HOJA TECNICA) NO ESTA CLARA SI LA MEMBRANA ES DE NITRATO DE CELULOSA
676	SISTEMAS DE FILTRACION AL VACI	NO PRESENTA ANEXO 8
677	FILTRO DE PIRINOLA TAMANO DEL	NO CUMPLE, OFECE ENTREGAR EN BOLSA
683	MICROTUBO CON FONDO CONICO; CO	NO CUMPLE, NO PRESENTO LA COTIZACION COMO FUE REQUERIDA
687	PIPETA SEROLOGICA CAP. 10ML. G	NO CUMPLE, NO ES DE VOLUMEN REQUERIDA
688	FRASCO DE POLIESTIRENO DE 500M	NO CUMPLE, LA SUPERFICIE ES MEDISORP
695	MICROPLACAS DE POLIESTIRENO DE	NO PRESENTA CODIGO DE COLOR (AZUL) POR TANTO NO ES COMPATIBLE CON LA PIPETA
701	PUNTAS DE POLIPROPILENO PARA P	NO PRESENTA CODIGO DE COLOR (AZUL) POR TANTO NO ES COMPATIBLE CON PIPETA
702	PUNTAS DE POLIPROPILENO PARA P	SOLICITAMOS DE 96 POZOS Y OFERTA DE 6 POZOS
703	PLACA DE POLIESTIRENO CLARO DE	NO ESPECIFICA TAMAÑO (1.8 CM)
708	ESPATULAS (CELL SCRAPERS) PARA	NO CUMPLE, SE REQUIERE UN CONTENEDOR Y SUS HOJAS TECNICAS SON DE PUNTAS
725	CONTENEDOR PARA EL ALMACENAMIE	NO CUMPLE, NO SE PUDO VALORAR YA QUE NO SE ENVIO MUESTRA FISICA
734	CAJAS PARA 81 CRIOTUBOS DE 1.5	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA RANGO DE VOLUMEN
740	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, VOLUMEN 0.5 A 10
741	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, SE REQUIERE CAJAS DE CARTON
754	CAJA DE CARTON CON 81 DIVISION	NO FUE VALORADO Y APROBADO PREVIO AL PROCESO DE LICITACION
758	PIPETA MULTICANAL DE 12 CANALE	NO CUMPLE, NO SON OPTICAS
764	TIRAS DE 8 TUBOS OPTICOS PARA	NO CUMPLE, OFERTA CON RACK
765	TUBO DE CENTRIFUGA DE POLIPROP	NO CUMPLE, NO SE ENVIO MUESTRA FISICA PARA EVALUAR
771	GRADILLA DE POLIPROPILENO PARA	NO CUMPLE, ESTA HECHO DE VIDRIO DE ACUERDO A IMAGEN MIDE MAS DE 28 CM ALTO
775	VASO DE PRECIPITADO DE POLIPRO	NO CUMPLE, EN LA HOJA TECNICA NO INDICA QUE TENGA SEGURO Y ES NECESARIO
777	PROBETA BAJA DE 1000 ML DE POL	NO CUMPLE, NO LLEGA A LA TEMPERATURA DE RESISTENCIA DE MAS DE 140C NI TIENE SERIGRAFIA BLANCA
782	PIPETA MULTICANAL DE 8 CANALES	NO FUE VALORADO Y APROBADO PREVIO AL PROCESO DE LICITACION
809	BOTELLA DE 1 LITRO. PARA ESTER	NO CUMPLE, CON LAS DIMENSIONES SOLICITADAS EN LA CONVOCATORIA
817	MICROPIPETA TIPO FINNPIPEPTE D	NO CUMPLE, EL DIAMETRO NO ES EL S
825	CAJA DE POLIPROPILENO PARA AL	
826	ETIQUETAS CIRCULARES COLOR AMA	

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'E' at the top, a circled 'H', and several other illegible marks.

Handwritten mark on the bottom left margin, resembling a stylized 'P' or 'L'.

Handwritten initials 'SW' at the bottom right corner.

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

827	ETIQUETAS CIRCULARES COLOR AZU	OLICITADO EN LA CONVOCATORIA NO CUMPLE, NO ES EL DIAMETRO SOLI CITADO EN LA CONVOCATORIA
828	ETIQUETAS CIRCULARES COLOR BLA	NO CUMPLE, NO ES DIAMETRO SOLICIT ADO EN LA CONVOCATORIA
829	ETIQUETAS CIRCULARES COLOR ROJ	NO CUMPLE, NO ES EL DIAMETRO SOLI CITADO EN LA CONVOCATORIA
836	PIPETA SEROLOGICA CAPACIDAD DE	LA HOJA TECNICA NO ESPECIFICA QUE VENGAN EN BOLSAS DE 50 PIEZAS
839	PIPETA MULTICANAL DE 8 CANALES	NO CUMPLE, NO TIENE SEGURO PARA E VITAR ERRORES
840	PIPETA SEROLOGICA DE 25ML. DEP	NO CUMPLE, NO SE MENCIONA QUE SEA LIBRE DE DNASAS NI RNASAS
844	FILTROS PARA ESTERILIZACION EN	NO CUMPLE, OFERTA CON FRASCO RECE PTOR
863	MICROTUBOS DE 1.5 ML DE POLIPR	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FI SICA
892	MICROTUBOS TIPO EPPENDORF DE 1	NO CUMPLE, OFERTAN COLOR NEGRO NO AMBAR
904	TIRAS DE TUBOS CON TAPAS PARA	NO CUMPLE, NO INDICA QUE SEAN COM PATIBLES CON TERMOCICLADORES PROF LEX Y SIMPLYAMP
906	SISTEMA DE FILTRACION AL VACIO	NO CUMPLE, NO MENCIONA QUE SEA LI BRE DE PIROGENOS
935	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABL	NO TIENE EXPULSOR DE ACERO

Proveedor: 0036 TECROM, S.A. DE C.V.
Partida Descripción

Si cumple/No cumple (motivo)

14	BOTELLAS DE VIDRIO DE BOROSILI	NO CUMPLE, NO COTIZA LA PRESENTAC ION REQUERIDA
15	BOTELLAS DE VIDRIO DE BOROSILI	NO CUMPLE, NO COTIZA LA PRESENTAC ION REQUERIDA
18	CAJA DE PETRI ESTERIL DESECHAB	NO CUMPLE, LA TAPA NO AJUSTA ADEC UADAMENTE EN LA BASE, QUEDA FLOJA
60	HISOPO ESTERIL CON PUNTA DE AL	NO CUMPLE, SE ROMPE FACILMENTE
82	FILTROS DE MEMBRANA, MEZCLA DE	NO CUMPLE, OFRECE FILTRO PARA MON ITOREO DE AIRE
99	PAPEL FILTRO WHATMAN NUMERO 42	ANTERIORMENTE SE HA UTILIZADO ESTA MARCA Y PRESENTA INTERFERENCIAS EN LOS RESULTADOS
100	PAPEL FILTRO WHATMAN NUMERO 4	ANTERIORMENTE SE HA USADO ESTA MA RCA Y PRESENTA INTERFERENCIA EN L OS RESULTADOS
148	TUBO D/ENSAYE C/VACIO C/GEL SE	NO CUMPLE, ES MAS ALTO QUE EL TUB O UTILIZADO NORMALMENTE
153	TUBO DE ENSAYE CON VACIO SIN A	NO CUMPLE, EN LA FICHA TECNICA NO INDICA DE QUE MATERIAL ESTA ECHO Y SE REQUIERE DE PLASTICO
154	TUBO SISTEMA P/LA TOMA Y RECOL	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA LUBRICAC ION CON SILICON
155	TUBO VACUTAINER DE ENSAYE PARA	NO ESPECIFICA CARACTERISTICAS DEL TAPON, EN CASO DE SER HEMOGARD D EBERA CUMPLIR ESPECIFICACIONES
161	TUBO VACUTAINER, TAPON ORO CON	NO DRENA EL VOLUMEN IDEAL EN LA E VALUACION
196	COLUMNA CAPILAR HP-INNOWAX DE	NO CUMPLE, EL DIAMETRO DE PORO ES DE 0.20 Y NO 0.25UM
225	COLUMNA CAPILAR DB-23 (50% CI	NO ES DE 0.25 MICROMETROS DE PELI CULA
269	VIAL DE VIDRIO BOROSILICATÒ, D	NO CUMPLE, SON DE 27.5 X 57 MM, S IN FORRO
281	CARTUCHO PARA EXTRACCION DE GR	SE SAFAN DE LOS ANILLOS, EL DIAME TRO EL LIGERAMENTE MAYOR AL SOLIC ITADO
298	INSERTOS CONICOS DE VIDRIO DE	SE REQUIERE DE 150 UL Y OFERTA DE 200 UL
316	TUBO DE ENSAYE CON VACIO SIN A	SE EVALUO TUBO Y NO DRENA AL VOLU MEN IDEAL
317	TUBO SISTEMA P/LA TOMA Y RECOL	NO DRENA AL VOLUMEN IDEAL, LA MOR

CE

PL

46

2

16

1

16

16

SP



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

343	VIALES DE VIDRIO COLOR AMBAR D	FOLOGIA NO ES DEFINIDA
419	PUNTAS CON FILTRO PARA MICROPI	NO CUMPLE, NO CONTIENE TAPA
533	TUBOS CON TAPA DE 1.5 ML DE PO	NO ENVIO MUESTRA FISICA PARA EVALUACION
534	TUBOS CLAROS DE 2.0ML. DE POLI	NO SE REQUIERE ESTERIL
536	SISTEMA DE FILTRACION AL VACIO	NO OFERTA CON TAPAS CODIFICADAS D E COLORES, NO PRESENTA MUESTRA FISICA
538	MICRO TUBO CLAROS TIPO EPPENDO	NO CUMPLE, NO MENCIONA COLOR DE LA TAPA
559	PUNTA UNIVERSAL AMARILLA GRADU	SE REQUIERE DE 0.6 ML Y OFERTA DE 0.65 ML
571	PUNTAS PARA PIPETA RANGO DE 10	SE REQUIERE BOLSA CON CON 1000 PIEZAS Y NO CAJA CON 960 PIEZAS
572	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUME	NO CUMPLE, TIENE ESTRIAS EN LA PARTE INTERNA DEL CUELLO QUE PUEDEN DAMAR LA PUNTA DE LA MICROPIPEIA
578	PUNTAS UNIVERSALES MICROVOLUME	LA PROPUESTA CORRESPONDE A PUNTAS ESTERILES NO SOLICITADAS DE ESA MANERA
580	PUNTAS UNIVERSALES CON FILTRO	NO CUMPLE, SE REQUIERE QUE TENGA FILTRO
587	TUBO DE POLIESTIRENO 5ML 12 X	NO CUMPLE, NO TIENE UNA CAPACIDAD QUE INDICA
592	MICRO TUBOS CLAROS TIPO EPPEND	NO CUMPLE, ES DE POLIPROPILENO
593	MICROTUBOS TIPO EPPENDORF DE 1	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA SI SON A UTUCLAVABLE O RESISTEN CONGELACION
601	TUBO DE POLIPROPILENO DE 12X75	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA QUE CON TENGA AREA DE ESCRITURA
603	TUBOS CENTRIFUGA 15 ML TAPA PL	OFERTA TUBO CON TAPON
613	PUNTA UNIVERSAL AMARILLA GRADU	NO CUMPLE, NO SE ENVIO MUESTRA FISICA PARA EVALUAR
628	UNIDAD DE FILTRACION PARA JERI	NO CUMPLE, NO DICE QUE SEA GRADUADA
629	SISTEMA DE FILTRACION CAP. 100	NO CUMPLE, LA MEMBRANA ES DE ACETATO DE CELULOSA
630	PUNTAS UNIVERSALES CON FILTRO	NO HOJA DE DATOS TECNICA
646	TUBOS DE POLIPROPILENO CLAROS	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FISICA PARA EVALUAR
660	PUNTAS PARA PIPETA RANGO 1-200	NO CUMPLE, FONDO EN "U"
677	FILTRO DE BIRINOLA TAMANO DEL	OFERTA PUNTAS AMARILLAS NO COMPATIBLES CON MICROPIPETA
678	PUNTA DE POLIPROPILENO CON FIL	SE REQUIERE MEMBRANA DE 28MM Y OFERTAN DE 25MM
683	MICROTUBO CON FONDO CONICO; CO	NO INDICA SI ES ESTERIL
710	PUNTAS 0.5-10 UL FILTER TIPS F	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA QUE SEA DE POLIPROPILENO NI FONDO CONICO
713	TUBOS PARA PCR DE 0.2ML PARED	NO ENVIO MUESTRA FISICA PARA EVALUACION
763	CRIOVIAL 2.0ML. FONDO REDONDO	NO CUMPLE, NO INDICA SI ES LIBRE DE PIROGENOS
835	TUBO DE POLIPROPILENO DE 1.5 M	NO CUMPLE ESPECIFICACIONES DE LIBRES DE DNASAS Y RNASAS Y PIROGENOS
		ESTA MARCA SE ABRE CON EL COLOR, NO FUNCIONA

Proveedor: 0037 TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.
Partida Descripción

Si cumple/No cumple (motivo)

13	BOTELLA DE VIDRIO TRANSPARENT	SE REQUIERE DE POLIPROPILENO
18	CAJA DE PETRI ESTERIL DESECHAB	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FISICA
38	CUBREOBJETOS DE ALTA TRANSPARE	NO CUMPLE, EN EL ANEXO 8 OFERTA UN PRODUCTO DIFERENTE
40	CUBREOBJETOS DE 24 X 40 MM. DE	EL VIDRIO NO ES MANEJABLE
48	ESPATULA CON MICRO-CUCHARA DE	LA DESCRIPCION DE LO QUE OFERTAN EN EL CATALOGO NO COINCIDE CON LO

C

P

16

P

V

L

P

P

P

SUP



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

		QUE SE SOLICITO
58	GRADILLA METALICA PARA 90 TUBO	NO CUMPLE, NO CORRESPONDE A LO SO LICITADO, DEBE SER GRADILLA PARA 90 TUBOS, NO PARA 72 TUBOS
62	BARRAS MAGNETICAS DE TEFLON DE	NO CUMPLE, FALTA HOJA TECNICA PAR A EVALUAR
65	LUPA DE 3.25 PULGADAS DE DIAME	NO PRESENTO ANEXO 8
67	MATRAZ BALON DE FONDO PLANO Y	NO PRESENTO ANEXO 8
68	MATRAZ ERLLENMEYER 6000 MILILIT	NO CUMPLE, NO SE ENCONTRO PROPOSI CION TENICA ANEXO 8
69	MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO BO	NO CUMPLE, NO PRESENTA PROPUESTA ANEXO 8
70	MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO BO	NO CUMPLE, NO SE ENCONTRO PROPOSI CION TECNICA ANEXO 8
71	MATRAZ ERLLENMAYER DE 1000 MILI	NO CUMPLE, NO PRESENTA PROPUESTA TECNICA
72	MATRAZ ERLLENMEYER 250 ML VIDRI	NO PRESENTA ANEXO 8
74	MATRAZ KITAZATO DE VIDRIO BORO	NO INCLUYE TAPON
75	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A, AF	NO PRESENTO ANEXO 8
76	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A DE	NO PRESENTA PROPUESTA TECNICA PAR A EVALUACION
77	MATRAZ VOLUMETRICO AFORADO DE	NO CUMPLE, NO PRESENTO PROPUESTA ANEXO 8
78	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A DE	NO ES DE BAJA TRANSMITANCIA LUMIN OSA
79	MATRAZ VOLUMETRICO DE 100 ML.	NO CUMPLE, NOPRESENTO PROPUESTA A NEXO 8
80	MATRAZ VOLUMETRICO DE 250 ML C	NO PRESENTO ANEXO 8
81	MATRAZ VOLUMETRICO DE 500 MILI	NO PRESENTO ANEXO 8
82	FILTROS DE MEMBRANA, MEZCLA DE	NO CUMPLE, NO SE ENCONTRO LA PROP UESTA TECNICA ANEXO 8
115	PIPETAS PASTEUR DE VIDRIO TERM	SE REQUIERE DE 7 3/4 DE PULGADA
125	PORTAOBJETOS 3X1 PULGADAS (25X	NO CUENTA CON PANTALLA ESMERILADA
127	PORTAOBJETOS DE 26X76 MILIMETR	NO CUMPLE, YA DR UTILIZO EN EL L ABORATORIO Y NO CUMPLE, CON LA CA LIDAD REQUERIDA
131	PROBETA DE VIDRIO BOROSILICATO	NO CUMPLE, NO ESTA GRADUADA 10/10
149	TUBO DE ENSAYE DE VIDRIO REFRA	NO CUMPLE, NO DICE SI ES BOROSILI CATADO
221	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE D	NO CUMPLE, NO SE ENCONTRO LA PROP OSICION TECNICA ANEXO 8
226	ESPATULA CERVICAL TIPO AYRE DE	NO PRESENTA ANEXO 8
244	BARRAS MAGNETICAS PARA AGITADO	NO CUMPLE, NO ESTAN RECUBIERTAS D E TEFLON
381	PIPETA VOLUMETRICA REUTILIZABL	NO CUMPLE, PORQUE SOLICITAMOS UNA DE 20 ML. Y NO UNA DE 25 ML.

Proveedor: 0038 DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER SA DE CV
Partida Descripción Si cumple/No cumple (motivo)

13	BOTELLA DE VIDRIO TRANSPARENT	LA IMAGEN DEL PRODUCTO ES DE 1000 ML, NO CORRESPONDE
76	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A DE	SE REQUIERE UNA TOLERANCIA DE +-0 .08ML
274	BOTELLAS DE VIDRIO DE 100 ML P	NO CORRESPONDE LA IMAGEN
285	PUNTAS DE POLIPROPILENO DESECH	LA UNIDAD DE EMPAQUE NO CONCUERDA ENTRE EL CATALOGO Y LA PROFOSICI ON TECNICA Y LO SOLICITADO
664	TUBOS PARA PCR DE 0.2 ML CALAR	OFERTA OTRO PRODUCTO DIFERENTE AL SOLICITADO
810	BOTELLA DE 2 LITRO. PARA ESTER	NO CUMPLE, DURANTE ESTERILIZACION SE ROMPE

Proveedor: 0039 OPCIONES QUIMICO TECNOLOGICAS, S.A. DE C
Partida Descripción Si cumple/No cumple (motivo)

17	CAJA DE CARTON CON 81 DIVISION	NO CUMPLE, NO DEFINE EL CATALOGO QUE OFERTA
55	GRADILLA METALICA P/72 LUGARES	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA SI TIENE RECUBRIMIENTO DE VINILO

CF

B

SAP



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

145	TERMOMETRO DE MEMORIA DE TEMPE	NO CUMPLE, LA PANTALLA NO MUESTRA LA TEMPERATURA MAXIMA, MINIMA Y ACTUAL SIMULTANEAMENTE
539	PIZETA DE PLASTICO DE POLIPROP	NO INDICA SI ES AUTOCLAVABLE

Proveedor: 0040 DISTRIBUCIONES MEDICAS LERAM S.A. DE C.V

Partida Descripción Si cumple/No cumple (motivo)

18	CAJA DE PETRI ESTERIL DESECHAB	NO CUMPLE, LA TAPA NO AJUSTA ADECUADAMENTE EN LA BASE, QUEDA FLOJA
----	--------------------------------	--

Proveedor: 0041 PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

Partida Descripción Si cumple/No cumple (motivo)

21	CAMARA DE NEUBAUER PARA CONTEO	LA IMAGEN CORRESPONDE A UNA CAMARA NORMAL (NO BRIGHT-LINE)
38	CUBREOBJETOS DE ALTA TRANSPARE	NO CUMPLE, NO DICE SI ES DESENGRASADO
39	CUBREOBJETOS DE 22 X 22 MILIME	NO TIENE ESPECIFICACIONES DE DESENGRASADO
40	CUBREOBJETOS DE 24 X 40 MM. DE	PARECIERAN MAS GRUESOS
41	CUBREOBJETOS RECTANGULARES PAR	NO ESPECIFICA EL GROSOR
42	CUBREOBJETOS DEL NUMERO 1 DE G	SE PEGAN ALGUNOS VIDRIOS
43	CUCHILLAS DESECHABLES DE TAMAN	CUESTA SACARLAS DEL ESTUCHE
44	CUCHILLAS DESECHABLES HOJAS BA	ESTAN SECAS LAS CUCHILLAS, LES FALTA ACEITE
64	LAPIZ CON PUNTA DE DIAMANTE CO	NO CUMPLE, NO ENVIO MUESTRA FISICA PARA EVALUAR
66	MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A DE	ANTERIORMENTE SE HA USADO ESTE MATRAZ Y PRESENTA INTERFERENCIA EN LOS RESULTADOS
71	MATRAZ ERLENMAYER DE 1000 MILI	NO CUMPLE, EL QUE PROPONE ES DE BOCAL ESTRECHA
74	MATRAZ KITAZATO DE VIDRIO BORO	NO INCLUYE TAPON
86	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO CUMPLE, VOLUMEN DE 2 A 200UL NO ESPECIFICA INCREMENTO
87	MICROPIPETA DE VOL. VARIABLE C	NO ESPECIFICA SEGURO INTEGRADO
88	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA INCREMENTO NI CODIGO DE COLOR AZUL
90	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO FUE VALORADO Y APROBADO PREVIO AL PROCESO DE LICITACION
99	PAPEL FILTRO WHATMAN NUMERO 42	NO PRESENTA HOJA TECNICA PARA EVALUACION
127	PORTAOBJETOS DE 26X76 MILIMETR	NO CUMPLE, YA SE UTILIZO Y NO CUMPLE, CON LA CALIDAD REQUERIDA
131	PROBETA DE VIDRIO BOROSILICATO	NO CUMPLE, ES CLASE A
163	TUBOS OPTICOS PARA SISTEMAS DE	NO CUMPLE, NO CUENTA CON FICHAS TECNICAS PARA EVALUAR
199	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE	NO CUMPLE, CON NORMA ISO, NO ESPECIFICA METERRAIL SIN CERTIFICADO
206	CUCHILLAS DE ACERO JUNG FEINTE	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA EN LA FICHA TECNICA QUE SERA PARA CORTE DE PARAFINA 819 Y SI ES DE 0.25MM DE GROSOR
218	PROBETA DE VIDRIO REFRACTARIO	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA GRADUACION CON ENAMEL, NI QUE BASE OFRECE
225	COLUMNA CAPILAR DB-23 (50% CI	NO ES 50 PORCIENTO CIANOPROPILISILOXANO
232	TERMOMETRO DIGITAL C/PANTALLA	NO CUMPLE, OFERTA TERMOMETRO CON RANGO DE -50C A 70C
240	MICROPIPETA MONOCANAL DE VOLUM	EN LA HOJA DEL CATALOGO NO SE VE QUE LA PIPETA MOSTRADA SEA DE LA MARCA QUE SE OFRECE
244	BARRAS MAGNETICAS PARA AGITADO	NO CUMPLE, NO SON DE PIEZAS O BARRAS
248	MICROPIPETA TIPO FINNEPIPETTE	NO CUMPLE CON EL VOLUMEN REQUERIDO, NO MENCIONA QUE EL INCREMENTO ES DE 0.02 ML
285	PUNTAS DE POLIPROPILENO DESECH	EL CATALOGO MOSTRADO NO TRAE LA D

6

8

7

9

10

11

12

13

14

SUP



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CON EL VOLUMEN REQUERIDO NI EL NÚMERO DE CATALOGO EN PROPOSICIÓN TÉCNICA
289	MICROPIPETETA TIPO FINNPIPETTE D NO CUMPLE, NO ES AUTOCIAVABLE Y EL INCREMENTO NO ESTÁ ESPECIFICADO
292	CRIOVIAL ESTERIL PARA VOLUMEN NO CUMPLE, SE REQUIEREN LIBRES DE RNASA Y DNASA
321	MICROPIPETETA MULTICANAL DE 12 C NO CUMPLE, VOLUMEN DE 50 A 300UL
371	SUPER PÁP PEN. MARCAR HIDROFOB NO AISLA ADECUADAMENTE LOS REACTIVOS
379	DISPENSADOR DE ORGANICOS DE VO NO ESPECIFICA QUE SEA PARA ORGANICOS
520	BOTELLA DE CULTIVO CELULAR DE NO CUMPLE, NO ES EL PRODUCTO SOLICITADO
521	BOTELLA DE CULTIVO DE POLIESTI NO CUMPLE, SON DE CUELLO RECTO
534	TUBOS CLAROS DE 2.0ML. DE POLI NO PRESENTA MUESTRA FÍSICA, SIN TAPA DE COLOR
540	PIPETETA DE TRANSFERENCIA NO EST NO CUMPLE, NO HA SIDO VALORADO POR EL LABORATORIO
545	PIPETAS DE TRANSFERENCIA DE PO NO PRESENTA FICHA TÉCNICA PARA EVALUAR
547	PIPETETA DE TRANSFERENCIA FABRIC NO CUMPLE, NO PRESENTA FICHA TÉCNICA
549	PIPETAS SEROLOGICAS CAPA. 5ML. NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FÍSICA PARA EVALUAR
556	PUNTA P/PIP 100-1000 MICRO L. NO PRESENTO MUESTRA FÍSICA
558	PROBETA GRADUADA DE POLIPROPIL NO CUMPLE, NO PRESENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
559	PUNTA UNIVERSAL AMARILLA GRADU NO HAY HOJA TÉCNICA QUE AVALE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
560	PUNTAS UNIVERSALES PARA CARGA NO CUMPLE, NO PRESENTA HOJA TÉCNICA
570	PUNTA TRANSPARENTE DE 10 MICRO NO CUMPLE, EL PRECIO NO ES BOLSA DEBE SER PIEZA
571	PUNTAS PARA PIPETA RANGO DE 10 NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FÍSICA
579	PUNTAS CON FILTRO UNIVERSAL DE NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FÍSICA PARA EVALUAR
580	PUNTAS UNIVERSALES CON FILTRO NO CUMPLE, NO SE ENVIO MUESTRA FÍSICA PARA EVALUAR
598	TUBO DE PARED DELGADA PARA PCR NO CUMPLE, NO ESPECIFICA LAS XG DE CENTRIFUGACIÓN
603	TUBOS CENTRIFUGA 15 ML TAPA PL NO CUMPLE, NO ENVIO MUESTRA FÍSICA PARA EVALUAR
605	TUBO DE POLIPROPILENO 14ML 17X NO CUMPLE, NO PRESENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EVALUAR
615	PUNTA UNIVERSAL TIPO EPPENDORF LA PROPUESTA CORRESPONDE A UN TUBO CONICO QUE NO ES LO SOLICITADO
625	TUBO CENTRIFUGO 15ML. PUNTA CO ESTA OFERTANDO TUBOS DE 0.2 ML PARA PCR
637	PLACA DE POLIESTIRENO CLARO DE NO CUMPLE, NO COTIZA LO QUE SE PIDEN
639	BOTELLA PARA CULTIVO CELULAR D NO CUMPLE, LAS HOJAS TÉCNICAS NO CORRESPONDEN AL PRODUCTO
640	SISTEMA DE FILTRACION CAP. 250 NO CUMPLE, NO HAY FICHA TÉCNICA PARA EVALUAR
645	PIPETETA DE TRANSFERENCIA CON GR SE REQUIERE PIPETAS Y OFERTAN PLACAS
648	CAJA PARA CULTIVO CELULAR DE 1 NO CUMPLE, SE REQUIERE CAJAS DE CULTIVO Y OFRECE PUNTAS
649	SISTEMA PARA FILTRACION AL VAC NO CUMPLE, SE REQUIERE SISTEMA DE FILTRACION Y OFRECE PUNTAS
654	VIALES PARA ALMACENAJE DE MUES NO CUMPLE, CON LO SOLICITADO SE PIDEN VIALES Y OFERTA PUNTAS
656	PIZETA DE SEGURIDAD CON VENTIL NO CUMPLE, OFRECE MICROPLACAS DE 96 POZOS
657	PIZETA DE SEGURIDAD CON VENTIL NO CUMPLE, OFRECE MICROTUBOS
658	TAPAS OPTICAS PARA TUBOS Y PLA NO CUMPLE, OFRECE CAJAS PARA CULTIVO
659	MICROTUBO TIPO EPPENDORF DE 1. NO CUMPLE, PRODUCTO NO SOLICITADO



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

Partida	Descripción	Observaciones
665	BOTELLA DE POLIPROPILENO PARA	, NO OFRECE LO QUE SE SOLICITA, S E PIDE TUBO Y ESTA PRESEANDO PLACA
667	PUNTA AMARILLA DE 200 ul PRE	EL PRODUCTO NO CORRESPONDE A LO OFERTADO
669	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, SE REQUIERE PUNTAS Y O FERTA FILTROS
672	VASO DE POLIPROPILENO DE 50 ML	NO CUMPLE, EL VOLUMEN ES DE 0.5 A 10
734	CAJAS PARA 81 CRIOTUBOS DE 1.5	NO CORRESPONDE LA DESCRIPCION DE LO OFERTADO CON LO SOLICITADO
740	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, NO SE PUDO VALORAR YA QUE NO SE ENVIO MUESTRA FISICA
741	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, NO ESPECIFICA QUE SEAN ESTERILES
742	PUNTAS DE POLIPROPILENO CON FI	NO CUMPLE, EL VOLUMEN ES DE 0.5 A 10
758	PIPETA MULTICANAL DE 12 CANALE	NO CUMPLE, NÒ ESPECIFICA ESTERILIDAD
762	TUBOS PARA PCR DE 0.2ML UNIDOS	NO FUE VALORADO Y APROBADO PREVIO AL PROCESO DE LICITACION
777	PROBETA BAJA DE 1000 ML DE POL	NO CUMPLE, NO SE ENVIO MUESTRA FISICA PARA EVALUAR
778	PROBETA BAJA DE 100 ML DE POLI	SIN IMAGEN
783	PLACA DE 384 POZOS DE POLIPROP	SIN FICHA TECNICA
794	PAPEL FILTRO WHATMAN 3 MM CHR	NO CUMPLE, NO HAY HOJA TECNICA PARA VER LAS CARACTERISTICAS
811	CAJAS PARA 81 CRIOTUBOS DE 5ML	NO CUMPLE, SE REQUIERE FICHA TECNICA PARA VER LAS CARACTERISTICAS
815	GRADILLA DESMONTABLE Y APILABL	NO CUMPLE, NO PRESENTO MUESTRA FISICA
819	PLACA PETRI CUADRADA DE 120 X	NO CUMPLE, PORQUE NO CONTIENE ANEXO 8
838	PIPETAS SEROLOGICAS ESTERILES	NO CUMPLE, NO HAY DESCRIPCION COMPLETA
839	PIPETA MULTICANAL DE 8 CANALES	NO PRESENTO FICHA TECNICA
840	PIPETA SEROLOGICA DE 25ML. DEP	NO CUMPLE, NO ES AUTOCLAVEABLE
		NO CUMPLE, NO HAY FICHA TECNICA PARA EVALUAR

Proveedor: 0042 CORPORACION ANALITICA, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
39	CUBREOBJETOS DE 22 X 22 MILIME	NO ES DESENGRASADO
195	PORTROBJETOS DE 26 X 76 MM DE	NO CUMPLE, LAMINILLAS NO EMPACADAS AL VACIO

Proveedor: 0043 REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO, S.A. DE C.

Partida	Descripción	Si cumple/No cumple (motivo)
262	FOTOMETRO PARA CLORO LIBRE Y C	NO ES COMPATIBLE CON EL REACTIVO
640	SISTEMA DE FILTRACION CAP. 250	NO CUMPLE, CON EL VOLUMEN LA HOJA TECNICA

Con fundamento en el artículo 37 fracción II a continuación se menciona la relación de los licitantes cuyas proposiciones resultaron aprobadas en base a la evaluación realizada por las diferentes áreas usuarias del Instituto.

1	DISTRIBUIDORA BIOGAMA S.A. DE C.V									
	17	19	20	116	377	541	580	581	600	612
	614									
2	COMPARIA REAMEX, S.A. DE C.V.									
	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13

540



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

14	15	16	20	22	27	28	31	32	35
36	37	38	39	40	41	43	44	46	47
48	49	51	52	53	54	56	57	58	60
61	62	63	65	66	67	68	69	70	72
73	76	77	81	83	84	85	86	88	89
90	92	93	94	95	96	97	98	99	100
103	104	105	107	108	110	111	112	113	114
117	118	119	120	121	122	124	128	129	130
132	134	135	136	137	138	139	140	141	142
145	146	148	152	153	154	157	159	160	161
162	165	167	170	171	172	173	174	175	177
178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
188	189	190	193	194	198	199	202	204	206
207	209	210	212	214	216	218	219	220	222
224	226	228	229	230	233	234	235	236	237
238	239	240	241	242	245	246	249	251	253
254	255	257	262	264	265	267	268	269	270
272	275	276	277	279	280	281	282	283	284
285	286	288	289	290	291	292	294	295	296
300	301	302	303	304	305	307	309	310	312
313	314	317	320	322	323	325	328	329	330
332	339	340	341	344	346	347	348	349	353
354	355	356	357	358	360	361	363	364	365
366	367	368	372	373	374	376	377	378	380
384	385	386	393	397	398	405	407	411	419
420	426	427	429	430	431	432	433	434	436
437	442	444	445	453	455	456	463	464	466
467	469	472	473	474	481	482	484	487	488
493	496	497	501	502	503	506	507	508	509
512	519	520	522	523	524	525	526	527	528
530	531	535	536	537	538	540	543	545	547
549	550	552	553	555	556	557	558	559	562
563	564	565	566	567	568	569	570	573	574
575	576	577	580	583	584	585	586	588	589
590	593	594	595	596	598	599	600	601	602
604	606	608	610	612	614	618	625	626	629
630	631	632	634	639	643	644	646	647	648
650	651	652	653	654	656	659	660	661	662
663	664	665	666	668	670	672	673	674	676
678	679	680	681	682	684	685	686	687	688
689	691	693	699	700	701	702	704	709	712
713	714	715	716	717	720	721	722	724	725
726	727	728	729	730	731	732	733	734	737
738	739	743	744	745	746	747	748	749	750
751	753	754	755	757	758	767	771	772	773
774	775	776	778	779	780	782	784	788	789
790	792	794	796	798	801	803	805	806	808
809	810	812	813	814	815	816	817	819	820
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830
831	832	835	838	841	845	846	847	848	850
854	857	858	861	864	865	866	870	872	873
874	877	878	879	880	887	899	905	914	915
917	920	921	923	924	927	931	932	934	935
941	942	948							

3 DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ANALISIS CLINICOS, S.A.

11	13	14	15	18	29	31	38	47	54
66	67	68	69	70	72	73	76	77	78
80	81	82	89	105	106	107	112	113	114
115	117	118	119	120	121	125	132	133	134
140	147	148	151	152	153	154	157	158	159

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'E' at the top, 'B' in the middle, and 'S' at the bottom.

Handwritten mark resembling a stylized 'C' or '9' on the bottom left.

Handwritten initials 'S' at the bottom right.



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

160	161	162	164	165	166	167	168	171	172
173	174	175	176	177	178	179	180	181	182
183	184	185	186	187	188	189	190	191	197
198	202	212	213	214	215	218	220	222	223
224	226	227	229	240	242	251	266	268	271
274	277	279	282	283	286	290	296	298	301
302	303	304	308	315	316	317	318	319	326
329	333	335	342	349	362	365	366	367	375
378	380	381	382	387	408	409	410	417	418
421	428	460	466	467	470	479	480	497	498
499	516	522	525	549	550	552	553	559	562
563	564	565	566	570	573	574	575	576	578
588	589	590	593	594	600	602	604	605	606
613	614	619	625	633	634	641	653	659	660
661	664	667	688	713	729	749	753	766	774
783	786	787	791	793	795	804	809	897	898
927	935								

4 METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

3	6	7	8	11	12	13	14	15	19
20	22	28	31	32	36	37	38	39	40
41	42	45	47	48	49	50	51	52	54
56	57	62	66	67	68	69	70	71	72
73	75	76	77	78	79	80	81	82	83
89	93	97	98	99	100	103	104	105	106
113	114	116	117	118	119	120	121	125	126
127	128	129	130	132	134	138	139	140	147
150	151	152	157	164	165	169	170	171	172
173	174	175	176	177	178	179	180	181	182
183	184	185	186	187	188	189	190	195	198
202	212	214	215	218	220	222	224	226	227
229	230	240	242	244	245	250	252	255	256
257	265	268	274	277	279	282	283	286	290
292	296	301	302	303	307	308	315	326	328
329	340	345	347	348	349	359	365	366	367
373	375	376	378	380	381	383	385	387	397
408	409	410	411	417	418	420	421	427	437
444	445	450	451	452	460	465	466	467	470
476	479	480	481	485	490	493	496	498	499
501	504	515	516	520	521	522	523	525	526
527	528	530	531	532	535	538	540	541	543
544	545	547	550	552	553	554	558	559	562
563	564	565	566	567	568	569	570	573	575
588	589	590	593	594	596	598	599	600	602
604	607	612	614	616	619	620	621	622	625
627	628	631	632	633	634	640	641	645	648
649	651	652	653	655	660	661	666	667	668
670	671	672	673	674	676	677	679	681	682
688	689	690	696	706	711	712	714	722	724
729	730	731	732	734	735	737	738	739	746
748	749	752	753	754	755	756	757	763	774
775	778	779	781	789	790	792	794	798	809
810	816	819	820	825	830	838	840	841	845
846	847	848	850	866	883	884	885	886	899
905	917	920	926						

5 GRUPO DINELAB S.A. DE C.V.

17	20	91	122	199	240	312	315	326	509
512	522	530	541	559	564	565	566	575	576
578	579	580	589	594	602	604	606	607	614
631	641	667	690	713	723	742	749	750	782

(Handwritten signatures and initials on the right margin)

(Handwritten mark on the bottom left)

(Handwritten mark at the bottom right)

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

822	900	901	935						
6 POLIMEROS 2000, S.A. DE C.V.									
623	636	711	720	767					
7 PETFOODS, S.A. DE C.V.									
940	943	944	945	957	958				
8 DERIVADOS MACROQUÍMICOS, S.A. DE C.V.									
957									
9 UNIPARTS, S.A. DE C.V.									
5	13	14	15	17	19	20	54	89	91
111	122	135	169	170	199	205	217	230	240
274	275	285	292	312	315	326	344	348	349
376	377	436	465	466	467	476	489	490	493
494	496	497	504	511	512	517	519	520	521
522	523	529	530	538	541	545	546	547	548
550	551	552	553	554	555	556	559	560	561
562	563	564	565	566	571	575	576	578	581
588	589	590	592	593	594	597	599	600	602
604	606	607	614	616	619	621	622	625	627
629	631	632	633	634	637	638	639	640	641
642	643	648	649	650	651	652	653	654	655
659	660	661	662	664	667	668	676	677	678
680	687	688	689	690	691	693	698	703	707
708	713	729	731	732	737	742	745	746	749
751	752	753	754	763	765	776	778	779	782
790	798	810	830	835	836	840	841	844	845
848	870	887	900	901	902	906	927	935	
10 MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V.									
148	153	154	155	156	158	159	160	161	162
166	168	251	266	304	316	317	318	319	382
711	719	766	804						
11 SILVERA CIENCIA E INGENIERIA S.A. DE C.V.									
19	34	35	36	52	83	89	103	104	105
111	116	122	135	240	250	275	285	294	315
324	326	376	377	384	419	437	466	467	490
497	509	512	519	520	522	523	525	526	530
533	536	538	541	549	550	552	553	554	556
559	560	561	562	563	564	565	566	570	572
573	575	576	578	581	588	589	592	593	594
600	602	603	604	606	607	614	617	627	630
631	632	634	639	640	641	643	646	648	650
652	653	659	660	661	664	667	676	677	678
679	680	687	688	689	690	692	693	708	710
713	715	729	731	732	737	742	745	749	750
751	752	753	779	782	790	798	822	825	830
835	836	840	841	844	845	848	865	883	891
892	899	900	901	902	903	905	906	922	927
928	935	954	955						
12 AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.									
30	61	196	225	267	291	297	298	299	331
334	341	343	430	431	432				
14 DISTRIBUIDORA QUÍMICA Y HOSPITALARIA GAP, S.A. DE									
23	207	209	213	258	272	273	723	783	

ⓧ

ⓧ

ⓧ

ⓧ

ⓧ

ⓧ

ⓧ

ⓧ

SP

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

15 MAYINEX SA DE CV										
376	377	419	490	497	520	522	523	540	541	
545	547	549	550	555	562	563	564	565	570	
573	576	599	600	604	606	607	613	634	641	
647	650	653	659	664	667	693	713	746	749	
751	753	835	841	848						
16 REACTIVOS Y EQUIPOS SA DE CV										
6	7	8	11	12	13	15	20	22	32	
34	36	37	38	39	46	47	48	49	52	
54	55	56	57	62	65	66	67	68	69	
70	72	77	79	85	86	87	88	90	92	
94	95	97	98	99	100	101	102	104	107	
113	114	116	117	118	119	120	121	122	128	
129	130	132	140	150	151	262	289			
17 LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.										
85	86	87	88	89	90	92	122	237	240	
248	250	289	315	321	326	374	405	423	437	
494	500	509	538	561	562	563	564	565	575	
576	833	834								
18 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.										
1	11	13	14	15	20	22	28	31	32	
37	39	46	47	52	54	57	66	68	70	
71	76	77	83	85	86	88	89	90	92	
97	99	100	101	103	104	105	106	107	115	
119	120	121	122	128	131	135	149	150	151	
152	157	164	165	169	170	171	173	189	191	
198	208	211	214	218	220	222	223	230	231	
237	240	244	250	253	255	267	269	274	275	
281	282	283	285	289	292	296	299	301	308	
309	312	314	315	321	325	326	329	340	342	
343	345	347	348	349	371	374	375	376	380	
387	391	403	405	407	423	427	429	430	431	
432	433	434	437	444	445	450	453	458	465	
466	467	469	476	480	481	489	490	491	492	
493	495	497	500	504	509	511	516	517	519	
520	523	527	528	530	531	536	538	541	550	
552	553	556	558	559	560	562	563	564	565	
566	567	569	570	573	575	580	588	589	590	
592	593	594	598	602	603	604	606	609	610	
611	612	613	614	617	619	622	625	627	629	
630	632	634	637	638	639	640	641	642	643	
649	651	652	653	655	659	661	663	667	668	
669	676	679	680	687	688	689	690	691	692	
693	695	696	698	700	701	702	704	708	710	
712	713	714	715	722	724	729	731	732	734	
737	740	742	744	745	746	749	753	754	758	
759	763	765	769	775	776	778	779	782	784	
790	792	796	798	801	810	812	816	817	825	
830	836	838	839	841	844	845	850	851	852	
853	856	863	870	874	882	891	899	902	906	
914	915	917	922	924	926	934	937			
19 PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.										
6	7	12	20	36	37	52	62	91	104	
111	122	135	138	235	275	285	292	315	326	
345	347	361	374	377	384	397	465	466	467	
486	533	553	562	564	565	566	575	578	589	
606	609									

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

20	INDUSTRIAS BIO VIN SA DE CV									
	31	82	83	105	106	170	198	296	300	422
	504	619	655	688	696	850				
21	CORREA FLORES CARLOS									
	11	14	15	38	39	41	46	54	66	70
	73	76	79	114	121	125	132	140	157	165
	169	171	174	179	181	184	186	187	189	190
	202	222	230	274	285	348	349	376	380	519
	520	521	522	530	536	541	546	548	550	552
	556	559	561	564	565	566	567	569	576	578
	581	582	607	609	614	616	622	629	631	632
	633	634	637	639	640	641	648	650	652	653
	664	676	678	680	687	688	693	698	713	729
	731	745	746	749	750	751	752	753	765	779
	790	798	830	836	840	841				
22	INDUSTRIAS TECHNICARE, S.A.									
	18									
24	SILFERART, S.A. DE C.V.									
	12	62	89	103	104	121	157	240	244	279
	315	326	379	381	458	465	466	467	481	509
	633	640	688	731	745	830				
25	ATYDE MEXICO, S.A. DE C.V.									
	11	14	15	22	34	35	36	41	52	54
	55	57	58	66	77	78	79	80	81	91
	104	105	113	114	115	117	118	119	120	121
	126	128	129	130	131	132	133	139	215	218
	220	229	242	245	250	252	268	279	282	283
	290	294	306	310	315	326	329	379	381	408
	409	410	420	437	450	458	465	466	467	470
	479	480	493	502	506	512	547	557	562	563
	564	565	566	567	568	569	574	575	578	581
	589	594	614	620	622	631	632	650	659	660
	661	664	666	667	671	672	673	678	679	690
	709	739	749	750	752	753	775	782	839	883
	885	899								
26	ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.									
	28	85	86	87	88	89	90	92	111	122
	163	169	235	236	240	248	265	285	289	292
	313	321	369	374	376	405	423	450	497	512
	520	522	523	530	541	544	547	549	550	553
	554	556	559	562	563	564	565	566	569	574
	575	576	577	579	580	588	589	590	594	602
	603	604	606	607	613	614	617	622	627	629
	632	633	634	637	638	639	640	641	643	649
	650	652	653	659	661	667	668	676	684	685
	686	687	688	689	693	695	697	709	710	731
	742	744	745	746	752	753	758	762	769	779
	784	790	798	807	816	817	830	840	841	848
	866	870	899							
27	ABALAT, S.A. DE C.V.									
	85	86	88	90	92	123	163	248	287	289
	321	360	405	542	582	694	697	758	768	799
	800	817								

Sup

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL NO. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

28 CONTINENTAL LAB PRODUCTS, S.A. DE C.V.									
17	20	22	37	52	56	57	62	97	103
104	148	161	162	168	285	292	317	318	376
377	419	469	481	531	540	547	549	550	553
556	559	562	563	564	565	566	573	574	575
576	578	579	580	581	588	589	593	598	599
602	604	606	607	609	612	613	614	631	632
634	650	651	653	659	660	661	667	678	680
690	691	693	709	710	713	729	742	749	752
772	812	822	825	835	841	847	899	902	
30 ACCESOFARM, S.A. DE C.V.									
908	909	910	911	912	913	916			
31 JAXAQUIM, S.A. DE C.V.									
11	13	14	15	20	32	47	54	66	67
68	69	70	72	73	75	76	77	79	80
81	82	85	86	87	88	90	92	97	98
99	100	101	107	112	113	114	116	117	118
119	120	121	128	129	132	133	134	140	150
151	164	165	171	172	173	174	175	176	177
178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
188	189	190	202	212	214	215	218	222	229
230	240	250	253	268	279	281	282	283	289
301	302	303	307	308	309	315	321	329	348
349	365	366	374	375	378	380	381	387	407
408	409	410	417	421	423	437	444	445	460
470	494	500	502	509	512	516	519	520	536
538	541	550	553	559	561	562	564	565	566
570	574	575	576	581	588	589	593	594	602
606	614	629	631	632	633	634	638	639	640
641	643	651	653	660	661	667	672	673	678
687	688	689	690	709	729	731	737	742	744
749	751	754	758	774	775	782	790	794	817
836	841	899							
32 CIENTIFICA SENNA SA DE CV									
6	7	17	20	24	25	34	35	36	38
48	54	56	61	62	66	69	70	72	73
75	76	77	94	95	103	104	105	112	113
114	117	119	120	121	138	140	157	165	171
172	173	174	175	176	177	179	181	182	187
188	189	190	202	214	219	220	230	246	250
268	274	275	279	285	301	302	303	315	340
365	366	367	378	383	384	385	427	433	434
437	449	469	496	497	508	512	519	520	522
524	526	528	531	541	547	550	552	553	557
561	562	563	564	565	566	567	572	573	575
576	578	589	592	593	594	602	603	606	607
610	611	614	622	625	631	632	634	637	639
640	641	648	649	650	651	652	653	654	659
660	661	664	667	670	678	680	681	689	690
691	712	722	724	729	730	731	732	737	739
742	749	750	751	752	753	778	788	790	816
830	835	841	845	847	848	891	899	903	917
921	927	931							
34 BIOGARE MEDICAL REPRESENTANTE, S.A. DE C.V.									
63	369	371							

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the bottom right.



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

35	BIODIST S.A DE C.V.									
	213	692	783	791	793	795	918			
36	TEGROM, S.A. DE C.V.									
	30	31	54	61	83	97	98	159	160	198
	208	230	267	285	291	292	299	300	304	319
	323	325	341	348	349	429	430	432	446	447
	525	541	556	558	562	563	564	565	566	567
	569	570	573	574	575	576	588	589	594	595
	596	598	609	614	617	627	631	632	634	650
	653	659	661	664	667	690	693	729	741	742
	749	750	751	752	753	883	917	927		
37	TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.									
	2	4	6	7	8	11	12	14	15	24
	25	32	35	36	37	56	61	73	94	97
	98	99	100	101	107	112	113	114	117	118
	120	121	126	128	129	132	134	145	150	151
	152	157	165	172	173	174	175	176	177	178
	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188
	189	190	202	212	214	218	219	220	222	224
	229	239	241	253	255	268	274	279	281	282
	283	286	290	294	301	302	303	308	314	325
	328	329	335	348	349	350	351	356	365	366
	367	378	380	384	385	386	387			
38	DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER SA DE CV									
	14	15	54	66	70	171	173	174	186	189
	230	348	349	559	564	565	566	574	575	576
	588	589	593	594	667	809				
39	OPCIONES QUIMICO TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V.									
	6	7	8	12	20	29	48	49	50	56
	57	58	62	210	221	231	240	241	244	245
	262	276	280	281	310	350	351	379	411	491
	543	544	565	651	657	722	730	736	757	861
	917	921								
41	PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.									
	7	11	12	14	15	17	20	24	25	30
	35	36	54	61	62	70	76	77	79	80
	97	101	103	104	106	111	121	124	125	126
	129	135	136	137	169	171	173	174	189	196
	214	220	228	230	269	281	284	288	291	298
	299	301	315	328	369	374	522	523	531	538
	541	546	548	550	551	552	553	554	555	561
	564	565	566	569	572	574	576	578	581	587
	588	589	592	593	594	602	604	606	612	661
	666	715	746	749	750	751	752	774	782	784
	790	816	822	836	841					
42	CORPORACION ANALITICA, S.A. DE C.V.									
	11	157	579	899						
43	REACTIVOS Y MARGAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.									
	31	82	83	170	198	296	422	504	590	591
	619	627	655	830	850					

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

A continuación, en base a la evaluación legal y económica, y en base a la evaluación técnica realizada por la áreas usuarias, se elaboró el cuadro comparativo de las propuestas aceptadas que sirve como fundamento para emitir el siguiente:-----

FALLO-----

Con fundamento en el artículo 37 bis fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se consideran como ofertas seleccionadas para adjudicarles las partidas por ser las propuestas solventes más bajas a los licitantes que a continuación se mencionan:-----

NO. PARTIDA	CLAVE ALMACÉN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
0002 COMPAÑIA REAWEX, S.A. DE C.V.			
2	13450275	8.0000	24.00
3	11052900	8.0000	24.00
8	11003530	450.0000	900.00
9	11003950	980.0000	58,800.00
10	11003990	5100.0000	76,500.00
16	11010325	1200.0000	3,600.00
27	11020405	450.0000	900.00
35	11029996	372.0000	2,604.00
38	11031710	22.0000	462.00
39	11031800	22.0000	2,200.00
41	11031910	40.0000	640.00
43	11033200	3270.0000	91,560.00
44	11033300	3270.0000	85,020.00
51	11042800	75.0000	225.00
53	11052800	6.0000	12,096.00
58	11058330	250.0000	2,500.00
60	11062315	4.5000	99,000.00
84	11083450	300.0000	3,300.00
94	11090600	135.0000	6,075.00
95	11090610	165.0000	10,560.00
96	11091300	1300.0000	7,800.00
97	11092000	700.0000	11,900.00
108	11098460	100.0000	1,700.00
110	11098800	90.0000	900.00
112	11100710	53.0000	106.00
135	11130840	14.0000	1,400.00
136	11132210	13.0000	13,000.00
137	11132310	15.8000	11,060.00
141	11140851	1550.0000	3,100.00
142	11140930	2800.0000	5,600.00
146	11142200	1040.0000	5,200.00
193	11665462	180.0000	2,160.00
194	11665466	570.0000	1,140.00
204	11665620	2.3000	6,900.00
206	11665649	3270.0000	16,350.00

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Handwritten mark or signature at the bottom left corner.

Handwritten initials 'SP' at the bottom right corner.

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

216	11665732	800.0000	1,600.00
219	11665742	850.0000	1,700.00
233	11665996	1100.0000	4,400.00
234	11666037	2350.0000	2,350.00
238	11666140	37.0000	444.00
249	11666350	750.0000	750.00
253	11666472	790.0000	790.00
254	11666485	3200.0000	12,800.00
269	11666575	5350.0000	5,350.00
270	11666582	540.0000	1,080.00
276	11666607	1400.0000	4,200.00
284	11666643	1700.0000	11,900.00
294	11666705	420.0000	420.00
295	11666708	1080.0000	1,080.00
305	11666739	560.0000	2,240.00
314	11666867	720.0000	720.00
320	11666879	135.0000	1,620.00
323	11666891	5.3000	10,600.00
325	11666894	0.6500	1,300.00
328	11666923	1150.0000	9,200.00
330	11666939	1400.0000	1,400.00
339	11666976	2800.0000	14,000.00
344	11666989	2900.0000	8,700.00
346	11666991	900.0000	1,800.00
347	11666992	40.0000	600.00
353	11666998	3400.0000	3,400.00
354	11666999	3400.0000	6,800.00
355	11667000	2500.0000	2,500.00
356	11667002	430.0000	2,580.00
357	11667008	65.0000	130.00
358	11667015	170.0000	3,400.00
363	11667027	460.0000	920.00
364	11667028	550.0000	550.00
368	11667033	7.5000	3,000.00
372	11667046	7.0000	4,200.00
386	11667089	780.0000	2,340.00
393	11667096	15000.0000	15,000.00
398	11667101	4500.0000	9,000.00
407	11667110	190.0000	570.00
411	11667114	200.0000	1,000.00
420	11667123	120.0000	120.00
426	11667129	3000.0000	6,000.00
433	11667136	140.0000	420.00
434	11667137	140.0000	280.00
437	11667140	1350.0000	2,700.00
442	11667145	1200.0000	2,400.00
444	11667147	1.5000	900.00
453	11667156	16000.0000	16,000.00
455	11667158	1350.0000	2,700.00
456	11667159	1350.0000	2,700.00

SUP

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

463	11667166	17000.0000	17,000.00
464	11667167	100.0000	100.00
472	11667175	20.0000	200.00
473	11667177	480.0000	480.00
474	11667178	500.0000	1,000.00
482	11667186	3500.0000	10,500.00
484	11667188	40.0000	6,000.00
487	11667191	300.0000	600.00
488	11667192	300.0000	600.00
502	11667206	4500.0000	4,500.00
503	11667207	1600.0000	1,600.00
507	11667212	500.0000	500.00
524	13002197	6.0000	216.00
528	13002512	90.0000	7,200.00
531	13002612	94.0000	4,700.00
537	13003347	380.0000	4,560.00
543	13004287	65.0000	260.00
583	13005515	500.0000	500.00
584	13005535	16.0000	4,800.00
585	13005539	9.0000	1,350.00
586	13005566	4800.0000	4,800.00
595	13006325	1.1000	1,650.00
601	13006356	0.6800	23,800.00
608	13008000	4.9000	39,200.00
618	13012100	6800.0000	149,600.00
626	13450130	770.0000	770.00
644	13450198	36.0000	3,600.00
646	13450206	2.2000	9,900.00
656	13450345	400.0000	3,200.00
665	13450398	600.0000	600.00
682	13450589	300.0000	1,800.00
699	13450689	370.0000	1,110.00
715	13450759	14.0000	1,400.00
716	13450763	6.2000	12,400.00
717	13450770	1.6000	160.00
720	13450821	940.0000	3,760.00
721	13450830	170.0000	2,040.00
725	13450870	1880.0000	1,880.00
726	13450873	1750.0000	3,500.00
727	13450880	1040.0000	2,080.00
728	13450896	1350.0000	1,350.00
732	13450922	120.0000	240.00
733	13450929	50.0000	200.00
738	13450970	45.0000	360.00
743	13451011	350.0000	350.00
747	13451023	1200.0000	12,000.00
748	13451035	55.0000	330.00
757	13451179	820.0000	6,560.00
767	13451218	760.0000	2,280.00
771	13451231	158.0000	1,896.00

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

772	13451232	120.0000	360.00
773	13451234	250.0000	250.00
775	13451238	185.0000	925.00
780	13451255	5100.0000	5,100.00
788	13451269	270.0000	540.00
789	13451270	1250.0000	1,250.00
803	13451302	1000.0000	5,000.00
805	13451304	650.0000	6,500.00
806	13451305	90.0000	2,160.00
808	13451310	11000.0000	11,000.00
813	13451315	420.0000	4,200.00
814	13451317	900.0000	2,700.00
815	13451318	195.0000	3,900.00
821	13451326	450.0000	900.00
823	13451328	2.5000	10,000.00
824	13451329	325.0000	22,750.00
825	13451330	435.0000	1,305.00
826	13451332	580.0000	1,740.00
827	13451333	580.0000	1,740.00
828	13451334	580.0000	1,740.00
829	13451335	580.0000	1,740.00
831	13451338	110.0000	660.00
832	13451340	215.0000	430.00
854	13451376	8000.0000	8,000.00
857	13451379	2700.0000	2,700.00
858	13451380	4500.0000	13,500.00
861	13451383	270.0000	2,700.00
864	13451386	100.0000	2,000.00
872	13451394	160.0000	480.00
873	13451395	780.0000	780.00
877	13451399	180.0000	180.00
878	13451400	200.0000	400.00
879	13451401	1280.0000	2,560.00
880	13451402	50.0000	1,200.00
887	13451409	350.0000	1,050.00
905	13451427	600.0000	1,200.00
923	13451445	2100.0000	16,800.00
932	13451454	2400.0000	2,400.00
934	13451456	850.0000	850.00
948	15002479	75.0000	3,750.00
TOTAL = = = = >>			1,242,882.00

0003 DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ANALISIS CLINI

29	11023300	10914.6300	43,658.52
115	11105210	841.4600	1,682.92
119	11109360	90.1200	1,081.44
125	11115400	33.6200	67,240.00
157	11152900	0.9700	18,672.50
165	11164210	0.9700	1,940.00
166	11164500	7.7100	12,336.00

Suf

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

167	11164800	4.0100	4,210.50
191	11172900	7.3500	3,675.00
197	11665519	23950.8800	47,901.76
226	11665914	0.7300	6,570.00
242	11666306	102.2900	511.45
251	11666436	599.4500	44,958.75
271	11666591	4704.0000	4,704.00
318	11666877	3.2700	209,280.00
333	11666942	5988.2900	5,988.29
335	11666947	8408.5400	16,817.08
342	11666984	1331.7100	2,663.42
362	11667023	2696.0000	5,392.00
381	11667074	240.2400	480.48
428	11667131	3266.6300	3,266.63
479	11667183	471.2200	942.44
525	13002504	1398.7800	2,797.56
605	13006373	3.1600	7,900.00
774	13451235	168.2900	5,890.15
786	13451264	2690.0000	5,380.00
787	13451265	2690.0000	26,900.00
897	13451419	2350.0000	11,750.00
898	13451420	2644.0000	13,220.00
TOTAL = = = = >>			577,810.89

0004 METRIX LABORATORIOS, S. A. DE C. V.

7	11001913	1500.0000	3,000.00
15	11009056	94.0000	1,222.00
40	11031906	36.5000	10,950.00
42	11032000	42.9000	19,305.00
45	11036240	3696.7200	3,696.72
47	11038200	771.7500	2,315.25
54	11054109	94.0000	2,162.00
67	11071615	146.9200	146.92
70	11072600	211.5000	2,538.00
71	11073301	106.2800	1,275.36
78	11076845	286.7000	1,433.50
93	11090270	30.8600	308.60
116	11106150	2.5600	256.00
117	11107500	31.1600	311.60
118	11108910	90.0000	720.00
127	11115500	39.6000	4,752.00
130	11117900	169.2800	846.40
139	11136450	50.0000	1,700.00
147	11143411	214.6500	1,931.85
152	11151380	6.5300	1,959.00
190	11170000	52.4300	1,153.46
195	11665478	792.0000	50,688.00
224	11665807	470.3800	2,351.90
227	11665915	2.4500	31,850.00
240	11666242	1200.0000	1,200.00

P

Szp

C

U

B

P

C

P

P



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

244	11666309	1300.0000	1,300.00
250	11666387	2765.0000	2,765.00
252	11666454	42.9000	643.50
256	11666499	1145.4400	8,018.08
257	11666500	67.5000	675.00
265	11666535	159.7500	958.50
274	11666596	540.5000	540.50
277	11666608	291.4000	2,039.80
286	11666655	337.1000	337.10
290	11666681	260.8500	521.70
303	11666726	52.4300	367.01
315	11666871	1200.0000	1,200.00
326	11666904	1200.0000	4,800.00
359	11667017	10.7200	1,072.00
365	11667030	28.1700	225.36
373	11667054	123.0800	246.16
417	11667120	97.4200	292.26
418	11667121	585.7200	1,757.16
450	11667153	1200.0000	3,600.00
451	11667154	1200.0000	2,400.00
452	11667155	1200.0000	1,200.00
466	11667169	1200.0000	1,200.00
476	11667180	54.0500	540.50
480	11667184	6852.3000	6,852.30
481	11667185	552.3000	1,104.60
485	11667189	39.6000	39,600.00
493	11667197	2730.0000	2,730.00
496	11667200	0.3800	380.00
498	11667202	118.4400	592.20
499	11667203	440.2000	2,201.00
501	11667205	1428.0800	1,428.08
515	11667220	39.6000	17,820.00
527	13002510	70.3300	2,813.20
532	13002620	222.2200	3,777.74
535	13002684	3.9100	28,152.00
540	13004231	0.3800	6,840.00
545	13004329	0.6300	2,520.00
547	13004340	0.3800	5,320.00
554	13004382	760.8300	4,564.98
562	13004508	0.1300	390.00
563	13004509	0.1900	570.00
568	13004535	235.7600	235.76
573	13004564	0.1900	570.00
590	13005905	106.0600	61,090.56
596	13006326	396.3200	2,377.92
599	13006350	258.7200	517.44
619	13032151	76.3200	8,242.56
620	13084201	123.0800	246.16
621	13450080	190.0000	2,280.00
628	13450141	47.7500	19,100.00

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a circled 'C', a circled signature, and several other scribbles.

Handwritten signature 'Syl' at the bottom right.

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

633	13450156	1272.6400	5,090.56
645	13450200	0.3800	4,560.00
660	13450350	0.1500	450.00
667	13450424	110.0000	11,000.00
671	13450480	17.0000	68.00
674	13450500	1201.4400	48,057.60
696	13450679	6615.0000	6,615.00
706	13450706	1.0900	23,980.00
724	13450851	229.3400	1,376.04
735	13450942	5.0000	75,000.00
737	13450955	2.5600	2,560.00
755	13451062	81.8500	245.55
756	13451178	39.9400	239,640.00
778	13451248	85.2700	852.70
781	13451257	272.0500	1,088.20
809	13451311	94.0000	1,410.00
810	13451312	243.9300	731.79
819	13451324	2685.8400	2,685.84
820	13451325	2289.9700	2,289.97
838	13451352	2.5600	128.00
846	13451368	69.6200	208.86
866	13451388	0.3800	228.00
883	13451405	655.2000	655.20
884	13451406	163.8000	163.80
885	13451407	1255.8000	1,255.80
886	13451408	791.7000	1,583.40
920	13451442	801.5000	1,603.00
TOTAL = = = = >>			840,617.00

0005 GRUPO DINELAB S.A. DE C.V.

312	11666854	10044.0000	50,220.00
TOTAL = = = = >>			50,220.00

0006 POLIMEROS 2000, S.A. DE C.V.

623	13450115	175.0000	350.00
636	13450162	285.0000	4,560.00
711	13450745	25.0000	575,000.00
TOTAL = = = = >>			579,910.00

0007 PETFOODS, S.A. DE C.V.

940	15000900	40.0000	12,000.00
943	15002403	793.0000	2,379.00
944	15002472	627.0000	532,950.00
945	15002473	660.0000	264,000.00
958	15002489	310.0500	312,840.45
TOTAL = = = = >>			1,124,169.45

0008 DERIVADOS MACROQUÍMICOS, S.A. DE C.V.

957	15002488	24.0000	240,000.00
TOTAL = = = = >>			240,000.00

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

0009 UNIPARTS, S.A. DE C.V.

5	13004315	20.2700	2,027.00
19	11011711	1951.5900	7,806.36
170	11165940	1338.2700	8,029.62
199	11665543	3717.4400	7,434.88
217	11665735	3717.4400	11,152.32
377	11667064	0.3600	1,800.00
436	11667139	3717.4400	22,304.64
489	11667193	2053.9100	4,107.82
504	11667208	1147.8900	1,147.89
529	13002540	31.7800	3,178.00
538	13003810	0.3300	3,300.00
551	13004357	756.5500	756.55
571	13004559	269.7500	2,158.00
627	13450134	22.9600	1,148.00
638	13450174	19.5100	7,804.00
642	13450182	40.2400	16,096.00
654	13450312	2569.3900	25,693.90
655	13450338	145.9500	3,502.80
662	13450367	24.1400	4,828.00
677	13450538	1147.8900	11,478.90
680	13450574	0.3100	3,100.00
691	13450642	2350.9900	9,403.96
703	13450697	1202.1400	7,212.84
707	13450721	5182.4000	20,729.60
708	13450722	1587.6100	1,587.61
745	13451016	1926.6300	3,853.26
754	13451044	31.6800	9,504.00
900	13451422	5802.0200	11,604.04
906	13451428	1121.2400	2,242.48
TOTAL = = = = >>			214,992.47

0010 MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V.

148	11146510	2.5200	6,804.00
153	11152300	1.9900	30,845.00
154	11152500	1.9500	189,150.00
155	11152530	1.9500	585.00
156	11152600	5.4300	13,575.00
158	11153310	6.4800	23,328.00
160	11153600	1.9700	591.00
161	11153700	2.5200	78,120.00
162	11154000	3.9800	7,164.00
168	11164830	3.0700	184,200.00
266	11666541	609.0000	3,654.00
304	11666735	252.0000	756.00
316	11666875	1.9900	99,500.00
317	11666876	1.9700	397,940.00
319	11666878	2.5200	504,000.00
382	11667075	6.2500	18,750.00

C

R

B

X

L

X

R

R

X

SP

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL NO. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

719	13450795	13.5900	108,720.00
766	13451213	13.5900	1,019,250.00
804	13451303	318.7200	637.44
TOTAL = = = = >>			2,687,569.44

0011 SILVERA CIENCIA E INGENIERIA S. A. DE C.V

103	11094200	449.0000	4,041.00
324	11666893	40.0000	40,000.00
509	11667214	2926.0000	14,630.00
533	13002630	2.2000	35,200.00
560	13004501	0.9000	6,300.00
572	13004560	0.2400	3,840.00
578	13004604	1.0700	23,625.60
631	13450154	0.5100	2,937.60
650	13450244	399.0000	15,960.00
679	13450572	0.5900	1,180.00
782	13451259	7181.0000	7,181.00
798	13451294	1452.0000	1,452.00
822	13451327	399.0000	4,788.00
865	13451387	59.0000	1,180.00
892	13451414	2001.0000	2,001.00
903	13451425	2991.0000	8,973.00
922	13451444	111.0000	444.00
928	13451450	290.0000	580.00
935	13451457	2926.0000	29,260.00
954	15002485	1186.0000	2,372.00
955	15002486	2579.0000	5,158.00
TOTAL = = = = >>			211,103.20

0012 AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L.

30	11023705	12168.4600	24,336.92
196	11665503	11614.8100	11,614.81
225	11665823	11806.0800	11,806.08
267	11666556	367.1500	367.15
291	11666686	1007.2400	10,072.40
297	11666715	4043.4400	4,043.44
298	11666716	875.0700	7,000.56
331	11666940	12397.3400	24,794.68
334	11666943	4615.6200	4,615.62
341	11666978	1168.6000	7,011.60
431	11667134	1188.2300	1,188.23
TOTAL = = = = >>			106,851.49

0014 DISTRIBUIDORA QUÍMICA Y HOSPITALARIA GAP

23	11017895	3188.4900	12,753.96
207	11665652	1269.0800	15,228.96
209	11665655	447.5700	2,237.85
258	11666511	903.0500	2,709.15
272	11666593	969.7300	5,818.38
273	11666594	396.7100	396.71

SUP

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

723	13450845	10552.4000	21,104.80
TOTAL = = = = >>			60,249.81

0015 MAYIMEX SA DE CV

419	11667122	943.5000	4,717.50
490	11667194	1480.0000	14,800.00
522	13002188	9.9900	3,996.00
523	13002189	9.9900	6,993.00
555	13004400	0.8500	2,125.00
600	13006352	0.2600	650.00
647	13450215	0.8600	17,200.00
TOTAL = = = = >>			50,481.50

0016 REACTIVOS Y EQUIPOS SA DE CV

49	11041690	2194.5300	2,194.53
55	11055700	191.9600	767.84
57	11058325	191.9600	1,919.60
65	11068705	164.1800	328.36
87	11084150	4380.9400	26,285.64
99	11092800	862.3500	1,724.70
100	11092950	314.6000	629.20
101	11093020	1952.8200	7,811.28
102	11094000	445.2000	1,780.80
TOTAL = = = = >>			43,441.95

0017 LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.

90	11087500	4383.0000	21,915.00
92	11089210	4383.0000	17,532.00
237	11666063	4560.0000	9,120.00
248	11666339	4560.0000	4,560.00
833	13451344	1662.0000	16,620.00
834	13451345	1930.0000	19,300.00
TOTAL = = = = >>			89,047.00

0018 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A.

1	13002683	6218.0000	6,218.00
22	11017120	1.0000	1,000.00
28	11020460	1048.0000	5,240.00
46	11037340	112.0000	8,960.00
52	11049230	434.0000	3,906.00
76	11076113	187.0000	10,846.00
89	11086200	2560.0000	28,160.00
104	11094700	434.0000	7,812.00
149	11146600	3.0000	21,000.00
164	11158400	76.0000	30,400.00
208	11665654	12.7000	7,937.50
211	11665700	3304.0000	3,304.00
223	11665801	362.0000	1,810.00
231	11665983	6835.0000	6,835.00
255	11666498	402.0000	1,206.00

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

285	11666644	110.0000	2,310.00
299	11666717	1284.0000	10,272.00
309	11666754	1139.0000	2,278.00
343	11666985	472.0000	2,832.00
391	11667094	2227.0000	2,227.00
403	11667106	2307.0000	2,307.00
427	11667130	1.1400	1,140.00
429	11667132	1249.0000	2,498.00
458	11667161	2418.0000	2,418.00
491	11667195	7024.0000	7,024.00
492	11667196	8452.0000	16,904.00
495	11667199	26289.0000	26,289.00
511	11667216	5120.0000	10,240.00
517	11667222	4048.0000	16,192.00
519	13001070	18.7200	3,744.00
520	13002177	15.0000	1,500.00
530	13002610	15.0000	14,715.00
536	13002796	114.8000	13,776.00
558	13004499	49.9800	1,999.20
564	13004516	108.0000	6,480.00
565	13004517	118.8000	7,128.00
566	13004524	0.1100	5,500.00
567	13004534	115.7800	1,852.48
570	13004541	0.1300	520.00
575	13004574	0.1100	5,500.00
580	13004608	550.8000	16,524.00
592	13006203	0.3000	16,500.00
593	13006205	0.3000	40,950.00
598	13006347	0.4500	15,075.00
610	13008193	2088.0000	2,088.00
611	13008263	1831.0000	1,831.00
614	13010175	0.5700	23,420.16
617	13011600	550.8000	17,625.60
630	13450149	0.6700	20,100.00
632	13450155	0.5700	3,283.20
639	13450178	1514.0000	18,168.00
640	13450179	74.8800	11,681.28
649	13450239	898.5000	5,391.00
652	13450250	762.9600	3,814.80
663	13450372	2307.0000	27,684.00
669	13450456	2425.0000	2,425.00
692	13450644	3233.0000	25,864.00
695	13450677	2781.0000	16,686.00
698	13450682	754.0000	9,048.00
700	13450692	1831.0000	1,831.00
701	13450694	1831.0000	7,324.00
702	13450695	1831.0000	7,324.00
704	13450699	2156.0000	8,624.00
713	13450751	485.0000	2,425.00
714	13450758	106.0000	1,590.00

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

729	13450899	175.0000	525.00
734	13450941	103.0000	20,600.00
759	13451186	10267.0000	51,335.00
763	13451196	3.6100	21,660.00
769	13451228	288.0000	2,304.00
776	13451239	4.7000	7,050.00
779	13451250	162.0000	1,944.00
784	13451262	993.0000	4,965.00
792	13451288	193.0000	1,930.00
796	13451292	1058.0000	10,580.00
801	13451299	1452.0000	4,356.00
812	13451314	528.0000	2,112.00
839	13451356	7431.0000	7,431.00
844	13451366	2838.0000	8,514.00
851	13451373	1368.0000	4,104.00
852	13451374	1368.0000	4,104.00
853	13451375	1368.0000	4,104.00
856	13451378	662.0000	3,310.00
863	13451385	1881.0000	1,881.00
874	13451396	433.0000	1,732.00
882	13451404	1696.0000	1,696.00
891	13451413	10250.0000	30,750.00
902	13451424	3170.0000	3,170.00
914	13451436	1831.0000	1,831.00
915	13451437	1831.0000	7,324.00
924	13451446	2894.0000	2,894.00
926	13451448	4466.0000	4,466.00
937	13451459	12.0000	1,200.00
TOTAL = = = = >>			837,429.22

0019 PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLÓGICOS, S.A

6	11001520	34.4400	103.32
36	11029997	330.1200	1,650.60
91	11088500	7435.6800	7,435.68
111	11100600	4447.8000	17,791.20
122	11110650	4447.8000	8,895.60
235	11666038	1014.4400	3,043.32
345	11666990	86.5200	1,730.40
361	11667020	388.6400	777.28
374	11667057	2296.5600	2,296.56
384	11667087	330.1200	330.12
397	11667100	507.0800	1,014.16
465	11667168	2296.5600	2,296.56
467	11667170	2296.5600	2,296.56
486	11667190	5476.8000	10,953.60
TOTAL = = = = >>			60,614.96

0020 INDUSTRIAS BIO VIN SA DE CV

106	11094956	179.0000	1,253.00
300	11666719	860.1700	3,440.68

SUP E

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

688	13450612	1224.6100	3,673.83
TOTAL = = = = >>			8,367.51
0021 CORREA FLORES CARLOS			
132	11118355	281.0000	1,967.00
169	11165830	1145.0000	6,870.00
521	13002181	1800.0000	1,800.00
546	13004336	2.9000	59,160.00
552	13004370	4.6000	25,760.00
561	13004504	0.1400	60,900.00
616	13010800	4.0000	128,000.00
629	13450145	184.0000	264,960.00
676	13450533	1400.0000	2,800.00
731	13450916	1161.0000	4,644.00
765	13451210	3.5000	1,750.00
836	13451349	600.0000	7,200.00
840	13451357	920.0000	7,360.00
TOTAL = = = = >>			573,171.00
0022 INDUSTRIAS TECHNICARE, S.A.			
18	11010600	2.0500	179,375.00
TOTAL = = = = >>			179,375.00
0024 SILFERART, S.A. DE C.V.			
121	11110020	95.0000	2,660.00
379	11667066	7000.0000	14,000.00
TOTAL = = = = >>			16,660.00
0025 ATYDE MEXICO, S.A. DE C.V.			
131	11118200	181.0000	4,344.00
245	11666322	190.0000	190.00
306	11666741	1672.0000	1,672.00
310	11666757	223.8000	223.80
506	11667211	371.9000	1,487.60
666	13450403	122.8100	122.81
TOTAL = = = = >>			8,040.21
0026 ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.			
163	11156351	7327.1800	29,308.72
313	11666865	88.0000	880.00
376	11667063	2.6400	7,920.00
541	13004245	17.4000	5,220.00
544	13004288	53.4000	747.60
549	13004352	2.6400	528.00
550	13004353	2.7200	2,176.00
553	13004380	2.7200	51,136.00
556	13004402	0.2000	20,600.00
574	13004572	0.1400	36,960.00
576	13004577	204.0000	8,160.00
577	13004601	262.0000	28,820.00

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

588	13005882	0.2900	5,075.00
589	13005890	0.2900	5,945.00
594	13006209	0.2900	5,220.00
602	13006360	2.0400	37,740.00
603	13006365	2.2400	44,800.00
604	13006370	2.6200	26,200.00
606	13006389	2.6200	26,200.00
607	13006770	2.6200	23,580.00
613	13010152	0.1200	1,440.00
622	13450114	2.1300	7,455.00
634	13450157	1.8600	3,720.00
637	13450173	17.2800	15,552.00
641	13450180	2.6200	15,720.00
653	13450292	1024.0000	4,096.00
659	13450349	0.2900	580.00
661	13450352	0.3200	1,280.00
668	13450441	4.2700	10,675.00
684	13450594	1491.0000	1,491.00
685	13450598	3.2000	320.00
686	13450599	887.4000	887.40
687	13450610	2.7200	3,264.00
689	13450620	17.2800	1,728.00
693	13450655	0.2200	2,200.00
697	13450680	2357.0000	106,065.00
710	13450725	0.7300	182.50
746	13451019	1064.0000	5,320.00
762	13451195	524.8000	1,574.40
790	13451271	544.0000	1,632.00
807	13451308	2661.0000	7,983.00
841	13451359	697.6000	1,395.20
848	13451370	864.0000	2,592.00
870	13451392	2.7500	1,650.00
TOTAL = = = = >>			566,018.82

0027 ABALAT, S. A. DE C. V.

123	11111520	12852.0000	64,260.00
287	11666656	44149.0000	88,298.00
360	11667019	24792.0000	24,792.00
405	11667108	4472.0000	8,944.00
542	13004250	53.7000	80,550.00
582	13005412	3244.5000	9,733.50
694	13450676	1885.5000	94,275.00
768	13451222	2480.0000	17,360.00
799	13451297	1968.5000	1,968.50
800	13451298	2172.0000	2,172.00
TOTAL = = = = >>			392,353.00

0028 CONTINENTAL LAB PRODUCTS, S. A. DE C. V.

37	11030260	415.0000	2,905.00
469	11667172	800.0000	800.00

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

609	13008115	0.4100	820.00
612	13009040	97.0000	2,910.00
651	13450249	96.0000	1,920.00
TOTAL = = = = >>			9,355.00

0030 ACCESOFARM, S.A. DE C.V.

908	13451430	1476.9200	5,907.68
909	13451431	1476.9200	5,907.68
910	13451432	1476.9200	5,907.68
911	13451433	8630.8000	34,523.20
912	13451434	5760.0000	11,520.00
913	13451435	7218.4400	14,436.88
916	13451438	2398.6500	4,797.30
TOTAL = = = = >>			83,000.42

0031 JAXAQUIM, S.A. DE C.V.

13	11009000	69.3000	831.60
14	11009055	69.3000	1,732.50
32	11026410	311.0000	1,866.00
66	11071425	186.7500	14,940.00
68	11071700	1479.1600	1,479.16
69	11072100	49.5000	792.00
72	11073600	54.0000	270.00
73	11074000	54.0000	648.00
75	11076111	362.2500	1,086.75
77	11076600	362.2500	1,449.00
81	11078050	315.0000	945.00
85	11084000	4054.8800	40,548.80
86	11084020	4054.8800	36,493.92
88	11085102	4043.9500	24,263.70
107	11097418	405.0000	810.00
113	11104820	172.5000	345.00
120	11109701	112.5000	1,912.50
128	11117100	389.2500	4,281.75
129	11117310	141.7500	850.50
133	11118412	141.7500	283.50
134	11118600	141.7500	1,134.00
140	11137300	90.0000	1,260.00
150	11150100	2.7500	2,750.00
151	11151000	4.5000	9,000.00
171	11166300	90.0000	2,070.00
172	11167000	30.1500	60.30
173	11167100	168.7500	2,362.50
174	11167300	90.0000	900.00
175	11167600	31.9500	159.75
176	11167653	29.2500	87.75
177	11167654	29.2500	234.00
178	11167680	40.5000	405.00
179	11167700	40.5000	1,093.50
180	11168585	48.1500	144.45

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

181	11168595	56.7000	510.30
182	11168600	90.0000	180.00
183	11169506	680.4000	1,360.80
184	11169600	29.2500	526.50
185	11169650	31.5000	252.00
186	11169660	30.1500	753.75
187	11169661	30.1500	361.80
188	11169662	29.2500	351.00
189	11169700	31.5000	2,709.00
202	11665595	40.5000	526.50
212	11665702	256.5000	256.50
215	11665725	73.3500	440.10
218	11665739	162.0000	2,592.00
222	11665783	911.9300	3,647.72
229	11665918	162.0000	810.00
230	11665952	94.5000	945.00
268	11666570	140.6300	281.26
281	11666622	2380.0700	19,040.56
282	11666623	192.6000	1,155.60
283	11666624	200.2500	2,002.50
289	11666672	4218.8300	8,437.66
301	11666722	30.1500	3,618.00
302	11666723	168.7500	337.50
307	11666743	99.0000	594.00
308	11666749	225.0000	2,250.00
321	11666882	12776.7000	38,330.10
329	11666924	202.5000	2,025.00
349	11666994	693.0000	2,079.00
366	11667031	29.2500	877.50
375	11667058	103.5000	1,552.50
378	11667065	40.5000	40.50
380	11667073	252.0000	1,512.00
387	11667090	6.2600	9,390.00
408	11667111	452.2500	904.50
409	11667112	202.5000	405.00
410	11667113	389.2500	1,557.00
421	11667124	680.4000	1,360.80
423	11667126	4043.9500	8,087.90
445	11667148	6.2600	626.00
460	11667163	38.2700	191.35
470	11667173	389.2500	389.25
494	11667198	12776.7000	12,776.70
500	11667204	1464.5700	1,464.57
516	11667221	680.4000	2,041.20
559	13004500	0.1100	1,870.00
581	13004610	842.5000	45,495.00
643	13450188	115.1800	1,382.16
672	13450481	26.8000	107.20
673	13450482	32.8000	229.60
709	13450723	258.0000	5,160.00

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

744	13451015	999.0000	3,996.00
758	13451183	12800.0000	25,600.00
794	13451290	7060.4600	28,241.84
817	13451320	4054.8800	8,109.76
TOTAL = = = = >>			417,233.41

0032 CIENTIFICA SENNA SA DE CV

17	11010360	18.0000	7,920.00
20	11012910	18.0000	1,026.00
34	11029995	395.0000	1,185.00
48	11041500	49.0000	294.00
56	11058000	349.0000	698.00
61	11064740	390.0000	390.00
62	11065311	991.0000	1,982.00
105	11094900	135.0000	1,485.00
138	11133000	395.0000	3,950.00
246	11666331	672.0000	672.00
275	11666597	990.0000	4,950.00
279	11666617	155.0000	775.00
340	11666977	466.0000	6,990.00
367	11667032	47.0000	564.00
383	11667086	58200.0000	58,200.00
385	11667088	920.0000	920.00
449	11667152	19980.0000	79,920.00
497	11667201	523.0000	5,230.00
508	11667213	29.0000	580.00
512	11667217	1998.0000	3,996.00
526	13002506	74.0000	2,220.00
557	13004490	35.0000	105.00
625	13450122	1250.0000	1,250.00
648	13450236	1610.0000	24,150.00
664	13450381	440.0000	6,600.00
670	13450478	49.0000	49.00
678	13450557	713.0000	14,260.00
681	13450583	49.0000	49.00
690	13450624	77.0000	1,540.00
712	13450747	98.0000	1,764.00
722	13450834	479.0000	2,874.00
730	13450901	35.0000	105.00
739	13451000	30.0000	30.00
742	13451010	713.0000	57,040.00
749	13451037	795.0000	1,590.00
750	13451038	776.0000	3,880.00
751	13451040	621.0000	1,242.00
752	13451041	836.0000	1,672.00
753	13451042	411.0000	822.00
816	13451319	4798.0000	4,798.00
835	13451347	134.0000	536.00
845	13451367	860.0000	4,300.00
847	13451369	555.0000	1,665.00

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

917	13451439	665.0000	3,325.00
921	13451443	1324.0000	5,296.00
927	13451449	712.0000	21,360.00
931	13451453	280.0000	840.00
TOTAL = = = = >>			345,089.00

0034 BIOCARE MEDICAL REPRESENTANTE, S.A. DE C			
63	11065720	1434.4800	116,192.88
369	11667041	3255.0000	3,255.00
371	11667045	3255.0000	26,040.00
TOTAL = = = = >>			145,487.88

0035 BIODIST S.A DE C.V.			
213	11665705	7121.4000	64,092.60
783	13451260	7601.8800	7,601.88
791	13451287	1585.5400	15,855.40
793	13451289	3078.9300	18,473.58
795	13451291	1058.3400	2,116.68
918	13451440	6846.8400	13,693.68
TOTAL = = = = >>			121,833.82

0036 TECROM, S.A. DE C.V.			
98	11092400	434.9600	434.96
159	11153400	2.3600	41,772.00
292	11666695	1541.1400	15,411.40
430	11667133	917.3300	917.33
432	11667135	821.9000	821.90
446	11667149	2036.0000	2,036.00
447	11667150	2556.5000	2,556.50
741	13451009	958.2900	71,871.75
TOTAL = = = = >>			135,821.84

0037 TEQUIMEC, S. DE R.L. DE C.V.			
4	11093000	22.4000	156.80
11	11004715	209.8100	4,615.82
114	11105000	209.8100	419.62
145	11142150	1759.4400	1,759.44
214	11665706	160.8600	3,217.20
220	11665747	160.8600	2,895.48
239	11666241	316.8500	316.85
241	11666300	136.7900	136.79
351	11666996	210.1200	420.24
TOTAL = = = = >>			13,938.24

0038 DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER SA DE CV			
348	11666993	670.0000	4,020.00
TOTAL = = = = >>			4,020.00

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

0039 OPCIONES QUIMICO TECNOLOGICAS, S. A. DE C			
210	11665690	140.0000	560.00
221	11665781	2424.0000	2,424.00
262	11666527	2824.0000	11,296.00
280	11666621	9105.0000	9,105.00
350	11666995	243.0000	729.00
657	13450346	239.0000	478.00
736	13450950	506.0000	2,024.00
TOTAL = = = = >>			26,616.00
0041 PROVEEDOR DE LABORATORIOS, S. A. DE C. V.			
12	11005400	1215.0000	1,215.00
24	11018000	1438.3500	5,753.40
25	11019100	898.7000	3,594.80
79	11077100	191.4300	1,148.58
80	11077700	255.8500	511.70
124	11112570	338.6300	4,063.56
126	11115470	36.5500	3,837.75
228	11665916	2156.4500	2,156.45
288	11666667	8588.0000	8,588.00
548	13004348	4.0900	4,908.00
569	13004540	470.6900	4,706.90
587	13005708	1283.0000	16,679.00
TOTAL = = = = >>			57,163.14
0042 CORPORACION ANALITICA, S. A. DE C. V.			
579	13004606	288.9600	6,068.16
899	13451421	276.6400	829.92
TOTAL = = = = >>			6,898.08
0043 REACTIVOS Y MARCAS DE MEXICO, S. A. DE C.			
31	11026320	1973.0000	7,892.00
82	11079510	874.0000	874.00
83	11080550	3956.0000	3,956.00
198	11665535	3956.0000	7,912.00
296	11666709	5588.0000	11,176.00
422	11667125	1214.0000	12,140.00
591	13005908	5078.0000	30,468.00
830	13451337	1728.0000	6,912.00
850	13451372	7009.0000	7,009.00
TOTAL = = = = >>			88,339.00

TOTAL LICITACION => \$12,216,171.75

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRAN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

Los montos arriba señalados no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.

Por no haber recibido propuesta técnica o económicamente convenientes para el Instituto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones Arrendamiento y Servicios del Sector Público, se declaran desiertas las partidas con las siguientes claves:

21	11012915	26	11019710	33	11027350	50	11042750
59	11058650	64	11067700	74	11074700	109	11098690
143	11141105	144	11141805	192	11173110	200	11665575
201	11665582	203	11665600	205	11665621	232	11665988
236	11666039	243	11666307	247	11666334	259	11666512
260	11666513	261	11666514	263	11666530	264	11666534
293	11666700	311	11666848	322	11666883	327	11666917
332	11666941	336	11666960	337	11666961	338	11666962
352	11666997	370	11667044	388	11667091	389	11667092
390	11667093	392	11667095	394	11667097	395	11667098
396	11667099	399	11667102	400	11667103	401	11667104
402	11667105	404	11667107	406	11667109	412	11667115
413	11667116	414	11667117	415	11667118	416	11667119
424	11667127	425	11667128	435	11667138	438	11667141
439	11667142	440	11667143	441	11667144	443	11667146
448	11667151	454	11667157	457	11667160	459	11667162
461	11667164	462	11667165	471	11667174	475	11667179
477	11667181	478	11667182	483	11667187	505	11667209
510	11667215	513	11667218	514	11667219	518	13000250
534	13002631	539	13004100	597	13006335	615	13010200
624	13450118	635	13450160	658	13450347	675	13450522
683	13450591	705	13450701	718	13450778	740	13451008
760	13451189	761	13451193	764	13451201	770	13451229
777	13451247	785	13451263	797	13451293	802	13451301
811	13451313	818	13451321	837	13451351	842	13451364
843	13451365	849	13451371	855	13451377	859	13451381
860	13451382	862	13451384	867	13451389	868	13451390
869	13451391	871	13451393	875	13451397	876	13451398
881	13451403	888	13451410	889	13451411	890	13451412
893	13451415	894	13451416	895	13451417	896	13451418
901	13451423	904	13451426	907	13451429	919	13451441
925	13451447	929	13451451	930	13451452	933	13451455
936	13451458	938	13451460	939	13451461	941	15000940
942	15001040	946	15002477	947	15002478	949	15002480
950	15002481	951	15002482	952	15002483	953	15002484
956	15002487	959	15002490	960	15002491		

FINALMENTE, EL INSTITUTO HACE LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 bis penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 54 primer párrafo de su Reglamento, y en base a la evaluación de las proposiciones se obtuvo un empate en el precio unitario de dos licitantes para las partidas



ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

siguientes, por lo cual, tomando como referencia el Anexo 13 (Manifiesto de MIPYMES) que cada licitante presentó dentro de su proposición y aplicando el criterio de desempate previsto en dichos artículos, se obtuvo el siguiente resultado:

PARTIDA	PRECIO UNITARIO	LICITANTES	TIPO DE EMPRESA	NOMBRE DEL LICITANTE GANADOR
105	\$135.00	COMPañÍA REAMEX, S.A. DE C.V. CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V.	PEQUEÑA PEQUEÑA	EMPATE
469	\$800.00	COMPañÍA REAMEX, S.A. DE C.V. CONTINENTAL LAB PRODUCTS, S.A. DE C.V.	PEQUEÑA MICRO	CONTINENTAL LAB. PRODUCTS, S.A. DE C.V.
559	\$0,11	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. JAXAQUIM, S.A. DE C.V.	GRANDE PEQUEÑA	JAXAQUIM, S.A. DE C.V.
667	\$110.00	METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V. CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	PEQUEÑA GRANDE	METRIX LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

2. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 bis último párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 54 segundo párrafo de su Reglamento, al subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de acuerdo a lo señalado en el numeral anterior en la partida 105, se convocó a los licitantes que participaron en dichas partidas a participar en el sorteo manual por insaculación, del cual se obtuvo el siguiente resultado.

PARTIDA	NOMBRE DEL LICITANTE GANADOR
105	CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V.

En el presente acto se hace entrega del fallo a los licitantes, haciéndoles saber que con fundamento en el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público disponen de **15 días naturales** a partir de la fecha en que se hubiere notificado el presente fallo para acudir a las oficinas del Departamento de Adquisiciones del Instituto a formalizar los pedidos de las partidas que se les adjudican.-----

Las empresas ganadoras deberán entregar dentro de los diez días naturales posteriores a la formalización de los pedidos la fianza a favor del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, equivalente al 10% del monto total de los pedidos, sin IVA y vigencia de doce meses como garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente adjudicación, así mismo, a efecto de integrar los expedientes correspondientes deberán proporcionar en original y copia para su cotejo, la documentación que acredite la información manifestada en el punto 12.1. de la convocatoria.-----

De conformidad con lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 37 de la Ley, con la notificación del presente fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el presente documento.-----



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
INTERNACIONAL No. LA-012NCG001-E3-2018

**MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO,
Y ALIMENTO PARA ANIMALES**

No habiendo otro asunto que tratar se dio por concluido el acto siendo las 09:30 horas del mismo día en que se celebró firmando al margen o al calce todos los servidores públicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, considerando la presente acta como emisión del fallo a las empresas participantes, así mismo se informa que el presente documento lo emite y firma quién preside el evento, Pas Líc. Delfino Javier Flores Flores, Jefe del Departamento de Adquisiciones.

NOMBRE	AREA	FIRMA
LIC. SERGIO AQUINO AVENDAÑO	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
PAS. LIC. DELFINO JAVIER FLORES FLORES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	
C. JUAN CARLOS TÉLLEZ GIRÓN GONZÁLEZ	COORDINADOR DE LICITACIONES	

----- FIN DEL ACTA -----