



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.**

En la Ciudad de México, siendo las **09:00** horas, del **11** de **abril** de 2023, en la **Coordinación de Contratos adscrita a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, ubicada en: Calle Vasco de Quiroga Número 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Código Postal 14080, Alcaldía Tlalpan; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como del numeral **II.2** de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el **Lic. José Luis López Moreno, Coordinador de Contratos adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, servidor público designado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.

El Presidente del acto, fue asistido por el(los) representante(s) de las Áreas Usuarias del **Departamento de Ingeniería Biomédica y del Departamento de Endoscopia** el(los) cual(es) solventarán las preguntas de carácter técnico, el(los) representante(s) del Área Contratante de la **Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y Departamento de Asesoría Jurídica**, el(los) cual(es) solventarán las preguntas de carácter administrativo y legal, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, a través del Sistema Compranet, de los siguientes licitantes:


No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN
1	FUJIFILM DE MEXICO SA DE CV	COMPRANET
2	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	COMPRANET
3	MEDICAL SCOPE SA DE CV	COMPRANET
4	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	COMPRANET



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.

SE ADJUNTA COPIA DE LA PANTALLA DE COMPRANET:



- a) Así mismo se hace constar que **NO** se recibió escrito de interés en participar de ningún licitante y preguntas recibidas fuera de tiempo señalado en el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector público.
- b) También se hace constar que **NO** se recibió Escrito de interés en participar, sin presentar preguntas de ningún licitante.

**LA CONVOCANTE REALIZÓ LAS SIGUIENTES PRECISIONES A LA CONVOCATORIA:**

**PRECISIÓN 1**

Se reitera a los licitantes que de acuerdo al punto IV.3 de la Convocatoria. - IV.3.- CAUSALES DE DESECHAMIENTO.

**SERÁN CAUSALES DE DESECHAMIENTO LAS SIGUIENTES:**

**16. La ausencia total de folios en la proposición presentada.**

Por lo cual se les recuerda que deberán cumplir con esta disposición de foliar sus proposiciones.



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.

PRECISIÓN 2

En referencia al punto III.2.- **REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**, en el numeral 17. **RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE.**

DICE

En el **ANEXO XXI "RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN"** de la Convocatoria se relacionan los documentos que deben presentar los licitantes; se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante y por ser una Invitación a cuando menos tres personas Electrónica Nacional, podrá enviarse en varios archivos electrónicos.

DEBE DECIR

En el **ANEXO XXI "RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN"** de la Convocatoria se relacionan los documentos que deben presentar los licitantes; se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante y por ser una **Licitación Pública Electrónica Nacional**, podrá enviarse en varios archivos electrónicos.

PRECISIÓN 3

Conforme al Anexo XX (Anexo Técnico) en el punto **El servicio debe incluir:**

DICE

-Video- Duodenoscopio	Rangos
DIRECCIÓN DE VISUALIZACIÓN	95°-100° (retrovisualización entre 5°-15°)
CAMPO VISUAL	100°
RANGO DE OBSERVACIÓN	4-60 mm



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.

CAPACIDAD DE FLEXIÓN	entre ARRIBA 120°/ ABAJO 90° IZQUIERDA 105° DERECHA 90° y ARRIBA 120°/ ABAJO 90° IZQUIERDA 110° DERECHA 90°
LONGITUD DE TRABAJO	entre 1240-1250 mm
LONGITUD TOTAL	entre 1550-1560mm
DIAMETRO DE EXTREMO DISTAL	entre 13.1-13.5 mm
DIAMETRO DEL TUBO DE INSERCIÓN	entre 11.3-11.6 mm
DIAMETRO MÍNIMO DEL CANAL DE INSTRUMENTO	4.2 mm
Punta distal con tapa, capuchón o punta intercambiable de un solo uso.	Si/ incluir al menos dos cajas por equipo.

DEBE DECIR

-Video- Duodenoscopio	Rangos
DIRECCIÓN DE VISUALIZACIÓN	95°-100° (retrovisualización entre 5°-15°)
CAMPO VISUAL	100°
RANGO DE OBSERVACIÓN	4-60 mm
CAPACIDAD DE FLEXIÓN	entre ARRIBA 120°/ ABAJO 90° IZQUIERDA 90° DERECHA 105° y ARRIBA 120°/ ABAJO 90° IZQUIERDA 90° DERECHA 110°
LONGITUD DE TRABAJO	entre 1240-1250 mm
LONGITUD TOTAL	entre 1550-1560mm
DIAMETRO DE EXTREMO DISTAL	entre 13.1-13.5 mm
DIAMETRO DEL TUBO DE INSERCIÓN	entre 11.3-11.6 mm
DIAMETRO MÍNIMO DEL CANAL DE INSTRUMENTO	4.2 mm
Punta distal con tapa, capuchón o punta intercambiable de un solo uso.	Si/ incluir al menos dos cajas por equipo.



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.

PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS LICITANTES:

NUMERO DE PREGUNTA EN COMPRANET	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	FUJIFILM DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	1-¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ENTRADAS Y SALIDAS DE VIDEO EN EL MONITOR TIPO (DISPLAY PORT, DVI Y 3G- SDI), LAS CUALES SON COMPATIBLES CON EL VIDEO PROCESADOR OFERTADO, GARANTIZANDO LA CONEXIÓN Y COMPATIBILIDAD ¿SE ACEPTA?  R=	SÍ SE ACEPTA
1	FUJIFILM DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	2-¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA CUMPLIR CON EL SISTEMA NTSC Y PAL, OFERTANDO Y REFERENCIANDO RESOLUCIÓN 4K DE (3840 X 2160) PÍXELES, YA QUE LA TECNOLOGÍA DIGITAL OFERTADA DE ALTA DEFINICIÓN ES SUPERIOR A LOS ESTÁNDARES ANÁLOGOS NTSC Y PAL, ¿SE ACEPTA?  R=	SÍ SE ACEPTA



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.

1	FUJIFILM DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	3-¿DEBIDO A QUE LA LÁMPARA OFERTADA CUENTA CON TECNOLOGÍA DE LEDS INDEPENDIENTES Y EN CASO DE FALLO DE UN LED SIGUEN FUNCIONANDO LOS OTROS LEDS COMO RESPALDO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTA TECNOLOGÍA COMO EQUIVALENTE DE LA LÁMPARA DE EMERGENCIA, ¿SE ACEPTA?  R=	SÍ SE ACEPTA
1	FUJIFILM DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	4-¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SEA OPCIONAL OFERTAR SOPORTE PARA CILINDRO DE CO2 EN EL CARRO, YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA ES DE CARROS PARA CIRUGÍA Y LOS CARROS DE ENDOSCOPIA FLEXIBLE NO ESTÁN EQUIPADOS CON ESTE ACCESORIO, ¿SE ACEPTA?  R=	NO SE ACEPTA
1	FUJIFILM DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	5-¿ENTENDEMOS QUE DEBIDO A QUE LA LÁMPARA LED OFERTADA TIENE UN TIEMPO DE VIDA DE HASTA 6 AÑOS, NO ES NECESARIO EL CAMBIO DE LA LÁMPARA CADA AÑO, ¿ES CORRECTO?  R=	SI, SIEMPRE Y CUANDO NO FALLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, DE LO CONTRARIO, DEBERA REEMPLAZARSE.
1	FUJIFILM DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	6-¿DEBIDO A QUE SE DESCRIBEN 2 VALORES PARA LA CAPACIDAD DE FLEXIÓN DEL VIDEOGASTROSCOPIO, ENTENDEMOS QUE SERÁ VALIDO CUMPLIR CON ARRIBA 210° ABAJO 90° DERECHA 100° IZQUIERDA 100°, ¿ES CORRECTO?  R=	LOS 2 VALORES SOLICITADOS REPRESENTA UN RANGO, SI SE ENCUENTRA EN EL PUEDE PARTICIPAR.



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.

1	FUJIFILM DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	7-¿ENTENDEMOS QUE LOS VALORES DE FLEXIÓN IZQUIERDA Y DERECHA DEL VIDEOUODENOSCOPIO ESTÁN INVERTIDOS, POR LO QUE DEBE SER IZQUIERDA 90° Y DERECHA 105° - 110°, ¿ES CORRECTO? R=	<b>ES CORRECTO, ESTAN INVERTIDOS, QUEDO ACLARADO EN LA PRECISION NUMERO 3 DE LA CONVOCANTE</b>
1	FUJIFILM DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO	8-¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR VIDEOCOLONOSCOPIO CON LONGITUD TOTAL DE 1990 MM, GARANTIZANDO EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA? R=	<b>NO SE ACEPTA, APEGARSE AL RANGO SOLICITADO</b>
2	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	III.2.- REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	NUMERAL 5 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INTEGRAR A LA PROPUESTA OPINIÓN EMITIDA POR EL SAT DEL MES DE ABRIL. ¿SE ACEPTA?	<b>R= SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO TENGA LA VIGENCIA DE 30 DIAS POSTERIORES A SU EMISIÓN</b>
3	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	III.2.- REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	NUMERAL 15 EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL, NOS PERMITA ENTREGAR LA DECLARACIÓN ANUAL 2022, ¿SE ACEPTA?	<b>R= SE ACLARO EN LA RESPUESTA ANTERIOR</b>

*Sal*  
*[Handwritten signatures]*



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.

4	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	III.3.- REQUISITOS TÉCNICOS.	NUMERAL 2 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, ES CORRECTO ENTENDER QUE NO HAY UN MÍNIMO O MÁXIMO DE CONTRATOS A PRESENTAR Y QUÉ BASTARÁ CON PRESENTAR UNO O DOS CONTRATOS DE LA MISMA NATURALEZA AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN TANTO DE ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	R= PRESENTAR MINIMO DOS CONTRATOS DE LA MISMA NATURALEZA AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN
5	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	III.3.- REQUISITOS TÉCNICOS.	NUMERAL 3 EN SU CASO, CONVENIO PARA PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR ESCRITO NO APLICA PARA ESTE NUMERAL, ¿SE ACEPTA?	R= SE ACEPTA
6	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO XX ANEXO TÉCNICO	NUMERAL 1.7 ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LAS BIENES QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO SE DEBERÁ REFERENCIAR EL DOF DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2014 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	R= SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
7	MEDICAL SCOPE SA DE CV	TÉCNICO	VIDEOGASTROSCOPIO	VIDEOGASTROSCOPIO 2.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAR OFERTAR EQUIPO CON UN EXTREMO DISTAL DE 10.8MM ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, APEGARSE AL RANGO SOLICITADO
8	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	III.- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR Y PRESENTAR LAS PROPOSICIONES.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INTEGRAR MANIFIESTO DE PARTICULARES CON FECHA DEL MES DE ABRIL ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.**

9	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	III.2.- REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	NUMERAL 6 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INTEGRAR A LA PROPUESTA OPINIÓN EMITIDA POR EL IMSS DEL MES DE ABRIL. ¿SE ACEPTA?	SE DEBERA PRESENTAR AL MENOS DOS DÍAS DE HABERSE EMITIDO, EN CASO QUE RESULTE ADJUDICADO SE DEBERA DE PRESENTAR LA OPINION VIGENTE CUANDO LA REQUIERA LA CONVOCANTE.
10	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	III.2.- REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	NUMERAL 7 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INTEGRAR A LA PROPUESTA OPINIÓN EMITIDA POR EL INFONAVIT DEL MES DE ABRIL. ¿SE ACEPTA?	00SI SE ACEPTA
11	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	III.2.- REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	NUMERAL 15 ESTADOS FINANCIEROS DEL LICITANTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LOS ESTADOS FINANCIEROS A PRESENTAR DEBERÁN SER LOS 2022 FAVOR DE ACLARAR.	SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
12	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	III.2.- REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	NUMERAL 15 ESTADOS FINANCIEROS DEL LICITANTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS POR EL POR EL CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SIN SER CAUSAL DE DESECHAMIENTO LA FALTA FIRMA DEL CONTADOR CERTIFICADO POR LA SHCP. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE DEBERAN PRESENTAR POR PARTE DE CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DANDO FE DEL MISMO, ACOMPAÑANDO COPIA DE SU CÉDULA PROFESIONAL



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.

13	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	III.2.- REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	<p>NUMERAL 15 ESTADOS FINANCIEROS DEL LICITANTE EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021 AVALADOS POR UN DESPACHO CONTABLE CERTIFICADO EXTERNO, ESTO DEBIDO A QUE LOS 2022 AUN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN POR EL DESPACHO CONTABLE. ¿SE ACEPTA?</p>	NO SE ACEPTA
14	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	III.2.- REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	<p>NUMERAL 17 RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE.</p> <p>DICE "EN EL ANEXO XXI "RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN" DE LA CONVOCATORIA SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES; SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE Y POR SER UNA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL, PODRÁ ENVIARSE EN VARIOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS." ES CORRECTO ENTENDER QUE DEBE DECIR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, QUEDO CORREGIDO EN LA PRECISIÓN NUMERO 2 DE LA CONVOCANTE



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.

15	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO XX ANEXO TÉCNICO	1.7 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA INTEGRAR A LA PROPUESTA CERTIFICADOS FDA Y/O CLV, SEGÚN APLIQUE, ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA
16	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO XX ANEXO TÉCNICO	NUMERAL 1.7 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CLARIFIQUE SI "REGISTRO" SE REFIERE AL REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
17	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO XX ANEXO TÉCNICO	NUMERAL 1.7 EN CASO DE SER POSITIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR REGISTROS SANITARIOS, CLV Y/O FDA POR FAMILIA, ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA
18	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	OTROS	MODELO DE CONTRATO, CLAUSULA SEXTA RETIRO DE EQUIPO.	CLAUSULA SEXTA RETIRO DE EQUIPO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI AL TERMINO DEL CONTRATO Y PREVIO ACUERDO CON "EL INSTITUTO" SE PODRÁN RETIRAR DE LAS INSTALACIONES LOS BIENES NUESTRA PROPIEDAD, HASTA QUE SE CUMPLA CON EL PROTOCOLO DE INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL NUEVO EQUIPO, EN ESTE PERIODO DE TIEMPO ¿EXISTIRÁ PAGO POR LA CONTINUACIÓN DEL USO DEL EQUIPO? FAVOR DE ACLARAR.	NO HABRA PAGO, SE DEBE CONSIDERAR DENTRO DE SU PROPUESTA ECONOMICA



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.

19	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	II.2.- JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO QUE SE CARGUEN LAS PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DIRECTO EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET YA QUE LA PLATAFORMA NO PERMITE CARGAR ARCHIVOS DE PDF O WORD Y POR LO TANTO, NO SE PUEDE CARGAR EL ANEXO III QUE SE PIDE EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO	SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE AL SISTEMA, CompraNet 2023
20	MEDICAL SCOPE SA DE CV	TÉCNICO	VIDEOGASTROSCOPIO	VIDEOGASTROSCOPIO 1.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITIR OFERTAR EQUIPO CON UN RANGO DE OBSERVACION DE 5-100MM ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SI SE ACEPTA, EN RAZÓN QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO
21	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	II.2.- JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS INDIQUE SI ES SUFICIENTE EL ENVIAR EL MANIFIESTO DE INTERÉS POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DE COMPRANET O SI ES NECESARIO ADJUNTAR TAMBIÉN EL ANEXO I QUE SE SOLICITA EN LAS BASES DENTRO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR EL 19 DE ABRIL. FAVOR DE ACLARAR.	SI QUEDA SOLVENTADO, FAVOR DE APEGARSE AL SISTEMA, CompraNet 2023
22	MEDICAL SCOPE SA DE CV	TÉCNICO	DUODENOSCOPIO	DUODENOSCOPIO 4.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITIR OFERTAR EQUIPO CON UN DIAMETRO EXTREMO DISTAL DE 13.0MM ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, APEGARSE AL RANGO SOLICITADO



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.

23	MEDICAL SCOPE SA DE CV	TÉCNICO	COLONOSCOPIO	COLONOSCOPIO 5.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAR OFERTAR EQUIPO CON UN RANGO DE OBSERVACION DE 4-100MM ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SI SE ACEPTA, EN RAZÓN QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO
24	MEDICAL SCOPE SA DE CV	TÉCNICO	COLONOSCOPIO	COLONOSCOPIO 6.-SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAR OFERTAR EQUIPO CON UNA LONGITUD TOTAL DE DE 1700MM ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, APEGARSE AL RANGO SOLICITADO
25	MEDICAL SCOPE SA DE CV	TÉCNICO	COLONOSCOPIO	COLONOSCOPIO 7.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAR OFERTAR EQUIPO CON UN DIAMETRO DE LA PARTE FLEXIBLE DE 13.2MM ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, APEGARSE AL RANGO SOLICITADO
26	MEDICAL SCOPE SA DE CV	TÉCNICO	ENTEROSCOPIO	ENTEROSCOPIO 8.- SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR PROPUESTA SIN OFERTAR EQUIPO DE ENTEROSCOPIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO

*Sal*  
*[Handwritten signatures]*



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.

27	MEDICAL SCOPE SA DE CV	TÉCNICO	ENTEROSCOPIO	ENTEROSCOPIO 9.- EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SOLO UNA TORRE PARA ENTEROSCOPIA, ESTO DERIVADO DE LA VISITA A LAS INSTALACIONES Y A LA CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN AL AÑO CON ESTE EQUIPO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	<b>NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO</b>
28	MEDICAL SCOPE SA DE CV	TÉCNICO	MONITOR	MONITOR 10.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAR OFERTAR MONITOR DE 27" PULGADAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	<b>SI SE ACEPTA, EN RAZÓN QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO</b>
29	MEDICAL SCOPE SA DE CV	TÉCNICO	III.3 REQUISITOS TECNICOS PUNTO 2	NUMERAL III.3 REQUISITOS TECNICOS PUNTO 2  11.- PARA ESTAR EN POSIBILADES DE CUMPLIR CON ESTE PUNTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS OPERMITA PRESENTAR CONTRATOS DE SERVIOCIO INTEGRAL DE MINIMA INVASION QUE SE ASEMEJA A UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO YA QUE LOS EQUIPOS SIGUEN SIENDO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	<b>NO SE ACEPTA</b>
30	MEDICAL SCOPE SA DE CV	TÉCNICO	DUODENOSCOPI O	DUODENOSCOPIO 3.-SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAR OFERTAR EQUIPO CON UNA LONGITUD TOTAL DE DE 1.566MM ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	<b>NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO</b>



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.

31	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRAT IVA	III.- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR Y PRESENTAR LAS PROPOSICIONES.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INTEGRAR MANIFIESTO DE PARTICULARES CON FECHA DEL MES DE ABRIL ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
32	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRAT IVA	III.2.- REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	5 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INTEGRAR A LA PROPUESTA OPINIÓN EMITIDA POR EL SAT DEL MES DE ABRIL. ¿SE ACEPTA?	R= SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO TENGA LA VIGENCIA DE 30 DIAS POSTERIORES A SU EMISIÓN
33	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRAT IVA	III.2.- REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	15 ESTADOS FINANCIEROS DEL LICITANTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS POR EL POR EL CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SIN SER CAUSAL DE DESECHAMIENTO LA FALTA FIRMA DEL CONTADOR CERTIFICADO POR LA SHCP. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE DEBERAN PRESENTAR POR PARTE DE CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DANDO FE DEL MISMO, ACOMPAÑANDO COPIA DE SU CÉDULA PROFESIONAL



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.

34	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRAT IVA	III.2.- REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVO S Y FINANCIEROS.	17 RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE. DICE "EN EL ANEXO XXI "RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN" DE LA CONVOCATORIA SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES; SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE Y POR SER UNA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL, PODRÁ ENVIARSE EN VARIOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS." ES CORRECTO ENTENDER QUE DEBE DECIR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	<b>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, QUEDO CORREGIDO EN LA PRECISIÓN NUMERO 2 DE LA CONVOCANTE</b>
35	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRAT IVA	III.3.- REQUISITOS TÉCNICOS.	3 EN SU CASO, CONVENIO PARA PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR ESCRITO NO APLICA PARA ESTE NUMERAL, ¿SE ACEPTA?	<b>SÍ, SE ACEPTA</b>
36	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO XX ANEXO TÉCNICO	1.7 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA INTEGRAR A LA PROPUESTA CERTIFICADOS FDA Y/O CLV, SEGÚN APLIQUE, ¿SE ACEPTA?	<b>SÍ SE ACEPTA</b>



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.

37	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	OTROS	MODELO DE CONTRATO, CLAUSULA SEXTA RETIRO DE EQUIPO.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI AL TERMINO DEL CONTRATO Y PREVIO ACUERDO CON "EL INSTITUTO" SE PODRÁN RETIRAR DE LAS INSTALACIONES LOS BIENES NUESTRA PROPIEDAD, HASTA QUE SE CUMPLA CON EL PROTOCOLO DE INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL NUEVO EQUIPO, EN ESTE PERIODO DE TIEMPO ¿EXISTIRÁ PAGO POR LA CONTINUACIÓN DEL USO DEL EQUIPO? FAVOR DE ACLARAR.	<b>R= NO HABRA PAGO, SE DEBE CONSIDERAR DENTRO DE SU PROPUESTA ECONOMICA</b>
38	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	OTROS	II.2.- JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO QUE SE CARGUEN LAS PREGUNTAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DIRECTO EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET YA QUE LA PLATAFORMA NO PERMITE CARGAR ARCHIVOS DE PDF O WORD Y POR LO TANTO, NO SE PUEDE CARGAR EL ANEXO III QUE SE PIDE EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO.	<b>SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE AL SISTEMA, CompraNet 2023</b>
39	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	OTROS	II.2.- JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS INDIQUE SI ES SUFICIENTE EL ENVIAR EL MANIFIESTO DE INTERÉS POR MEDIO DE LA PLATAFORMA DE COMPRANET O SI ES NECESARIO ADJUNTAR TAMBIÉN EL ANEXO I QUE SE SOLICITA EN LAS BASES DENTRO DE LA PROPUESTA A PRESENTAR EL 19 DE ABRIL. FAVOR DE ACLARAR.	<b>SI QUEDA SOLVENTADO , FAVOR DE APEGARSE AL SISTEMA, CompraNet 2023</b>



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.

40	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CARTA DE APOYO	SOLICITAN QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA DISTRIBUIDOR SE PRESENTE ESCRITO POR EL FABRICANTE. OLYMPUS AMÉRICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ES FILIAL DE LOS FABRICANTES OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORPORATION Y OLYMPUS WINTER & IBE CORP POR LO QUE ES REPRESENTANTE EN MÉXICO DE LAS FÁBRICAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL ESCRITO SOLICITADO PUEDA SER FIRMADO EN REPRESENTACIÓN DEL FABRICANTE POR UN REPRESENTANTE LEGAL EN MÉXICO, DISTINTO AL QUE FIRMARÁ POR PARTE DEL LICITANTE, ANEXANDO COPIA SIMPLE DE LAS CARTA DE DISTRIBUCIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SÍ SE ACEPTA, ACOMPAÑADO DE SU PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN
41	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	III.2.- REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	6 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INTEGRAR A LA PROPUESTA OPINIÓN EMITIDA POR EL IMSS DEL MES DE ABRIL. ¿SE ACEPTA?	SE DEBERA PRESENTAR AL MENOS DOS DÍAS DE HABERSE EMITIDO, EN CASO QUE RESULTE ADJUDICADO SE DEBERA DE PRESENTAR LA OPINION VIGENTE CUANDO LA REQUIERA LA CONVOCANTE.
42	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	III.2.- REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	7 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INTEGRAR A LA PROPUESTA OPINIÓN EMITIDA POR EL	SÍ SE ACEPTA



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.

				INFONAVIT DEL MES DE ABRIL. ¿SE ACEPTA?	
43	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRAT IVA	III.2.- REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVO S Y FINANCIEROS.	15 ESTADOS FINANCIEROS DEL LICITANTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LOS ESTADOS FINANCIEROS A PRESENTAR DEBERÁN SER LOS 2022. FAVOR DE ACLARAR.	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
44	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRAT IVA	III.2.- REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVO S Y FINANCIEROS.	15 ESTADOS FINANCIEROS DEL LICITANTE EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ESTE NUMERAL, NOS PERMITA ENTREGAR LA DECLARACIÓN ANUAL 2022, ¿SE ACEPTA?	R= SE ACLARO EN LA RESPUESTA ANTERIOR
45	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRAT IVA	III.2.- REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVO S Y FINANCIEROS.	15 ESTADOS FINANCIEROS DEL LICITANTE EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021 AVALADOS POR UN DESPACHO CONTABLE CERTIFICADO EXTERNO, ESTO DEBIDO A QUE LOS 2022 AUN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN POR EL DESPACHO CONTABLE. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE DEBERAN PRESENTAR POR PARTE DE CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DANDO FE DEL MISMO, ACOMPAÑANDO COPIA DE SU CÉDULA PROFESIONAL



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.

46	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	III.3.- REQUISITOS TÉCNICOS.	ES CORRECTO ENTENDER QUE NO HAY UN MÍNIMO O MÁXIMO DE CONTRATOS A PRESENTAR Y QUÉ BASTARÁ CON PRESENTAR UNO O DOS CONTRATOS DE LA MISMA NATURALEZA AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN TANTO DE ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	<b>R= PRESENTAR MINIMO DOS CONTRATOS DE LA MISMA NATURALEZA AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN</b>
47	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO XX ANEXO TÉCNICO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CLARIFIQUE SI "REGISTRO" SE REFIERE AL REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	<b>SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</b>
48	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO XX ANEXO TÉCNICO	EN CASO DE SER POSITIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR REGISTROS SANITARIOS, CLV Y/O FDA POR FAMILIA, ¿SE ACEPTA?	<b>R= SE ACLARO EN LA RESPUESTA ANTERIOR</b>
49	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO XX ANEXO TÉCNICO	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LAS BIENES QUE NO REQUIERAN REGISTRO SANITARIO SE DEBERÁ REFERENCIAR EL DOF DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2014 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	<b>SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</b>



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.**

<b>50</b>	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	CARTA DE APOYO	<p>SOLICITAN QUE EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA DISTRIBUIDOR SE PRESENTE ESCRITO POR EL FABRICANTE. OLYMPUS AMÉRICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ES FILIAL DE LOS FABRICANTES OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORPORATION Y OLYMPUS WINTER &amp; IBE CORP POR LO QUE ES REPRESENTANTE EN MÉXICO DE LAS FÁBRICAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL ESCRITO SOLICITADO PUEDA SER FIRMADO EN REPRESENTACIÓN DEL FABRICANTE POR UN REPRESENTANTE LEGAL EN MÉXICO, DISTINTO AL QUE FIRMARÁ POR PARTE DEL LICITANTE, ANEXANDO COPIA SIMPLE DE LAS CARTA DE DISTRIBUCIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<b>SÍ SE ACEPTA, ACOMPAÑADO DE SU PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN</b>
<b>51</b>	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO000	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, INCLUYA EN SU ROEQUERIMIENTO Y A SU VEZ NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO PARA EL LAVADO DE LOS ENDOSCOPIOS, LA RAZÓN ES DEBIDO A QUE ESE H. INSTITUTO TIENE UN ÁREA DE LAVADO, SIN EMBARGO EL PROCESO LO REALIZAN DE FORMA MANUAL, LO QUE ES UN FOCO DE INFECCIÓN Y RIESGO A LA SALUD PARA EL PERSONAL, SE ACEPTA.</p>	<b>NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO</b>
<b>52</b>	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRAT IVA	ANEXO TÉCNICO	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE LA PERSONA QUE SE HARÁ RESPONSABLE DE LAS TORRES E O INSTRUMENTAL EN ESE H. INSTITUTO.</p>	<b>EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DENTRO DEL INSTITUTO</b>



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.

53	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRAT IVA	NUMERAL II.2 JUNTA DE ACLARACIONES	HAGO LA RESPETUOSA ACLARACIÓN A LA CONVOCANTE, QUE LA VERSIÓN DEL NUEVO COMPRANET 2023, NO PERMITE ENVIAR LAS PREGUNTAS COMO TRADICIONALMENTE SE REALIZABA, DEBIDO A QUE LA PROPIA PLATAFORMA EMITE EL INTERES EN PARTICIPAR Y LAS PREGUNTAS SE CAPTURAN DIRECTAMENTE, POR LO QUE SOLICITO A LA CONVOCANTE TOME EN CUENTA LAS PREGUNTAS AQUI SEÑALADAS.	<b>SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE AL SISTEMA, CompraNet 2023</b>
54	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRAT IVA	NUMERAL II.3 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	SE HACE LA RESPETUOSA ACLARACIÓN A LA CONVOCANTE, QUE, CON LA NUEVA VERSIÓN DEL COMPRANET 2023, SOLO PERMITE ANEXAR EN LOS PARAMETROS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, TECNICOS O ECONOMICOS Y YA NO SE FIRMAN ARCHIVOS EXTENSIÓN P7M, DEBIDO A QUE EN LA PLATAFORMA AL ENVIAR NUESTRA PROPUESTA SE FIRMA DIRECTAMENTE CON LA FIRMA ELECTRÓNICA QUE EMITE HACIENDA.	<b>SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE AL SISTEMA, CompraNet 2023</b>



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.

55	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRAT IVA	NUMERAL II.2 JUNTA ACLARACIONES	SE HACE LA RESPETUOSA ACLARACIÓN A LA CONVOCANTE, QUE CON LA ACTUALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA VERSIÓN DE COMPRANET 2023, YA NO ES POSIBLE ENVIAR EL INTERES EN PARTICIPAR Y LAS PREGUNTAS CON LAS CARACTERISTICAS SEÑALADAS, DEBIDO A QUE EL INTERES EN PARTICIPAR LO GENERAL LA PROPIA PLATAFORMA Y LAS PREGUNTAS SON CAPTURADAS DIRECTAMENTE EN LA MISMA; POR LO QUE SOLICITO AMABLEMENTE, QUE NUESTRAS PREGUNTAS SEAN TOMADAS EN CUENTA Y SE LES DE RESPUESTA EN ESTRICTO APEGO AL ARTICULO 33 BIS DE LA LAASSP.	<b>SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE AL SISTEMA, CompraNet 2023</b>
56	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRAT IVA	NUMERAL II.3 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	HAGO LA RESPETUOSA ACLARACIÓN A LA CONVOCANTE QUE, CON LA ACTUALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA VERSIÓN DE COMPRANET 2023, YA NO ES POSIBLE FIRMAR LOS ARCHIVOS EXTENSIÓN P7M, DEBIDO A QUE AL ADJUNTAR LOS ARCHIVOS CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LOS PARAMETROS HABILITADOS, AL ENVIAR LA PROPUESTA SE FIRMA DIRECTAMENTE CON LA FIRMA ELECTRONICA QUE EMITE HACIENDA. POR LO QUE SOLICITO SEA TOMADO EN CUENTA Y NO SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE NUESTRA PROPUESTA.	<b>SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, FAVOR DE APEGARSE AL SISTEMA, CompraNet 2023</b>



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.

57	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRAT IVA	NUMERAL III.2 REQ. LEGAL ADMVO... NUMERAL 6 OPINION IMSS	DEBIDO A LA MODIFICACIÓN A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN LO QUE SE REFIERE A LA EMISIÓN DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, MISMA QUE TIENE UNA VIGENCIA DE UN DÍA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR LA CITADA OPINIÓN CON AL MENOS DOS DÍAS DE HABERSE EMITIDO, EN EL ENTENDIDO QUE, EN CASO DE ASIGNACIÓN SE DEBERA DE PRESENTAR DICHA OPINIÓN VIGENTE.	<b>SE DEBERA PRESENTAR AL MENOS DOS DÍAS DE HABERSE EMITIDO, EN CASO QUE RESULTE ADJUDICADO SE DEBERA DE PRESENTAR LA OPINION VIGENTE CUANDO LA REQUIERA LA CONVOCANTE.</b>
58	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRAT IVA	NUMERAL III.2 REQ. LEGALES, ADMVOS. Y FINANCIEROS NUMERAL 6 OPINION IMSS	DEBIDO A LAS MODIFICACIONES A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN LO QUE SE REFIERE A LA EMISIÓN DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ANTE EL IMSS, LA CUAL SOLO ES VIGENTE EN EL DÍA QUE SE EMITE, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON AL MENOS TRES DÍAS DE HABERSE EMITIDO, EN EL ENTENDIDO QUE, EN CASO DE ASIGNACIÓN SE PRESENTARÁ LA OPINIÓN ACTUALIZADA AL DÍA.	<b>SE DEBERA PRESENTAR AL MENOS DOS DÍAS DE HABERSE EMITIDO, EN CASO QUE RESULTE ADJUDICADO SE DEBERA DE PRESENTAR LA OPINION VIGENTE CUANDO LA REQUIERA LA CONVOCANTE.</b>



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.

59	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	DERIVADO DE LA VISITA REALIZADA EL DÍA 05 DE ABRIL A LAS INSTALACIONES DEL ÁREA EN DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRES TORRES DE ENDOSCOPIA, OBSERVAMOS QUE EL LAVADO DE LOS ENDOSCOPIOS ES DE MANERA MANUAL, LO QUE PONE EN RIESGO LA SALUD DEL PERSONAL. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE INCORPORA UNA REPROCESADORA AUTOMÁTICA DE ENDOSCOPIOS CON SISTEMA DE DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL AUTOMATIZADO, CON CAPACIDAD DE CICLO POR ENDOSCOPIO DE 20 MINUTOS MÁXIMO, CON SISTEMA DE LAVADO CON DETERGENTE ENZIMÁTICO, DESINFECTANTE, FLUSH DE ALCOHOL Y SECADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO
----	-------------------------------	---------	---------------	---	--

*Handwritten signatures in blue ink.*



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.

60	HI-TEC MEDICAL SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRAT IVA	ANEXO TÉCNICO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDA INDICAR SÍ EL PERSONAL DEL HOSPITAL SERÁ QUIÉN SE HAGA CARGO Y RESPONSABLE DEL RESGUARDO DE LAS TORRES E INSTRUMENTAL EN SU TOTALIDAD, POR SÍ LOS EQUIPOS LLEGARAN A SUFRIR ALGÚN DAÑO POR EL MAL USO SE PUEDA SOMETER A COBRO AL INSTITUTO EL BIEN DAÑADO O SÍ EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PROPORCIONAR UNA PERSONA RESPONSABLE, QUE HAGA TODO EL PROCESO DE RESGUARDO, ENTREGA, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO DEL EQUIPO E INSTRUMENTAL.	PERSONAL DEL INSTITUTO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EN EL ALCANCE DE SUS FUNCIONES.
----	-------------------------------	-------------------------------	---------------	---	--

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 26 Bis, fracción II de la Ley y 47, séptimo párrafo de su Reglamento, a partir de esta fecha se notifica a los licitantes participantes que el acta de este evento está disponible en la dirección electrónica: [upcp-compranet.hacienda.gob.mx](http://upcp-compranet.hacienda.gob.mx)

Se informa a los licitantes que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día **19 de abril de 2023**, en el **Sistema Compranet**, a las **09:00 Hrs.** siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún observador social o servidor público ajeno al acto, de conformidad con el artículo 47, del Reglamento de la Ley.

Asimismo, se informa a los licitantes que cuentan con un plazo máximo de **seis** horas a partir del día y hora en que la presente acta de junta de aclaraciones sea publicada en el sistema CompraNet, para que envíen a través de dicho sistema las preguntas que consideren necesarias única y exclusivamente en relación con las respuestas remitidas por el Instituto.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta junta, siendo las **11:00** horas, del día de su inicio, informándose a los asistentes y licitantes que en caso de darse el supuesto señalado en el párrafo anterior, el plazo máximo en el que se enviarán las contestaciones correspondientes será el día **12 de abril de 2023 a las 11:00 horas**, en la dirección electrónica: [upcp-compranet.hacienda.gob.mx](http://upcp-compranet.hacienda.gob.mx)



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
NACIONAL NÚM. LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023  
ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11  
ENDOSCOPIOS FLEXIBLES.

Esta Acta consta de **27 hojas**, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR EL INSTITUTO

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. JOSE LUIS LÓPEZ MORENO	COORDINACIÓN DE CONTRATOS	
LCDA. MARÍA FÉLIX JIMÉNEZ	DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA	
ING. LISSET FLORES MORENO	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA	
DR. FRANCISCO VALDOVINOS ANDRACA	DEPARTAMENTO DE ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
LCDA. ALMA DELIA GONZALEZ TREJO	

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-12-NCG-012NCG001-N-56-2023, REALTIVA AL ARRENDAMIENTO PLURIANUAL DE 3 TORRES DE ENDOSCOPIA, CON 11 ENDOSCOPIOS FLEXIBLES