



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL No. LA-12-NCG-012NCG001-I-28-2025
SUMINISTRO DE INSUMOS DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL
SERVICIO MEDICINA TRANSFUSIONAL

En la Ciudad de México, siendo las **08:00** horas, del **14 de febrero de 2025**, en la **oficina del Departamento de Adquisiciones**, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, ubicada en: Calle Vasco de Quiroga Número 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Código Postal 14080, Alcaldía Tlalpan; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley) 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento), así como del numeral **2.2** de la Convocatoria a la Licitación.

Este acto fue presidido por el **Lic. Delfino Javier Flores Flores, Jefe del Departamento de Adquisiciones**, servidor público designado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de Compranet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.

El Presidente del acto, fue asistido por los representantes de las Áreas Usuarias del **Instituto**, los cuales solventarán las preguntas de carácter técnico, el representante del Departamento de Adquisiciones y el Departamento de Asesoría Jurídica, los cuales solventarán las preguntas de carácter administrativo y legal, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, a través del Sistema Compranet, de las siguientes personas:


NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NO. DE PREGUNTAS
1	DISTRIBUIDORA BIOGAMA SA DE CV	COMPRANET	1
2	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL SA DE CV	COMPRANET	2
3	FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV	COMPRANET	17
4	PHARMACUR SA DE CV	COMPRANET	16
5	TERUMO BCT MEXICO SA DE CV	COMPRANET	17

- a) También se hace constar que los siguientes licitantes presentan Escrito de interés en participar, sin presentar preguntas:

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
1	CEL MEDICAL DISTRIBUCION SA DE CV
2	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL No. LA-12-NCG-012NCG001-I-28-2025
SUMINISTRO DE INSUMOS DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL
SERVICIO MEDICINA TRANSFUSIONAL

SE ADJUNTA COPIA DE LA PANTALLA DE COMPRANET:



The screenshot shows the 'Empresas que han manifestado interés en participar' (Companies that have expressed interest in participating) section of the Compranet system. The table lists 10 companies with their respective details.

Núm.	Remitante	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
1	AMEM FARMA MEDIC SA DE CV	11/02/2025 10:38				
2	ASESORIA Y DISTRIBUCIONES DE REACTIVOS, INDUSTRIALES Y PARA LA S	11/02/2025 11:22				
3	CEL-MEDICAL DISTRIBUCION SA DE CV	11/02/2025 17:20	11/02/2025 17:21			
4	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	11/02/2025 11:06	11/02/2025 11:06			
5	DISTRIBUIDORA BIOGAMA SA DE CV	12/02/2025 08:59	12/02/2025 09:16			
6	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL SA DE CV	11/02/2025 09:44	11/02/2025 10:09			
7	FARMACEUTICOS MAYPO SA DE CV	11/02/2025 14:02				
8	PRESENTIS KABI MEXICO SA DE CV	11/02/2025 17:21	11/02/2025 17:23			
9	PHARMACUR SA DE CV	12/02/2025 08:27	12/02/2025 08:44			
10	TERUHO BCT MEXICO SA DE CV	11/02/2025 14:07	11/02/2025 14:08			

LA CONVOCANTE REALIZÓ LAS SIGUIENTES PRECISIONES A LA CONVOCATORIA:

1. PARTIDA 1 DE EXTRACCION DE SANGRE TOTAL Y SU PROCESAMIENTO MEDIANTE CENTRIFUGACIÓN, FRACCIONAMIENTO Y SELLADO EN UN SOLO PROCESO: **LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA** PARA PRESENTAR SU PROPUESTA (**ANEXO 4 Y 5**), ES LA QUE CORRESPONDE A LA SEXTA COLUMNA DE **COMPRANET (PIEZA)**, YA QUE EN LA CONVOCATORIA SE MANEJA LA UNIDAD DE MEDIDA (KIT) PARA LAS SUBPARTIDAS 1, 2 Y 3; ESTO ES, PORQUE QUE EXISTEN UNIDADES DE MEDIDA EN COMPRANET, QUE NO COINCIDEN CON LAS UNIDADES DE MEDIDA QUE MANEJA EL INSTITUTO; POR TANTO, **LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA AUNQUE DIGA KIT EN LA CONVOCATORIA MANEJARLA COMO PIEZA**

2.- SE REITERA A LOS LICITANTES QUE DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1 SÉPTIMO PÁRRAFO DE LA CONVOCATORIA, SE SEÑALA COMO CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN LA FALTA DE FOLIOS EN LA TOTALIDAD DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA, POR LO CUAL SE LES RECUERDA QUE DEBERÁN CUMPLIR CON ESTA DISPOSICIÓN DE FOLIAR SUS PROPOSICIONES.

LOS LICITANTES REALIZARON LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA:

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL No. LA-12-NCG-012NCG001-I-28-2025
SUMINISTRO DE INSUMOS DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL
SERVICIO MEDICINA TRANSFUSIONAL

NUMERO	NUMERO COMPRANET	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	710394	FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR BOLSA CUÁDRUPLE CON FILTRO INTEGRADO PARA SANGRE TOTAL. CONTIENE UNA BOLSA PRIMARIA DE 450 ± 10 % CON 63 ML DE SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE CPD. UNA BOLSA DE TRANSFERENCIA PARA FRACCIONAR SANGRE DE 600 ML. BOLSA DE TRANSFERENCIA DE 600 ML. QUE CONTIENE 100 ML DE SOLUCIÓN ADITIVA QUE PROPORCIONA 42 DÍAS DE VIGENCIA AL CONCENTRADO ERITROCITARIO. BOLSA DE TRANSFERENCIA PARA PLASMA CON CAPACIDAD DE 600 ML. CONTIENE LÍNEA PARA DERIVACIÓN DE AIRE, INCLUYE FILTRO PARA DEPLECIÓN QUE PERMITE UNA ALTA LEUCORREDUCCIÓN, CON AGUJA CALIBRE 16 G TRIFACIAL, CON TAPÓN QUE ABRE FÁCILMENTE Y PROTECTOR DE AGUJA IRREVERSIBLE. SITIO CON TOMA DE MUESTRA SISTEMA, ALTA RECUPERACIÓN DE PAQUETE GLOBULAR Y BAJOS TIEMPOS DE FILTRACIÓN. ADEMÁS CUENTA CON SISTEMA DE CANULAS PARA APERTURA AUTOMÁTICA. ¿SE ACEPTA?	Se acepta siempre y cuando sea un sistema 100% automatizado que realice balance, centrifugación, fraccionamiento y sellado de la sangre total en una sola plataforma, de manera automática, con temperatura controlada, sin intervención del químico o técnico como se señala en el anexo técnico en el punto 1.0 Especificaciones del equipo.
2	710395	FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR BOLSA CUÁDRUPLE PARA FRACCIONAR SANGRE TOP AND BOTTOM. CONTIENE UNA BOLSA PRIMARIA DE 450 ± 10 % CON 63 ML DE SOLUCIÓN ANTICOAGULANTE CPD, CONECTADA A UN TUBO COLECTOR INTEGRAL Y A UN SISTEMA SECUNDARIO FORMADO POR 3 BOLSAS CON CAPACIDAD DE 600 ML. CADA UNA, UNA DE ELLAS PARA ALMACENAR PLASMA Y OTRA PARA ALMACENAR PLAQUETAS POR 5 DÍAS, POR LA PARTE INFERIOR. ESTA UNIDA A UNA BOLSA QUE CONTIENE 100 ML DE SOLUCIÓN ADITIVA SAG-MANITOL QUE PROPORCIONA COMO MÍNIMO 42 DÍAS DE VIGENCIA AL CONCENTRADO ERITROCITARIO; CON AGUJA RETRÁCTIL CALIBRE 16 G TRIFACIAL, CON TAPÓN QUE ABRE FÁCILMENTE Y PROTECTOR DE AGUJA IRREVERSIBLE. SITIO CON TOMA DE MUESTRA, CON PINZA DE SEGURIDAD IRREVERSIBLE. ADEMÁS CUENTA CON SISTEMA DE CANULAS PARA APERTURA AUTOMÁTICA. ¿SE ACEPTA?	Se acepta siempre y cuando sea un sistema que realice balance, centrifugación, fraccionamiento y sellado de la sangre total en una sola plataforma, de manera automática, sin intervención del químico o técnico, como se señala en el punto 1.0 especificaciones del equipo
3	710436	FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR SISTEMA DE BOLSAS TRANSFER, FILTROS PREALMACENAMIENTO PARA CONCENTRADOS PLAQUETARIOS Y CONECCIÓN ESTÉRIL YA QUE EL SET SOLICITADO EN LA DESCRIPCIÓN ES EXCLUSIVO DE LA MARCA TERUMO CON EL EQUIPO REVEOS LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS. EL PRODUCTO QUE OFERTAMOS OFRECE EL MISMO RESULTADOS A PRECIO COMPETITIVO. ¿SE ACEPTA?	No se acepta, ya que no cumple con las características técnicas mencionadas en el anexo técnico, aunado a la reapertura del sistema en múltiples ocasiones disminuyendo la esterilidad del proceso y aumentando el tiempo de producción.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL No. LA-12-NCG-012NCG001-I-28-2025
SUMINISTRO DE INSUMOS DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL
SERVICIO MEDICINA TRANSFUSIONAL

NUMERO	NUMERO COMPRANET	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
4	710437	FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 5	CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR FILTROS PREALMACENAMIENTO DE CUARTA O QUINTA GENERACION PARA PLAQUETAS O CONCENTRADO ERITROCITARIO. ¿SE ACEPTA?	Se aceptan únicamente filtros de quinta generación.
5	710438	FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 5	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE PARA QUÉ COMPONENTE SE REQUIERE EL FILTRO. FAVOR DE ACLARAR.	Concentrados eritrocitarios
6	710439	FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15, PARTIDA 1, 1.0. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO. NUMERAL 1.1.	SOLICITAN: DOS (2) EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE FRACCIONAMIENTO DE SANGRE TOTAL PARA MÍNIMO 4 UNIDADES DE SANGRE A LA VEZ. EN UNA SOLA CORRIDA. CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR FRACCIONADOR AUTOMÁTICO QUE REALIZA LA SEPARACIÓN AUTOMÁTICA Y CONTROLADA DE LA SANGRE TOTAL PREVIAMENTE CENTRIFUGADA EN SUS DIFERENTES COMPONENTES: GLOBULOS ROJOS, CAPA LEUCOPLAQUETARIA Y PLASMA POBRE EN PLAQUETAS. REDUCE CONSISTENTEMENTE EL CONTENIDO DE LEUCOCITOS EN LOS CONCENTRADOS ERITROCITARIOS Y PLAQUETARIOS, MAXIMIZANDO EL RENDIMIENTO DE PLASMA Y PLAQUETAS. CUENTA CON AUTO CALIBRACIÓN Y REVISIÓN AUTOMÁTICA DE TODOS LOS ELEMENTOS COMO BALANZAS, PRENSAS, SENSORES, PINZAS, ETC. PERMITE UN ESTANDARIZAR EL PROCESAMIENTO, LO QUE FACILITA LA PRODUCCIÓN DE COMPONENTES HOMOGÉNEOS Y DE ALTA CALIDAD.	Se acepta siempre y cuando sea un sistema que realice balance, centrifugación, fraccionamiento y sellado de la sangre total en una sola plataforma, de manera automática, sin intervención del químico o técnico y además mantenga la capacidad instalada actual.
7	710440	FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15, PARTIDA 1, 1.0. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO. NUMERAL 1.1.	SE SOLICITA POR FAVOR ACLARAR A QUÉ SE REFIERE CON QUE LOS EQUIPOS ENTRARAN EN UN PERIODO DE EVALUACIÓN Y TODO LO QUE DICHA EVALUACION INVOLUCRA.	Durante el periodo de evaluación de 90 días se calificará: Rendimiento y eficiencia: la capacidad del equipo para procesar muestras de sangre en un tiempo determinado, su velocidad de fraccionamiento y la precisión en la separación de los componentes sanguíneos. Además, se verifica su reproducibilidad en los resultados. Calidad de los resultados: Se evalúa la pureza de las fracciones obtenidas (plasma, plaquetas, glóbulos rojos) y el cumplimiento con los estándares de calidad nacionales Facilidad de uso y capacitación: Se considera la interfaz de usuario, la facilidad de manejo y la claridad en el panel de control. También se

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL No. LA-12-NCG-012NCG001-I-28-2025
SUMINISTRO DE INSUMOS DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL
SERVICIO MEDICINA TRANSFUSIONAL

NUMERO	NUMERO COMPRANET	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
8	710441	FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15, PARTIDA 1, NUMERAL 6	NORMAS QUE DEBERÁN CUMPLIRSE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (EN SU CASO): -FDA PARA EQUIPOS. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ORIGEN DEL EQUIPO (FDA, CE, TUV, ETC)? SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR KIT DE AFÉRESIS CERRADO PARA COLECCIÓN DE PLAQUETAS Y PLASMA LEUCOCORREDUCIDOS Y CONCENTRADO ERITROCITARIO EN UNIPUNCIÓN CON VOLUMEN EXTRACORPÓREO 209 ML. CONTIENE SOLUCIONES ACD-A Y FISIOLÓGICA PRECONECTADAS DE FABRICA. ¿SE ACEPTA?	revisa la efectividad de la capacitación proporcionada al personal, así como el soporte técnico disponible durante el periodo de prueba. Mantenimiento y costos operativos: Se evalúan los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo, así como el costo de los consumibles necesarios para su operación y la durabilidad del equipo a lo largo del tiempo. Seguridad y cumplimiento normativo. Integración con otros sistemas: Se verifica que el equipo sea compatible con los sistemas de gestión de laboratorio existentes para facilitar la automatización y la gestión de datos. Condiciones ambientales: Se prueba el rendimiento del equipo bajo diferentes condiciones ambientales, como temperatura y humedad, que podrían afectar su funcionamiento.
9	710442	FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15, PARTIDA 2, SUBPARTIDA 1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR KIT DE AFÉRESIS CERRADO PARA COLECCIÓN DE PLAQUETAS Y PLASMA LEUCOCORREDUCIDOS Y CONCENTRADO ERITROCITARIO EN UNIPUNCIÓN CON VOLUMEN EXTRACORPÓREO 209 ML. CONTIENE SOLUCIONES ACD-A Y FISIOLÓGICA PRECONECTADAS DE FABRICA. ¿SE ACEPTA?	Es correcta su apreciación
10	710443	FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15, PARTIDA 2, SUBPARTIDA 2	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR KIT DE AFÉRESIS CERRADO PARA COLECCIÓN DE PLAQUETAS Y PLASMA LEUCOCORREDUCIDOS Y CONCENTRADO ERITROCITARIO EN UNIPUNCIÓN CON VOLUMEN EXTRACORPÓREO 209 ML. CONTIENE SOLUCIONES ACD-A Y FISIOLÓGICA PRECONECTADAS DE FABRICA Y PUERTO PARA USO DE	Se acepta siempre y cuando cumplan el resto de las especificaciones técnicas
						No se acepta ya que se requiere la solución PAS preconectada, para disminuir el riesgo de contaminación de este producto destinado a pacientes

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL No. LA-12-NCG-012NCG001-I-28-2025
SUMINISTRO DE INSUMOS DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL
SERVICIO MEDICINA TRANSFUSIONAL

NUMERO	NUMERO COMPRANET	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					SOLUCIÓN ADITIVA DE PLAQUETAS. ¿SE ACEPTA?	trasplantados del Instituto, así como aumento en el tiempo de producción.
11	710444	FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15, PARTIDA 2, SUBPARTIDA 3	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR KIT DE AFÉRESIS PARA RECAMBIO PLASMÁTICO TERAPEUTICO BIPUNCION VOLUMEN EXTRACORPÓREO 160 ML. ¿SE ACEPTA?	Se acepta siempre y cuando tenga también la capacidad de realizarse en unipunción.
12	710445	FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15, PARTIDA 2, SUBPARTIDA 4	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR KIT DE AFÉRESIS PARA FUNCIONALMENTE CERRADO PARA COLECCIÓN DE CÉLULAS MONONUCLEARES EN DOBLE PUNCIÓN VOLUMEN EXTRACORPÓREO 163 ML. ¿SE ACEPTA?	Se acepta siempre y cuando cumplan el resto de las especificaciones técnicas
13	710446	FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15, PARTIDA 2, 1.0. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO	DEBIDO A QUE EL EQUIPO DE AFÉRESIS QUE OFERTAMOS CUBRE LOS TODOS LOS PROCEDIMIENTOS, QUE LA CONVOCANTE SOLICITA, EN LA MISMA PLATAFORMA (DONACIÓN Y TERAPEUTICOS) SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, DE LA MANERA MÁS ATENTA, SE PUEDA REDUCIR EL NÚMERO DE EQUIPOS DE AFÉRESIS SOLICITADOS (CUATRO MÁQUINAS PARA PLAQUETAS Y TRES PARA PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS) A SEIS EN TOTAL, CREEMOS QUE ESTA SOLICITUD LES AYUDARÁ A MEJORAR SU ESPACIO ACTUAL DEL ÁREA DE AFÉRESIS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	No se acepta ya que el espacio es suficiente para el número de equipos solicitado
14	710447	FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15, PARTIDA 2, PUNTO 1.1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO LOS EQUIPOS DE AFÉRESIS PARA LA OBTENCIÓN DE PLAQUETAS, CÉLULAS MONONUCLEARES Y DE RECAMBIO PLASMÁTICO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA LA PARTICIPACIÓN CON UN EQUIPO DE AFÉRESIS DE FLUJO CONTINUO PARA LA COLECCIÓN DE PLAQUETAS CON O SIN PAS, PLASMA LEUCORREDUCIDOS, Y CONCENTRADO ERITROCITARIO EN UNIPUNCION. COLECCIÓN DE CÉLULAS MONONUCLEARES Y RECAMBIO PLASMÁTICO TERAPEUTICO EN DOBLE PUNCIÓN, PANTALLA TÁCTIL EN ESPAÑOL, BRAZALETE Y MANGUITO. CONTROL AUTOMATIZADO DE ANTICOAGULANTE, QUE ADEMÁS CUENTA CON BALANZAS QUE PERMITEN CALCULAR VOLUMEN DE ACD, SOLUCIÓN FISIOLÓGICA Y SOLUCIONES DE REEMPLAZO, CON CAPACIDAD DE CONTROLAR LA INFUSIÓN DE SOLUCIÓN FISIOLÓGICA PARA MANTENER AL DONADOR ESTABLE. CUENTA CON PROCEDIMIENTOS DE DONACIÓN Y TERAPEUTICOS EN UNA SOLA PLATAFORMA, CON BAJOS VOLUMENES EXTRACORPÓREOS: PLAQUETAS [209 ML], CÉLULAS MONONUCLEARES [163 ML], RECAMBIO PLASMÁTICO TERAPEUTICO [160 ML]. EL EQUIPO YA HA	No se acepta ya que se requieren el número mencionado de equipos con solución PAS para los pacientes trasplantados del Instituto.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL No. LA-12-NCG-012NCG001-I-28-2025
SUMINISTRO DE INSUMOS DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL
SERVICIO MEDICINA TRANSFUSIONAL

NUMERO	NUMERO COMPRANET	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					SIDO UTILIZADO EN SU INSTITUTO CON BUENOS RESULTADOS. ¿SE ACEPTA?	
15	710448	FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15, PARTIDA 2, PUNTO 1.1.2	SE SOLICITA POR FAVOR ACLARAR A QUÉ SE REFIERE CON QUE LOS EQUIPOS ENTRARÁN EN UN PERIODO DE EVALUACIÓN Y TODO LO QUE DICHA EVALUACIÓN INVOLUCRA.	Durante el periodo de evaluación de 90 días se calificará: Rendimiento y eficiencia: la capacidad del equipo para procesar muestras de sangre en un tiempo determinado, su velocidad de fraccionamiento y la precisión en la separación de los componentes sanguíneos. Además, se verifica su reproducibilidad en los resultados. Calidad de los resultados: Se evalúa la pureza de las fracciones obtenidas (plasma, plaquetas, glóbulos rojos) y el cumplimiento con los estándares de calidad nacionales Facilidad de uso y capacitación: Se considera la interfaz de usuario, la facilidad de manejo y la claridad en el panel de control. También se revisa la efectividad de la capacitación proporcionada al personal, así como el soporte técnico disponible durante el periodo de prueba. Mantenimiento y costos operativos: Se evalúan los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo, así como el costo de los consumibles necesarios para su operación y la durabilidad del equipo a lo largo del tiempo. Seguridad y cumplimiento normativo. Integración con otros sistemas: Se verifica que el equipo sea compatible con los sistemas de gestión de laboratorio existentes para facilitar la automatización y la gestión de datos. Condiciones ambientales: Se prueba el rendimiento del equipo bajo diferentes condiciones ambientales, como temperatura y

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL No. LA-12-NCG-012NCG001-I-28-2025
SUMINISTRO DE INSUMOS DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL
SERVICIO MEDICINA TRANSFUSIONAL

NUMERO	NUMERO COMPRANET	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
16	710449	FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15, PARTIDA 2, NUMERAL 6	NORMAS QUE DEBERÁN CUMPLIRSE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (EN SU CASO): -FDA PARA EQUIPOS. ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ORIGEN DEL EQUIPO (FDA, CE, TUV, JIS, ETC)? COFEPRIS A TRAVÉS DE LOS OFICIOS CIRCULAR NO. COFEPRIS-CAS-9-2022 Y EL OFICIO NO. COFEPRIS-CAS-2799-2022, INDICA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ADUANAS QUE SE RECONOZCA LA CONSTANCIA DE PRÓRROGA A LOS TITULARES DE LOS REGISTROS SANITARIOS, TODA VEZ QUE LA MISMA SURTIRA LOS EFECTOS DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO; POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RATIFIQUE QUE CON LA PRESENTACIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS ACOMPAÑADOS DE LAS CONSTANCIAS DE PRÓRROGA CON PERIODO DE VIGENCIA DE 5 AÑOS, MI REPRESENTADA CUMPLIRÁ CABALMENTE LOS NUMERALES INDICADOS.	humedad, que podrían afectar su funcionamiento. Es correcta su apreciación
17	710450	FRESENIUS KABI MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 3.3.5.3 Y 3.3.5.4	¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL PRESENTE PÁRRAFO "EN ESTE ACTO, NO SE DESECHARÁN PROPOSICIONES QUE PRESENTEN FALTA DE DOCUMENTOS O DOCUMENTOS INCOMPLETOS." FAVOR DE ACLARAR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA LEGAL-ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA PODRÁN SER FOLIADOS EN EL ORDEN SOLICITADO EN LA PLATAFORMA COMPRANET. ¿SE ACEPTA? SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE BASTARÁ CON IDENTIFICAR LAS PÁGINAS QUE INTEGREN LA PROPUESTA DE MI REPRESENTADA CON EL NÚMERO DE LICITACIÓN PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO AL PRESENTE PUNTO. ¿SE ACEPTA? A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO EN EL PRESENTE PUNTO, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA FOLIAR LA PROPUESTA LEGAL-ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA DE MANERA CONSECUTIVA. FAVOR DE CONFIRMAR.	Es correcta la apreciación, observando en todo momento lo establecido en la legislación señalada tanto en la convocatoria como en el oficio circular No. COFEPRIS-CAS-9-2022 y en el oficio No. COFEPRIS-CAS-2799-2022.
18	710498	TERUMO BCT MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PÁGINA 9, PÁRRAFO 6		Remitirse al Artículo 48 fracción III de Reglamento de la LAASSP
19	710499	TERUMO BCT MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 3.1, PRIMER PÁRRAFO		Se acepta
20	710500	TERUMO BCT MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 3.1, TERCER PÁRRAFO		Se acepta
21	710501	TERUMO BCT MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 3.1, CUARTO PÁRRAFO		Preferentemente foliar de acuerdo a lo que señala la convocatoria: Un folio para los requisitos Legales y Administrativos, un segundo folio para la Proposición

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL No. LA-12-NCG-012NCG001-I-28-2025
SUMINISTRO DE INSUMOS DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL
SERVICIO MEDICINA TRANSFUSIONAL

NUMERO	NUMERO COMPRANET	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
22	710502	TERUMO BCT MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PÁGINA 11, TERCER PARRAFO	ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE INCLUIR UN ESCRITO RESPECTO DE LOS DOCUMENTOS CON INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL, ¿ESTE DEBERÁ INTEGRARSE AL FINAL DE LA PROPUESTA LEGAL-ADMINISTRATIVA (NUMERAL 17 DE LA PROPUESTA LEGAL-ADMINISTRATIVO EN COMPRANET), DESPUES DEL CONVENIO DE PROPUESTAS CONJUNTAS? FAVOR DE CONFIRMAR.	Económica ANEXO 4, y un tercer folio para los requisitos de la Proposición Técnica ANEXO 5
23	710503	TERUMO BCT MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.2 REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS, ANEXO 1; PRIMER PARRAFO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE BASTARÁ CON PRESENTAR EL ANEXO EN CUESTIÓN CON LA LEYENDA "NO APLICA" EN MARCA AGUA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE PUNTO, FAVOR DE MANIFESTARSE.	Si se diera este supuesto, favor de incluirlo en el apartado de "propuestas conjuntas", ya que en Compranet no existe un campo para este requisito
24	710504	TERUMO BCT MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.2.12 ESCRITO DE INTERÉS DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, ANEXO 14	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A DICHO NUMERAL, BASTARÁ CON PRESENTAR EL ACUSE DE INTERÉS EN PARTICIPAR GENERADO POR LA PLATAFORMA COMPRANET.	Es correcta su apreciación
25	710505	TERUMO BCT MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.3.5.5 PRODUCTOS QUE ... NO SE CONSIDERAN INSUMOS PARA LA SALUD	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE, PARA LOS BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO NOS PERMITA PRESENTAR EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO (DOF), CON LA CARATULA DEL LISTADO Y LAS PÁGINAS QUE CONTENGAN LOS BIENES OFERTADOS, CADA INSUMO CON SU RESPECTIVA REFERENCIA. ¿SE ACEPTA?	Se acepta
26	710506	TERUMO BCT MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1, NUMERAL 5.3;	CON RELACIÓN A LO SOLICITADO EN LOS PUNTOS SEÑALADOS Y DERIVADO DE QUE EL INSTITUTO ACTUALMENTE CUENTA CON 2 EQUIPOS 100% AUTOMATIZADO PARA FRACCIONAMIENTO DE SANGRE TOTAL INSTALADOS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NO SERÁ NECESARIO CONTAR CON UN EQUIPO DE RESPALDO ADICIONAL. ¿SE ACEPTA?	Se acepta
27	710507	TERUMO BCT MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, NUMERAL 5; VINETA 6	CON RELACIÓN A LO SOLICITADO EN LOS PUNTOS SEÑALADOS Y DERIVADO DE QUE EL INSTITUTO ACTUALMENTE CUENTA CON 4 EQUIPOS PARA RECOLECCIÓN DE PLAQUETAS, CONCENTRADO ERITROCITARIO Y PLASMA, Y 3 EQUIPOS PARA PROCEDIMIENTOS DE RECAMBIO PLASMÁTICO, RECAMBIO HEMÁTICO Y ERITROAFÉRESIS REDUCTIVA YA INSTALADOS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NO SERÁ NECESARIO CONTAR CON UN EQUIPO DE RESPALDO ADICIONAL. ¿SE ACEPTA?	Se acepta

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL No. LA-12-NCG-012NCG001-I-28-2025
SUMINISTRO DE INSUMOS DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL
SERVICIO MEDICINA TRANSFUSIONAL

NUMERO	NUMERO COMPRANET	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
28	710508	TERUMO BCT MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15. ANEXO TÉCNICO, NÚMERAL 1.0; ANEXO TÉCNICO, NÚMERAL 1.1	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LOS 2 EQUIPOS PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE TOTAL Y SU PROCESAMIENTO MEDIANTE CENTRIFUGACIÓN, FRACCIONAMIENTO Y SELLADO DEBERÁ SER 100% AUTOMATIZADO, Y QUE MEDIANTE 1 SOLA CENTRIFUGACIÓN SE PUEDA OBTENER PAQUETE GLOBULAR, PLASMA Y CONCENTRADO PLAQUETARIO UNITARIO PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. FAVOR DE CONFIRMAR.	Es correcta su apreciación
29	710509	TERUMO BCT MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, NÚMERAL 1.0 Y NÚMERAL 1.1.1	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR QUE EL TOTAL DE EQUIPOS REQUERIDOS SON 7 (4 EQUIPOS COMPLETAMENTE AUTOMATIZADOS PARA AFERESIS DE PLAQUETAS, CONCENTRADO ERITROCITARIO LEUCOREDUcido Y PLASMA, Y 3 EQUIPOS COMPLETAMENTE AUTOMATIZADOS DE AFERESIS PARA PROCEDIMIENTOS DE RECAMBIO PLASMÁTICO, RECAMBIO HEMÁTICO Y ERITROCITAFERESIS REDUCTIVA). FAVOR DE MANIFESTARSE	Es correcta su apreciación
30	710510	TERUMO BCT MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, NÚMERAL 1.2.2	DADO QUE LA CANTIDAD DE EQUIPOS SOLICITADOS SON 7, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, LAS UNIDADES DE SOPORTE DE ENERGÍA SOLICITADAS DEBERÁN SER IGUAL A LA CANTIDAD DE EQUIPOS A INSTALAR (7 EQUIPOS). FAVOR DE CONFIRMAR.	Es correcta su apreciación
31	710511	TERUMO BCT MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, NÚMERAL 2.3.	OBSERVAMOS QUE COMO PARTE DE LOS REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ADEMÁS DEL ANTICOAGULANTE Y LA SOLUCIÓN ADITIVA DE 500ML PARA PLAQUETAS, SE SOLICITA SOLUCIÓN SALINA DE 1000 ML. AL NO SER FABRICANTES DE SOLUCIÓN SALINA, NO CONTAMOS CON ESTE INSUMO DISPONIBLE PARA ENTREGA, POR LO QUE AL ADQUIRIRLO A TRAVÉS DE UN TERCERO LOS PRECIOS OFERTADOS PODRÍAN INCREMENTARSE. POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OMITIR LA ENTREGA DE SOLUCIÓN SALINA. ¿SE ACEPTA?	Se acepta
32	710512	TERUMO BCT MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, 2.0 REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO; SUBNÚMERAL 3.10	CONSIDERANDO LOS TIEMPOS DE TRASLADO EN LA CIUDAD, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE NOS PERMITA AMPLIAR EL TIEMPO DE RESPUESTA A 24 HORAS. FAVOR DE CONFIRMAR.	No se contesta, por que no existe el numeral citado.
33	710513	TERUMO BCT MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2, NÚMERAL 3.0 INTERFACES; SUBNÚMERAL 3.1	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI LOS EQUIPOS SOLICITADOS, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MENCIONADOS DEBERÁN TENER COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CON LA INTERFAZ DEL BANCO DE SANGRE PARA GARANTIZAR LA TRAZABILIDAD DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE DONACIÓN. FAVOR DE MANIFESTARSE.	Se confirma esta apreciación

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL No. LA-12-NCG-012NCG001-I-28-2025
SUMINISTRO DE INSUMOS DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL
SERVICIO MEDICINA TRANSFUSIONAL

NUMERO	NUMERO COMPRANET	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
34	710514	TERUMO BCT MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2. NUMERAL 1.0 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE, PARA EXTRAER DE FORMA EFICAZ LOS COMPONENTES DESEADOS, LOS EQUIPOS DE RECAMBIO PLASMÁTICO, RECAMBIO HEMÁTICO Y ERITROAFÉRESIS DEBERÁN CONTAR CON UN SISTEMA DE DETECCIÓN ÓPTICA QUE CONTROLE, SUPERVISE E INTERPRETE DE MANERA CONTINUA LA INTERFASE, FAVOR DE MANIFESTARSE. 1) PAGINA 65, PUNTO 5.3 DE LAS BASES DE LICITACIÓN SOLICITAN QUE SE DEMUESTRE QUE SE CUENTA CON UN EQUIPO DE RESPALDO O/APOYO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS A LOS REQUERIDOS, SIN EMBARGO, CREEMOS QUE AL ESTAR INSTALADOS DOS EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO EN EL SERVICIO ES SUFICIENTE PARA LA CARGA DE TRABAJO ACTUAL, MOTIVO POR EL CUAL SOLICITAMOS AMABLEMENTE ELIMINEN LA SOLICITUD DE CONTAR CON UN TERCER EQUIPO DE SOPORTE QUE IMPACTARÍA DE MANERA SIGNIFICATIVA EN LA PROPUESTA ECONÓMICA QUE PRESENTEN LOS LICITANTES INSCRITOS. 2) PAGINA 73, PUNTO 5 "DOCUMENTACIÓN AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA" VIÑETA SEXTA SOLICITAN QUE SE DEMUESTRE QUE SE CUENTA CON UN EQUIPO DE RESPALDO O/APOYO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS A LOS REQUERIDOS, SABEMOS QUE EL SERVICIO CUENTA CON VARIAS MÁQUINAS PROCESADORAS EN EL ÁREA PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO ACTUAL, DEBIDO A ELLO SOLICITAMOS AMABLEMENTE ELIMINEN ESTA SOLICITUD.	Se confirma esta apreciación
35	710632	DISTRIBUIDORA QUÍMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15. ANEXO TÉCNICO Y DATOS DE LAS PARTIDAS, PARTIDA 1		Se acepta
36	710636	DISTRIBUIDORA QUÍMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15. ANEXO TÉCNICO Y DATOS DE LAS PARTIDAS, PARTIDA 2		Se acepta
37	710660	PHARMACUR SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	5.1. PLAZO DE ENTREGA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL TIEMPO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS OFERTADOS	En caso de cambio de Proveedor, el nuevo proveedor debe garantizar la continuidad del fraccionamiento automatizado, con las características de calidad marcadas por la NOM-253-SSA1-2012 desde el primer día de inicio de contrato, hasta la nueva instalación de el o los equipos, sin detener el funcionamiento o realización del servicio de fraccionamiento y obtención de hemocomponentes
38	710661	PHARMACUR SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15. ANEXO TÉCNICO Y DATOS DE LAS PARTIDAS, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE CENTRIFUGACIÓN (UNA CENTRIFUGA DE 12 UNIDADES), FRACCIONAMIENTO (DOS FRACCIONADORES AUTOMATIZADOS) Y SELLADO (UN SELLADOR ELÉCTRICO) POR SEPARADO DE FORMA AUTOMATIZADA CON UN	No se acepta ya que describe un sistema no automatizado, con características diferentes a las mencionadas el anexo

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL No. LA-12-NCG-012NCG001-I-28-2025
SUMINISTRO DE INSUMOS DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL
SERVICIO MEDICINA TRANSFUSIONAL

NUMERO	NUMERO COMPRANET	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					SISTEMA DE BOLSAS CUADRUPLE TOP AND BOTTOM Y ADICIONAL UN FILTRO PARA CONCENTRADO ERITROCITARIO. ¿SE ACEPTA?	técnico en el punto 1.0 Especificaciones del equipo.
39	710662	PHARMACUR SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15. ANEXO TÉCNICO Y DATOS DE LAS PARTIDAS. PARTIDA 1. SUBPARTIDA 1.	EN CASO DE NO SER ACEPTADA NUESTRA PROPUESTA ANTERIOR, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE CENTRIFUGACIÓN (UNA CENTRIFUGA DE 12 UNIDADES), FRACCIONAMIENTO (DOS FRACCIONADORES AUTOMATIZADOS) Y SELLADO (UN SELLADOR DIELECTRICO) POR SEPARADO DE FORMA AUTOMATIZADA CON UN SISTEMA DE BOLSAS CUADRUPLE TOP AND BOTTOM Y ADICIONAL UN FILTRO PARA CONCENTRADO ERITROCITARIO. ¿SE ACEPTA?	No se acepta
40	710663	PHARMACUR SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15. ANEXO TÉCNICO Y DATOS DE LAS PARTIDAS. PARTIDA 1. SUBPARTIDA 2.	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE BOLSAS CUADRUPLE TOP AND BOTTOM PARA LA RECOLECCIÓN Y FRACCIONAMIENTO DE SANGRE TOTAL CON UNA BOLSA PRIMARIA CON CAPACIDAD DE HASTA 600 ML UNIDA A UNA BOLSA CON SOLUCIÓN SAGM PARA EL CONCENTRADO ERITROCITARIO Y DOS BOLSAS UNIDAS POR UNA TUBERÍA CON UNA BIFURCACIÓN PARA LA SEPARACIÓN A LAS BOLSAS DE PLASMA Y PLAQUETAS. ADEMÁS DE UNA BOLSA PARA TOMA DE MUESTRA CON SISTEMA PARA TUBO AL VACÍO Y UNA AGUJA RETRÁCTIL. ¿SE ACEPTA?	Se acepta siempre y cuando sea un sistema 100% automatizado que realice balance, centrifugación, fraccionamiento y sellado de la sangre total en una sola plataforma, de manera automática, con temperatura controlada, sin intervención del químico o técnico como se señala en el anexo técnico en el punto 1.0, especificaciones del equipo.
41	710664	PHARMACUR SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15. ANEXO TÉCNICO Y DATOS DE LAS PARTIDAS. PARTIDA 1. SUBPARTIDA 2.	EN CASO DE NO SER ACEPTADA NUESTRA PROPUESTA ANTERIOR, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE BOLSAS CUADRUPLE TOP AND BOTTOM PARA LA RECOLECCIÓN Y FRACCIONAMIENTO DE SANGRE TOTAL CON UNA BOLSA PRIMARIA CON CAPACIDAD DE HASTA 600 ML UNIDA A UNA BOLSA CON SOLUCIÓN SAGM PARA EL CONCENTRADO ERITROCITARIO Y DOS BOLSAS UNIDAS POR UNA TUBERÍA CON UNA BIFURCACIÓN PARA LA SEPARACIÓN A LAS BOLSAS DE PLASMA Y PLAQUETAS. ADEMÁS DE UNA BOLSA PARA TOMA DE MUESTRA CON SISTEMA PARA TUBO AL VACÍO Y UNA AGUJA RETRÁCTIL. ¿SE ACEPTA?	Se acepta siempre y cuando sea un sistema 100% automatizado que realice balance, centrifugación, fraccionamiento y sellado de la sangre total en una sola plataforma, de manera automática, con temperatura controlada, sin intervención del químico o técnico como se señala en el anexo técnico en el punto 1.0 Especificaciones del equipo.
42	710665	PHARMACUR SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15. ANEXO TÉCNICO Y DATOS DE LAS PARTIDAS. PARTIDA 1. SUBPARTIDA 3.	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN FILTRO PREALMACENAMIENTO DE PLAQUETAS ADECUADO PARA FILTRAR DE 5 A 6 UNIDADES ELIMINANDO EL 99.99% DE LEUCOCITOS PRESENTES EN PLAQUETAS CON UNA RECUPERACIÓN ÓPTIMA DE VOLUMEN Y UNA CARCASA RÍGIDA Y TRANSPARENTE QUE PERMITE LA INSPECCIÓN VISUAL DURANTE EL PROCESO. ¿SE ACEPTA?	Se acepta siempre y cuando cumpla con todas las características técnicas del anexo técnico.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL No. LA-12-NCG-012NCG001-I-28-2025
SUMINISTRO DE INSUMOS DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL
SERVICIO MEDICINA TRANSFUSIONAL

NUMERO	NUMERO COMPRANET	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
43	710666	PHARMACUR SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15. ANEXO TÉCNICO Y DATOS DE LAS PARTIDAS. PARTIDA 1. SUBPARTIDA 3.	EN CASO DE NO SER ACEPTADA NUESTRA PROPUESTA ANTERIOR, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UN FILTRO PREALMACENAMIENTO DE PLAQUETAS ADECUADO PARA FILTRAR DE 5 A 6 UNIDADES ELIMINANDO EL 99.99% DE LEUCOCITOS PRESENTES EN PLAQUETAS CON UNA RECUPERACIÓN ÓPTIMA DE VOLUMEN Y UNA CARCASA RÍGIDA Y TRANSPARENTE QUE PERMITE LA INSPECCIÓN VISUAL DURANTE EL PROCESO. ¿SE ACEPTA?	No se acepta ya que por la capacidad instalada del servicio se requiere el filtrado y aferesis en un solo paso, así como aumento de riesgo de contaminación de hemocomponentes
44	710667	PHARMACUR SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15. ANEXO TÉCNICO Y DATOS DE LAS PARTIDAS. PARTIDA 1. SUBPARTIDA 5.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN FILTRO DE LEUCORREDUCCIÓN PREALMACENAMIENTO QUE DEJA UN NIVEL RESIDUAL MENOR A 2X10 ⁵ EN UNA UNIDAD DE CONCENTRADO DE ERITROCITOS PARA USO EN BANCO DE SANGRE, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO CON UNA CARCASA RÍGIDA Y TRANSPARENTE QUE PERMITE LA INSPECCIÓN VISUAL DURANTE EL PROCESO. ¿SE ACEPTA?	Se acepta
45	710668	PHARMACUR SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15. ANEXO TÉCNICO Y DATOS DE LAS PARTIDAS. PARTIDA 1. SUBPARTIDA 5.	EN CASO DE NO SER ACEPTADA NUESTRA PROPUESTA ANTERIOR, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UN FILTRO DE LEUCORREDUCCIÓN PREALMACENAMIENTO QUE DEJA UN NIVEL RESIDUAL MENOR A 2X10 ⁵ EN UNA UNIDAD DE CONCENTRADO DE ERITROCITOS PARA USO EN BANCO DE SANGRE, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO CON UNA CARCASA RÍGIDA Y TRANSPARENTE QUE PERMITE LA INSPECCIÓN VISUAL DURANTE EL PROCESO. ¿SE ACEPTA?	no aplica
46	710669	PHARMACUR SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15. ANEXO TÉCNICO Y DATOS DE LAS PARTIDAS. PARTIDA 2. SUBPARTIDA 1.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DESECHABLE DE AFÉRESIS CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES DE LEUCORREDUCCIÓN POR MEDIO DE AUTOLEVIGACIÓN DENTRO DE LA CÁMARA DE SEPARACIÓN, CON CASSETTE Y BOLSA PARA ALMACENAMIENTO DE PLAQUETAS, EL EQUIPO CON EL QUE SE LLEVA A CABO ESTE PROCEDIMIENTO REALIZA TRAVASE SEMIAUTOMÁTICO, CON SISTEMA DE MUESTREO, ACD COMO ANTICOAGULANTE, PROTECTOR DE AGUA Y UN SOPORTE QUE FUNCIONA COMO PESA PARA LLEVAR UN MEJOR CONTROL DE LOS VOLUMENES DE PLASMA, CONCENTRADO ERITROCITARIO Y ANTICOAGULANTE PARA LA OBTENCIÓN DE PRODUCTOS DE MEJOR CALIDAD. ¿SE ACEPTA?	No se acepta ya que el travase implica un reproceso con aumento en el riesgo de contaminación del hemocomponente al abrir el sistema y requiere manipulación, aunado al aumento en tiempo de procesamiento, ya que no es un proceso 100% automatizado, como se solicita.
47	710670	PHARMACUR SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15. ANEXO TÉCNICO Y DATOS DE LAS PARTIDAS. PARTIDA 2. SUBPARTIDA 1.	EN CASO DE NO SER ACEPTADA NUESTRA PROPUESTA ANTERIOR, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DESECHABLE DE AFÉRESIS CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES DE LEUCORREDUCCIÓN POR MEDIO DE AUTOLEVIGACIÓN DENTRO DE LA CÁMARA DE SEPARACIÓN, CON CASSETTE Y BOLSA PARA ALMACENAMIENTO DE PLAQUETAS, EL EQUIPO CON EL QUE SE LLEVA A CABO ESTE PROCEDIMIENTO REALIZA TRAVASE SEMIAUTOMÁTICO, CON SISTEMA DE MUESTREO, ACD COMO ANTICOAGULANTE, PROTECTOR DE AGUA Y UN	No se acepta ya que el travase implica un reproceso con aumento en el riesgo de contaminación del hemocomponente al abrir el sistema y requiere manipulación, aunado al aumento en tiempo de procesamiento, ya que no es un proceso 100% automatizado, como se solicita.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL No. LA-12-NCG-012NCG001-I-28-2025
SUMINISTRO DE INSUMOS DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL
SERVICIO MEDICINA TRANSFUSIONAL

NUMERO	NUMERO COMPRANET	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
48	710671	PHARMACUR SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15. ANEXO TÉCNICO Y DATOS DE LAS PARTIDAS. PARTIDA 2. SUBPARTIDA 2.	SOPORTE QUE FUNCIONA COMO PESA PARA LLEVAR UN MEJOR CONTROL DE LOS VOLUMENES DE PLASMA, CONCENTRADO ERITROCITARIO Y ANTICOAGULANTE PARA LA OBTENCIÓN DE PRODUCTOS DE MEJOR CALIDAD. ¿SE ACEPTA? SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DESECHABLE DE AFÉRESIS CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES DE LEUCORREDUCCIÓN POR MEDIO DE AUTOLEVIGACIÓN DENTRO DE LA CÁMARA DE SEPARACIÓN, CON CASETE Y BOLSA PARA ALMACENAMIENTO DE PLAQUETAS EN SOLUCIÓN ADITIVA. CONTIENE PESAS, UNA PARA PLASMA Y OTRA PARA ANTICOAGULANTE Y ERITROCITOS EN UN MISMO SOPORTE LO QUE AYUDA A UN MAYOR CONTROL DE VOLUMENES. TRASVASE SEMIAUTOMÁTICO, CON SISTEMA DE MUESTREO, CON ACD COMO ANTICOAGULANTE Y PROTECTOR DE AGUJA. ¿SE ACEPTA? EN CASO DE NO SER ACEPTADA NUESTRA PROPUESTA ANTERIOR, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DESECHABLE DE AFÉRESIS CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES DE LEUCORREDUCCIÓN POR MEDIO DE AUTOLEVIGACIÓN DENTRO DE LA CÁMARA DE SEPARACIÓN, CON CASETE Y BOLSA PARA ALMACENAMIENTO DE PLAQUETAS EN SOLUCIÓN ADITIVA. CONTIENE PESAS, UNA PARA PLASMA Y OTRA PARA ANTICOAGULANTE Y ERITROCITOS EN UN MISMO SOPORTE LO QUE AYUDA A UN MAYOR CONTROL DE VOLUMENES. TRASVASE SEMIAUTOMÁTICO, CON SISTEMA DE MUESTREO, CON ACD COMO ANTICOAGULANTE Y PROTECTOR DE AGUJA. ¿SE ACEPTA?	No se acepta ya que el trasvase implica un reproceso con aumento en el riesgo de contaminación del hemocomponente al abrir el sistema y requiere manipulación, aunado al aumento en tiempo de procesamiento, ya que no es un proceso 100% automatizado, como se solicita.
49	710672	PHARMACUR SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15. ANEXO TÉCNICO Y DATOS DE LAS PARTIDAS. PARTIDA 2. SUBPARTIDA 2.	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DESECHABLE DE AFÉRESIS CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES DE LEUCORREDUCCIÓN POR MEDIO DE AUTOLEVIGACIÓN DENTRO DE LA CÁMARA DE SEPARACIÓN, CON CASETE Y BOLSA PARA ALMACENAMIENTO DE PLAQUETAS EN SOLUCIÓN ADITIVA. CONTIENE PESAS, UNA PARA PLASMA Y OTRA PARA ANTICOAGULANTE Y ERITROCITOS EN UN MISMO SOPORTE LO QUE AYUDA A UN MAYOR CONTROL DE VOLUMENES. TRASVASE SEMIAUTOMÁTICO, CON SISTEMA DE MUESTREO, CON ACD COMO ANTICOAGULANTE Y PROTECTOR DE AGUJA. ¿SE ACEPTA?	No se acepta ya que el trasvase implica un reproceso con aumento en el riesgo de contaminación del hemocomponente al abrir el sistema y requiere manipulación, aunado al aumento en tiempo de procesamiento, ya que no es un proceso 100% automatizado, como se solicita.
50	710673	PHARMACUR SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15. ANEXO TÉCNICO Y DATOS DE LAS PARTIDAS. PARTIDA 2. SUBPARTIDA 3.	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DOS EQUIPOS DESECHABLES; UNO PARA RECAMBIO PLASMÁTICO CON VOLUMEN EXTRACORPÓREO DE 163 ML, CON 3 BOLSAS PARA DESECHO DE PLASMA (UNA DE UN LITRO Y DOS DE DOS LITROS PARA UN TOTAL DE 5 LITROS) Y POSIBILIDAD DE CONECTAR BOLSAS ADICIONALES; ADEMÁS TIENE UN CONJUNTO DE BALANZAS PARA CONTROL DE ACD, SOLUCIÓN SALINA Y BOLSAS DE DESECHO Y REEMPLAZO. OTRO PARA ERITROAFÉRESIS QUE SE REALIZA EN UN EQUIPO COMPACTO CON FILTRO LEUCORREDUCTOR Y UN VOLUMEN EXTRACORPÓREO REDUCIDO DE 130 ML, FILTRADO AUTOMÁTICO CON BALANZAS PARA CONTROL DE PLASMA, CONCENTRADO ERITROCITARIO, SANGRE TOTAL, SOLUCIÓN SALINA Y ANTICOAGULANTE; CUMPLIENDO CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA? EN CASO DE NO SER ACEPTADA NUESTRA PROPUESTA ANTERIOR, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR DOS EQUIPOS	Se acepta
51	710674	PHARMACUR SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15. ANEXO TÉCNICO Y DATOS DE LAS PARTIDAS. PARTIDA 2. SUBPARTIDA 3.	LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR DOS EQUIPOS	No aplica

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL No. LA-12-NCG-012NCG001-I-28-2025
SUMINISTRO DE INSUMOS DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL
SERVICIO MEDICINA TRANSFUSIONAL

NUMERO	NUMERO COMPRANET	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
52	710675	PHARMACUR SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15. ANEXO TÉCNICO Y DATOS DE LAS PARTIDAS. PARTIDA 1 Y PARTIDA 2	DESECHABLES: UNO PARA RECAMBIO PLASMÁTICO CON VOLUMEN EXTRACORPÓREO DE 163 ML. CON 3 BOLSAS PARA DESECHO DE PLASMA (UNA DE UN LITRO Y DOS DE DOS LITROS PARA UN TOTAL DE 5 LITROS) Y POSIBILIDAD DE CONECTAR BOLSAS ADICIONALES, ADEMÁS TIENE UN CONJUNTO DE BALANZAS PARA CONTROL DE ACD, SOLUCIÓN SALINA Y BOLSAS DE DESECHO Y REEMPLAZO. OTRO PARA ERITROAFÉRESIS QUE SE REALIZA EN UN EQUIPO COMPACTO CON FILTRO LEUCORREDUCTOR Y UN VOLUMEN EXTRACORPÓREO REDUCIDO DE 130 ML. FILTRADO AUTOMÁTICO CON BALANZAS PARA CONTROL DE PLASMA, CONCENTRADO ERITROCITARIO, SANGRE TOTAL, SOLUCIÓN SALINA Y ANTICOAGULANTE; CUMPLIENDO CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA? SE SOLICITA AMBAMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA TENER LA MISMA OPCIÓN DE OFERTAR EQUIPOS NO NUEVOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y 100% AUTOMATIZADOS, PARA LAS PARTIDAS 1 Y 2, ¿SE ACEPTA?	No se acepta, ajustarse a lo solicitado en el anexo técnico.
53	710761	DISTRIBUIDORA BIOGAMA SA DE CV	TÉCNICO	1.0 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO	PREGUNTA 1.- PARTIDA 1 PUNTO 1.0 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO PAGINA 60 1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO 1/1 EN EL PRIMER PARRAFO DEL PUNTO MENCIONADO, SOLICITAN EQUIPOS "NUEVOS", CONSIDERAMOS QUE ES UNA LIMITANTE PARA LOS NUEVOS PROVEEDORES QUE PARTICIPAN Y UNA VENTAJA PARA EL PROVEEDOR ACTUAL DEL SERVICIO, YA QUE NO HABRÁ INVERSIÓN AL ACEPTAR LOS EQUIPOS EN USO ACTUAL. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE PARA PERMITIR UNA LIBRE PARTICIPACIÓN EN IGUALES CONDICIONES. ACEPTE OFERTAR EQUIPOS SEMINUEVOS TOTALMENTE FUNCIONALES, QUE CUENTAN CON LA MÁS ALTA CALIDAD, APEGADOS A LAS NORMAS MEXICANAS Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DEL BANCO DE MANERA SATISFACTORIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? R= PREGUNTA 2.- PARTIDA 2 PUNTO 1.0 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO PAGINA 69 1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO LOS EQUIPOS DE AFÉRESIS PARA LA OBTENCIÓN DE PLAQUETAS, CELULAS MONONUCLEARES Y DE RECAMBIO PLASMÁTICO.	Pregunta 1 no se acepta, ajustarse a lo solicitado en el anexo técnico. Pregunta 2 no se acepta ajustarse a lo solicitado en el anexo técnico.



INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL No. LA-12-NCG-012NCG001-I-28-2025
SUMINISTRO DE INSUMOS DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL
SERVICIO MEDICINA TRANSFUSIONAL

NUMERO	NUMERO COMPRANET	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					1/1 EN EL PRIMER PARRAFO DEL PUNTO MENCIONADO, SOLICITAN EQUIPOS "NUEVOS". CONSIDERAMOS QUE ES UNA LIMITANTE PARA LOS NUEVOS PROVEEDORES QUE PARTICIPAN Y UNA VENTAJA PARA EL PROVEEDOR ACTUAL DEL SERVICIO, YA QUE NO HABRÁ INVERSIÓN AL ACEPTAR LOS EQUIPOS EN USO ACTUAL. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE PARA PERMITIR UNA LIBRE PARTICIPACIÓN EN IGUALES CONDICIONES. ACEPTO OFERTAR EQUIPOS SEMINUEVOS, TOTALMENTE FUNCIONALES, QUE CUENTAN CON LA MÁS ALTA CALIDAD, APEGADOS A LAS NORMAS MEXICANAS Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DEL BANCO DE MANERA SATISFACTORIA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? R=	



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL No. LA-12-NCG-012NCG001-I-28-2025
SUMINISTRO DE INSUMOS DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL
SERVICIO MEDICINA TRANSFUSIONAL

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 26 Bis fracción II de la Ley y 47 séptimo párrafo de su Reglamento, a partir de esta fecha se notifica a los licitantes participantes que el acta de este evento está disponible en la dirección electrónica: **<https://compranet.hacienda.gob.mx>**.

Se informa a los licitantes que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día **21 de febrero de 2025**, en el **Sistema Compranet**, a las **09:00 Hrs.** siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún observador social o servidor público ajeno al acto, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley.

Asimismo, se informa a los licitantes que cuentan con un plazo máximo de **SEIS HORAS** a partir del día y hora en que la presente acta de junta de aclaraciones sea publicada en el **sistema Compranet, para que envíen a través de dicho sistema** las preguntas que consideren necesarias **única y exclusivamente en relación con las respuestas remitidas por el Instituto.**

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta junta, siendo las **11:15** horas, del día de su inicio, informándose a los asistentes y licitantes que en caso de darse el supuesto señalado en el párrafo anterior, el plazo máximo en el que se enviarán las contestaciones correspondientes será el día **17 de febrero de 2025**, en el **Sistema Compranet**.

Esta Acta consta de **17 hojas**, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

NOMBRE	AREA	FIRMA
LCDO. DELFINO JAVIER FLORES FLORES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	
C. JUAN CARLOS TÉLLEZ GIRÓN GONZÁLEZ	COORDINADOR DE LICITACIONES	
LCDO. GERARDO OCTAVIO QUINTERO CALLEJA	DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA	
C. ADRIÁN ENRÍQUEZ OLVERA	OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL INSTITUTO	
DR. JUAN RANGEL PATIÑO	SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL	