

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-74-2025  
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS-  
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

En la Ciudad de México, siendo las **08:00 horas**, del **17 de junio de 2025**, en la **oficina del Departamento de Adquisiciones**, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, ubicada en: Calle Vasco de Quiroga Número 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Código Postal 14080, Alcaldía Tlalpan; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley) 45 y 46 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante Reglamento), así como del numeral **2.2** de la Convocatoria a la Licitación.

Este acto fue presidido por el **Lcdo. Delfino Javier Flores Flores, Jefe del Departamento de Adquisiciones**, servidor público designado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 44 de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan enviado a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones.

El Presidente del acto, fue asistido vía remota por el(los) representante(s) de las Áreas Usuaras del **Instituto**, el(los) cual(es) solventarán las preguntas de carácter técnico, el representante del Departamento de Adquisiciones y el Departamento de Asesoría Jurídica, el(los) cual(es) solventarán las preguntas de carácter administrativo y legal, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 44 párrafo cuarto de la ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, a través del Sistema Compras MX, de las siguientes personas:


NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NO. DE PREGUNTAS
1	SOCIEDAD CORPORATIVA PARA LA SALUD SA DE CV	Compras MX	1
2	COMERCIALIZADORA UCIN S A P I DE CV	Compras MX	12
3	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	Compras MX	18
4	ENDOMEDICA SA DE CV	Compras MX	16
5	BECTON DICKINSON DE MEXICO SA DE CV	Compras MX	1
6	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	Compras MX	2
7	BAXTER SA DE CV	Compras MX	9
8	PROVEEDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS-PRONAMED SA	Compras MX	3
9	CORPORATIVO NEOMEDICA SA DE CV	Compras MX	10
10	ARKANUM SA DE CV	Compras MX	3
11	ARTIMEDICA SA DE CV	Compras MX	1
12	JUAMA SA DE CV	Compras MX	1
13	DISTRIBUIDORA BIOGAMA SA DE CV	Compras MX	4
14	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	Compras MX	8

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-74-2025  
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS-  
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**


a) También se hace constar que los siguientes licitantes presentan Escrito de interés en participar, sin presentar preguntas:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
1	ABASTECEDOR TERAPEUTICO, SA DE CV
2	ASSILA MEDICAL, SA DE CV
3	CANTERA BIOMEDICA SA DE CV
4	COMERCIO OPORTUNO INTEGRAL SA DE CV
5	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED, SA DE CV
6	DISTRIBUIDORA Y EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV
7	GRUPO MORAVI, SA DE CV
8	INSUMOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV
9	INTERSURGICAL, SA DE CV
10	NON FORSIT BIOMEDICAL SA DE CV
11	OMNINUS, SA DE CV
12	POLIMEROS 2000 SA DE CV
13	PROVECTUS MEDICAL SA DE CV
14	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, SA DE CV
15	VITANED MEDICAL, SAPI DE CV

**SE ADJUNTA COPIA DE LA PANTALLA DE COMPRAS MX:**



Página 2 de 24



## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-74-2025 MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Compras M&T

Empresas que han manifestado interés en participar

Num.	Empresa	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expiración de interés	Manifiesto	Acceso a la Sección de Aclaraciones	Acceso a la Propuesta
11	CANTERA QUIMICA SA DE CV	10/06/2025 09:09	10/06/2025 14:14			
12	CARRIVER SA DE CV	10/06/2025 00:09				
13	COMERCIALIZADORA ASPIRO SA DE CV	10/06/2025 11:33				
14	COMERCIALIZADORA LON SA P DE CV	10/06/2025 17:26	10/06/2025 17:27			
15	COMERCIALIZADORA VCS DAVILA SA DE CV	14/06/2025 21:28				
16	COMERCIO GENERAL INTEGRAL SA DE CV	10/06/2025 15:10	10/06/2025 15:11			
17	CORPORATIVO MEDICINA SA DE CV	10/06/2025 18:24	10/06/2025 17:20			
18	DESARROLLO QUIMICO HELIX SA DE CV	10/06/2025 17:10				
19	EX-MEDICAL DEL SUR SA DE CV	10/06/2025 09:38				
20	EXAMIA SOLUTIONS SA DE CV	10/06/2025 04:16				

[Regresar](#)   [Solicitudes de aclaración](#)

Compras M&T

Empresas que han manifestado interés en participar

Num.	Empresa	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expiración de interés	Manifiesto	Acceso a la Sección de Aclaraciones	Acceso a la Propuesta
21	DISQUIMICA SA DE CV	10/06/2025 09:09				
22	DISTRIBUIDORA MEDICO TECNICO SA DE CV	10/06/2025 9:19	10/06/2025 10:29			
23	DISTRIBUIDORA DIOGAMA SA DE CV	10/06/2025 16:54	10/06/2025 17:16			
24	DISTRIBUIDORA QUIMICA + HOSPITALARIA ARANEA SA DE CV	10/06/2025 10:27				
25	DISTRIBUIDORA Y EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS SA DE CV	10/06/2025 09:49	10/06/2025 09:50			
26	DURFA SA DE CV	10/06/2025 11:07				
27	ENDIMEDICA SA DE CV	10/06/2025 17:33	10/06/2025 18:00			
28	EQUIPOS MEDICOS GARCILABA SA DE CV	10/06/2025 8:31				
29	FARMACEUTICOS HANFO SA DE CV	10/06/2025 09:35				
30	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	10/06/2025 12:08	10/06/2025 12:08			

[Regresar](#)   [Solicitudes de aclaración](#)

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-74-2025 MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Compras Mx

Empresas que han manifestado interés en participar

Núm.	Ubicame	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expiración de interés	Manifesta	Acceso(s) de Solicitudes de Admoniciones	Acceso(s) de Requerimientos
31	GRUPO HORMASA DE CV	10/06/2025 09:35	10/06/2025 09:37			
32	INSURGENTE HOSPITALARIO ESPECIALIZADOS SA DE CV	10/06/2025 14:11	10/06/2025 14:12			
33	INTERHOSPITALIA SA DE CV	10/06/2025 07:16	10/06/2025 09:15			
34	JUMASA SA DE CV	10/06/2025 10:23	10/06/2025 12:33			
35	MANITO DE MEXICO SA DE CV	10/06/2025 16:16	10/06/2025 16:16			
36	MARSA INTL BUENA FORTALEZA	10/06/2025 07:24	10/06/2025 07:24			
37	MEDICAL PROTECTO SA DE CV	10/06/2025 11:47	10/06/2025 11:47			
38	MEDICAMENTOS Y EQUIPOS SA DE CV	10/06/2025 11:31	10/06/2025 11:31			
39	NEATMED SA DE CV	10/06/2025 09:55	10/06/2025 09:55			
40	NO TEGUOS CABA SA DE CV	10/06/2025 10:55	10/06/2025 10:55			


Regresar Solicitudes de aclaración

Compras Mx

Empresas que han manifestado interés en participar


Núm.	Ubicame	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expiración de interés	Manifesta	Acceso(s) de Solicitudes de Admoniciones	Acceso(s) de Requerimientos
41	NON FOREST BIOMEDICAL SA DE CV	10/06/2025 13:27	10/06/2025 13:29			
42	OMNIBUS SA DE CV	10/06/2025 11:20	10/06/2025 14:43			
43	POLIMEROS 2000 SA DE CV	10/06/2025 13:35	10/06/2025 14:35			
44	PROCEMAMUPON COMERCIAL ARMOADA SA DE CV	10/06/2025 19:21	10/06/2025 19:21			
45	PROTECTUS MEDICAL SA DE CV	10/06/2025 15:44	10/06/2025 16:44			
46	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CALVALUN SA DE CV	10/06/2025 10:02	10/06/2025 11:03			
47	PROVEEDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS PROMIAMED SA	10/06/2025 11:10	10/06/2025 12:10			
48	QUÍMICA INDUSTRIAL VIDESALUD SA DE CV	10/06/2025 11:30	10/06/2025 11:30			
49	REPRESINT SA DE CV	10/06/2025 11:30	10/06/2025 11:30			
50	SOCIEDAD CORPORATIVA PARA LA SALUD SA DE CV	10/06/2025 15:07	10/06/2025 16:43			

Regresar Solicitudes de aclaración





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-74-2025  
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS-  
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**



**LA CONVOCANTE REALIZÓ LAS SIGUIENTES PRECISIONES A LA CONVOCATORIA:**

1.-EL NÚMERO DE INSCRIPCIÓN (LICITANTE) SERÁ EL QUE SE SEÑALA EN EL SIGUIENTE LISTADO, TOMANDO EN CUENTA A LOS LICITANTES QUE **YA GENERARON PREVIAMENTE** A ESTE ACTO VÍA COMPRAS MX EL MANIFIESTO DE INTERÉS.

LOS LICITANTES QUE PREVIO A ESTE ACTO, **NO HAYAN SOLICITADO SU NÚMERO DE INSCRIPCIÓN (LICITANTE)** DEBEN LLAMAR POR TELÉFONO AL COORDINADOR DE ADQUISICIONES AL C. ARTURO HERNANDEZ AYALA, DE LUNES A VIERNES EN EL NÚMERO 55-54-87-09-00 EXTENSIÓN 3751 Ó 3749 DE 09:00 A 15:00 HORAS, CON LA ANTICIPACIÓN SUFICIENTE AL ACTO DE ENTREGA DE MUESTRAS (SI LE APLICA) O AL ACTO PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES PARA INCLUIR DICHO NÚMERO EN SU DOCUMENTACIÓN PARA ESCANEAR.

**FAVOR DE CITAR ESTE NÚMERO DE INSCRIPCIÓN (LICITANTE) EN SUS PROPUESTAS:**

NO. DE INSCRIPCIÓN (LICITANTE)	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
1	ABASTECEDOR TERAPEUTICO, SA DE CV
2	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV
3	ARKANUM, SA DE CV
4	ARTIMEDICA, SA DE CV

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-74-2025  
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS-  
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

5	ASSILA MEDICAL, SA DE CV
6	BAXTER, SA DE CV
7	BECTON DICKINSON DE MEXICO SA DE CV
8	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV
9	CANTERA BIOMEDICA SA DE CV
10	COMERCIALIZADORA UCIN, SAPI DE CV
11	COMERCIO OPORTUNO INTEGRAL SA DE CV
12	CORPORATIVO NEOMEDICA SA DE CV
13	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED, SA DE CV
14	DISTRIBUIDORA BIOGAMA SA DE CV
15	DISTRIBUIDORA Y EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV
16	ENDOMEDICA SA DE CV
17	FRANCISCO GARCIA LOPEZ, SA DE CV
18	GRUPO MORAVI, SA DE CV
19	INSUMOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV
20	INTERSURGICAL, SA DE CV
21	JUAMA SA DE CV
22	NON FORSIT BIOMEDICAL SA DE CV
23	OMNINUS, SA DE CV
24	POLIMEROS 2000 SA DE CV
25	PROVECTUS MEDICAL SA DE CV
26	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION, SA DE CV
27	PROVEEDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS-PRONAMED, SA
28	SOCIEDAD CORPORATIVA PARA LA SALUD, SA DE CV
29	VITANED MEDICAL, SAPI DE CV

2. SE DEBERÁN INTEGRAR A SU PROPUESTA LAS 2 COLUMNAS: "PARTIDAS INSTITUTO" Y "PARTIDAS COMPRAS MX" RESPETANDO LOS NÚMEROS DE PARTIDA DE CADA UNA, AÚN CUANDO CONTIENEN 2 NUMERACIONES DIFERENTES Y NÚMEROS FALTANTES (PRESENTAR AMBAS); PARA EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA (**ANEXO 4 Y 5**) DEBERÁN UTILIZAR LA NUMERACIÓN DE LA COLUMNA "**PARTIDAS INSTITUTO**" Y PARA PRESENTAR SU PROPUESTA EN COMPRAS MX DEBERÁN UTILIZAR LA NUMERACIÓN DE LA COLUMNA "**PARTIDAS COMPRAS MX**" **YA QUE DE NO HACERLO ES ESTA FORMA GENERARÍA UN DESFACE EN EL NÚMERO DE PARTIDAS OFERTADAS.** EL NO ADJUNTAR TODAS LAS COLUMNAS COMPLETAS SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA.

3. PARA PRESENTAR SUS PROPUESTAS (**ANEXO 4 Y 5**), SE DEBERÁ UTILIZAR LA CUARTA COLUMNA "**CANTIDAD**" DEL ARCHIVO DE LA CONVOCATORIA EN FORMATO EXCEL; POR OTRA PARTE, EN LOS CASOS QUE EN EL CALENDARIO NO COINCIDA CON LA CANTIDAD DESGLOSADA POR MES, SE AJUSTARÁ EN EL CONTRATO/PEDIDO CON LOS LICITANTES GANADORES. ADEMÁS SE ELIMINAN LAS COLUMNAS DENOMINADAS "ABR, MAY Y JUN".

4. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA PARA PRESENTAR SU PROPUESTA (**ANEXO 4 Y 5**), ES LA QUE CORRESPONDE A LA QUINTA COLUMNA DEL ARCHIVO DE LA CONVOCATORIA EN FORMATO EXCEL; YA

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-74-2025  
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS-  
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

QUE EXISTEN UNIDADES DE MEDIDA EN COMPRAS MX, QUE NO COINCIDEN CON LAS MEDIDAS QUE MANEJA EL INSTITUTO.

5.- CONVOCATORIA DE LICITACION: NUMERAL 17 ANEXO DE BIENES, CANTIDADES REQUERIDAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DATOS DE LAS PARTIDAS, EN ESTE ANEXO TODAS LAS ALUSIONES A MARCAS AHÍ SEÑALADAS QUEDAN SIN EFECTO.

6.- SE REITERA A LOS LICITANTES QUE DE ACUERDO AL NUMERAL 3.1 SÉPTIMO PÁRRAFO DE LA CONVOCATORIA, SE SEÑALA COMO CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN LA FALTA DE FOLIOS EN LA TOTALIDAD DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA, POR LO CUAL SE LES RECUERDA QUE DEBERÁN CUMPLIR CON ESTA DISPOSICIÓN DE FOLIAR SUS PROPOSICIONES.

7.- SE CANCELAN, MODIFICAN O SE ADICIONA TEXTO A LAS SIGUIENTES PARTIDAS EN LA COLUMNA "PARTIDAS INSTITUTO"

NO. PARTIDA QUE SE CANCELA	DESCRIPCIÓN
104	CINTA TESTIGO INDICADORA PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION EN VAPOR PARA AUTOCLAVE ROLLO DE 18 MILIMETROS X 50 MTS. PRESENTACION ROLLO CON 50 MTS
379	PULBACK PARA ULTRASONIDO INTRACORONARIO MD5-ESPECIFICO PARA EL EQUIPO GALAXY II PROPIEDAD DEL INSTITUTO. PRESENTACION: PIEZA.
416	SET DE AGUJA DE BIOPSIA TRICONCAVA ENCOR
417	GEL MARK ULTRA BIOPSY MARCADOR PARA EL SITIO DE LABIOPSIA
488	CIRCUITO PARA VENTILACION PULMONAR DESECHABLE
668	MARCADOR DE TEJIDO MAMARIO ULTRAMARK ULTRACLIP PARA TRUCUT
690	AGUJA DE MARCAJE DUALOK.
691	AGUJA ESTERIL DESECHABLE PARA BIOPSIA PARA PISTOLA MAGNUM
692	AGUJA PARA BIOPSIA CORTE TIPO TRUCUT SEMIAUTOMATICA
1053	DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR PARA ARTERIA FEMORAL
1069	SET INTRODUTOR SKATER 6FR POR 18 GUIA NITINOL

NO. PARTIDA QUE SE MODIFICA	DICE:	DEBE DECIR:
155	680	590
288	31	30
304	4150	4050
654	4000	3500

NO. PARTIDA	TEXTO QUE SE ADICIONA A LA DESCRIPCIÓN DEL BIEN
427	MASCARILLA DE SILICÓN PARA ANESTESIA ADULTO, GRANDE CON ANILLO ADAPTADOR DE 22 MM, EN PAPEL GRADO MÉDICO, RESISTENTE QUE GARANTICE SU VIDA ESTÉRIL DESECHABLE. PRESENTACIÓN PIEZA SE REQUIERE MUESTRA FÍSICA (NO BOLSA PLÁSTICA)
18, 33, 50, 51, 83, 88, 104, 115, 116, 117, 183, 188, 191, 198, 200, 216, 230, 237, 243, 252, 257, 268, 285, 286, 291, 313, 316, 328, 357, 368, 395, 396, 413, 424, 439, 442, 448, 449, 450, 553, 584, 585, 586, 587, 588, 606, 607, 608, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 631, 677, 679, 680, 681, 682, 751, 770, 773, 774, 786, 840, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 982, 986, 988, 990, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1027, 1034.	(REQUIERE MUESTRA FÍSICA INDEPENDIENTEMENTE, DE LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO NÚMERO 6 MUESTRAS FÍSICAS.)



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-74-2025  
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS-  
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

**LOS LICITANTES REALIZARON LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA:**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	SOCIEDAD CORPORATIVA PARA LA SALUD SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 17 LISTADO DE BIENES	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS ACLARE QUE COLUMNA SE DEBE TOMAR EN CUENTA PARA IDENTIFICAR FICHAS TÉCNICAS Y REGISTROS SANITARIOS (PARTIDA INSTITUTO, PARTIDAS COMPRAS MX O AMBAS)	PARTIDAS INSTITUTO
2	COMERCIALIZADORA UCIN SA P I DE CV	TÉCNICO	MUESTRAS	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRA POR FAMILIA CUANDO EL VALOR DEL INSUMO SEA MAYOR A \$2,000.00. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
3	COMERCIALIZADORA UCIN SA P I DE CV	TÉCNICO	MUESTRA	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR FICHA TÉCNICA DEL INSUMO QUE SOLICITAN UNA SOLA PIEZA EN EL ANEXO BIENES	NO SE ACEPTA
4	COMERCIALIZADORA UCIN SA P I DE CV	TÉCNICO	REGISTROS SANITARIOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR REGISTRO SANITARIO POR FAMILIA CON LA CODIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN POR PARTIDA. SE ACEPTA?	SE ACEPTA
5	COMERCIALIZADORA UCIN SA P I DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 424	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRA ESTILETE PARA TUBOS CON DIÁMETRO INTERNO ENTRE 8.0 Y 10.0 MM (32 - 40FR.) ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
6	COMERCIALIZADORA UCIN SA P I DE CV	ECONÓMICO	PROPUESTA ECONOMICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PUEDA ACLARAR SI LA UNIDAD REQUERIDA PARA COTIZAR CORRESPONDE A PIEZA INDIVIDUAL (UNIDAD) Y NO A LA PRESENTACIÓN MENCIONADA EN LAS BASES (POR EJEMPLO, CAJA CON 5, CAJA CON 10 O CAJA CON 25 PIEZAS). ESTO CON EL FIN DE EVITAR DISCREPANCIAS AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA ECONÓMICA Y ASEGURAR UNA CORRECTA INTERPRETACIÓN DE LA PARTIDA.	OFERTAR DE ACUERDO A LO QUE SEÑALA LA QUINTA COLUMNA DEL ARCHIVO EXCEL (U. MEDIDA)
7	COMERCIALIZADORA UCIN SA P I DE CV	LEGAL- ADMINISTRATIVA	OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES IMSS	DE ACUERDO CON LO NOTIFICADO EN BASES EL DOCUMENTO NO ES OBLIGATORIO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUE QUE PODEMOS PRESENTAR OPINIÓN CON FECHA QUE PRESENTEMOS PROPUESTA POR EL PORTAL DE COMPRASMX ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-74-2025  
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS-  
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
8	COMERCIALIZADORA UCIN SA P I DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 808	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ¿PODRÍAN PRECISAR SI LA MASCARILLA DEBE CONTAR CON COJÍN INFLABLE, CON O SIN VÁLVULA, DISEÑO ERGONÓMICO, O ALGÚN OTRO REQUERIMIENTO TÉCNICO ESPECÍFICO?	APEGARSE A LA CONVOCATORIA
9	COMERCIALIZADORA UCIN SA P I DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 808	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ¿PODRÍAN INDICAR CON QUÉ EQUIPO DEBE SER COMPATIBLE LA MASCARILLA SOLICITADA (EJ. RESUCITADOR MANUAL, VENTILADOR MECÁNICO, EQUIPO DE CPAP, ETC.)?	APEGARSE A LA CONVOCATORIA
10	COMERCIALIZADORA UCIN SA P I DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 809	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ¿PODRÍAN PRECISAR SI LA MASCARILLA DEBE CONTAR CON COJÍN INFLABLE, CON O SIN VÁLVULA, DISEÑO ERGONÓMICO, O ALGÚN OTRO REQUERIMIENTO TÉCNICO ESPECÍFICO?	APEGARSE A LA CONVOCATORIA
11	COMERCIALIZADORA UCIN SA P I DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 809	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ¿PODRÍAN INDICAR CON QUÉ EQUIPO DEBE SER COMPATIBLE LA MASCARILLA SOLICITADA (EJ. RESUCITADOR MANUAL, VENTILADOR MECÁNICO, EQUIPO DE CPAP, ETC.)?	CON CUALQUIERA DE LOS TRES
12	COMERCIALIZADORA UCIN SA P I DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 810	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ¿PODRÍAN PRECISAR SI LA MASCARILLA DEBE CONTAR CON COJÍN INFLABLE, CON O SIN VÁLVULA, DISEÑO ERGONÓMICO, O ALGÚN OTRO REQUERIMIENTO TÉCNICO ESPECÍFICO?	APEGARSE A LA CONVOCATORIA
13	COMERCIALIZADORA UCIN SA P I DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 810	SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ¿PODRÍAN INDICAR CON QUÉ EQUIPO DEBE SER COMPATIBLE LA MASCARILLA SOLICITADA (EJ. RESUCITADOR MANUAL, VENTILADOR MECÁNICO, EQUIPO DE CPAP, ETC.)?	CON CUALQUIERA DE LOS TRES
14	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	OTROS	NO. DE INSCRIPCIÓN	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ASIGNE EL NÚMERO DE INSCRIPCIÓN.	EN CASO DE GENERAR EN COMPRAS MX EL DOCUMENTO DE INTERES EN PARTICIPAR <b>PREVIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES</b> , EN DICHA ACTA PODRAN VER EL NUMERO ASIGNADO, SOLO EN CASO DE NO GENERAR EL DOCUMENTO PREVIO A ESTA JUNTA TENDRAN QUE LLAMAR PARA OBTENER DICHO NUMERO, (VER NUMERAL 2.2, 4TO Y 5TO PARRAFOS DE LA CONVOCATORIA)

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-74-2025  
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS-  
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
15	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	OTROS	ANEXO 17	ENTENDEMOS QUE LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN EL ANEXO 17 CORRESPONDEN A LA COLUMNA "UNIDAD DE MEDIDA". ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION
16	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 69	PARTIDA INSTITUTO 69. SOLICITAN "CANULA DE GUEDEL OROFARINGEA NO. 8 (80 MMS.) " SIN EMBARGO 80MM. CORRESPONDE REALMENTE AL NÚMERO 3, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: "CANULA DE GUEDEL OROFARINGEA NO. 3 (80 MMS.)". ¿SE ACEPTA?.	SE ACEPTA
17	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 70	PARTIDA INSTITUTO 70. SOLICITAN "CANULA DE GUEDEL OROFARINGEA NO.9 (90 MMS) DE MATERIAL FLEXIBLE" SIN EMBARGO 90MM. CORRESPONDE REALMENTE AL NÚMERO 4, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: "CANULA DE GUEDEL OROFARINGEA NO.4 (90 MMS) DE MATERIAL FLEXIBLE". ¿SE ACEPTA?.	SUJETO A EVALUACIÓN SEGUN MUESTRA
18	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 71	PARTIDA INSTITUTO 71. SOLICITAN "CANULA DE GUEDEL OROFARINGEA NO.10(100 MM) DE MATERIAL FLEXIBLE " SIN EMBARGO 100MM. CORRESPONDE REALMENTE AL NÚMERO 5, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: "CANULA DE GUEDEL OROFARINGEA NO.5 (100 MM) DE MATERIAL FLEXIBLE". ¿SE ACEPTA?.	SE ACEPTA
19	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 607	PARTIDA INSTITUTO 607. SOLICITAN "VIDEOSCOPIA FLEXIBLE ULTRAFINO ESTERIL DESECHABLE ASCOPE 4 SLIM ", SIN EMBARGO ESTA DESCRIPCIÓN VA DIRIGIDA A UNA MARCA ESPECÍFICA POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: "VIDEOSCOPIA FLEXIBLE ULTRAFINO ESTERIL DESECHABLE. DIAMETRO EXTERNO 3.1 MM DIAMETRO (PR) 3.2MM ±10 % CANAL DE TRABAJO 1.2 MM CANAL DE TRABAJO (PR) 1.2 MM ±10 % ANGULACIÓN 210° UP/DOWN LARGO 600 MM CAMPO DE VISION 120°". ¿SE ACEPTA?.	SE REQUIERE QUE EL DIAMETRO SEA 3.8 MM CANAL DE TRABAJO 1.2 FRM37+-
20	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 607	PARTIDA INSTITUTO 607. EN EL CASO DE QUE SE HAYA ACEPTADO NUESTRA DESCRIPCIÓN EN LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS INDIQUE CUANTOS MONITORES SE SOLICITARÁN EN COMODATO.	NO SE ACEPTA POR LAS MEDIDAS
21	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 608	PARTIDA INSTITUTO 608. SOLICITAN "VIDEOSCOPIA FLEXIBLE ULTRAFINO ESTERIL DESECHABLE ASCOPE 4", SIN EMBARGO ESTA DESCRIPCIÓN VA DIRIGIDA A UNA MARCA ESPECÍFICA POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: "VIDEOSCOPIA FLEXIBLE ULTRAFINO ESTERIL DESECHABLE. DIAMETRO EXTERNO 5.0 MM DIAMETRO (PR) 5.0 MM±10 %	SE REQUIERE QUE EL CANAL DE TRABAJO SEA DE 2.2 MM

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-74-2025  
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS-  
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				CANAL DE TRABAJO 2.8 MM CANAL DE TRABAJO (PR) 2.8 MM $\pm$ 10 % ANGULACIÓN 210° UP/DOWN LARGO 600 MM CAMPO DE VISION 120°. ¿SE ACEPTA?.	
22	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 608	PARTIDA INSTITUTO 608. EN EL CASO DE QUE SE HAYA ACEPTADO NUESTRA DESCRIPCIÓN EN LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS INDIQUE CUANTOS MONITORES SE SOLICITARÁN EN COMODATO.	NO SE ACEPTAN LAS MEDIDAS
23	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 183	PARTIDA INSTITUTO 183. SOLICITAN LA PRESENTACIÓN "CAJA CON 10 PIEZAS", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR LA PRESENTACIÓN "CAJA CON 30 PIEZAS". ¿SE ACEPTA?.	SE ACEPTA
24	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 233	PARTIDA INSTITUTO 233. SOLICITAN LA PRESENTACIÓN "SABANA TERMICA ADULTO PARA CONTROL DE TEMPERATURA SE REQUIEREN 30 EQUIPOS COMO MINIMO PRESENTACION CAJA CON 25 PIEZAS", ENTENDEMOS QUE LOS 30 EQUIPOS SE DEBEN DE ENTREGAR EN COMODATO. ¿ES CORRECTO?.	ES CORRECTO
25	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 233	PARTIDA INSTITUTO 233. SOLICITAN LA PRESENTACIÓN "CAJA CON 25 PIEZAS", SIN EMBARGO NO MANEJAMOS ESA PRESENTACIÓN POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR LA PRESENTACIÓN "CAJA CON 10 PIEZAS" POR LO QUE SE ENTREGARÍAN 67 CAJAS CON 10 PIEZAS Y UNA CAJA CON 5 PIEZAS. ¿SE ACEPTA?.	67 CAJAS DE 10 PIEZAS SE ACEPTA
26	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 288	PARTIDA INSTITUTO 288. SOLICITAN LA PRESENTACIÓN "CAJA CON 10 PIEZAS", SIN EMBARGO ENTENDEMOS QUE HAY UN ERROR PORQUE SOLICITAN 31 PIEZAS Y NO CUADRA EXACTAMENTE LA PRESENTACIÓN, POR LO QUE SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR LA PRESENTACIÓN "PIEZA". ¿SE ACEPTA?.	ES CORRECTA SU APRECIACION SE REQUIERE TRES CAJAS CON 10PIEZAS.
27	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 288	PARTIDA INSTITUTO 288. EN CASO DE QUE NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR HAYA TENIDO UNA RESPUESTA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR LA PRESENTACIÓN "CAJA CON 5 PIEZAS", POR LO QUE SE ENTREGARÍAN 6 CAJAS CON 5 PIEZAS Y UNA CAJA CON 1 PIEZA. ¿SE ACEPTA?.	NO SE ACEPTA
28	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 289	PARTIDA INSTITUTO 289. SOLICITAN LA PRESENTACIÓN "CAJA CON 10 PIEZAS", SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR LA PRESENTACIÓN "CAJA CON 5 PIEZAS". ¿SE ACEPTA?.	NO SE ACEPTA

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-74-2025  
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS-  
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
29	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 993	PARTIDA INSTITUTO 993. SOLICITAN LA PRESENTACIÓN "CAJA CON 5 PIEZAS", SIN EMBARGO ENTENDEMOS QUE HAY UN ERROR PUES SOLAMENTE SOLICITAN 4 PIEZAS POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR LA PRESENTACIÓN "PIEZA". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
30	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	OTROS	6. MUESTRAS FÍSICAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA ENTREGAR MUESTRAS FÍSICAS POR FAMILIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
31	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	OTROS	6. MUESTRAS FÍSICAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LAS PARTIDAS CUYA CANTIDAD TOTAL DE ENTREGA ES 1 PIEZA QUEDEN EXENTAS DE PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
32	ENDOMEDICA SA DE CV	LEGAL-ADMINISTRATIVA	PUNTO 3.2.9 DE LA CONVOCATORIA	DEBIDO A QUE LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT NO CUENTA CON FECHA DE VENCIMIENTO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR DICHO DOCUMENTO POSITIVO Y CON 5 DIAS ANTERIORES A LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA
33	ENDOMEDICA SA DE CV	LEGAL-ADMINISTRATIVA	PUNTO 3.2.10 DE LA CONVOCATORIA	DEBIDO A QUE LA OPINION DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR EL IMSS TIENE VIGENCIA DE 24 HORAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR DICHO DOCUMENTO POSITIVO Y CON FECHA DE 5 DIAS ANTERIORES A LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA
34	ENDOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PUNTO 3.3.5 APOYO SOLIDARIO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LO SOLICITADO, POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, FABRICANTE O FILIAL, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA
35	ENDOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 155 PARTIDA COMPRAS MX 57	SE PIDE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PROTECTA FUNDA PARA LAPARACOPIA CON MEDIDAS DE DE 12CM X 260CM. PARA LA CAMARA; DESECHABLE	APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN
36	ENDOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 179 PARTIDA COMPRAS MX 64	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA CHAROLA BANDEJA BLUE RHINO G2 MULTISSET INTRODUTOR PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA, QUE INCLUYE AGUJA INTRODUTOR DE 15G, AGUJA INTRODUTOR DE CALIBRE 15 G CON VAINA FEP, DILATADOR PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA BLUE RHINO® G2-MULTI RADIOPACO COLOR AZUL CON SUPERFICIE DISTAL CON RANURAS LONGITUDINALES, CON PUNTA HIDROFILICA, GUÍA DE ALMA FIJA SAFE-T-J, DILATADOR INTRODUTOR, CATÉTER GUÍA, CUATRO GASAS, VASO PORTA	APEGARSE A LA CONVOCATORIA




**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-74-2025  
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS-  
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				AGUJAS, JERINGA MONOJECT DE 6ML, GEL LUBRICANTE ESTÉRIL, PINZA HEMOSTÁTICA CURVA LARGA DE 5PULG, BISTURÍ DE SEGURIDAD COLOR VERDE N°15, CARGADORES DE CÁNULA 7.5, 8.5 Y 9.0MM, INCLUYE CÁNULA FLEXIBLE ADULTO 7.5MM MARCA COOK MEDICAL.	
37	ENDOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 180 PARTIDA COMPRAS MX 65	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA CHAROLA BANDEJA BLUE RHINO G2 MULTISSET INTRODUTOR PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA, QUE INCLUYE AGUJA INTRODUTOR DE 15G, AGUJA INTRODUTOR DE CALIBRE 15 G CON VAINA FEP, DILATADOR PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA BLUE RHINO@ G2-MULTI RADIOPACO COLOR AZUL CON SUPERFICIE DISTAL CON RANURAS LONGITUDINALES, CON PUNTA HIDROFILICA, GUÍA DE ALMA FIJA SAFE-T-J, DILATADOR INTRODUTOR, CATÉTER GUÍA, CUATRO GASAS, VASO PORTA AGUJAS, JERINGA MONOJECT DE 6ML, GEL LUBRICANTE ESTÉRIL, PINZA HEMOSTÁTICA CURVA LARGA DE 5PULG, BISTURÍ DE SEGURIDAD COLOR VERDE N°15, CARGADORES DE CÁNULA 7.5, 8.5 Y 9.0MM, INCLUYE CÁNULA FLEXIBLE ADULTO 8.5MM MARCA COOK MEDICAL.	APEGARSE A LA CONVOCATORIA
38	ENDOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 181 PARTIDA COMPRAS MX 66	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA CHAROLA BANDEJA BLUE RHINO G2 MULTISSET INTRODUTOR PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA, QUE INCLUYE AGUJA INTRODUTOR DE 15G, AGUJA INTRODUTOR DE CALIBRE 15 G CON VAINA FEP, DILATADOR PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA BLUE RHINO@ G2-MULTI RADIOPACO COLOR AZUL CON SUPERFICIE DISTAL CON RANURAS LONGITUDINALES, CON PUNTA HIDROFILICA, GUÍA DE ALMA FIJA SAFE-T-J, DILATADOR INTRODUTOR, CATÉTER GUÍA, CUATRO GASAS, VASO PORTA AGUJAS, JERINGA MONOJECT DE 6ML, GEL LUBRICANTE ESTÉRIL, PINZA HEMOSTÁTICA CURVA LARGA DE 5PULG, BISTURÍ DE SEGURIDAD COLOR VERDE N°15, CARGADORES DE CÁNULA 7.5, 8.5 Y 9.0MM, INCLUYE CÁNULA FLEXIBLE ADULTO 8.5MM MARCA COOK MEDICAL.	APEGARSE A LA CONVOCATORIA
39	ENDOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 182 COMPRAS MX PARTIDA 67	SE PIDE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR KIT DE PERICARDIOCENTESIS CON CATETER PIGTAIL DE ALTO FLUJO CON 6 ORIFICIOS LATERALES Y 8.3 FR CON TECNICA DE SELDINGER.	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE 6FR
40	ENDOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 222 COMPRAS MX PARTIDA 85	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE OFERTAR ASA DESECHABLE PARA POLIPECTOMIA CON LONGITUD DE 240 CM. SE ACEPTA? SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ASA DE POLIPECTOMIA DE DIAMETRO DE LAZO DE 15MM Y LONGITUD DE 240CM. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE REQUIERE LONGITUD DE 230 CM. Y DIÁMETRO DEL LAZO DE 10 MM.

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-74-2025  
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS-  
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
41	ENDOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 352 COMPRAS MX PARTIDA 160	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE OFERTAR ASA DESECHABLE PARA POLIPECTOMIA CON LONGITUD DE 240 CM. SE ACEPTA? SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMA EL NUMERO DE PIEZAS POR CAJA.	NO SE ACEPTA. SE REQUIERE LONGITUD DE 230 CM. EL NÚMERO DE PIEZAS POR CAJA ES DE 10
42	ENDOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 741 COMPRAS MX PARTIDA 308	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESFINTEROTOMO TRIPLE LUMEN, 20 MM DE CORTE NO ROTABLE. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE REQUIERE ESFINTEROTOMO ROTABLE.
43	ENDOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 742 COMPRAS MX PARTIDA 309	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESFINTEROTOMO TRIPLE LUMEN DE 20 MM DE CORTE CON LONGITUD DE 175CM, NO ROTABLE? SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE REQUIERE ESFINTEROTOMO ROTABLE CON UNA LONGITUD DE 200 CM.
44	ENDOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 793 COMPRAS MX PARTIDA 326	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE OFERTAR CEPILLO DE CITOLOGIA DE 2MM CON LONGITUD DE 120 CM. SE ACEPTA?	SE PUEDE OFERTAR SUJETO A EVALUACIÓN
45	ENDOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 891 COMPRAS MX PARTIDA 388	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE OFERTAR ASA DESECHABLE PARA POLIPECTOMIA CON LONGITUD DE 240 CM. SE ACEPTA? SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ASA DE POLIPECTOMIA DE DIAMETRO DE LAZO DE 15MM Y LONGITUD DE 240CM. SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE REQUIERE LONGITUD DE 230 CM. Y DIÁMETRO DE LAZO DE 10 MM.
46	ENDOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 4 RESUMEN DE PROPOSICION ECONOMICA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS CORROBORE SI DEL "ANEXO BIENES" COLUMNA D REFERENTE A LA CANTIDAD, ES LA MISMA QUE SE PLASMARÁ EN EL ANEXO 4 RESUMEN DE PROPOSICION ECONOMICA EN EL RUBRO CANTIDAD, FAVOR DE ESPECIFICAR O CORROBORAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION
47	ENDOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 5 OFERTA TECNICA EN HOJA POR PARTIDA ADJUNTANDO CATALOGO O FICHA TECNICA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS CORROBORE SI DEL "ANEXO BIENES" COLUMNA D REFERENTE A LA CANTIDAD, ES LA MISMA QUE SE PLASMARÁ EN EL ANEXO 5 OFERTA TECNICA EN HOJA POR PARTIDA ADJUNTANDO CATALOGO O FICHA TECNICA EN EL RUBRO CANTIDAD, FAVOR DE ESPECIFICAR O CORROBORAR.	ES CORRECTA SU APRECIACION
48	BECTON DICKINSON DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 3.3.5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SE ACEPTARÁ MÁS DE UNA CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE POR LICITANTE, TODA VEZ QUE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN.	SE ACEPTA



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-74-2025  
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS-  
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
49	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDAS INSTITUTO 964 CLAVE ALMACEN 02126206 PARTIDAS COMPRAS 403	EN RELACIÓN CON LA PARTIDA 964, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR UNA COMPETENCIA MÁS AMPLIA Y ASEGURAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR VERISURE PAQUETE DE PRUEBA BOWIE-DICK-US MARCA ASP. ESTE PRODUCTO CUMPLE CON TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.	SE ACEPTA
50	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDAS INSTITUTO 961 CLAVE ALMACEN 02126203 PARTIDAS COMPRAS 402	EN RELACIÓN CON LA PARTIDA 961, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR UNA COMPETENCIA MÁS AMPLIA Y ASEGURAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR CINTA INDICADORA QUÍMICA EXTERNA PARA PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO STERRAD MARCA ASP. ESTE PRODUCTO CUMPLE CON TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.	SE ACEPTA
51	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 17 - PARTIDA 380 (COMPRAS MX) PARTIDA 880 (PARTIDAS INSTITUTO)	BASADOS EN EL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD Y BUSCANDO DAR CABAL CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE ESTA H. CONVOCANTE. SOLICITO AMABLEMENTE CONFIRMAR QUE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA PARA LA PARTIDA EN MENCIÓN ES LA SIGUIENTE: SET PARA FILTRACIÓN DESECHABLE, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, QUE CONSISTE DE, UN FILTRO PARA INTERCAMBIO DE PLASMA (PLASMA FILTRO) DE POLIPROPILENO DEFIBRAS HUECAS Y, SUS LINEAS MEDICAS (UNA LINEA PARA LA SOLUCION DE RE-INYECCION, UNA LINEA DE LA PRE-BOMBA Y UNA LINEA PARA ANTICOAGULANTE), ELABORADAS DE CLORURO DE POLIVINILO PLASTIFICADO (PVC). DEBE UTILIZARSE SOLAMENTE EN PACIENTES ADULTOS [QB (FLUJO DE BOMBA DE SANGRE) DE 100 A 400ML/MIN]. PRESENTACION: CAJA CON 1 SET. NUMERO DE CATALOGO: TPE2000 107144. PARASU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUO (CRRT).CLAVE: 531.340.0235. MARCA: GAMBRO. MODELO: PRISMAFLEX. FAVOR DE RATIFICAR.	SE ACEPTA, DEBE CORRESPONDER A TP2000
52	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	1.DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES. PARTIDA 380	ENTENDEMOS QUE PARA LA PARTIDA 380 (PARTIDA COMPRAS MX), EL INSTITUTO ESTÁ REALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN BASADO EN LA SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE Y QUE EL REQUERIMIENTO SE HA REALIZADO, DE ACUERDO A LAS CLAVES CODIFICADAS POR EL COMPENDIO DE INSUMOS PARA LA SALUD, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUEN QUE SE DEBERÁ OFERTAR DANDO CABAL CUMPLIMIENTO A LAS CLAVES SOLICITADAS Y QUE SE DARÁ CABAL CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y ARTÍCULO 3, FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN DEL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.	SI SE ACEPTA

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-74-2025  
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS-  
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
53	BAXTER SA DE CV	LEGAL-ADMINISTRATIVA	2.3 ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES	DICE: LOS ARCHIVOS DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA COMO LOS QUE INTEGREN EN EL SISTEMA COMPRAS MX, DEBERÁN DESCRIBIR EN EL NOMBRE DEL ARCHIVO EL DOCUMENTO QUE CONTENGA. PREGUNTA: EN VIRTUD DE QUE LA PLATAFORMA COMPRAS MX NO PERMITE COLOCAR NOMBRES CON EXTENSION MAYOR A 15 CARACTERES SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL NO COLOCAR EL NOMBRE COMPLETO DE LOS ARCHIVOS TAL Y COMO LO ESTABLECEN LAS BASES.	SE CONFIRMA QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO NOMBRAR INCOMPLETOS LOS ARCHIVOS QUE TENGAN MAS DE 15 CARACTERES, SI ESTE FUERA EL CASO, NOMBRAR EL ARCHIVO HASTA LOS 15 CARACTERES PERMITIDOS POR LA PLATAFORMA
54	BAXTER SA DE CV	LEGAL-ADMINISTRATIVA	3.2.1 INCISO D. ACTA CONSTITUTIVA Y SUS REFORMAS	CONSIDERANDO QUE MI REPRESENTADA TIENE MULTIPLES REFORMAS QUE PUEDEN AFECTAR EN EL PESO DE LOS ARCHIVOS A SUBIR EN LA PLATAFORMA COMPRASMX. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL INCISO D, SE ACEPTE EL PODER PRESENTAR EL ACTA CONSTITUTIVA ORIGINAL DE LA EMPRESA LICITANTE, LA COMPULSA DE LOS ESTATUTOS QUE CONTIENE TODAS LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A LA MISMA Y ULTIMA ACTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
55	BAXTER SA DE CV	LEGAL-ADMINISTRATIVA	3.2.1 PAGINA 12 SEGUNDO PARRAFO	DICE: "CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP, LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR UN ESCRITO DONDE EL FIRMANTE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS SIGUIENTES DATOS" PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL ESCRITO EN MENCION SE REFIERE AL ANEXO 2. ACREDITAMIENTO DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE	ES CORRECTA SU APRECIACION
56	BAXTER SA DE CV	LEGAL-ADMINISTRATIVA	3.2.1 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO IMSS (NO OBLIGATORIO).	CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR Y SU ANEXO ÚNICO, ASÍ COMO EL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, RELATIVO A LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 04 DE MAYO DE 2023. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO SOLICITADA CON AL MENOS 24 HORAS HÁBILES A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, EN EL ENTENDIDO QUE EN CASO DE ADJUDICACIÓN A LA FIRMA DEL CONTRATO SE DEBERÁ DE PRESENTAR LA OPINIÓN VIGENTE.	SE ACEPTA



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-74-2025  
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS-  
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
57	BAXTER SA DE CV	TÉCNICO	3.3.5 ESCRITO DE APOYO SOLIDARIO	DICE "PRESENTAR ESCRITO(S) ORIGINAL(ES) EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMA AUTÓGRAFA DE APOYO SOLIDARIO PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR MAYORISTA" PREGUNTA: CONSIDERANDO QUE MI REPRESENTADA ES DISTRIBUIDOR PRIMARIO EN MEXICO DEL FABRICANTE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE PUNTO SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR EL ESCRITO MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONTAMOS CON EL APOYO SOLIDARIO DEL FABRICANTE POR 100% DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LOS BIENES OFERTADOS ADJUNTANDO PARA SOPORTE DE DICHA CARTA EL PODER DE DISTRIBUCION OTORGADO POR EL FABRICANTE A MI REPRESENTADA.	SE ACEPTA
58	BAXTER SA DE CV	LEGAL-ADMINISTRATIVA	6. MUESTRAS FISICAS	PARA MUESTRAS FÍSICAS CON UN MONTO MAYOR A CINCO MIL PESOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE, PARA OBTENER EL ACUSE DE SOMETIMIENTO DE MUESTRAS, PRESENTAR LOS FOLLETOS, CATÁLOGOS O MANUALES.	SI REBASA CINCO MIL PESOS, SOLO DEBE PRESENTAR EL CATALOGO O FICHA TECNICA EN SU PROPUESTA TECNICA (NUMERAL 6, TERCER PARRAFO DE LA CONVOCATORIA) EXCEPTO LAS PARTIDAS SEÑALADAS EN EL NUMERAL 7 DE LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE
59	BAXTER SA DE CV	ECONÓMICO	PAG. 5. LA LICITACIÓN SE LLEVARÁ A CABO DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:	DICE: 8.- MEDIANTE OFICIOS NÚMEROS SRF-177/2025 Y SRF-178/2025 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2025, LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, INFORMÓ Y AUTORIZÓ A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN EL EJERCICIO FISCAL 2025 PARA LA LICITACIÓN DE MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS-PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE Y DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUE QUE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EJERCER EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PRESENTE EVENTO.	SE RATIFICA EN BASE A LOS OFICIOS SRF-177/2025 Y SRF-178/2025
60	PROVEEDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS-PRONAMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 230	AGRADECERÍAMOS MUCHO QUE LA ENTIDAD CONVOCANTE PUDIERA ACLARAR AMABLEMENTE LA PRESENTACIÓN Y LA CANTIDAD QUE SE REQUIEREN. ESPECÍFICAMENTE, NOS SERÍA DE GRAN AYUDA SABER SI LAS UNIDADES MENCIONADAS EN EL ANEXO TÉCNICO SE REFIEREN A CAJAS O A PIEZAS INDIVIDUALES.	OFERTAR DE ACUERDO A LO QUE SEÑALA LA QUINTA COLUMNA DEL ARCHIVO EXCEL (U MEDIDA)
61	PROVEEDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS-PRONAMED SA	TÉCNICO	PARTIDA 328	AGRADECERÍAMOS MUCHO QUE LA ENTIDAD CONVOCANTE PUDIERA ACLARAR AMABLEMENTE LA PRESENTACIÓN Y LA CANTIDAD QUE SE REQUIEREN. ESPECÍFICAMENTE, NOS SERÍA DE GRAN AYUDA SABER SI LAS UNIDADES MENCIONADAS EN EL ANEXO TÉCNICO SE REFIEREN A CAJAS O A PIEZAS INDIVIDUALES.	OFERTAR DE ACUERDO A LO QUE SEÑALA LA QUINTA COLUMNA DEL ARCHIVO EXCEL (U MEDIDA)

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-74-2025  
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS-  
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
62	PROVEEDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS- PRONAMED SA	LEGAL- ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA/LEGAL	AGRADECERÍAMOS UNA ACLARACIÓN RESPECTO AL NÚMERO DE INSCRIPCIÓN QUE SE SOLICITA EN LOS ESCRITOS DE LA PROPUESTA LEGAL ADMINISTRATIVA. ¿PODRÍAN, POR FAVOR, ESPECIFICAR A QUÉ NÚMERO SE REFIEREN EXACTAMENTE?	EN CASO DE GENERAR EN COMPRAS MX EL DOCUMENTO DE INTERES EN PARTICIPAR <b>PREVIO A LA JUNTA DE ACLARACIONES</b> , EN DICHA ACTA PODRAN VER EL NUMERO ASIGNADO, SOLO EN CASO DE NO GENERAR EL DOCUMENTO PREVIO A ESTA JUNTA TENDRAN QUE LLAMAR PARA OBTENER DICHO NUMERO, (VER NUMERAL 2.2, 4TO Y 5TO PARRAFOS DE LA CONVOCATORIA)
63	CORPORATIVO NEOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	INFORMACIÓN GENERAL - 6.- MUESTRAS FISICAS	ENTENDEMOS QUE SOLO DEBEMOS PRESENTAR MUESTRAS PARA LOS BIENES QUE SEAN MENORES A \$5,000.00 ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	SI REBASA CINCO MIL PESOS, SOLO DEBE PRESENTAR EL CATALOGO O FICHA TECNICA EN SU PROPUESTA TECNICA (NUMERAL 6, TERCER PARRAFO DE LA CONVOCATORIA) EXCEPTO LAS PARTIDAS SEÑALADAS EN EL NUMERAL 7 DE LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE
64	CORPORATIVO NEOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	INFORMACIÓN GENERAL - 6.- MUESTRAS FISICAS	EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A MI PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITO ATENTAMENTE INDIQUE QUE DEBEMOS ENTREGAR EN LAS PARTIDAS MAYORES A \$5,000.00, PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO	SI REBASA CINCO MIL PESOS, SOLO DEBE PRESENTAR EL CATALOGO O FICHA TECNICA EN SU PROPUESTA TECNICA (NUMERAL 6, TERCER PARRAFO DE LA CONVOCATORIA) EXCEPTO LAS PARTIDAS SEÑALADAS EN EL NUMERAL 7 DE LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE
65	CORPORATIVO NEOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	INFORMACIÓN GENERAL - 6.- MUESTRAS FISICAS	ENTENDEMOS QUE PARA LAS PARTIDAS QUE SU UNIDAD DE MEDIDA SEA CAJA, PODEMOS ENTREGAR MUESTRA REPRESENTATIVA, ES DECIR QUE PODEMOS ENTREGAR SOLO UNA PIEZA. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
66	CORPORATIVO NEOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 17 LISTADO DE BIENES	PARTIDA INSTITUTO 155 Y PARTIDA COMPRANET 150, ENTENDEMOS QUE LA CANTIDAD REQUERIDA SON 680 PIEZAS, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEBEMOS ENTREGAR 17 CAJAS CON 40 PIEZAS CADA UNA. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	SE ACEPTA

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-74-2025  
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS-  
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
67	CORPORATIVO NEOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 17 LISTADO DE BIENES	PARTIDA INSTITUTO 155 Y PARTIDA COMPRANET 150, SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR FUNDA PARA LA LAPARASCOPIA EN MEDIDA DE 15CM X 250CM. ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?	APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN
68	CORPORATIVO NEOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	INFORMACIÓN GENERAL - 6.- MUESTRAS FISICAS	PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, SOLICITO RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA LA ENTREGA DE MUESTRAS CADUCAS O CON CORTA CADUCIDAD. ¿SE ACEPTA MI PETICIÓN?	SE ACEPTA AMBAS PARA FIN DE MUESTRA
69	ARKANUM SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 56	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA MIXTA DE 15 X 35 CM., ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA
70	ARKANUM SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 60	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA MIXTA DE 30 X 50 CM., ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA
71	ARKANUM SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 61	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA MIXTA DE 40 X 60 CM., ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA
72	CORPORATIVO NEOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	INFORMACIÓN GENERAL - 6.- MUESTRAS FISICAS	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, EN LOS CASOS EN LOS QUE EL PRODUCTO TENGA UN VALOR MAYOR A \$5,000.00 NO SEA REQUERIDA LA MUESTRA Y SEA EVALUADA CON LOS CATALOGOS O FICHAS TECNICAS QUE PRESENTAREMOS EN LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA MI PETICIÓN?	ASI ES COMO SE SOLICITA (NUMERAL 6, (PRIMERO Y TERCER PARRAFO DE LA CONVOCATORIA) EXCEPTO LAS PARTIDAS SEÑALADAS EN EL NUMERAL 7 DE LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE.
73	CORPORATIVO NEOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	INFORMACIÓN GENERAL - 6.- MUESTRAS FISICAS	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE INDIQUE SI SERÁ POSIBLE LA ENTREGA DE MUESTRAS POR FAMILIA. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	SE ACEPTA
74	CORPORATIVO NEOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 17 - CALENDARIO DE ENTREGAS	NO CONCUERDAN LAS CANTIDADES SOLICITADAS CON LAS CANTIDADES INDICADAS EN EL CALENDARIO DE ENTREGAS., POR LO ANTERIOR SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR CUALES SON LAS CANTIDADES CORRECTAS	VER NUMERAL 3 DE LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-74-2025  
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS-  
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
75	CORPORATIVO NEOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PLATAFORMA COMPRANET	LOS NUMEROS DE PARTIDA INDICADOS EN EL ANEXO 17 Y LOS PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA NO CONCUERDAN POR LO ANTERIOR, SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR LOS NÚMEROS DE PARTIDA CORRECTOS.	VER NUMERAL 2 DE LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
76	ARTIMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 828	SOLICITO AMABLEME A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR DE 5 A 7FR DE MARCA DISTINTA A LA SOLICITADA, SIN QUE ESTO AFECTE LA APLICACIÓN TERAPEÚTICA CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS TECNICOS Y REGULATORIOS SOLICITADOS.	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE EL DISPOSITIVO SOLICITADO PARA PROCEDIMIENTOS ESTRUCTURALES QUE REQUIEREN SISTEMA DE PRE CIERRE CON SUTURA POR SER INTRODUCIDORES >14FR
77	JUAMA SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 389, PARTIDA COMPRAS MX 179, JERINGA TRIPACK PARA INYECCION ST	CON RESPECTO AL ANEXO 17. LISTADO DE BIENES, CANTIDADES REQUERIDAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DATOS DE LAS PARTIDAS, EN LA FILA (DEPARTAMENTOS Y CANTIDADES) EN LA PARTIDA INSTITUTO 389, PARTIDA COMPRAS MX 179, JERINGA TRIPACK PARA INYECCIÓN STELLANT DUAL-CTP-QFT, PRESENTACIÓN PIEZA SE MENCIONA " 0310.00=900";, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR EL MES EN EL QUE SE ENTREGARÍAN LAS 300 PIEZAS FALTANTES YA QUE SOLO DESGLOSAN 300 PIEZAS PARA EL MES JULIO Y 300 PIEZAS PARA EL MES OCTUBRE.	SE REQUIEREN 600 PIEZAS DE LAS CUALES 300 SE ENTREGAN EN JULIO Y 300 EN OCTUBRE.
78	DISTRIBUIDORA BIOGAMA SA DE CV	LEGAL-ADMINISTRATIVA	CALENDARIO DE EVENTOS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME LA FECHA DE ENTREGA DE MUESTRAS LOS DIAS 20 Y 23 DE JUNIO POSTERIOR A LA JUNTA DE ACLARACIONES, YA QUE EL CALENDARIO DE LA HOJA 2 INDICA 12 Y 13 Y CONSIDERAMOS QUE HAY UN ERROR. FAVOR DE ACLARAR.	EN LA PLATAFORMA SUBIMOS UNA FE DE ERRATAS EN LA CUAL SE SEÑALAN COMO FECHAS CORRECTAS 20 Y 23 DE JUNIO
79	DISTRIBUIDORA BIOGAMA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 17. PARTIDA INSTITUTO 24.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AGUJA ESTÉRIL DESECHABLE PARA BIOPSIA NO. 16G X 15 CM CONSIDERANDO QUE LA DIFERENCIA DE 1 CM NO AFECTA EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO Y QUE ESTA VARIANTE YA ESTÁ SIENDO UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA
80	DISTRIBUIDORA BIOGAMA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 17. PARTIDA INSTITUTO 691.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MEDIDA DE LA AGUJA REQUERIDA. FAVOR DE CONFIRMAR.	CANCELADA
81	DISTRIBUIDORA BIOGAMA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 17. PARTIDA INSTITUTO 691.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CONFIRME LA CANTIDAD DE AGUJAS REQUERIDAS YA QUE EN LA COLUMNA DE CANTIDAD INDICA 53 Y EN LAS COLUMNAS DEL CALENDARIO MARCA LA MISMA CANTIDAD PARA LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO Y NOVIEMBRE. FAVOR DE ACLARAR.	CANCELADA

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-74-2025  
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS-  
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
82	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 17. LISTADO DE BIENES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CORROBORE EL CALENDARIO ESTIPULADO EN EL ANEXO BIENES CORRESPONDIENTE AL ANEXO 17, EN VIRTUD DE QUE LA SUMATORIA DE PIEZAS REQUERIDAS POR MES NO COINCIDE CON LA CANTIDAD REQUERIDA EN LA COLUMNA "D" Y "Q"	VER NUMERAL 3 DE LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
83	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 17. LISTADO DE BIENES, PARTIDA 379 CLAVE 02122700	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR PULLBACK QUE CORRESPONDA A LA MARCA BOSTON SCIENTIFIC COMPATIBLE CON EQUIPO BOSTON SCIENTIFIC. PRESENTACION: CAJA CON 1 PIEZA. Y QUE NO CORRESPONDA EXCLUSIVAMENTE A UNA MARCA O TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?	SE ELIMINA LA PARTIDA PARA EL 2025 POR CONTAR CON EXISTENCIAS DISPONIBLES
84	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 17. LISTADO DE BIENES, PARTIDA 381 CLAVE 02122707	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DE EXTENSIÓN (EXTENSIÓN DE CATÉTER GUÍA) DISPONIBLE EN 5-EN-6 (DI 0.057") , 6-EN-7 (DI 0.063") Y 7-EN-8 (DI 0.072"), CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO Z-GLIDE, COLLAR DE PLATINO IRIDIO HELICOIDAL Y ENMALLADO DE 1X1. LONGITUD DE 25 Y 40 CM, Y QUE NO CORRESPONDA EXCLUSIVAMENTE A UNA MARCA O TECNOLOGÍA, YA QUE SE ESTARIA LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACION. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTAN 5 EN 6, EL RESTO NO SON UTILES PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUE REALIZAMOS
85	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 17. LISTADO DE BIENES, PARTIDA 633 CLAVE 02124093	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ELIMINE DE LA DESCRIPCIÓN "COPILOT", EN VIRTUD DE QUE ESTO CORRESPONDE A UNA MARCA EN ESPECÍFICO Y CON ESTO SE ESTARÍA LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	VER NUMERAL 5 DE LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
86	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 17. LISTADO DE BIENES, PARTIDA 824 CLAVE 02125300	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL MICROCATETER REQUERIDO ES PARA USO CORONARIO O PERIFERICO	CORONARIO
87	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 17. LISTADO DE BIENES, PARTIDA 825 CLAVE 02125301	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL CATETER BALON DE CORTE ES PARA USO CORONARIO O PERIFERICO	CORONARIO
88	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 17. LISTADO DE BIENES, PARTIDA 823 CLAVE 02125299	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LA GUIA DE ANGIOPLASTIA DE ALTO GRAMAJE ES PARA USO CORONARIO O PERIFERICO	CORONARIO
89	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 17. LISTADO DE BIENES, PARTIDA 847 CLAVE 02125920	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE HACE REFERENCIA ESTE KIT? A BALONES, GUIA, O INSUFLADOR?	INSUFLADOR, LLAVE EN Y, INTRODUCIDOR DE GUIA Y ROTOR DE GUIA

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-74-2025  
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS-  
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

De Conformidad al tercer párrafo del artículo 43, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 50 segundo párrafo de la Ley y 47 séptimo párrafo de su Reglamento, a partir de esta fecha se notifica a los licitantes participantes que el acta de este evento está disponible en la dirección electrónica: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/>


Se informa a los licitantes que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día **24 de junio de 2025**, en el **Sistema Compras MX**, a las **08:00 horas**, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún observador social o servidor público ajeno al acto, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley.

Asimismo, se informa a los licitantes que cuentan con un plazo máximo de **SEIS HORAS** a partir del día y hora en que la presente acta de junta de aclaraciones sea publicada en el **sistema Compras MX, para que envíen a través de dicho sistema** las preguntas que consideren necesarias **única y exclusivamente en relación con las respuestas remitidas por el Instituto.**

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta junta, siendo las **13:30** horas, del día de su inicio, informándose a los asistentes y licitantes que, en caso de darse el supuesto señalado en el párrafo anterior, el plazo máximo en el que se enviarán las contestaciones correspondientes será el día **18 de junio de 2025**, en el **Sistema Compras MX.**

Esta Acta consta de **24 hojas**, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia electrónica de la misma.

**POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN**

NOMBRE	AREA	FIRMA
LCDO. JAVIER FLORES FLORES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	
C. JUAN CARLOS TÉLLEZ GIRÓN GONZÁLEZ	COORDINADOR DE LICITACIONES	
LCDO. GERARDO OCTAVIO QUINTERO CALLEJA	DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA	
LCDO. ADRIÁN ENRÍQUEZ OLVERA	OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL INSTITUTO	






**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-74-2025  
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS-  
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

**POR LAS ÁREAS USUARIAS O REQUIRIENTES SE CONECTARON VÍA REMOTA  
LAS SIGUIENTES PERSONAS:**

NO.	NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRONICO
1	IA. ALICIA VAZQUEZ JUAREZ	COORDINADORA DE LABORATORIO	<a href="mailto:alicia.vazquezi@incmsnz.mx">alicia.vazquezi@incmsnz.mx</a>
2	DRA. LUZ ELENA CERVANTES VILLAR	JEFA DEL LABORATORIO DE INFECTOLOGIA	<a href="mailto:luz.cervantesv@incmsnz.mx">luz.cervantesv@incmsnz.mx</a>
3	DRA. MARIA ROBERTA DEMICHELIS GOMEZ	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA	<a href="mailto:roberta.demichelisg@incmsnz.mx">roberta.demichelisg@incmsnz.mx</a>
4	Q.F.B. OLGA VERONICA BARRALES BENITEZ	COORDINADORA DE LABORATORIO	<a href="mailto:olga.barralesb@incmsnz.mx">olga.barralesb@incmsnz.mx</a>
5	QFB. MA. AURELIA LOPEZ HERNANDEZ	COORDINADORA DE LABORATORIO	<a href="mailto:maria.lopezh@incmsnz.mx">maria.lopezh@incmsnz.mx</a>
6	MTRO. ERNESTO MARAVILLA FRANCO	JEFE DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA CLINICA	<a href="mailto:ernesto.maravillaf@incmsnz.mx">ernesto.maravillaf@incmsnz.mx</a>
7	Q. ARACELI HERNANDEZ CRUZ	COORDINADOR DEL LABORATORIO	<a href="mailto:araceli.hernandezc@incmsnz.mx">araceli.hernandezc@incmsnz.mx</a>
8	NANCY MORALES SERRANO	COORDINADOR DE LABORATORIO	<a href="mailto:nancy.moraless@incmsnz.mx">nancy.moraless@incmsnz.mx</a>
9	QFB. MA. ELENA PADILLA MENDOZA	COORDINADORA DE LABORATORIO	<a href="mailto:elena.padillam@incmsnz.mx">elena.padillam@incmsnz.mx</a>
10	Q. ADRIANA ARVIZU HERNANDEZ	COORDINADORA DE LABORATORIO	<a href="mailto:adriana.arvizuh@incmsnz.mx">adriana.arvizuh@incmsnz.mx</a>
11	MARIA ELENA CARRANCO JAUREGUI	COORDINADORA DE LABORATORIO	<a href="mailto:elena.carrancoj@incmsnz.mx">elena.carrancoj@incmsnz.mx</a>
12	LCDA. YARELI TEJEDA JUAREZ	APOYO ADMINISTRATIVO	<a href="mailto:yareli.tejedaj@incmsnz.mx">yareli.tejedaj@incmsnz.mx</a>
13	DR. FRANCISCO TOMAS RODRIGUEZ COVARRUBIAS	JEFE DEL DEPTO. DE UROLOGIA	<a href="mailto:francisco.rodriguezcv@incmsnz.mx">francisco.rodriguezcv@incmsnz.mx</a>
14	C. ROCIO COATL RAMOS	ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE UROLOGIA	<a href="mailto:rocio.coatl@incmsnz.mx">rocio.coatl@incmsnz.mx</a>
15	C.P. CARLOS BOGART ZUÑIGA	COORDINADOR DEL DEPTO. DE RADIOLOGIA	<a href="mailto:carlos.bogartz@incmsnz.mx">carlos.bogartz@incmsnz.mx</a>
16	MARIA ESTELA ESPINOSA PADRON	JEFE DE ENFERMERAS A	<a href="mailto:estela.espinosap@incmsnz.mx">estela.espinosap@incmsnz.mx</a>
17	LIC. ENF. PATRICIA RAMIREZ ARVIZU	JEFA DEL DEPTO. DE ENFERMERIA	<a href="mailto:patricia.ramireza@incmsnz.mx">patricia.ramireza@incmsnz.mx</a>
18	PATRICIA PIÑONES CASTILLO	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	<a href="mailto:patricia.pinonesc@incmsnz.mx">patricia.pinonesc@incmsnz.mx</a>
19	ENF. MA. LUISA MARTINEZ GARCIA	JEFA DE CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION	<a href="mailto:luisa.martinezg@incmsnz.mx">luisa.martinezg@incmsnz.mx</a>
20	LIC. ENF. ALMA ROSA CHAVEZ RIOS	JEFE DE ENFERMERIA	<a href="mailto:alma.chavezr@incmsnz.mx">alma.chavezr@incmsnz.mx</a>
21	SANDRA DEL VALLE MARTINEZ	ENFERMERIA	<a href="mailto:sandra.vallem@incmsnz.mx">sandra.vallem@incmsnz.mx</a>
22	C. MAURICIO ARVIZU HERNANDEZ	UNIDAD METABOLICA	<a href="mailto:mauricio.arvizuh@incmsnz.mx">mauricio.arvizuh@incmsnz.mx</a>
23	LIC. RAQUEL LOPEZ JUAREZ	JEFA DEL DEPTO. DE ALMACEN GENERAL	<a href="mailto:raquel.lopezj@incmsnz.mx">raquel.lopezj@incmsnz.mx</a>
24	LCDO. MARTIN OLIVARES VALDERRAMA	APOYO ADMINISTRATIVO DEL ALMACEN GENERAL	<a href="mailto:martin.olivaresv@incmsnz.mx">martin.olivaresv@incmsnz.mx</a>
25	BLANCA SUSANA CRUZ JUAREZ	SERVICIO DE URGENCIAS	<a href="mailto:susana.cruzj@incmsnz.mx">susana.cruzj@incmsnz.mx</a>
26	CLAUDIA IVETTE RIVAS ORTIZ	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA	<a href="mailto:claudia.rivaso@incmsnz.mx">claudia.rivaso@incmsnz.mx</a>



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA  
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-74-2025  
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS-  
PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

NO.	NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRONICO
27	EDUARDO ALAMAN GARCIA	UNIDAD METABOLICA	eduardo.alamang@incmnsz.mx

**ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA JUNTA ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-12-NCG-012NCG001-I-74-2025, PARA LA ADQUISICIÓN DE "MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL"**



Página 24 de 24