



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

En la Ciudad de México, siendo las **09:00** horas, del **30** de **enero** de **2025**, en las **INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN**, ubicada en: Calle Vasco de Quiroga Número 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Código Postal 14080, Alcaldía Tlalpan; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como del numeral **II.1** de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el **Lcdo. José Luis López Moreno, Coordinador de Contratos adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, servidor público designado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.

El presidente del acto, fue asistido por los representantes de las Áreas Usuarías: **Servicio de Medicina Transfusional, Departamento de Laboratorio Central y Departamento de Laboratorio de Microbiología Clínica**, los cuales solventarán las preguntas de carácter técnico, los representantes del Área Contratante de la **Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales** y el **Departamento de Asesoría Jurídica**, los cuales solventarán las preguntas de carácter administrativo y legal, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, a través del Sistema Compranet, de los siguientes licitantes:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NÚMERO DE PREGUNTAS REALIZADAS
1	IL DIAGNOSTICS SA DE CV	COMPRANET	2
2	DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ANALISIS CLINICOS SA DE CV	COMPRANET	9
3	PROVEEDORA CLINICA MEDICA SA DE CV	COMPRANET	3
4	MEDICAL CORPORATION GROUP SA DE CV	COMPRANET	6
5	DICIPA SA DE CV	COMPRANET	19
6	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	COMPRANET	22
7	LABORATORIOS LICON SA	COMPRANET	14
8	MERXAM CORPORATIVO S DE RL DE CV	COMPRANET	3
9	ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO SA DE CV	COMPRANET	4



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

10	ABALAT SA DE CV	COMPRANET	16
11	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	COMPRANET	37
12	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	COMPRANET	5

Recibiendo escritos de interés en participar, de los siguientes licitantes:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN
1	IL DIAGNOSTICS SA DE CV	COMPRANET
2	DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ANALISIS CLINICOS SA DE CV	COMPRANET
3	PROVEEDORA CLINICA MEDICA SA DE CV	COMPRANET
4	MEDICAL CORPORATION GROUP SA DE CV	COMPRANET
5	DICIPA SA DE CV	COMPRANET
6	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	COMPRANET
7	LABORATORIOS LICON SA	COMPRANET
8	MERXAM CORPORATIVO S DE RL DE CV	COMPRANET
9	ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO SA DE CV	COMPRANET
10	ABALAT SA DE CV	COMPRANET
11	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	COMPRANET
12	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	COMPRANET
13	ESTUDIOS CLINICOS DR. T. J. ORIARD S.A. DE C.V.	COMPRANET
14	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	COMPRANET

SE ADJUNTA COPIA DE LAS PANTALLAS DE COMPRANET:



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

Buen Gobierno

Secretaría de Salud y Bienestar

GOBIERNO



9	DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ANÁLISIS CLÍNICOS SA DE CV	22 de enero de 2025 a las 09:23	22 de enero de 2025 a las 09:25	SI	NO
10	EL SO SUPPLY SA DE CV	27 de enero de 2025 a las 10:56		NO	NO
11	ESTUDIOS CLÍNICOS DR. I J. ORLANDO SA DE CV	22 de enero de 2025 a las 10:24	22 de enero de 2025 a las 10:26	NO	NO
12	IL DIAGNOSTICS SA DE CV	22 de enero de 2025 a las 12:09	22 de enero de 2025 a las 12:27	SI	NO
13	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	28 de enero de 2025 a las 11:52	28 de enero de 2025 a las 11:53	SI	NO
14	LABORATORIOS LICON SA	28 de enero de 2025 a las 18:39	28 de enero de 2025 a las 18:40	SI	NO
15	MEDERK DE MEXICO SA DE CV	21 de enero de 2025 a las 15:58		NO	NO
16	MEDICAL CORPORATION GROUP SA DE CV	22 de enero de 2025 a las 08:29	23 de enero de 2025 a las 17:53	SI	NO
17	MERAM CORPORATIVO S DE RL DE CV	23 de enero de 2025 a las 12:09	23 de enero de 2025 a las 12:10	SI	NO
18	PROVEEDORA CLINICA MEDICA SA DE CV	23 de enero de 2025 a las 08:17	28 de enero de 2025 a las 08:42	SI	NO
19	QUEST DIAGNOSTICS MEXICO S DE RL DE CV	27 de enero de 2025 a las 09:11		NO	NO
20	REDIA SA DE CV	21 de enero de 2025 a las 10:34		NO	NO
21	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	28 de enero de 2025 a las 16:30	28 de enero de 2025 a las 16:45	SI	NO



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Visto en la Zona Especial Administrativa No. 161 del Ejido San Andrés C.P. 06000, México, D.F., a los 28 de enero de 2025, se celebró la Junta de Aclaraciones.

Página 2



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025**

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

Buen Gobierno

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 111–117

IPsec: Confidential



22	EDPRIMASA SA DE CV	24 de enero de 2025 a las 12:53		NO	NO
23	VE+ S.A.P.I. DE CV	22 de enero de 2025 a las 21:18	22 de enero de 2025 a las 21:19	NO	NO



2025
Especial
La Mujer Indígena

Downloaded from <http://ajph.org/> on May 12, 2015 by guest

ATC

Figure 3



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral II.1 de la Convocatoria, se procedió a realizar la junta de aclaraciones dándose lectura a todas y cada una de las preguntas, con su respectiva respuesta, por parte de los representantes de las diversas áreas del Instituto, que tienen injerencia en este proceso de licitación **No. LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025** las cuales se transcriben íntegramente.

NÚMERO	ID DE LA PREGUNTA	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	696927	IL DIAGNOSTICS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 9	PARTIDA 9. SERVICIO DE PRUEBAS RÁPIDAS AUTOMATIZADAS POR PCR TIEMPO REAL, PARA LA DETECCIÓN DE CLOSTRIDIOS DIFÍCILE Y CEPA 027 A PARTIR DE HECEs INIDCAN REQUISITOS PARA EVALUACIÓN TÉCNICA: 1. EL EQUIPO DEBE SER VALIDADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA DEL INCMNSZ ANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN. PREGUNTA SOLICITAMO A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA REALIZAR LA VALIDACION POSTERIOR A LA DAJUDICACION Y A LA INSTALACION, CON CARTA COMPROMISO QUE EL EQUIPO SERA VALIDAD SIN COSTO ALGUNO PARA EL INSTITUTO.¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
2	696928	IL DIAGNOSTICS SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 10	PARTIDA 10. SERVICIO DE PRUEBAS RÁPIDAS AUTOMATIZADAS POR PCR TIEMPO REAL, PARA LA DETECCIÓN DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS INIDCAN REQUISITOS PARA EVALUACIÓN TÉCNICA: 1. EL EQUIPO DEBE SER VALIDADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA DEL INCMNSZ ANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN. PREGUNTA SOLICITAMO A LA AMABLE CONVOCANTE NOS PERMITA REALIZAR LA VALIDACION POSTERIOR A LA DAJUDICACION Y A LA INSTALACION, CON CARTA COMPROMISO QUE EL EQUIPO SERA VALIDAD SIN COSTO ALGUNO PARA EL INSTITUTO.¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
3	698265	DISTRIBUIDOR A INTEGRAL DE	LEGAL - ADMINISTRA	NUMERAL 8 CONDICIONES	"SE INDICA EN LA CONVOCATORIA: "LOS CONTRATOS SE ADJUDICARÁN UNO POR CADA	NO SE ACEPTA SE REFIERE QUE LA ADJUDICACION SERA POR



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

	ANÁLISIS CLÍNICOS SA DE CV	TIVA	EN LA QUE SE LLEVARÁ A CABO LA LICITACIÓN PÚBLICA	PARTIDA. PREGUNTA: "SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI ESTA MENCIÓN SIGNIFICA QUE SE PUEDE COTIZAR POR UNA O MÁS PARTIDAS Y SI LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ POR UNA O MÁS PARTIDAS A UNO O MÁS LICITANTES.	CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LA QUE EL LICITANTE PARTICIPE, LAS PARTIDAS SON LAS QUE REFIERE EL ANEXO TÉCNICO, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE LAS PRUEBAS DEL ANEXO XIII DE LA CONVOCATORIA.
4	698266 DISTRIBUIDOR A INTEGRAL DE ANÁLISIS CLÍNICOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	III.3.- REQUISITOS TÉCNICOS.	SE INDICA EN LA CONVOCATORIA B) "CONTRATOS DE SERVICIO: EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON EXPERIENCIA EN LOS SERVICIOS DE LA MISMA NATURALEZA AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, PRESENTANDO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CONSISTENTE EN COPIA DE CONTRATOS CON VIGENCIA MÍNIMA DE UN AÑO, LOS CUALES INTEGREN COMO MÍNIMO: CARÁTULA, OBJETO DEL CONTRATO, HOJA DE FIRMAS Y ALCANCES DEL SERVICIO, ASÍ COMO UN OFICIO DE LIBERACIÓN DE FIANZA O CARTA DONDE INDIQUE QUE EL SERVICIO SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA, DEBE ESTAR REGISTRADO EL NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA. PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI POR SERVICIOS DE LA MISMA NATURALEZA SE ENTIENDE CUALQUIER SERVICIO RELACIONADO CON PRUEBAS DE LABORATORIO. TAMBIÉN SE SOLICITA ACLARAR SI CON UN CONTRATO ES SUFICIENTE.	SE ACEPTARÁN LOS CONTRATOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS EN EL NUMERAL MENCIONADO, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL MISMO, LOS CUALES DEBEN ESTAR RELACIONADOS CON LA PARTIDA QUE SE PRETENDA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS MENCIONADAS EN EL ANEXO XIII DE LA CONVOCATORIA, CON UN SOLO CONTRATO.
5	698268 DISTRIBUIDOR A INTEGRAL DE ANÁLISIS CLÍNICOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	III.- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR Y PRESENTAR LAS PROPOSICIONES	III.1.- GENERALES. DE LAS PAGINAS 15 A LA 16 PARRAFÓ 7 SE HACE SABER A LOS LICITANTES QUE PARTICIPAN EN ESTE PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁN FORMULAR EL MANIFIESTO DE VÍNCULO O RELACIONES QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HTTPS://MANIFIESTO.BUENGOBIERNO.GOB.MX/ SMP-WEB/LOGINPAGE.JSF	A) DEBERÁ ESTAR VIGENTE A LA FECHA PROGRAMADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES (TÉCNICA Y ECONÓMICA) B) SE DEBERÁ ANEXAR CONJUNTAMENTE CON EL



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

6	698276	DISTRIBUIDOR A INTEGRAL DE ANALISIS CLINICOS SA DE CV	TÉCNICO	III.3.- REQUISITOS TÉCNICOS	PREGUNTA: A) SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA FECHA DE FORMULACION DEL MANIFIESTO CON CUANTOS DIAS ANTERIORES A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE DEBE DE PRESENTAR. FAVOR DE ACLARAR. PREGUNTA: B) SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EN QUE CASILLA SE DEBERA CARGAR EL MANIFIESTO DE VÍNCULO O RELACIONES. FAVOR DE ACLARAR. V.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. SE INDICA EN LA CONVOCATORIA: "UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ AL PARTICIPANTE CUYA PROPUESTA RESULTE SOLVENTE PORQUE REÚNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y POR LO TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO..." PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ POR UNA O MÁS PARTIDAS A UNO O MÁS LICITANTES CUYA PROPUESTA RESULTE SOLVENTE Y PRESENTE EL PRECIO MÁS BAJO. LOS PARTICIPANTES PRESENTARÁN COMO PRIMER DOCUMENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS, LA RELACION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN ANEXO XX (EN ESE MISMO ORDEN), EN HOJA MEMBRADA, LOS	ANEXO XII. MANIFIESTO QUE PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO EXISTE UN CONFLICTO DE INTERÉS. SE ADJUDICARÁ POR PARTIDA CONFORME AL ANEXO TECNICO. AL LICITANTE QUE SU PROPUESTA TECNICA CUMPLA CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVO, FINANCIEROS Y SU PROPUESTA ECONOMICA RESULTE SOLVENTE PARA LA CONVOCANTE. SI, SE REFIERE AL ANEXO XVIII RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE.
7	698279	DISTRIBUIDOR A INTEGRAL DE ANALISIS CLINICOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	III.2.- REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.		



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

					CUALES SE PRESENTARÁN EN EL ORDEN SIGUIENTE:	
8	698280	DISTRIBUIDOR A INTEGRAL DE ANALISIS CLINICOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	III.2.- REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	PREGUNTA: EL NUMERO DEL ANEXO XX A QUE SE REFIERE ESTE PUNTO, EN LA CONVOCATORIA ES EL ANEXO NUMERO XVIII FAVOR DE ACLARAR. NUMERAL 5 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR CON CUANTOS DIAS ANTERIORES A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE DEBE DE TRAMITAR ESTA CONSTANCIA. FAVOR DE ACLARAR	DEBERA ESTAR VIGENTE EN LA FECHA PROGRAMADA EN EL ACTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES (TÉCNICA Y ECONÓMICA)
9	698301	DISTRIBUIDOR A INTEGRAL DE ANALISIS CLINICOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	III.2.- REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	NUMERAL 6 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR CON CUANTOS DIAS ANTERIORES A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE DEBE DE TRAMITAR, ESTA CONSTANCIA. FAVOR DE ACLARAR	DEBERA ESTAR VIGENTE EN LA FECHA PROGRAMADA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES (TÉCNICA Y ECONÓMICA)
10	698302	DISTRIBUIDOR A INTEGRAL DE ANALISIS CLINICOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	III.2.- REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	NUMERAL 7 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR CON CUANTOS DIAS ANTERIORES A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE DEBE DE TRAMITAR, ESTA CONSTANCIA. FAVOR DE ACLARAR.	DEBERA ESTAR VIGENTE EN LA FECHA PROGRAMADA EN EL ACTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES (TÉCNICA Y ECONÓMICA)
11	698559	DISTRIBUIDOR A INTEGRAL DE ANALISIS CLINICOS SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXOS VARIOS	ANEXOS Y NUMERO DE PAGINAS: ANEXO II PAGINA 46, ANEXO III PAGINA 48, ANEXO 5 PAGINA 50, ANEXO VIII PAGINA 53, ANEXO IX PAGINA 54, ANEXO XI PAGINA 54. PREGUNTA EN LOS ANEXOS ANTES MENCIONADOS DICE: NO. DE LICITACIÓN LA-	SI, ES CORRECTA SU APRECIACION



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

12	698702	PROVEEDORA CLINICA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO XIII FORMATO DE PROPUESTA TECNICA	12NCG-02NCG001-N309-2023 DEBERIA DECIR: LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN? PARTIDA 1: BIOMETRIA HEMATICA LA CANTIDAD QUE PROPORCIONAN POR MES ES DE 1,300 PBAS Y LA CANTIDAD MINIMA EN 10 MESES ES DE 1,00 PBAS. ESTA CANTIDAD ES MENOR A LA ESTIMADA POR MES. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA QUE CONFIRMEN O MODIFIQUEN SEGUN SEA EL CASO ESTAS CANTIDADES A OFERTAR.	SE HACE LA ACLARACIÓN DE LAS CANTIDADES: CANTIDAD PROMEDIO POR MES 1,300, CANTIDAD MINIMA EN 10 MESES 10,000; CANTIDAD MAXIMA EN 10 MESES 16,000 PRUEBAS DEBERA ESTAR VICENTE A EN LA FECHA PROGRAMADA EN EL ACTO DE LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES (TÉCNICA Y ECONOMICA)
13	698719	MEDICAL CORPORATION GROUP SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6. OPINION DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LA OPINION DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DE DOS DIAS ANTES DE LA APERTURA	SI ES SUFICIENTE DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA, LOS CUALES DEBEN ESTAR RELACIONADOS CON LA PARTIDA QUE SE PRETENDA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS MENCIONADAS EN EL ANEXO TECNICO, ASI COMO EN LA RELACION DE LAS PRUEBAS DEL ANEXO XIII DE LA CONVOCATORIA.
14	698720	MEDICAL CORPORATION GROUP SA DE CV	TÉCNICO	B. CONTRATOS DE SERVICIO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES SUFICIENTE ENTREGAR UN CONTRATO POR CADA PARTIDA A PARTICIPAR	SI SE ACEPTAN ANEXANDO LAS FIRMAS ELECTRONICAS DE LOS MISMOS
15	698721	MEDICAL CORPORATION GROUP SA DE CV	TÉCNICO	B. CONTRATOS DE SERVICIO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PODEMOS HACER ENTREGA DE CONTRATOS FIRMADOS POR MEDIO DE CONTRANET, ES DECIR EL APARTADO DE FIRMAS CON ACUSE DE FIRMA	SI, ES CORRECTA SU APRECIACION
16	698722	MEDICAL CORPORATION GROUP SA DE CV	TÉCNICO	B. CONTRATOS DE SERVICIO	EL APARTADO DICE "COPIA DE CONTRATOS CON VIGENCIA MINIMA DE UN AÑO" SE SOLICITA AMABLE A LA CONVOCANTE DE CONFIRMARNOS SI LA VIGENCIA SE REFIERE A	

[Handwritten signature]



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

					LA DURACIÓN DEL CONTRATO	
17	698723	MEDICAL CORPORATION GROUP SA DE CV	TÉCNICO	CARTA DE DISTRIBUCION	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES SUFICIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO EL SOLO PRESENTAR LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR	SI SE ACEPTA ACOMPAÑADO DE UNA IDENTIFICACION DE QUIEN EMITE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR
18	698724	MEDICAL CORPORATION GROUP SA DE CV	TÉCNICO	REGISTROS SANITARIOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER ENTREGA DE LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA, SUBRAYANDO LOS CÓDIGOS EN EN EL REGISTRO	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE REGISTRO POR CADA PRUEBA
19	698947	DICIPA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	111.2 REQUISITOS LEGAL ADMINISTRATIVOS. ANEXO XX (EN ESE MISMO ORDEN)	ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REFIERE AL ANEXO XVIII RELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTACION. FAVOR DE PRONUNCIARSE DE SER CORRECTA NUESTRA OBSERVACIÓN ANTERIOR. ¿SOLICITAMOS NOS PERMITA ORDENAR Y FOLIAR DE MANERA COMO SE ENCUENTRA EN EL PORTAL DE COMPRANET, YA QUE A PESAR DE SOLICITAR LOS MISMOS DOCUMENTOS SE TIENE DIFERENTE ORDEN CONSECUTIVO? FAVOR DE CONFIRMAR.	SI, ES CORRECTO
20	698948	DICIPA SA DE CV	TÉCNICO	111.2 REQUISITOS LEGAL ADMINISTRATIVOS. ANEXO XX (EN ESE MISMO ORDEN)	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO CON FECHA DE EMISIÓN DEL MES EN CURSO (FEBRERO)? FAVOR DE CONFIRMAR.	SI SE ACEPTA DEBERA ESTAR VIGENTE A EN LA FECHA PROGRAMADA EN EL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES (TÉCNICA Y ECONÓMICA)
21	698949	DICIPA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	111.2 REQUISITOS LEGAL ADMINISTRATIVOS. NUM. 5 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SAT.	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO CON FECHA DE EMISIÓN DEL MES EN CURSO (FEBRERO)? FAVOR DE CONFIRMAR.	DEBERA ESTAR VIGENTE A EN LA FECHA PROGRAMADA EN EL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES (TÉCNICA Y ECONÓMICA)
22	698950	DICIPA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	111.2 REQUISITOS LEGAL ADMINISTRATIVOS. NUM. 6 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS.	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO CON FECHA DE EMISIÓN DEL MES EN CURSO (FEBRERO)? FAVOR DE CONFIRMAR.	DEBERA ESTAR VIGENTE A EN LA FECHA PROGRAMADA EN EL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES (TÉCNICA Y ECONÓMICA)



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

23	698951	DICIPA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	111.2 REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. NUM. 7 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL INFONAVIT.	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACEPTA LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO CON FECHA DE EMISIÓN DEL MES EN CURSO (FEBRERO)? FAVOR DE CONFIRMAR.	DEBERA ESTAR VICENTE A EN LA FECHA PROGRAMADA EN EL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES (TÉCNICA Y ECONÓMICA)
24	698952	DICIPA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	111.2 REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. NUM. 7 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL INFONAVIT.	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS FORMATOS LOS CUALES NO APLIQUEN A MI REPRESENTADA SE CUMPLIRA CON EL FORMATO CON LA LEYENDA DE AGUA DE "NO APLICA". ¿ES CORRECTA NUESTRA Apreciación?	SI, ES CORRECTO DE
25	698953	DICIPA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO XIV FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR, PRESENTAR EL FORMATO ÚNICAMENTE POR LAS PARTIDAS QUE SE COTICEN. FAVOR DE ACLARAR	SI, ES CORRECTO DE DEBERA PRESENTAR SU PROPUESTA TECNICA SOLAMENTE EN LA PARTIDA O PARTIDAS QUE SE PARTICIPE, CONFORME AL ANEXO TECNICO Y DEBE SER POR LA TOTALIDAD DE PRUEBAS CONFORME AL ANEXO XIII DE LA CONVOCATORIA.
26	698954	DICIPA SA DE CV	ECONÓMICO	ANEXO XIII FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR, PRESENTAR EL FORMATO ÚNICAMENTE POR LAS PARTIDAS QUE SE COTICEN. FAVOR DE ACLARAR	SI, ES CORRECTO DE DEBERA PRESENTAR SU PROPUESTA ECONOMICA SOLAMENTE EN LA PARTIDA O PARTIDAS QUE SE PARTICIPE, CONFORME AL ANEXO TECNICO Y DEBE SER POR LA TOTALIDAD DE PRUEBAS DE CADA PARTIDA RELACIONADAS EN EL ANEXO XIII DE LA CONVOCATORIA.
27	698955	DICIPA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 4 SERVICIO DE PRUEBAS DE	ESPECIFICACIONES EQUIPO DE HEMATOLOGIA NUMERAL 12 SOLICITAN TENIDOR CON CAPACIDAD DE MAS DE 200 LAMINILLAS, SOLICITAMOS SE ACEPTA QUE EL TENIDOR	SI, SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON EL RESTO DE LAS ESPECIFICACIONES



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

				HEMATOLOGIA,	CUENTE CON LA CAPACIDAD DE TENER MÍNIMO 170 LAMINILLAS, YA QUE ESTO NO AFECTA LA CALIDAD DE TINCIÓN DEL INSTRUMENTO NI LA VELOCIDAD DEL MISMO, ¿SE ACEPTA?	TECNICAS
28	699002	INSTRUMENTO S Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	III.2.-REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	NUMERAL 2.-DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE.- SE SOLICITA EN ESTE NUMERAL UN ESCRITO LIBRE, EN EL CUAL SE MANIFIESTE, LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, ¿SE PRESENTARÁ ESTE ESCRITO LIBRE Y EL ANEXO III "DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE". EL CUAL FORMA PARTE DE LOS ANEXOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA?. PARA CUMPLIMIENTO DE ESTE NUMERAL., O SOLO SE PRESENTARÁ EL ANEXO III. FAVOR DE CONFIRMAR.	CON EL ANEXO III DE LA CONVOCATORIA SE CUMPLE
29	699003	INSTRUMENTO S Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	III.2.-REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	NUMERAL 8.-DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.- SE SOLICITA EN ESTE NUMERAL UN ESCRITO LIBRE, EN EL CUAL SE MANIFIESTE, DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, ¿SE PRESENTARÁ ESTE ESCRITO LIBRE Y EL ANEXO VI "ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE", EL CUAL FORMA PARTE DE LOS ANEXOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA?. PARA CUMPLIMIENTO DE ESTE NUMERAL., O SOLO SE PRESENTARÁ EL ANEXO VI. FAVOR DE CONFIRMAR.	CON EL ANEXO VI DE LA CONVOCATORIA SE CUMPLE
30	699004	INSTRUMENTO S Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	III.2.-REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.	NUMERAL 11.-DECLARACIÓN DE NO SUBROGAR LOS SERVICIOS, SE SOLICITA EN ESTE NUMERAL UNA CARTA EN FORMATO LIBRE, EN EL CUAL SE MANIFIESTE, DECLARACIÓN DE NO SUBROGAR LOS SERVICIOS, ¿SE PRESENTARÁ ESTE ESCRITO LIBRE Y EL ANEXO IX "DECLARACIÓN DE NO SUBROGAR LOS SERVICIOS", EL CUAL FORMA PARTE DE LOS ANEXOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA?. PARA CUMPLIMIENTO DE ESTE NUMERAL., O SOLO SE PRESENTARÁ EL ANEXO IX. FAVOR DE CONFIRMAR.	CON EL ANEXO IX DE LA CONVOCATORIA SE CUMPLE
31	699005	INSTRUMENTO	LEGAL -	III.2.-REQUISITOS	NUMERAL 13.- MANIFIESTO DE MIPYMES O	SI, SE ACEPTA



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

		S Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	ADMINISTRA TIVA	LEGALES, ADMINISTRATIV OS Y FINANCIEROS.	COPIA DE DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE.- EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA NO PERTENEZCA AL SECTOR DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR EL ANEXO IX "MANIFIESTO DE MIPYMES O COPIA DEL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE". CON MARCA DE AGUA CON LA LEYENDA "NO APLICA". FAVOR DE CONFIRMAR.
32	699006	INSTRUMENTO S Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRA TIVA	III.2.-REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIV OS Y FINANCIEROS.	NUMERAL 16.-RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE, EN ESTE NUMERAL SE SOLICITA LA ENTREGA DEL ANEXO XX "RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN", Y DE ACUERDO A LOS ANEXOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA EL ANEXO CORRESPONDIENTE ES EL ANEXO XVIII "RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN". FAVOR DE CONFIRMAR SI EL ANEXO XVIII ES EL QUE SE PRESENTARÁ.
33	699007	INSTRUMENTO S Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRA TIVA	ANEXO I	ANEXO I "FORMATO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y SOLICITAR ACLARACIÓN DE DUDAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES", DADO QUE EL INTERÉS DE PARTICIPACIÓN SE MANIFIESTA EN LA PLATAFORMA INTEGRAL DE COMPRANET, Y SE SOLICITAN ACLARACIONES DE DUDAS A TRAVÉS DE LA PLANTILLA DE CARGA MASIVA DE PREGUNTAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ESTE ANEXO SE PRESENTARÁ EN EL ACTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. FAVOR DE CONFIRMAR.
34	699008	INSTRUMENTO S Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRA TIVA	III.3.- REQUISITOS TÉCNICOS	INCISO D) CAPACIDAD DEL LICITANTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INCISO SE PRESENTARÁ EL ANEXO XV "DECLARACIÓN DE CAPACIDAD DEL LICITANTE". FAVOR DE CONFIRMAR.
35	699009	INSTRUMENTO S Y EQUIPOS FALCON SA DE	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN DONDE SE
					SI, SE REFIERE AL ANEXO XVIII RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE.
					SI SE MANIFESTO EN LA PLATAFORMA INTEGRAL DE COMPRANET, YA NO ES NECESARIO PRESENTARLO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
					CON EL ANEXO XV DE LA CONVOCATORIA SE CUMPLE
					NO SE ACEPTA



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

36	699011	LABORATORIO S LICON SA	TÉCNICO	PARTIDA 2: PRUEBAS AUTOMATIZADA S DE INMUNOHEMAT OLOGÍA EN PERSONAS DONANTES	COLOQUE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS QUE NO SE PUEDEN REFERENCIAR EN FOLLETOS, MANUALES, CATÁLOGOS O INSTRUCTIVOS, ASEGURANDO QUE SE CUMPLEN, ¿SE ACEPTA? Y PACIENTES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS: PRUEBA: 1.- GRUPO SANGUÍNEO ABO, RH D DIRECTO/INVERSO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: DETERMINACIÓN DE LOS ANTÍGENOS DE GRUPO SANGUÍNEO A Y B, DEL ANTÍGENO D DEL FACTOR RH Y DE LOS ANTICUERPOS CORRESPONDIENTES DEL GRUPO INVERSO EN TARJETA DE GEL CON 6 MICRO TUBOS QUE CONTIENEN INDIVIDUALMENTE ANTISUEROS ANTI-A Y ANTI-B MONOCLONALES, ANTI-D MEZCLA DE MONOCLONALES, CONTROL Y PARA GRUPO INVERSO DOS MICROTUBOS NEUTRALES; INCLUIR LAS CÉLULAS A1 Y B PARA LA PRUEBA INVERSA, SOLUCIÓN DILUYENTE DE BAJA FUERZA IÓNICA (LISS), EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EN APOYO A LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR PRUEBA DE GRUPO ABO/RH COMPLETO (DIRECTO E INVERSO), EN TARJETA DE GEL DE 6 A 8 POCILLOS, INCORPORANDO UN POCILLO CONTROL Y LA DETERMINACIÓN DEL ANTÍGENO D, QUE PERMITA DETECTAR LA VARIANTE DVI. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA YA QUE LA VARIANTE DVI NO SE DEBE REALIZAR EN PACIENTES, EL INCLUIRLA EN LAS PRUEBAS DE RUTINA NO SE JUSTIFICA YA QUE NO APORTA UN BENEFICIO CLÍNICO.
37	699012	LABORATORIO S LICON SA	TÉCNICO	PARTIDA 2: PRUEBAS AUTOMATIZADA S DE INMUNOHEMAT OLOGÍA EN PERSONAS DONANTES	Y PACIENTES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS: PRUEBA 2.- FENOTIPO SISTEMA RH Y KELL. DETERMINACIÓN DE LOS ANTÍGENOS ERITROCITARIOS C, C E Y DEL SISTEMA RH Y DEL ANTÍGENO K DEL SISTEMA KELL EN TARJETAS DE GEL CON 6 MICROTUBOS QUE CONTENGAN INDIVIDUALMENTE ANTISUEROS ANTI-C, ANTI-C, ANTI-E, ANTI-E Y ANTI-K MONOCLONALES Y CONTROL; INCLUIR	NO SE ACEPTA YA QUE LA VARIANTE DVI NO SE DEBE REALIZAR EN PACIENTES, Y LA VARIANTE CW NO TIENE UNA INCIDENCIA SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR SU INCLUSIÓN EN LAS PRUEBAS DE RUTINA.



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

38	699013	LABORATORIO S LICON SA	TÉCNICO	PARTIDA 2: PRUEBAS AUTOMATIZADA S DE INMUNOHEMAT OLOGÍA EN PERSONAS DONANTES	LA SOLUCIÓN DILUYENTE DE BAJA FUERZA IÓNICA (LISS), EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EN APOYO A LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR LA PRUEBA RH PHENO+KELL, EN TARJETA DE GEL DE 6 A 8 POCILLOS INCORPORANDO LAS DETERMINACIONES ANTI-CW Y ANTI -DVI+. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? Y PACIENTES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS: PRUEBA 5.- PRUEBA CRUZADA MAYOR. DETERMINACIÓN DE LA PRUEBA CRUZADA MAYOR MEDIANTE LA PRUEBA DE COOMBS EN TARJETAS DE GEL CON 6 MICROTUBOS QUE CONTENGAN INDIVIDUALMENTE ANTIGLOBULINA HUMANA POLIESPECÍFICA ANTI-IGG, -C3D MONOCLONALES; CADA PRUEBA CRUZADA ESTARÁ CONFORMADA EN UN MICROTUBO; INCLUIR LA SOLUCIÓN DILUYENTE DE BAJA FUERZA IÓNICA (LISS), EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EN APOYO A LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR LA PRUEBA CRUZADA MAYOR, MEDIANTE LA PRUEBA DE COOMBS, EN TARJETA DE 6 A 8 POCILLOS CON DETERMINACIÓN DE (ANTICUERPOS POLICLONALES ANTI-IGG Y ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-C3D) ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? Y PACIENTES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS: PRUEBA 8.- PRUEBA DE COOMBS MONOESPECÍFICO ANTI-IGG Y ANTI- C3D. DETECCIÓN INDIVIDUAL ESPECÍFICA DE LA INMUNOGLOBULINA HUMANA IGG Y DEL COMPLEMENTO C3D EN LOS ERITROCITOS CON TARJETAS DE GEL CON 6 MICROTUBOS PARA DOS PRUEBAS QUE CONTENGAN INDIVIDUALMENTE ANTI-INMUNOGLOBULINA	NO SE ACEPTA, LA TARJETA DE 6 POCILLOS OPTIMIZA EL USO DE LOS PRODUCTOS
39	699014	LABORATORIO S LICON SA	TÉCNICO	PARTIDA 2: PRUEBAS AUTOMATIZADA S DE INMUNOHEMAT OLOGÍA EN PERSONAS DONANTES	NO SE ACEPTA, LA PRUEBA REQUIERE TRES POCILLOS, SE ACEPTA LA TARJETA DE 6 POCILLOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE RECURSOS.	



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

40	699015	LABORATORIO S LICON SA	TÉCNICO	PARTIDA 2: PRUEBAS AUTOMATIZADA S DE INMUNOHEMAT OLOGIA EN PERSONAS DONANTES	HUMANA MONOESPECÍFICA ANTI-IGG, ANTI- C3D MONOCLONALES Y CONTROL; INCLUIR LA SOLUCIÓN DILUYENTE DE BAJA FUERZA IÓNICA (LISS), EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE EN APOYO A LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR ESTAS DETERMINACIONES EN TARJETAS DE 6 A 8 POCILLOS; ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? Y PACIENTES; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS: PRUEBA 10.- TITULACIÓN DE COOMBS MONOESPECÍFICO ANTI-IGG. DETERMINACIÓN DEL TÍTULO DE ANTICUERPOS ANTI-IGG DE LA PRUEBA DE COOMBS DIRECTO POSITIVO EN TARJETAS DE GEL CON 6 MICROTUBOS PARA UNA PRUEBA QUE CONTIENEN INDIVIDUALMENTE DILUCIONES DE ANTIGLOBULINA HUMANA ANTI-IGG MONOCLONAL 1:10, 1:30, 1:100, 1:300, 1:1000 Y CONTROL; INCLUIR LA SOLUCIÓN DILUYENTE DE BAJA FUERZA IÓNICA (LISS), EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EN APOYO A LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR ESTA PRUEBA DE MANERA MANUAL O AUTOMATIZADA, YA QUE DE FORMA AUTOMATIZADA SOLO UNA CASA COMERCIAL LA REALIZA Y ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE PUEDE ACEPTAR SIEMPRE Y CUANDO SE PUEDA REALIZAR LA TITULACIÓN DE COOMBS MONOESPECÍFICO ANTI- IGG, DETERMINACIÓN DEL TÍTULO DE ANTICUERPOS ANTI- IGG DE LA PRUEBA DE COOMBS DIRECTO POSITIVO EN TARJETAS DE GEL CON 6 MICROTUBOS PARA UNA PRUEBA QUE CONTIENEN INDIVIDUALMENTE DILUCIONES DE ANTIGLOBULINA HUMANA ANTI-IGG MONOCLONAL 1:10, 1:30, 1:100, 1:300, 1:1000 Y CONTROL; DE MANERA MANUAL O AUTOMATIZADA.
41	699093	MERXAM CORPORATIVO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PARTIDA 2	PRUEBAS AUTOMATIZADAS DE INMUNOHEMATOLOGIA EN PERSONAS DONANTES Y PACIENTES. PARTIDAS 3, 4, 5, 6 Y 7. PARA LAS PRUEBAS DE COOMBS EN TARJETAS DE GEL SOLICITAN QUE EL SUERO DE COOMBS INCLUIDO EN LA TARJETA SEA ANTIGLOBULINA HUMANA POLIESPECÍFICA ANTI-IGG, -C3D.	SE ACLARA QUE SE REFIERE A LAS PRUEBAS 3, 4, 5, 6 Y 7. SE ACEPTA LA TARJETA CON COOMBS IGG MONOESPECÍFICO.



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

42	699094	MERXAM CORPORATIVO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PARTIDA 2	COMO UNA MEJORA AL SISTEMA DE ANÁLISIS Y PARA EVITAR LAS INTERFERENCIAS POR COMPLEMENTO Y/O ANTICUERPOS FRÍOS, ¿CONSIDERAN CONVENIENTE COTIZAR TARJETA DE GEL CON SUERO DE COOMBS ANTI-IGG? PRUEBAS AUTOMATIZADAS DE INMUNOHEMATOLOGIA EN PERSONAS DONANTES Y PACIENTES. PARTIDA 9. PARA LAS PRUEBAS DE COOMBS EN TARJETAS DE GEL. SOLICITAN TARJETA DE GEL CON ANTI- INMUNOGLOBULINA HUMANA MONOESPECIFICA ANTI-IGG, ANTI-IGM, ANTI- IGA, ANTI C3D Y ANTI-C3C ¿PODEMOS COTIZAR DE MANERA OPCIONAL UNA COMBINACIÓN DE TÉCNICA DE GEL Y ANTISUEROS MANUALES PARA CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO?	SE ACLARA QUE SE REFIERE A LA PARTIDA 9. SE ACEPTA ÚNICAMENTE SI LAS PRUEBA SE REALIZA EN FORMA AUTOMATIZADA PARA ASEGURAR LA TRAZABILIDAD Y LA CALIDAD DE LA PRUEBA.
43	699095	MERXAM CORPORATIVO S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PARTIDA 2	PRUEBAS AUTOMATIZADAS DE INMUNOHEMATOLOGIA EN PERSONAS DONANTES Y PACIENTES. PARTIDA 6. PARA LAS PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS SOLICITAN LA IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA VIA SOFTWARE. ¿EL SOFTWARE DE IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS DEBE SER PARTE DEL EQUIPO DE INMUNOHEMATOLOGÍA?	SE ACLARA QUE SE REFIERE A LA PATIDA 6. ES CORRECTO EL SOFTWARE DEBE SER PARTE DEL SOFTWARE DEL EQUIPO PROPUESTO, PARA INTERFASAR ESTA PRUEBA DE MANERA BIDIRECCIONAL.
44	699096	ABBOTT LABORATORIE S DE MEXICO SA DE CV	ECONÓMICO	ANEXO XIII, PARTIDA 3: PRUEBAS DE INMUNOLOGIA Y QUIMICA CLÍNICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PRECISE EL NÚMERO DE PRUEBAS PARA LA FERRITINA Y ANTÍGENO 15-3	PARA FERRITINA SE REQUIERE MINIMO 15,000 Y MAXIMO 20,000. PARA ANTIGENO MINIMO 100 Y MAXIMO 200
45	699097	ABBOTT LABORATORIE S DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 1, PUNTO 1.1 DE LAS CARACTERÍSTICA S TÉCNICAS DEL EQUIPO	¿SE PODRÍA OFERTAR UN INSTRUMENTO QUE UTILICE CINCO REACTIVOS INCLUYENDO EL DE RETICULOCITOS? ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL RESTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
46	699098	ABBOTT LABORATORIE	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 3	DICE "QUE TENGAN UN SISTEMA DE INCUBACIÓN QUE NO REQUIERA EL USO DE	SI, SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON EL



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

	S DE MEXICO SA DE CV	PUNTO 11	SOLUCIONES ESPECIALES PARA MANTENIMIENTOS, BAÑO SECO" SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTO PARA QUÍMICA CLÍNICA QUE CUENTA CON UN BAÑO DE AGUA PARA MANTENER LA TEMPERATURA ADECUADA PARA LLEVAR A CABO LA REACCIÓN Y QUE UTILIZA UN ADITIVO DE BAÑO PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN MICROBIANA Y UN INSTRUMENTO DE INMUNOLOGÍA QUE NO REQUIERE EL USO DE SOLUCIONES ESPECIALES PARA MANTENIMIENTOS? ¿SE ACEPTA?	RESTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
47	ABBOTT LABORATORIE S DE MEXICO SA DE CV	EN EL ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 3 PUNTO 14	DICE "QUE TENGAN LA CAPACIDAD DE ALMACENAR DE 50 A 70 REACTIVOS A BORDO (TANTO PARA QUÍMICA COMO PARA INMUNOLOGÍA) Y UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓN QUE PERMITA MANTENER SU ESTABILIDAD (TEMPERATURA DE 4 A 10°C)" SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INSTRUMENTOS QUE TIENEN LA CAPACIDAD DE ALMACENAR DESDE 47 REACTIVOS A BORDO. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON EL RESTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
48	LABORATORIO S LICON SA	PARTIDA 2: PRUEBAS AUTOMATIZADA S DE INMUNOHEMAT OLOGÍA EN PERSONAS DONANTES	Y PACIENTES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS: PRUEBA 3.- RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES CON 3 CELULAS (I, II, III) + CELULA DIEGO + AUTOTESTIGO (PACIENTES). DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES FUERA DEL SISTEMA ABO MEDIANTE LA PRUEBA DE COOMBS EN TARJETAS DE GEL CON 6 MICROTUBOS QUE CONTENGAN INDIVIDUALMENTE ANTIGLOBULINA HUMANA POLIESPECÍFICA ANTI-IGG, -C3D MONOCLONALES; POR APARTE, UN SEMIPANEL DE 3 CELULAS MÁS UNA CÉLULA QUE PRESENTE EL ANTÍGENO DIA+; CADA PRUEBA DE RASTREO ESTARÁ CONFORMADA EN CUATRO MICROTUBOS MÁS UN AUTOTESTIGO; INCLUIR LA SOLUCIÓN DILUYENTE DE BAJA FUERZA IÓNICA (LISS), EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA RASTREO.	NO SE ACEPTA, LA TARJETA DE 6 POCILLOS OPTIMIZA EL USO DE LOS PRODUCTOS YA QUE NO SE JUSTIFICA EL UTILIZAR MÁS DE TRES CÉLULAS DE RASTREO.



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

49	699101	LABORATORIO S LICON SA	TÉCNICO	PARTIDA 2: PRUEBAS AUTOMATIZADA S DE INMUNOHEMAT OLOGÍA EN PERSONAS DONANTES	PRUEBA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EN APOYO A LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR LA PRUEBA DE RASTREO DE ANTICUERPOS EN TARJETA DE GEL DE 6 A 8 POCILLOS DE ANTIGLOBULINA HUMANA POLIESPECÍFICA ANTI IGG-C3D. CON UN PANEL DE 2 A 4 CÉLULAS (I, II, III IV) + CÉLULA DIEGO + AUTOTESTIGO EN PACIENTES, CONSIDERANDO QUE EL RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES TIENE COMO OBJETIVO DETECTAR LA PRESENCIA DE ANTICUERPOS CLÍNICAMENTE SIGNIFICATIVOS EN LA MUESTRA DEL PACIENTE Y LA PROPUESTA PRESENTADA INCLUYE LOS DETERMINANTES ANTIGÉNICOS MÁS SIGNIFICATIVOS EN LA MAYORÍA DE LOS SISTEMAS DE GRUPOS SANGÜÍNEOS EN COMPLEMENTO CON LAS CÉLULAS DIEGO OPTIMIZANDO EL USO DE LOS POCILLOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? Y PACIENTES: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS: PRUEBA 4.- RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES CON POOL DE CELULAS + AUTOTESTIGO. DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES FUERA DEL SISTEMA ABO MEDIANTE LA PRUEBA DE COOMBS EN TARJETAS DE GEL CON 6 MICROTUBOS QUE CONTENGAN INDIVIDUALMENTE ANTIGLOBULINA HUMANA POLIESPECÍFICA ANTI-IGG, -C3D MONOCLONALES; POR APARTE, UN POOL (MEZCLA) DE 2 CÉLULAS, CON AUTOTESTIGO; CADA PRUEBA DE RASTREO ESTARÁ CONFORMADA EN DOS MICROTUBOS; INCLUIR LA SOLUCIÓN DILUYENTE DE BAJA FUERZA IÓNICA (LISS), EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EN APOYO A LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR LA PRUEBA DE RASTREO DE ANTICUERPOS EN	NO SE ACEPTA, LA TARJETA DE 6 POCILLOS OPTIMIZA EL USO DE LOS PRODUCTOS YA QUE NO SE JUSTIFICA EL UTILIZAR MÁS DE UNA CÉLULA POOL EN EL ESTUDIO DE RASTREO DE DONANTES.
----	--------	---------------------------	---------	---	---	--

[Handwritten signature]



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

50	699102	LABORATORIO S LICON SA	TÉCNICO	PARTIDA 2: PRUEBAS AUTOMATIZADA S DE INMUNOHEMAT OLOGIA EN PERSONAS DONANTES	TARJETA DE GEL DE 6 A 8 POCILLOS DE ANTIGLOBULINA HUMANA POLIESPECÍFICA ANTI IGG-C3D. CON UN PANEL DE 2 (I, II) + CÉLULA DIEGO + AUTOTESTIGO EN PACIENTES, CONSIDERANDO QUE EL RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES TIENE COMO OBJETIVO DETECTAR LA PRESENCIA DE ANTICUERPOS CLÍNICAMENTE SIGNIFICATIVOS EN LA MUESTRA DEL PACIENTE Y LA PROPUESTA PRESENTADA INCLUYE LOS DETERMINANTES ANTIGÉNICOS MÁS SIGNIFICATIVOS EN LA MAYORÍA DE LOS SISTEMAS DE GRUPOS SANGUÍNEOS EN COMPLEMENTO CON LAS CÉLULAS DIEGO OPTIMIZANDO EL USO DE LOS POCILLOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA TARJETA DE 6 POCILLOS OPTIMIZA EL USO DE LOS PRODUCTOS
----	--------	---------------------------	---------	---	---	--



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

51	699103	LABORATORIO SLICON SA	TÉCNICO	PARTIDA 2: PRUEBAS AUTOMATIZADA S DE INMUNOHEMAT OLOGIA EN PERSONAS DONANTES	(ANTICUERPOS POLICLONALES ANTI-IGG Y ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-C3D), CON LA INCLUSIÓN DE LOS REACTIVOS ERITROCITARIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES DE 11 CÉLULAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? Y PACIENTES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS: PRUEBA 7.- PRUEBA DE COOMBS DIRECTO ANTI-IGG; -C3D. DETECCIÓN DE INMUNOGLOBULINA HUMANA IGG Y COMPLEMENTO C3D EN LOS ERITROCITOS CON TARJETAS DE GEL CON 6 MICROTUBOS QUE CONTENGAN INDIVIDUALMENTE ANTI- INMUNOGLOBULINA HUMANA POLIESPECÍFICA (SUERO DE COOMBS) ANTI-IGG, -C3D MONOCLONAL; INCLUIR LA SOLUCIÓN DILUYENTE DE BAJA FUERZA IÓNICA (LISS), EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA. SE SOLICITA A LA PARTICIPANTE QUE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR LA PRUEBA COOMBS, EN TARJETA DE 6 A 8 POCILLOS (ANTICUERPOS POLICLONALES ANTI-IGG Y ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-C3D) ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, LA TARJETA DE 6 POCILLOS OPTIMIZA EL USO DE LOS PRODUCTOS SE PODRÍA ACEPTAR SIEMPRE Y CUANDO SE INCLUYAN LOS ANTICUERPOS ANTI IGM Y ANTI IGA. AL SER UN INSTITUTO DE REFERENCIA NACIONAL, LA INCIDENCIA DE ANEMIAS HEMOLITICAS ES MAYOR, Y LA DETERMINACIÓN DE CASOS ANTI IGA E IGM SON ESENCIALES EN EL TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO DE LA
52	699104	LABORATORIO SLICON SA	TÉCNICO	PARTIDA 2: PRUEBAS AUTOMATIZADA S DE INMUNOHEMAT OLOGIA EN PERSONAS DONANTES	Y PACIENTES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS: PRUEBA 9.- PRUEBA DE COOMBS MONOESPECIFICO ANTI-IGG, ANTI-IGA, ANTI-IGM, ANTI-C3C Y ANTI-C3D. DETECCIÓN INDIVIDUAL ESPECÍFICA DE LA INMUNOGLOBULINA HUMANA IGG, IGA, IGM Y DEL COMPLEMENTO C3C Y C3D EN LOS ERITROCITOS CON TARJETAS DE GEL CON 6 MICROTUBOS PARA UNA PRUEBA QUE CONTENGAN INDIVIDUALMENTE ANTI- INMUNOGLOBULINA HUMANA MONOESPECÍFICA ANTI-IGG, ANTI-IGA, ANTI- IGM, ANTI-C3C Y ANTI-C3D MONOCLONALES Y CONTROL; INCLUIR LA SOLUCIÓN DILUYENTE	SE PODRÍA ACEPTAR SIEMPRE Y CUANDO SE INCLUYAN LOS ANTICUERPOS ANTI IGM Y ANTI IGA. AL SER UN INSTITUTO DE REFERENCIA NACIONAL, LA INCIDENCIA DE ANEMIAS HEMOLITICAS ES MAYOR, Y LA DETERMINACIÓN DE CASOS ANTI IGA E IGM SON ESENCIALES EN EL TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO DE LA



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

					DE BAJA FUERZA IÓNICA (LISS), EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA. DADO QUE LA ESPECIFICACIÓN QUE SOLICITAN "ANTI GLOBULINA HUMANA DIRECTA POR IGG, IGA E IGM", SÓLO UNA CASA COMERCIAL LA COTIZA "BIORAD" Y LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN LAS ANEMIAS HEMOLÍTICAS AUTOINMUNES, PATOLOGÍA POCO FRECUENTE ENTRE 1 A 3 DE CADA 100 000 HABITANTES, ESTÁN PRESENTES EN UN MENOR PORCENTAJE Y LA GRAN MAYORÍA DE LAS VECES EN QUE SE PRESENTA ESTA ENFERMEDAD, SON LOS ANTICUERPOS CALIENTES DEL TIPO IGG Y COMPLEMENTO QUE SE ENCUENTRAN EN MAYOR PORCENTAJE (85%), LOS QUE LA PRODUCEN. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUBRIR CON ESTA ESPECIFICACIÓN NOS PERMITA OFERTAR TARJETA DE GEL QUE INCLUYA ANTIGLOBULINA HUMANA POLIVALENTE, MEZCLA DE ANTICUERPOS ANTI - IGG POLICLONAL Y ANTI C3D MONOCLONAL ANTICUERPOS IGM DE ORIGEN MURINO. ¿SE ACEPTA?	ENFERMEDAD, POR LO QUE ESTA PRUEBA ES NECESARIA.
53	699105	LABORATORIO SLICON SA	TÉCNICO	PARTIDA 2: PRUEBAS AUTOMATIZADAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA EN PERSONAS DONANTES	Y PACIENTES. 3.0 REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 3.1 EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR REACTIVOS CON CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO, EN CASO DE NO CONTAR CON ESTA CADUCIDAD, DEBERÁ COMUNICARSE CON EL SERVICIO PARA DETERMINAR LA POSIBILIDAD DE ENTREGAR EL REACTIVO CON CADUCIDAD MENOR, SIEMPRE Y CUANDO LA ENTREGA ESTÉ ACOMPAÑADA DE CARTA COMPROMISO DE CAMBIO EN CASO DE NO USARSE ANTES DE QUE CADUQUE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DE LA NATURALEZA BIOLOGÍA DE LOS PRODUCTOS CÉLULAS CONTROL Y CÉLULAS REACTIVOS NOS PERMITA ENTREGAR CADUCIDAD DE 28 A 30 DÍAS. CON	SE ACEPTA



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

					ENTREGADAS PROGRAMADAS. ¿SE ACEPTA?	SE HACE LA ACLARACIÓN DE LAS CANTIDADES:
54	699110	ABALAT SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA ANEXO XIII PROPUESTA ECONOMICA, PARTIDA 1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS PARA 10 MESES, YA QUE LA MENSUAL INDICA 1,300 PRUEBAS Y LAS COLOCADAS EN LA COLUMNAS MINIMAS Y MAXIMAS NO SON CONGRUENTES CON LA CANTIDAD MESUAL.	SE HACE LA ACLARACIÓN DE LAS CANTIDADES: CANTIDAD PROMEDIO POR MES 1,300, CANTIDAD MINIMA EN 10 MESES 10,000; CANTIDAD MAXIMA EN 10 MESES 16,000 PRUEBAS
55	699111	ABALAT SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA ANEXO XIII PROPUESTA ECONOMICA, PARTIDA 3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME LAS CANTIDADES MINIMAS Y MAXIMAS DE LAS SIGUIENTES PRUEBAS: ESTUDIO DEL ESTADO DEL HIERRO (HIERRO, FERRITINA, CAPACIDAD DE FIJACIÓN) MIN 12,000 MAX 26,000; ELECTROLITOS EN ORINA 24 HRS (NA, K Y CL) MIN 5,00 MAX 6,00; FERRITINA MIN 12,000 MAX 16,00; VITAMINA B12 MIN 1,400 MAX 26,000; ANTIGENO 15-3 MIN 50 MAX 20	ELECTROLITOS EN ORINA DE 24 HORAS MINIMO 3,000 Y MAXIMO 4,000 VITAMINA B12 MINIMO DE 4,000 Y MAXIMO DE 26,000. ANTIGENO MINIMO DE 100 Y MAXIMO DE 200. Y FERRITINA MINIMO 15,000 Y MAXIMO DE 20,000
56	699112	ABALAT SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA ANEXO XIII PROPUESTA ECONOMICA, PARTIDA 3	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME CUALES LA CANTIDAD CORRECTA DE PRUEBAS PARA LA TRANSFERRINA, YA QUE HAY DOS RENGLONES CON DISTINTAS CANTIDADES. TRANSFERRINA MIN 2,000 MAX 4,000 TRANSFERRINA MIN 3,000 MAX 5,000	QUEDARA EN UN SOLO RENGLON LA PRUEBA. MINIMO 3,000 Y MAXIMO 5,000
57	699113	ABALAT SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PARTIDA 1 BIOMETRÍAS HEMÁTICAS PUNTO 1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTO QUE UTILICE CINCO REACTIVOS INCLUYENDO EL DE RETICULOCITOS, SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL RESTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
58	699114	ABALAT SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PARTIDA 3: PRUEBAS DE INMUNOLOGIA Y QUIMICA CLINICA	SECCIÓN ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOENSAYOS, PUNTO 11. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTO PARA QUÍMICA CLÍNICA QUE CUENTA CON UN BAÑO DE AGUA PARA MANTENER LA TEMPERATURA ADECUADA PARA LLEVAR A CABO LA	SI, SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON EL RESTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SIN SER LIMITANTE PARA OTROS LICITANTES.



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

59	699115	ABALAT SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 3: PRUEBAS DE INMUNOLOGÍA Y QUÍMICA CLÍNICA	REACCIÓN Y QUE UTILIZA UN ADITIVO DE BAÑO PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN MICROBIANA Y UN INSTRUMENTO DE INMUNOLOGÍA QUE NO REQUIERE EL USO DE SOLUCIONES ESPECIALES PARA MANTENIMIENTOS? SECCIÓN ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOENSAYOS, PUNTO 14. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR INSTRUMENTOS QUE TENGAN LA CAPACIDAD DE ALMACENAR DE 47 A 70 REACTIVOS A BORDO, LO CUAL ES SUFICIENTE PARA LA DEMANDA DE PRUEBAS DEL INSTITUTO.	SI, SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON EL RESTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
60	699116	LABORATORIO SLICON SA	TÉCNICO	PARTIDA 2: PRUEBAS AUTOMATIZADAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA EN PERSONAS DONANTES	Y PACIENTES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS: PRUEBA 11.- CONFIRMACIÓN DE LA VARIANTE DÉBIL DEL ANTÍGENO D. CONFIRMACIÓN DEL RESULTADO NEGATIVO DEL ANTÍGENO D DEL RH Y LA CARACTERIZACIÓN COMPLEMENTARIA DE SU VARIANTE MEDIANTE LA PRUEBA DE COOMBS EN TARJETAS DE GEL CON 6 MICROTUBOS QUE CONTENGAN INDIVIDUALMENTE ANTI-INMUNOGLOBULINA HUMANA POLIESPECÍFICA (SUERO DE COOMBS) ANTI-IGG,-C3D MONOCLONAL; POR APARTE, UN ANTISUERO ANTI-D MONOCLONAL QUE DETECTE LA VARIANTE VI DEL ANTÍGENO D; INCLUIR LA SOLUCIÓN DILUYENTE DE BAJA FUERZA IÓNICA (LISS), EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EN APOYO A LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR LA PRUEBA CONFIRMATORIA DE LA VARIANTE DÉBIL DEL ANTÍGENO D EN TARJETA DE 6 A 8 POCILLOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE LA TARJETA DE 6 POCILLOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS PRODUCTOS.
61	699117	LABORATORIO SLICON SA	TÉCNICO	PARTIDA 2: PRUEBAS AUTOMATIZADAS	Y PACIENTES. 10. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO: 1) EL LICITANTE DEBERÁ PROPORCIONAR DOS (2) EQUIPOS	SE DEBEN OFERTAR 2 EQUIPOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS.



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

62	699718	LABORATORIO SLICON SA	TÉCNICO	S DE INMUNOHEMAT OLOGÍA EN PERSONAS DONANTES	TOTALMENTE NUEVOS Y 100% AUTOMATIZADOS QUE REALICEN TODAS LAS PRUEBAS SOLICITADAS MEDIANTE LA TÉCNICA DE HEMAGLUTINACIÓN, UTILIZANDO COMO SOPORTE TARJETAS DE GEL CON 6 MICROTUBOS (SE EXCLUYEN OTRAS TÉCNICAS). NOTA: SI SE OFERTAN LOS EQUIPOS EN USO ACTUAL NO SE REQUIEREN NUEVOS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE EN APOYO A LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR 2 EQUIPOS TOTALMENTE NUEVOS O EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO Y 100% AUTOMATIZADOS QUE REALICEN TODAS LAS PRUEBAS SOLICITADAS MEDIANTE LA TÉCNICA DE AGLUTINACIÓN EN COLUMNA UTILIZANDO SOPORTE DE TARJETA DE GEL DE 6 A 8 MICROTUBOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO MENCIONADAS EN EL NUMERAL 1.0 DEL ANEXO TÉCNICO REFERENTE A LA PARTIDA 2
				PARTIDA 2: PRUEBAS AUTOMATIZADA S DE INMUNOHEMAT OLOGÍA EN PERSONAS DONANTES	Y PACIENTES: 1.0 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO. EQUIPOS QUE SE DEBERÁN ENTREGAR EN COMODATO: 2 EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA DE ALTO RENDIMIENTO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO, PARA REALIZAR LAS TÉCNICA: DE INMUNOHEMATOLOGÍA EN TARJETAS DE GEL DE 8 POCILLOS PARA LAS PRUEBAS DE GRUPO SANGÜINEO ABO/RH COMPLETO (HEMATICO Y SÉRICO), FENOTIPO RH+KELL, D DÉBIL, PRUEBA CRUZADA, ESCRUTINIO DE ANTICUERPOS IRREGULARES, IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES, PRUEBAS ENZIMÁTICAS, TEST DE COOMBS DIRECTO, DETERMINACIÓN DE ANTÍGENOS ESPECIALES Y AUTOCONTROL. PROCESADO AUTOMÁTICO DE MUESTRAS, DISPENSACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS CON PROCESAMIENTO DE URGENCIAS: CON IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGOS	NO SE ACEPTA. SE DEBE OFERTAR EQUIPOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO MENCIONADAS EN EL NUMERAL 1.0 DEL ANEXO TÉCNICO REFERENTE A LA PARTIDA 2



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

					DE BARRAS DE MUESTRAS Y REACTIVOS. ¿ MÁXIMA VELOCIDAD: 100 TARJETAS</HORA (800 RESULTADOS/HORA). ¿ GRUPO ABO/RH COMPLETO: 66 MUESTRAS/HORA 2 ¿ CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO. ¿ CAPACIDAD DE CARGA: 96 TUBOS DE MUESTRAS, 54 REACTIVOS (36 AGITADOS Y 12 NO AGITADOS). 400 TARJETAS DE GEL. ¿ CUENTA CON LECTOR DE TARJETAS PARA MUESTRAS, REACTIVOS Y TARJETAS. ¿ CUENTA CON SOFTWARE INTEGRADO DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y UNA PANTALLA TÁCTIL, DESLIZANTE Y AJUSTABLE. ¿ ASIGNACIÓN CONFIGURABLE DE ROLES ESPECÍFICOS PARA CADA USUARIO CON DIFERENTES PERMISOS. ¿ COMPUTADORA CON SOFTWARE GRAFICO EN ESPAÑOL EN AMBIENTE WINDOWS. ¿ CUENTA CON SISTEMA DE RESPALDO ELÉCTRICO. ¿ SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?		DEBERA ESTAR VIGENTE A EN LA FECHA PROGRAMADA EN EL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES (TÉCNICA Y ECONOMICA) SE DEBERA ANEXAR CONJUNTAMENTE CON EL ANEXO XII. MANIFIESTO QUE PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO EXISTE UN CONFLICTO DE INTERÉS. NO SE HACE MENCIÓN DE CENTRIFUGAS EN LA
63	699119	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	III.2.- NUM 6 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.	DERIVADO DE QUE ESTE DOCUMENTO TIENE UNA VIGENCIA DE 24 HORAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR PRESENTAR EL DOCUMENTO CON MÁXIMO 3 DÍAS POSTERIOR A SU EMISIÓN DE LA CARGA DE NUESTRA PROPUESTA EN COMPRANET.		
64	699120	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	IV.3.- CAUSALES DE DESECHAMIENTO O	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTE MANIFIESTO CORRESPONDE MANIFIESTO DE VÍNCULO O RELACIONES QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HTTPS://MANIFIESTO.FUNCIONPUBLICA.GOB.MX /SMP-WEB/LOGINPAGE.JSF.		
65	699121	BECKMAN COULTER DE	TÉCNICO	PARTIDA 1: 2 CENTRIFUGAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS FACILITE LAS ESPECIFICACIONES DE LAS CENTRIFUGAS.		



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

		MEXICO SA DE CV				PARTIDA 1
66	699122	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1: NUMERAL 4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO Y CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR DE 5 AÑOS.	NO SE ACEPTA
67	699123	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1: NUMERAL 10	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UNA CARTA ESPECIFICANDO QUE NO APLICA ESTE PUNTO, YA QUE NUESTROS INSTRUMENTOS NO REQUIEREN DE AGUA PARA EL PROCESO.	NO HAY NUMERAL 10 EN ESTA PARTIDA
68	699124	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1: NUMERAL 12	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA QUE LA ENTREGA DEL ANÁLISIS CRETIB DE ACUERDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-053-SEMARNAT. SE REALICE POR EL LICITANTE GANADOR CON UN TIEMPO LÍMITE DE ENTREGA DE 30 DÍAS DESPUÉS DEL FALLO. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE ESTE ANÁLISIS IMPLICA EL PAGO DEL SERVICIO A UN LABORATORIO ESPECIALIZADO Y TIEMPO PARA SU PROCESO QUE NO ALCANZA A SER FINALIZADO PARA SER ENTREGADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA.	NO HAY NUMERAL 12
69	699125	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1: NUMERAL 14	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE POR FAVOR A QUE SE REFIERE CON PROGRAMA DE PRUEBAS CORRESPONDIENTES.	EN LA PARTIDA 1 NO HAY NUMERAL 14
70	699126	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1: NUMERAL 17	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS A LOS USUARIOS.	EN LA PARTIDA 1 NO HAY NUMERAL 17.
71	699127	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1: NUMERAL 19	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTO QUE CUMPLA CON LOS SIGUIENTES MEDICIONES: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, RET#, %, MRV, IRF, WBC, NEUT#, %, LYMPH #, %, MONO#, %, EO# %, BASO # %, NRBC # %, PLT, MPV, TNC-BF, RBC-BF. ADICIONALMENTE HACEMOS MENCIÓN QUE EL SIGUIENTE PARÁMETRO PLT-F ES EXCLUSIVO DE UNA SOLA CASA COMERCIAL, LO CUAL LIMITA LA LIBRE	NO SE ACEPTA, YA QUE NO SE JUSTIFICA PARA EL ESTUDIO DE DONANTES.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

72	699128	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1: NUMERAL 19	PARTICIPACIÓN: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTO QUE NO REQUIERE DE FLUORESCENCIA COMO METODOLOGÍA DE ANÁLISIS, YA QUE CUENTA CON TRES METODOLOGÍAS QUE PERMITEN LA CORRECTA CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES CELULARES, PARTICULARMENTE PLAQUETAS Y RETICULOCITOS, EN LA CUALES ESTÁ COMPROBADO POR LOS ARTICULOS QUE SEÑALAMOS, EN LOS QUE SE HA EVALUADO LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE ESTOS PARÁMETROS: 1.-DXH900 SHOWED EXCELLENT LINEARITY (R=1.00) OVER ANALYTICAL RANGE FOR WHITE BLOOD CELLS, RED BLOOD CELLS, HEMOGLOBIN, PLATELETS, AND RETICULOCYTE COUNT (RET) (R=0.96) AND NO SIGNIFICANT CARRYOVER EFFECT. DOI: 10.1111/JLH.13448. PERFORMANCE EVALUATION OF THE NEW HEMATOLOGY ANALYZER UNICELDXH900. MARTINEZ-IRIBARREN ET AL. 2.-STUDIES HAVE INDICATED THAT MRV VALUES CHANGE RAPIDLY DURING EXPERIMENTAL INDUCTION OF IRON DEFICIENCY AND AFTER SPECIFIC REPLACEMENT THERAPY; ANEMIA, MCV AND RETICULOCYTE COUNTS CHANGE LATER." NORONHAJ.F.A. ET AL. IMMATURE RETICULOCYTES AS AN EARLY PREDICTOR OF GRAFTMENT IN AUTOLOGOUS AND ALLOGENEIC BONE MARROW TRANSPLANTATION. CLIN. LAB. HAEM. 2003;25:47-54.	EN LA PARTIDA 1 NO HAY NUMERAL 19
----	--------	---	---------	--------------------------	--	-----------------------------------



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

73	699129	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1: NUMERAL 20	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS: CITOMETRÍA DE FLUJO POR DISPERSIÓN DE LUZ LASER, PRINCIPIO COULTER MEJORADO CON FLUJO DE BARRIDO (IMPEDANCIA), Y DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA LIBRE DE CIANURO.	EN LA PARTIDA 1 NO HAY NUMERAL 19
74	699130	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1: NUMERAL 21	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON UN VOLUMEN DE MUESTRA DE 165UL, YA QUE EL INSTRUMENTO DE MANERA AUTOMÁTICA REALIZA CONTEO POR TRIPULACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR RESULTADOS CON MAYOR PRECISIÓN Y CONFIABILIDAD, DANDO COMO RESULTADO UNA DISMINUCIÓN EN EL NÚMERO DE REPROCESO DE MUESTRAS Y UNA LIBERACIÓN DE HASTA EL 93% EN EL PRIMER PROCESO.	EN LA PARTIDA 1 NO HAY NUMERAL 21.
75	699131	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1: NUMERAL 24	DADO QUE LA PRESENCIA Y REPORTE DE GRANULOCITOS INMADUROS EN LOS ANALIZADORES DE BIOMETRÍA HEMÁTICA ES SOLO UN PRESUNTIVO DE PROCESOS INFLAMATORIOS, INFECCIOSOS O DE UNA ESTIMULACIÓN DE LA MÉDULA ÓSEA, YA SEA OCASIONADA POR BACTERIAS U OTROS AGENTES INFECCIOSOS Y POR ENDE PARA TENER UN CRITERIO DE VALOR DIAGNÓSTICO EN LAS DIFERENTES PATOLOGÍAS EN LOS QUE ESTOS SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS, ES NECESARIO EL APOYO DE DIVERSOS ESTUDIOS DE GABINETE, TAL COMO ES REPORTADO EN LA LITERATURA CIENTÍFICA (SIERRA FINOIA ET AL, EVALUACIÓN DE LOS GRANULOCITOS INMADUROS EN EL CONTEXTO DEL PACIENTE SÉPTICO, BYPC 2020;84(1):19-24, (PRABU NR, PATIL VP. IS IMMATURE GRANULOCYTE COUNT A POTENTIAL PROGNOSTIC MARKER FOR UPPER GASTROINTESTINAL TRACT BLEEDING? A NEW ROAD TO EXPLORE. INDIAN J CRIT CARE MED 2020;24(9):750-752).	NO HAY NUMERAL 24.



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

				SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE, NOS PERMITA OFRECER UN ANALIZADOR AUTOMATIZADO QUE CUENTA CON TECNOLOGIA AVANZADA EN LA DETERMINACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES GRUPOS CELULARES, INCLUYENDO METODOLOGIAS QUE PERMITEN LA CLASIFICACIÓN CELULAR MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE 29 PARÁMETROS MORFOLÓGICOS Y CONTEO POR TRIPLICADO DE LAS MUESTRAS DE MANERA AUTOMATIZADA Y SIN LA NECESIDAD DE MAYOR CANTIDAD DE MUESTRA DE PACIENTE, ADEMÁS CON UNA CUENTA DIFERENCIAL EN 5 PARTES INCLUYENDO EL REPORTE DE GRANULOCITOS INMADUROS MEDIANTE LA EMISIÓN DE ALARMAS QUE INDICAN AL USUARIO LA PRESENCIA DE DICHOS COMPONENTES CELULARES EN LA MUESTRA DEL PACIENTE, Y ADICIONALMENTE EL USUARIO PUEDE CONSULTAR EL VALOR DE GRANULOCITOS INMADUROS BAJO EL PARÁMETRO ECG, EN APARTADOR DE PARÁMETROS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTRUMENTO. ADICIONALMENTE CUENTA CON PARÁMETROS DE APOYO DIAGNÓSTICO AVALADO POR LA FDA EN LA IDENTIFICACIÓN OPORTUNA DE SEPSIS Y PROCESOS INFLAMATORIOS SEVEROS OCASIONADOS POR AGENTES INFECCIOSOS, DENOMINADO ANCHO DE DISTRIBUCIÓN DE MONOCITOS (MDW) Y EVIDENCIADO EN LOS DIFERENTES SCATTERGRAMAS E HISTOGRAMAS QUE REPORTA NUESTRO ANALIZADOR.		
76	699132	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1: NUMERAL 26	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTO QUE NO REQUIERE DE FLUORESCENCIA COMO METODOLOGIA DE ANALISIS, YA QUE CUENTA CON TRES METODOLOGIAS QUE PERMITEN LA CORRECTA CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE TODOS	NO HAY NUMERAL 26



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

						LOS COMPONENTES CELULARES, PARTICULARMENTE PLAQUETAS Y RETICULOCITOS, EN LA CUALES ESTÁ COMPROBADO POR LOS ARTICULOS EN LOS QUE SE HA EVALUADO LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE ESTOS PARÁMETROS: 1.-DXH900 SHOWED EXCELLENT LINEARITY (R=1.00) OVER ANALYTICAL RANGE FOR WHITE BLOOD CELLS, RED BLOOD CELLS, HEMOGLOBIN, PLATELETS, AND RETICULOCYTE COUNT (RET) (R=0.96) AND NO SIGNIFICANT CARRYOVER EFFECT. DOI: 10.1111/JLH.13448. PERFORMANCE EVALUATION OF THE NEW HEMATOLOGY ANALYZER UNICELDXH900. MARTINEZ-IRIBARREN ET AL. 2.-STUDIES HAVE INDICATED THAT MRV VALUES CHANGE RAPIDLY DURING EXPERIMENTAL INDUCTION OF IRON DEFICIENCY AND AFTER SPECIFIC REPLACEMENT THERAPY; ANEMIA, MCV AND RETICULOCYTE COUNTS CHANGE LATER." NORONHAJ.F.A. ET AL. IMMATURE RETICULOCYTES AS AN EARLY PREDICTOR OF ENGRAFTMENT IN AUTOLOGOUS AND ALLOGENEIC BONE MARROW TRANSPLANTATION. CLIN. LAB. HAEM. 2003;25:47-54.
77	699133	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1: NUMERAL 28	CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y DEBIDO A QUE LA DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS PARÁMETROS COMO WBC-BF, TC-BF, RBC-BF, PMN% Y # Y MN % Y # DE ESTE PUNTO CORRESPONDE A UNA SOLA CASA COMERCIAL. POR ESTA RAZÓN LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE GENERE UNA ANÁLISIS HEMÁTICO COMPLETO EN LÍQUIDOS CORPORALES CON LOS PARÁMETROS: TNC Y RBC. ADICIONAL A ESTO ES UN INSTRUMENTO QUE PERMITE LA	NO HAY NUMERAL 28



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

78	699134	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1: NUMERAL 29	EVALUACIÓN DEL LÍQUIDOS CORPORALES COMO LÍQUIDOS CEFALORRAQUIDEO, LÍQUIDOS CEROSOS, LÍQUIDOS SINOVIAL Y LAVADO BRONCOALVEOLAR. LÍQUIDOS PLEURAL, PERITONEAL Y PERICARDIO. CON LA FINALIDAD DE QUE EL INSTITUTO CUENTE CON LA MEJOR TECNOLOGÍA Y PRODUCTIVIDAD, Y MANTENGA LA CARACTERÍSTICA DE VELOCIDAD Y LA ELABORACIÓN DE LAMINILLAS CON LAS QUE CUENTA ACTUALMENTE Y CONSIDERANDO QUE ESTE REQUERIMIENTO PODRÍA RALENTIZAR SU PROCESO DE MUESTRAS Y DE ENTREGA DE RESULTADOS, LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE MODIFIQUE LA CAPACIDAD A 140 FROTIS POR HORA. ADICIONALMENTE QUE CUENTE CON UNA METODOLOGÍA QUE PUEDA EXAMINAR LA SANGRE DEL PACIENTE PARA DETERMINAR LA VELOCIDAD Y MÉTODO DE ELABORACIÓN DEL PROCESO DE FROTIS CONFORME LA CALIDAD DE DICHA MUESTRA.	NO LA PARTIDA 1 NO HAY NUMERAL 29.
79	699135	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1: NUMERAL 31	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI ESTE ACCESO REMOTO, ES PARA TENIDOR O PARA EL INSTRUMENTO DE BIOMETRÍA HEMÁTICA.	EN LA PARTIDA 1 NO HAY NUMERAL 31
80	699136	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1: NUMERAL 32	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI ESTA CLASIFICACIÓN CORRESPONDE AL TENIDOR O AL INSTRUMENTO DE BIOMETRÍA HEMÁTICA.	EN LA PARTIDA 1 NO HAY NUMERAL 32, NI SE HACE REFERENCIA A AL PUNTO
81	699137	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1: NUMERAL 33	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI ESTA CLASIFICACIÓN CORRESPONDE AL TENIDOR O AL INSTRUMENTO DE BIOMETRÍA HEMÁTICA.	EN LA PARTIDA 1 NO HAY NUMERAL 33, NI SE HACE REFERENCIA A AL PUNTO
82	699138	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1: NUMERAL 34	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI ESTA CLASIFICACIÓN CORRESPONDE AL TENIDOR O AL INSTRUMENTO DE BIOMETRÍA HEMÁTICA.	EN LA PARTIDA 1 NO HAY NUMERAL 34, NI SE HACE REFERENCIA A AL PUNTO
83	699139	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 1: NUMERAL 35	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE SI ESTA CLASIFICACIÓN CORRESPONDE AL TENIDOR O AL INSTRUMENTO DE BIOMETRÍA HEMÁTICA.	EN LA PARTIDA 1 NO HAY NUMERAL 35, NI SE HACE REFERENCIA A AL PUNTO



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

84	699140	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2: 1 MONITOR DE ALTA DEFINICIÓN	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ESTE MONITOR ES ADICIONAL AL QUE SE SOLICITA EN LA PARTIDA DE HEMATOLOGÍA.	ES ADICIONAL
85	699141	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2: 2 CARROS DE MUESTRAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ESTOS CARROS PARA LA TOMA DE MUESTRAS SON ADICIONALES AL QUE SE SOLICITA EN LA PARTIDA DE HEMATOLOGÍA.	NO SE REQUIEREN PARA LA PARTIDA 2
86	699142	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2: NUMERAL 10	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA QUE SE REQUIERE PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y REACTIVOS, DE ACUERDO CON LAS GUIAS DE CLSI GP40A4-AMD, SEA ENTREGADO POR EL LICITANTE GANADOR CON UN TIEMPO LÍMITE DE ENTREGA DE 30 DÍAS DESPUÉS DEL FALLO. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE ESTE ANÁLISIS IMPLICA EL PAGO DEL SERVICIO A UN LABORATORIO ESPECIALIZADO Y TIEMPO PARA SU PROCESO QUE NO ALCANZA A SER FINALIZADO PARA SER ENTREGADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA.	EN LA PARTIDA 2 NO HAY NUMERAL 10
87	699143	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2: NUMERAL 15	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE LA ENTREGA DEL ANÁLISIS CRETIB DE ACUERDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-053-SEMARNA, SE REALICE POR EL LICITANTE GANADOR CON UN TIEMPO LÍMITE DE ENTREGA DE 30 DÍAS DESPUÉS DEL FALLO. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE ESTE ANÁLISIS IMPLICA EL PAGO DEL SERVICIO A UN LABORATORIO ESPECIALIZADO Y TIEMPO PARA SU PROCESO QUE NO ALCANZA A SER FINALIZADO PARA SER ENTREGADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA.	NO HAY NUMERAL 15
88	699144	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2: NUMERAL 17	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES SON DE LA PARTIDA DE QUÍMICA Y NO DE HEMATOLOGÍA COMO LO MENCIONA EL PUNTO DE REFERENCIA.	NO HAY NUMERAL 17
89	699145	BECKMAN COULTER DE	TÉCNICO	PARTIDA 2: NUMERAL 20	LE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINE ESTE PUNTO, YA QUE ES	NO HAY NUMERAL 20



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

		MEXICO SA DE CV			EL MISMO REQUERIMIENTO DEL PUNTO 17.	
90	699146	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2: NUMERAL 23	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR ESTE PUNTO YA QUE YA QUE ES EL MISMO REQUERIMIENTO DEL PUNTO 21	EN LA PARTIDA 2 NO HAY NUMERAL 23
91	699147	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2: NUMERAL 24	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR ESTE PUNTO YA QUE YA QUE ES EL MISMO REQUERIMIENTO DEL PUNTO 23	EN LA PARTIDA 2 NO HAY NUMERAL 23
92	699148	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2: NUMERAL 25	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTE PUNTO HACE REFERENCIA A CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS A LOS USUARIOS.	EN LA PARTIDA 2 NO HAY NUMERAL 25
93	699149	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2: NUMERAL 27	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR ESTE PUNTO YA QUE ES EL MISMO REQUERIMIENTO DEL PUNTO 21 Y 23, O DE LO CONTRARIO CONFIRMAR CUAL DE ESTOS TRES PUNTOS ES EL CORRECTO, YA QUE ESTE ÚLTIMO MENCIONA ADICIONALMENTE LO SIGUIENTE: CON MONITOREO EN TIEMPO REAL O CON UN RETRASO MENOR A 8 MINUTOS DEL REPORTE LAS TEMPERATURAS.	EN LA PARTIDA 2 NO HAY NUMERAL 27
94	699150	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2: NOTA LICENCIAMIENT O DEL SISTEMA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SERÁ SUFICIENTE QUE EN NUESTRA PROPUESTA ECONÓMICA INCLUYA EL PRECIO POR PRUEBA REPORTADA Y ADICIONALMENTE INCLUIR EL DESGLOSE DEL LICENCIAMIENTO DEL HARDWARE EN EL MISMO ANEXO ECONÓMICO, COMO NOTA INFORMATIVA?	EN LA PARTIDA 2 NO SE HACE REFERENCIA AL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA
95	699151	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2: NOTA LICENCIAMIENT O DEL SISTEMA	EN LA NOTA DE REFERENCIA MENCIONA EL ANEXO XII, PERO EL ANEXO XII HACE REFERENCIA AL MANIFIESTO QUE PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO EXISTE UN CONFLICTO DE INTERÉS. POR TAL RAZÓN LE PEDIMOS AMABLEMENTE SEÑALAR EL ANEXO CORRECTO O EN SU CASO COMPARTIRLO.	EN LA PARTIDA 2 NO SE HACE REFERENCIA AL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA
96	699152	BECKMAN COULTER DE	TÉCNICO	PARTIDA 2: NUMERAL 86	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PROPORCIONAR LAS ESPECIFICACIONES	EN LA PARTIDA 2, NO HAY NUMERAL 86



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

		MEXICO SA DE CV				TÉCNICAS DE LA LAPTOP.	
97	699153	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2: NUMERAL 87		SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PROPORCIONAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS.	EN LA PARTIDA 2, NO HAY NUMERAL 87
98	699154	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2: NOTA LICENCIAMIENTO O DEL HARDWARE		SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SERA SUFICIENTE QUE EN NUESTRA PROPUESTA ECONÓMICA INCLUYA EL PRECIO POR PRUEBA REPORTADA Y ADICIONALMENTE INCLUIR EL DESGLOSE DEL LICENCIAMIENTO DEL HARDWARE EN EL MISMO ANEXO ECONÓMICO, COMO NOTA INFORMATIVA?	EN LA PARTIDA 2, PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA, NO SE HACE REFERENCIA AL LICENCIAMIENTO DEL HARDWARE
99	699155	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2: NOTA LICENCIAMIENTO O DEL HARDWARE		EN EL PUNTO DE REFERENCIA MENCIONA EL ANEXO XII, PERO EL ANEXO XII HACE REFERENCIA AL MANIFIESTO QUE PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO EXISTE UN CONFLICTO DE INTERÉS. POR TAL RAZÓN LE PEDIMOS AMABLEMENTE SEÑALAR EL ANEXO CORRECTO O EN SU CASO COMPARTIRLO.	EN LA PARTIDA 2, PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA, NO SE HACE REFERENCIA AL LICENCIAMIENTO DEL HARDWARE
100	699176	ABALAT SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PARTIDA 3: PRUEBAS DE INMUNOLOGIA Y QUIMICA CLINICA		SECCIÓN REQUISITOS DE CALIDAD. PUNTO 3 REQUIEREN QU EL LICITANTE DEBERÁ PROPORCIONAR EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD DEL CAP, CON VARIAS CLAVES, AL REALIZAR LA CONSULTA EN EL CATALOGO DE PROGRAMAS PARA 2025, LAS SIGUIENTES CLAVES YA NO APARECEN COMO DISPONIBLES: FHQ6 Y LNI8, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE DE ALGUN OTRO PROGRAMA ALTERNATIVO PARA CUBRIR LAS CLAVES YA NO EXISTENTES EN PROGRAMA 2025 DEL COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS (CAP).	SE INDICARA AL PROVEEDOR CANADOR CONFORME A LOS LINEAMIENTOS INDICADOS POR EL CAP
101	699177	ABALAT SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PARTIDA 3: PRUEBAS DE INMUNOLOGIA Y QUIMICA CLINICA		EN EL INICIO DEL PRIMER PÁRRAFO DE LA PARTIDA 3 MENCIONAN QUE EL LICITANTE DEBERA DE ENTREGAR EN COMODATO LOS SIGUIENTES EQUIPOS: 5 ANALIZADORES DE QUÍMICA Y 3 ANALIZADORES DE INMUNOLOGÍA, Y EN EL APARTADO DE ESPECIFICACIONES DE	SE SOLICITAN 3 EQUIPOS DE INMUNOENSAYO



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

102	699178	ABALAT SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PARTIDA 3: PRUEBAS DE INMUNOLOGIA Y QUIMICA CLINICA	LOS EQUIPOS DE QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOENSAYOS PUNTO 2. MENCIONAN QUE EL LICITANTE DEBERÁ DE PRESENTAR 4 EQUIPOS NUEVOS PARA REALIZAR INMUNOENSAYOS Y 5 PARA QUÍMICA CLÍNICA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS COFIRME CUAL ES LA CANTIDAD REAL DE EQUIPOS.	ES CORRECTA SU APRESIACION Y ES EL TIEMPO OPTIMO A PARTIR DEL ACONDICIONAMIENTO DEL AREA
103	699179	ABALAT SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PARTIDA 3: PRUEBAS DE INMUNOLOGIA Y QUIMICA CLINICA	APARTADO REQUISITOS GENERALES NUMERAL 9: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PRECISAR SI LOS 25 DIAS HABLES A LOS QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL APLICA UNICAMENTE PARA LOS ANALIZADORES Y NO PARA EL RESTO DEL EQUIPAMIENTO SOLICITADO.	SI, SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON EL RESTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
104	699180	ABALAT SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA ANEXO XIII PROPUESTA ECONOMICA, PARTIDA 5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTO ADICIONAL DE DIFERENTE MARCA, PARA EL PROCESO DE LA HORMONA DEL CRECIMIENTO, YA QUE AL SER UN VOLUMEN MENSUAL BAJO DE PRUEBAS MENSUAL, SERIA CUBIERTO POR ESTE SISTEMA. SE ACEPTA?	HACE REFERENCIA A UN DISPOSITIVO
105	699181	ABALAT SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA ANEXO XIII PROPUESTA ECONOMICA, PARTIDA 5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE CON RELACION AL RENGLON DEL "TAPÓN ADAPTABLE DE HEPARINA PARA CATETER VENOSO", SE REFIERE A UN DISPOSITIVO O TAPÓN LIBRE DE AGUJAS PARA MANTENER UN SISTEMA CERRADO?	SE INDICARA, AL PROVEEDOR GANADOR CONFORME A LA MARCA OFERTADA
106	699182	ABALAT SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA III.2 REQ. LEGALES...ETC	DICE: LOS PARTICIPANTES PRESENTARÁN COMO PRIMER DOCUMENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS, LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN ANEXO XX (EN ESE MISMO ORDEN), EN HOJA MEMBRETADA...	SI, SE REFIERE AL ANEXO XVIII RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE.



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

107	699183	ABALAT SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA III.2 REQ. LEGALES...ETC	DEBEMOS ENTENDER QUE DEBE DECIR ANEXO XVIII, QUE ES EL CORRESPONDIENTE A LA RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ENTREGAR EN LICITANTE, ADEMÁS DE QUE EEL ANEXO XX, NO SE ENCUENTRA EN EL CUERPO DE DICHA CONVOCATORIA. ¿ES CORRECTA NUESTRA Apreciación?	EN EL CASO DE LOS ANEXOS QUE NO APLIQUEN A MI REPRESENTADA, POR EJEMPLO MIPYMES...ETC. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL ANEXO CORRESPONDIENTE CON LA LEYENDA "NO APLICA", ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA
108	699184	ABALAT SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO XIII	PARA EL CORRECTO LLENADO DEL ANEXO XIII, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI DEBEMOS COLOCAR ÚNICAMENTE LAS PARTIDAS OFERTADAS POR MI REPRESENTADA, ELIMINANDO LAS QUE NO, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN O EN SU DEFECTO SE DEBE UTILIZAR UN ANEXO POR CADA PARTIDA OFERTADA. FAVOR DE INDICAR SECCIÓN ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOENSAYOS PUNTO 18.	SE DEBE HACER UNA PROPUESTA POR CADA PARTIDA A PARTICIPAR, CON TODAS LAS PRUEBAS RELACIONADAS EN CADA PARTIDA CONFORME AL ANEXO XIII	
109	699203	ABALAT SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 3: PRUEBAS DE INMUNOLOGÍA Y QUÍMICA CLÍNICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, SI LA HERRAMIENTA QUE PERMITE LA DETERMINACIÓN SEMICUANTITATIVA DE LIPEMIA, TURBIDEZ, ICTERICIA Y HEMÓLISIS EN SUERO Y PLASMA POR MEDIO DE REACTIVO DEDICADO SIN NECESIDAD DE VALORACIÓN VISUAL POR EL OPERADOR, ES EL QUE CADA FABRICANTE INDICA EN SU MANUAL DE USO DEL EQUIPO A OFERTAR.	SI, SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON EL RESTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA	
110	699292	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 3: PRUEBAS DE INMUNOLOGÍA Y QUÍMICA	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI PODEMOS OFRECER CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS PARA ESTA PARTIDA.	SI, SE ACEPTA EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS APEGÁNDOSE AL NÚMERO DE EQUIPOS Y SUPERFICIE MENCIONADOS EN EL	



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

				CLÍNICA	ANEXO TECNICO
111	699293	DICIPASA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	111.2 REQUISITOS LEGAL ADMINISTRATIVOS. FINANCIEROS. ANEXO XX (EN ESE MISMO ORDEN)	SI, SE REFIERE AL ANEXO XVIII RELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE.
112	699294	DICIPASA DE CV	TÉCNICO	111.2 REQUISITOS LEGAL ADMINISTRATIVOS. FINANCIEROS. ANEXO XX (EN ESE MISMO ORDEN)	ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REFIERE AL ANEXO XVIII RELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. FAVOR DE PRONUNCIARSE DE SER CORRECTA NUESTRA OBSERVACIÓN ANTERIOR. ¿SOLICITAMOS NOS PERMITA ORDENAR Y FOLIAR DE MANERA COMO SE ENCUENTRA EN EL PORTAL DE COMPRANET, YA QUE A PESAR DE SOLICITAR LOS MISMOS DOCUMENTOS SE TIENE DIFERENTE ORDEN CONSECUTIVO? FAVOR DE CONFIRMAR.
113	699295	DICIPASA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	111.2 REQUISITOS LEGAL ADMINISTRATIVOS. FINANCIEROS. ANEXO XX (EN ESE MISMO ORDEN)	SI SE ACEPTA DEBERA ESTAR VIGENTE A EN LA FECHA PROGRAMADA EN EL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES (TÉCNICA Y ECONÓMICA)
114	699325	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 3: PRUEBAS DE INMUNOLOGÍA Y QUÍMICA CLÍNICA, NUMERAL 9	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN Y ES EL TIEMPO ÓPTIMO A PARTIR DEL ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA
115	699327	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 3: PRUEBAS DE INMUNOLOGÍA Y QUÍMICA CLÍNICA, NUM 12 Y 16	NO, SE ACEPTA

[Handwritten signature]



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

				ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 3: PRUEBAS DE INMUNOLOGÍA Y QUÍMICA CLÍNICA, NUMERAL 17	RESULTADOS OBTENIDOS. ¿SE ACEPTA?	
116	699328	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 3: PRUEBAS DE INMUNOLOGÍA Y QUÍMICA CLÍNICA, NUMERAL	SOLICITAMOS ATENTAMENTE QUE LAS CURVAS DE CALIBRACIÓN SE REALICEN DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS, YA QUE CADA METODOLOGÍA TIENE SUS ESPECIFICACIONES PROPIAS. ¿SE ACEPTA? EN RELACIÓN AL NUMERAL 14 DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA LÍNEA ROBÓTICA (SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN), SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI ES POSIBLE OFERTAR UNA UNIDAD QUE, EN LUGAR DE TAPONAR LOS TUBOS, UTILIZA UN SISTEMA DE SELLADO CON TRES NIVELES DIFERENTES, DISEÑADO PARA RESGUARDAR LAS MUESTRAS AL FINALIZAR EL ANÁLISIS CLÍNICO Y MANTENER SU ESTABILIDAD DURANTE EL ALMACENAMIENTO EN EL ÁREA DE REFRIGERACIÓN.	NO, SE ACEPTA
117	699329	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 3: PRUEBAS DE INMUNOLOGÍA Y QUÍMICA CLÍNICA, NUMERAL	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTO QUE CUENTE CON 3 ÁNGULOS YA QUE NO NECESITA UN CUARTO, POR EL HECHO DE UTILIZAR TINTA FLOUORESCENTE PARA CADA DETERMINACIÓN, LO CUAL AYUDARÍA TENER UNA MEJOR SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD AL MOMENTO DE CONTAR LOS GLOBULOS BLANCOS DE CADA MUESTRA, TANTO EN PACIENTES NORMALES COMO ANORMALES, Y NO SOLAMENTE CON DISPERSIÓN DE LUZ COMO LO SOLICITA LA CONVOCANTE	NO SE ACEPTA
118	699333	PROVEEDORA CLÍNICA MÉDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 1 BIOMETRÍAS HEMATICAS EN PERSONAS DONANTES	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTO QUE CUENTE CON 3 ÁNGULOS YA QUE NO NECESITA UN CUARTO, POR EL HECHO DE UTILIZAR TINTA FLOUORESCENTE PARA CADA DETERMINACIÓN, LO CUAL AYUDARÍA TENER UNA MEJOR SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD AL MOMENTO DE CONTAR LOS GLOBULOS BLANCOS DE CADA MUESTRA, TANTO EN PACIENTES NORMALES COMO ANORMALES, Y NO SOLAMENTE CON DISPERSIÓN DE LUZ COMO LO SOLICITA LA CONVOCANTE	NO SE ACEPTA. LOS EQUIPOS SE DEBEN APEGAR A LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL ANEXO TÉCNICO.
119	699336	DICIPA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	111.2 REQUISITOS LEG ADMIN Y FINANC NUM. 6 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL IMSS.	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO CON FECHA DE EMISIÓN DEL MES EN CURSO (FEBRERO) YA QUE CON LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DE SU PUBLICACIÓN SE GENERA SEMANALMENTE? FAVOR DE CONFIRMAR.	DEBERÁ ESTAR VICENTE A EN LA FECHA PROGRAMADA EN EL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES (TÉCNICA Y ECONÓMICA)
120	699337	DICIPA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	111.2 REQUISITOS LEG ADMIN Y	¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO CON FECHA DE	DEBERÁ ESTAR VICENTE A EN LA FECHA



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

			TIVA	FINANC NUM. 7 OPINIÓN DE CUMPLIM DEL INFONAVIT.	EMISIÓN DEL MES EN CURSO (FEBRERO)? FAVOR DE CONFIRMAR.	PROGRAMADA EN EL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES (TÉCNICA Y ECONÓMICA)
121	699338	DICIPA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRAT TIVA	1112 REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIV OS Y FINANCIEROS TODOS LOS NUMERALES	ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS FORMATOS LOS CUALES NO APLIQUEN A MI REPRESENTADA SE CUMPLIRA CON EL FORMATO CON LA LEYENDA DE AGUA DE "NO APLICA". ¿ ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI, ES CORRECTA SU APRECIACION
122	699339	DICIPA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO XIV FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR, PRESENTAR EL FORMATO ÚNICAMENTE POR LAS PARTIDAS QUE SE COTICEN. FAVOR DE ACLARAR	SI, ES CORRECTO DEBERA PRESENTAR SU PROPUESTA TÉCNICA SOLAMENTE EN LA PARTIDA O PARTIDAS QUE SE PARTICIPE, CONFORME AL ANEXO TÉCNICO Y DEBE SER POR LA TOTALIDAD DE PRUEBAS DE CADA PARTIDA RELACIONADAS EN EL ANEXO XIII DE LA CONVOCATORIA.
123	699340	DICIPA SA DE CV	ECONÓMICO	ANEXO XIII FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR, PRESENTAR EL FORMATO ÚNICAMENTE POR LAS PARTIDAS QUE SE COTICEN. FAVOR DE ACLARAR	SI, ES CORRECTO DE DEBERA PRESENTAR SU PROPUESTA ECONOMICA SOLAMENTE EN LA PARTIDA O PARTIDAS QUE SE PARTICIPE, CONFORME AL ANEXO TÉCNICO Y DEBE SER POR LA TOTALIDAD DE PRUEBAS DE CADA PARTIDA RELACIONADAS EN EL ANEXO XIII DE LA CONVOCATORIA.
124	699341	DICIPA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 4 SERVICIO DE PRUEBAS DE HEMATOLOGIA,	ESPECIFICACIONES EQUIPO DE HEMATOLOGIA NUMERAL 12 SOLICITAN TENIDOR CON CAPACIDAD DE MAS DE 200 LAMINILLAS. SOLICITAMOS SE ACEPTE QUE EL TENIDOR CUENTE CON LA CAPACIDAD DE TENER MINIMO 170 LAMINILLAS, YA QUE ESTO NO	SI, SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON EL RESTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

					AFECTA LA CALIDAD DE TINCION DEL INSTRUMENTO NI LA VELOCIDAD DEL MISMO, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON EL RESTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA
125	699342	DICIPA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 4, PRUEBAS DE HEMATOLOGIA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON TECNOLOGÍA IGUAL O SUPERIOR, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE ESTE EN TIEMPO Y FORMA	
126	699344	INSTRUMENTO S Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:PRUEBAS AUTO. DE INMUNOHEMATOLOGIA EN PERSONAS DONANTES Y PACIENTES	1.- PAGINA 9. PARTIDA 2: PRUEBAS AUTOMATIZADAS DE INMUNOHEMATOLOGIA EN PERSONAS DONANTES Y PACIENTES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS:PRUEBA: 1.- GRUPO SANGUINEO ABO, RH D DIRECTO/INVERSO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:DETERMINACIÓN DE LOS ANTÍGENOS DE GRUPO SANGUÍNEO A Y B, DEL ANTÍGENO D DEL FACTOR RH Y DE LOS ANTICUERPOS CORRESPONDIENTES DEL GRUPO INVERSO EN TARJETA DE GEL CON 6 MICRO TUBOS QUE CONTIENEN INDIVIDUALMENTE ANTISUEROS ANTI-A Y ANTI-B MONOCLONALES; ANTI-D MEZCLA DE MONOCLONALES, CONTROL Y PARA GRUPO INVERSO DOS MICROTUBOS NEUTRALES; INCLUIR LAS CÉLULAS AI Y B PARA LA PRUEBA INVERSA, SOLUCIÓN DILUYENTE DE BAJA FUERZA IÓNICA (LISS), EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PRUEBA DE GRUPO ABO/RH COMPLETO (HEMÁTICO Y SÉRICO), EN TARJETA DE GEL DE 8 MICROTUBOS, QUE REALICEN LAS DETERMINACIONES ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB, ANTI-D Y ANTI-D'. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, SE DEBEN OPTIMIZAR LOS RECURSOS UTILIZANDO TARJETAS DE 6 POCILLOS. EN PACIENTES NO SE JUSTIFICA INCLUIR LA PRUEBA DE D' COMO RUTINA.
127	699345	INSTRUMENTO S Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:PRUEBAS AUTO. DE INMUNOHEMATOLOGIA EN PERSONAS	2.- PÁGINA 9 PARTIDA 2: PRUEBAS AUTOMATIZADAS DE INMUNOHEMATOLOGIA EN PERSONAS DONANTES Y PACIENTES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS: PRUEBA 2.- FENOTIPO SISTEMA RH Y KELL. DETERMINACIÓN DE LOS ANTÍGENOS	NO SE ACEPTA YA QUE LA VARIANTE DVI NO SE DEBE REALIZAR EN PACIENTES, Y LA VARIANTE CW NO TIENE UNA INCIDENCIA SUFICIENTE PARA



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

				DONANTES Y PACIENTES	ERITROCITARIOS C, C, E Y DEL SISTEMA RH Y DEL ANTÍGENO K DEL SISTEMA KELL EN TARJETAS DE GEL CON 6 MICROTUBOS QUE CONTENGAN INDIVIDUALMENTE ANTISUEROS ANTI-C, ANTI-C, ANTI-E, ANTI-E Y ANTI-K MONOCLONALES Y CONTROL; INCLUIR LA SOLUCIÓN DILUYENTE DE BAJA FUERZA IÓNICA (LISS), EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTA PRUEBA RH PHENO+KELL, EN TARJETA DE GEL DE 8 MICROTUBOS QUE REALICE LAS DETERMINACIONES ANTI -DVI+, RH (ANTI-D, ANTI-C, ANTI-E, ANTI-C, ANTI-E, ANTI-CW) Y ANTI- K. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	JUSTIFICAR SU INCLUSIÓN EN LAS PRUEBAS DE ROUTINA.
128	699346	INSTRUMENTO S Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:PRUEBAS AUTO. DE INMUNOHEMAT OLOGIA EN PERSONAS DONANTES Y PACIENTES	3.- PÁGINA 9 PARTIDA 2: PRUEBAS AUTOMATIZADAS DE INMUNOHEMATOLOGIA EN PERSONAS DONANTES Y PACIENTES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS: PRUEBA 3.- RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES CON 3 CELULAS (I, II, III) + CELULA DIEGO + AUTOTESTIGO (PACIENTES). DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES FUERA DEL SISTEMA ABO MEDIANTE LA PRUEBA DE COOMBS EN TARJETAS DE GEL CON 6 MICROTUBOS QUE CONTENGAN INDIVIDUALMENTE ANTICLOBULINA HUMANA POLIESPECÍFICA ANTI-IGG.-C3D MONOCLONALES; POR APARTE, UN SEMIPANEL DE 3 CELULAS MÁS UNA CELULA QUE PRESENTE EL ANTÍGENO DIA+; CADA PRUEBA DE RASTREO ESTARÁ CONFORMADA EN CUATRO MICROTUBOS MÁS UN AUTOTESTIGO; INCLUIR LA SOLUCIÓN DILUYENTE DE BAJA FUERZA IÓNICA (LISS), EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LA PRUEBA DE RASTREO DE ANTICUERPOS EN TARJETA DE GEL DE COOMBS	NO SE ACEPTA, LA TARJETA DE 6 POCILLOS OPTIMIZA EL USO DE LOS PRODUCTOS YA QUE NO SE JUSTIFICA EL UTILIZAR MÁS DE TRES CÉLULAS DE RASTREO.



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

129	699347	INSTRUMENTO S Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:PRUEBAS AUTO. DE INMUNOHEMAT OLOGIA EN PERSONAS DONANTES Y PACIENTES	DE 8 MICROTUBOS DE ANTIGLOBULINA POLIESPECÍFICA ANTI IGG-C3D. CON UN PANEL DE 2 A 4 CÉLULAS (I, II, III IV) + CÉLULA DIEGO + AUTOTESTIGO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? 4.- PÁGINA 9 PARTIDA 2: PRUEBAS AUTOMATIZADAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA EN PERSONAS DONANTES Y PACIENTES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS: PRUEBA 4.- RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES CON POOL DE CÉLULAS + AUTOTESTIGO. DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES FUERA DEL SISTEMA ABO MEDIANTE LA PRUEBA DE COOMBS EN TARJETAS DE GEL CON 6 MICROTUBOS QUE CONTENGAN INDIVIDUALMENTE ANTIGLOBULINA HUMANA POLIESPECÍFICA ANTI-IGG; -C3D MONOCLONALES; POR APARTE; UN POOL (MEZCLA) DE 2 CÉLULAS, CON AUTOTESTIGO; CADA PRUEBA DE RASTREO ESTARÁ CONFORMADA EN DOS MICROTUBOS; INCLUIR LA SOLUCIÓN DILUYENTE DE BAJA FUERZA IÓNICA (LISS), EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PERMITA OFERTAR LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES FUERA DEL SISTEMA ABO, MEDIANTE LA PRUEBA DE COOMBS EN TARJETAS DE GEL DE 8 MICROTUBOS. CON UN PANEL DE 2 CÉLULAS (I, II) + CÉLULA DIEGO + AUTOTESTIGO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA LA TARJETA DE 6 POCILLOS OPTIMIZA EL USO DE LOS PRODUCTOS YA QUE NO SE JUSTIFICA EL UTILIZAR MÁS DE UNA CÉLULA POOL EN EL ESTUDIO DE RASTREO DE DONANTES.
130	699348	INSTRUMENTO S Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:PRUEBAS AUTO. DE INMUNOHEMAT OLOGIA EN PERSONAS DONANTES Y PACIENTES	5.- PÁGINA 9 PARTIDA 2: PRUEBAS AUTOMATIZADAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA EN PERSONAS DONANTES Y PACIENTES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS: PRUEBA 5.- PRUEBA CRUZADA MAYOR. DETERMINACIÓN DE LA PRUEBA CRUZADA MAYOR MEDIANTE LA PRUEBA DE COOMBS EN TARJETAS DE GEL CON 6 MICROTUBOS QUE	NO SE ACEPTA LA TARJETA DE 6 POCILLOS OPTIMIZA EL USO DE LOS PRODUCTOS



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

131	699349	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2: PRUEBAS AUTO. DE INMUNOHEMATOLOGÍA EN PERSONAS DONANTES Y PACIENTES	CONTENGAN INDIVIDUALMENTE ANTIGLOBULINA HUMANA POLIESPECÍFICA ANTI-IGG, -C3D MONOCLONALES; CADA PRUEBA CRUZADA ESTARÁ CONFORMADA EN UN MICROTUBO; INCLUIR LA SOLUCIÓN DILUYENTE DE BAJA FUERZA IÓNICA (LISS), EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR LA PRUEBA CRUZADA MAYOR, MEDIANTE LA PRUEBA DE COOMBS, EN TARJETA DE 8 MICROTUBOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, LA TARJETA DE 6 POCILLOS OPTIMIZA EL USO DE LOS PRODUCTOS
				6- PÁGINA 9 PARTIDA 2: PRUEBAS AUTOMATIZADAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA EN PERSONAS DONANTES Y PACIENTES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS: PRUEBA 6.- IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS ERITROCITARIOS CON 11 CELULAS. IDENTIFICACIÓN DE LOS ANTICUERPOS IRREGULARES ENCONTRADOS MEDIANTE LA PRUEBA DE COOMBS EN TARJETAS DE GEL CON 6 MICROTUBOS QUE CONTENGAN INDIVIDUALMENTE ANTIGLOBULINA HUMANA POLIESPECÍFICA ANTI-IGG, -C3D MONOCLONALES; POR APARTE, UN PANEL DE 11 CELULAS; CADA PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN ESTARÁ CONFORMADA CON 11 MICROTUBOS MÁS UN AUTOTESTIGO; INCLUIR LA SOLUCIÓN DILUYENTE DE BAJA FUERZA IÓNICA (LISS), EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA. SE REQUIERE LA IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS ANTICUERPOS VÍA UN SOFTWARE DE IDENTIFICACIÓN. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EN APOYO A LA LIBRE PARTICIPACIÓN PERMITA OFERTAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ANTICUERPOS IRREGULARES MEDIANTE LA PRUEBA DE COOMBS, EN TARJETAS 8 MICROTUBOS, CONSIDERANDO EL PANEL PARA LA		



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

132	699350	INSTRUMENTO S Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:PRUEBAS AUTO. DE INMUNOHEMAT OLOGIA EN PERSONAS DONANTES Y PACIENTES	IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES DE TI CÉLULAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? 7.-PÁGINA 10 PARTIDA 2: PRUEBAS AUTOMATIZADAS DE INMUNOHEMATOLOGIA EN PERSONAS DONANTES Y PACIENTES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS: PRUEBA 7.- PRUEBA DE COOMBS DIRECTO ANTI-IGG; -C3D. DETECCIÓN DE INMUNOGLOBULINA HUMANA IGG Y COMPLEMENTO C3D EN LOS ERITROCITOS CON TARJETAS DE GEL CON 6 MICROTUBOS QUE CONTENGAN INDIVIDUALMENTE ANTI- INMUNOGLOBULINA HUMANA POLIESPECÍFICA (SUERO DE COOMBS) ANTI-IGG.-C3D MONOCLONAL; INCLUIR LA SOLUCIÓN DILUYENTE DE BAJA FUERZA IÓNICA (LISS), EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA PRUEBA COOMBS, EN TARJETA DE 8 MICROTUBOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA, LA TARJETA DE 6 POCILLOS OPTIMIZA EL USO DE LOS PRODUCTOS.
133	699351	INSTRUMENTO S Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:PRUEBAS AUTO. DE INMUNOHEMAT OLOGIA EN PERSONAS DONANTES Y PACIENTES	8.-PÁGINA 10 PARTIDA 2: PRUEBAS AUTOMATIZADAS DE INMUNOHEMATOLOGIA EN PERSONAS DONANTES Y PACIENTES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS: PRUEBA 8.- PRUEBA DE COOMBS MONOESPECÍFICO ANTI-IGG Y ANTI-C3D. DETECCIÓN INDIVIDUAL ESPECÍFICA DE LA INMUNOGLOBULINA HUMANA IGG Y DEL COMPLEMENTO C3D EN LOS ERITROCITOS CON TARJETAS DE GEL CON 6 MICROTUBOS PARA DOS PRUEBAS QUE CONTENGAN INDIVIDUALMENTE ANTI-INMUNOGLOBULINA HUMANA MONOESPECÍFICA ANTI-IGG, ANTI- C3D MONOCLONALES Y CONTROL; INCLUIR LA SOLUCIÓN DILUYENTE DE BAJA FUERZA IÓNICA (LISS), EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS,	NO SE ACEPTA, LA TARJETA DE 6 POCILLOS OPTIMIZA EL USO DE LOS PRODUCTOS



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

134	699352	INSTRUMENTO S Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:PRUEBAS AUTO. DE INMUNOHEMAT OLOGIA EN PERSONAS DONANTES Y PACIENTES	PERMITA OFERTAR ESTAS LAS DETERMINACIONES INDIVIDUALMENTE ANTI-INMUNOGLOBULINA HUMANA MONOESPECÍFICA ANTI-IGG, ANTI-C3D MONOCLONALES Y CONTROL EN TARJETAS DE 8 MICROTUBOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	9.-PÁGINA 10 PARTIDA 2: PRUEBAS AUTOMATIZADAS DE INMUNOHEMATOLOGIA EN PERSONAS DONANTES Y PACIENTES.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS:PRUEBA 9.- PRUEBA DE COOMBS MONOESPECIFICO ANTI-IGG, ANTI-IGA, ANTI-IGM, ANTI-C3C Y ANTI-C3D. DETECCIÓN INDIVIDUAL ESPECÍFICA DE LA INMUNOGLOBULINA HUMANA IGG, IGA, IGM Y DEL COMPLEMENTO C3C Y C3D EN LOS ERITROCITOS CON TARJETAS DE GEL CON 6 MICROTUBOS PARA UNA PRUEBA QUE CONTENGAN INDIVIDUALMENTE ANTI-INMUNOGLOBULINA HUMANA MONOESPECÍFICA ANTI-IGG, ANTI-IGA, ANTI-IGM, ANTI-C3C Y ANTI-C3D MONOCLONALES Y CONTROL; INCLUIR LA SOLUCIÓN DILUYENTE DE BAJA FUERZA IÓNICA (LISS), EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA CUBRIR CON ESTA ESPECIFICACIÓN NOS PERMITA OFERTAR TARJETA DE GEL DE 8 MICROTUBOS, QUE CONTENGAN ANTIGLOBULINA HUMANA Y ANTICUERPOS ANTI-IGG, ANTI-C3D MONOCLONAL E IGM QUE SON ACTUALMENTE LOS QUE TIENEN MÁS IMPORTANCIA CLÍNICA. ¿SE ACEPTA?	SE PODRIA ACEPTAR SIEMPRE Y CUANDO SE INCLUYAN LOS ANTICUERPOS ANTI IGM Y ANTI IGA, AL SER UN INSTITUTO DE REFERENCIA NACIONAL, LA INCIDENCIA DE ANEMIAS HEMOLÍTICAS ES MAYOR, Y LA DETERMINACIÓN DE CASOS ANTI IGA E IGM SON ESENCIALES EN EL TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO DE LA ENFERMEDAD, POR LO QUE ESTA PRUEBA ES NECESARIA.
135	699353	INSTRUMENTO S Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2:PRUEBAS AUTO. DE INMUNOHEMAT OLOGIA EN PERSONAS	10.-PÁGINA 10 PARTIDA 2: PRUEBAS AUTOMATIZADAS DE INMUNOHEMATOLOGIA EN PERSONAS DONANTES Y PACIENTES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS:PRUEBA 10.- TITULACIÓN DE COOMBS MONOESPECIFICO ANTI-IGG. DETERMINACIÓN DEL	SE PUEDE ACEPTAR SIEMPRE Y CUANDO SE PUEDA REALIZAR LA TITULACIÓN DE COOMBS MONOESPECIFICO ANTI-IGG, DETERMINACIÓN DEL	



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

			DONANTES Y PACIENTES	DEL TÍTULO DE ANTICUERPOS ANTI-IGG DE LA PRUEBA DE COOMBS DIRECTO POSITIVO EN TARJETAS DE GEL CON 6 MICROTUBOS PARA UNA PRUEBA QUE CONTIENEN INDIVIDUALMENTE DILUCIONES DE ANTIGLOBULINA HUMANA ANTI-IGG MONOCLONAL 1:10, 1:30, 1:100, 1:300, 1:1000 Y CONTROL; INCLUIR LA SOLUCIÓN DILUYENTE DE BAJA FUERZA IÓNICA (LISS), EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA SOLICITA A LA CONVOCANTE; PERMITA OFERTAR ESTA PRUEBA DE MANERA MANUAL, YA QUE ACTUALMENTE ES LA QUE SE REALIZA EN LOS BANCOS DE SANGRE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	TÍTULO DE ANTICUERPOS ANTI-IGG DE LA PRUEBA DE COOMBS DIRECTO POSITIVO EN TARJETAS DE GEL CON 6 MICROTUBOS PARA UNA PRUEBA QUE CONTIENEN INDIVIDUALMENTE DILUCIONES DE ANTIGLOBULINA HUMANA ANTI-IGG MONOCLONAL 1:10, 1:30, 1:100, 1:300, 1:1000 Y CONTROL; DE MANERA MANUAL O AUTOMATIZADA.
136	699354	INSTRUMENTO S Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	PARTIDA 2: PRUEBAS AUTO. DE INMUNOHEMAT OLOGÍA EN PERSONAS DONANTES Y PACIENTES	T1.- EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA PREGUNTA ANTERIOR, SE SOLICITA FUNDAMENTAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE TENDRÍA QUE REALIZAR ÚNICAMENTE DE MANERA AUTOMATIZADA.	REMITIRSE A LA RESPUESTA ANTERIOR
137	699355	INSTRUMENTO S Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	PARTIDA 2: PRUEBAS AUTO. DE INMUNOHEMAT OLOGÍA EN PERSONAS DONANTES Y PACIENTES	T2.- PÁGINA 10 PARTIDA 2: PRUEBAS AUTOMATIZADAS DE INMUNOHEMATOLOGÍA EN PERSONAS DONANTES Y PACIENTES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PRUEBAS: PRUEBA T1.- CONFIRMACIÓN DE LA VARIANTE DEBIL DEL ANTIGENO D CONFIRMACIÓN DEL RESULTADO NEGATIVO DEL ANTIGENO D DEL RH Y LA CARACTERIZACIÓN COMPLEMENTARIA DE SU VARIANTE MEDIANTE LA PRUEBA DE COOMBS EN TARJETAS DE GEL CON 6 MICROTUBOS QUE CONTENGAN INDIVIDUALMENTE ANTI-INMUNOGLOBULINA HUMANA POLIESPECÍFICA (SUERO DE COOMBS) ANTI-IGG, -C3D MONOCLONAL; POR APARTE, UN ANTISUERO ANTI-D MONOCLONAL QUE DETECTE LA VARIANTE VI DEL ANTIGENO D; INCLUIR LA SOLUCIÓN DILUYENTE DE BAJA	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE LA TARJETA DE 6 POCILLOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS PRODUCTOS.



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

138	699356	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	PAGINA 10 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO NUMERAL 1.1	FUERZA IÓNICA (LISS), EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y LOS CONSUMIBLES NECESARIOS PARA REALIZAR LA PRUEBA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ESTA PRUEBA EN TARJETA DE 8 MICROTUBO. ¿SE ACEPTA? 12.-PAGINA 10 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO: 1.1 EL LICITANTE DEBERÁ PROPORCIONAR DOS (2) EQUIPOS TOTALMENTE NUEVOS Y 100% AUTOMATIZADOS QUE REALICEN TODAS LAS PRUEBAS SOLICITADAS MEDIANTE LA TÉCNICA DE HEMAGLUTINACIÓN, UTILIZANDO COMO SOPORTE TARJETAS DE GEL CON 6 MICROTUBOS (SE EXCLUYEN OTRAS TÉCNICAS). NOTA: SI SE OFERTAN LOS EQUIPOS EN USO ACTUAL NO SE REQUIEREN NUEVOS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PERMITA OFERTAR EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO Y 100% AUTOMATIZADOS QUE REALICEN TODAS LAS PRUEBAS SOLICITADAS MEDIANTE LA TÉCNICA DE AGLUTINACIÓN EN COLUMNA UTILIZANDO SOPORTE DE TARJETA DE GEL DE 8 MICROTUBOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE DEBEN OFERTAR 2 EQUIPOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO MENCIONADAS EN EL NUMERAL 1.0 DEL ANEXO TÉCNICO REFERENTE A LA PARTIDA 2
139	699357	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV	TÉCNICO	PAGINA 11 NUMERAL 1.0 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO	13.- PAGINA 11. 1.0 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO. EQUIPOS QUE SE DEBERÁN ENTREGAR EN COMODATO: 2 EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE INMUNOHEMATOLOGÍA DE ALTO RENDIMIENTO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO DE INMUNOHEMATOLOGÍA EN TARJETAS DE GEL DE 8 MICROTUBOS PARA LAS PRUEBAS DE GRUPO SANGUÍNEO ABO/RH COMPLETO (HEMATICO Y SÉRICO), FENOTIPO RH+KELL, D DÉBIL, PRUEBA CRUZADA, ESCRUTINIO DE ANTICUERPOS IRREGULARES, IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS IRREGULARES, PRUEBAS ENZIMÁTICAS, TEST DE COOMBS DIRECTO, DETERMINACIÓN DE ANTÍGENOS ESPECIALES Y AUTOCONTROL CON PROCESAMIENTO	SE DEBEN OFERTAR 2 EQUIPOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO MENCIONADAS EN EL NUMERAL 1.0 DEL ANEXO TÉCNICO REFERENTE A LA PARTIDA 2



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

140	699358	PROVEEDORA CLINICA MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO PARTIDA 1 BIOMETRIAS HEMATICAS	AUTOMÁTICO DE MUESTRAS, DISPENSACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS, URGENCIAS, IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS DE MUESTRAS Y REACTIVOS. VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO DE 100 TARJETAS/HORA (800 RESULTADOS/HORA), CON GRUPO ABO/RH COMPLETO DE 66 MUESTRAS/HORA 2, CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO. CON CAPACIDAD DE 96 TUBOS DE MUESTRAS, 54 REACTIVOS (36 AGITADOS Y 12 NO AGITADOS), 400 TARJETAS DE GEL, SOFTWARE INTEGRADO, PANTALLA TÁCTIL, CONFIGURACIÓN DE ROLES ESPECÍFICOS PARA CADA USUARIO CON DIFERENTES PERMISOS, SOFTWARE GRAFICO EN ESPAÑOL EN AMBIENTE WINDOWS, CON SISTEMA DE RESPALDO ELÉCTRICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA? SOLITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN INSTRUMENTO QUE HAGA PLAQUETAS OPTICAS CON REACTIVO DE TINCION FLUORESENTE, LO CUAL ASEGURE UN CONTEO MAS EFICIENTE DE LAS MISMAS Y PODER DISCRIMINARLAS DE LOS ERITROCITOS MICROCITOS YA QUE LA ESPECIFICACION CORRESPONDE A UNA CASA COMERCIAL QUE EFECTIVAMENTE USA PLAQUETAS OPTICAS PERO SIN TENIRLAS, LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA Y ADICIONALMENTE PODRIA CONFUNDIRLAS CON ERITROCITOS MICROCITICOS	SI SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA OTROS LICITANTES.
-----	--------	---	---------	---	--	---



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 26 Bis, fracción II de la Ley y 47, séptimo párrafo de su Reglamento, a partir de esta fecha se notifica a los licitantes participantes que el acta de este evento está disponible en la dirección electrónica: upcp-compranet.hacienda.gob.mx

Se informa a los licitantes que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día **07 de febrero de 2025**, en el **Sistema Compranet**, a las **09:00 horas** siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún observador social o servidor público ajeno al acto, de conformidad con el artículo 47, del Reglamento de la Ley.

Asimismo, se informa a los licitantes que cuentan con un plazo máximo de **seis** horas a partir del día y hora en que la presente acta de junta de aclaraciones sea publicada en el sistema CompraNet, para que envíen a través de dicho sistema las preguntas que consideren necesarias única y exclusivamente en relación con las respuestas remitidas por el Instituto.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta junta, siendo las **12:00 horas**, del día de su inicio, informándose a los asistentes y licitantes que, en caso de darse el supuesto señalado en el párrafo anterior, el plazo máximo en el que se enviarán las contestaciones correspondientes será el día **31 de enero de 2025** a las **14:00 horas**, en la dirección electrónica: upcp-compranet.hacienda.gob.mx

Esta Acta consta de **52 hojas**, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR EL INSTITUTO:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LCDO. JOSE LUIS LÓPEZ MORENO	COORDINADOR DE CONTRATOS	
DRA. LAURA ADRIANA TRIPP ÁGUILAR	COORDINADORA DEL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL	
MTRO. ERNESTO MARAVILLA FRANCO	JEFE DE LABORATORIO CLÍNICO	
QUIM. ARACELI HERNÁNDEZ CRUZ	DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA	
DR. RAYMUNDO DAVID VALDEZ ECHEVERRÍA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CENTRAL	




INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

POR EL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA:

NOMBRE	FIRMA
LCDO. GERARDO OCTAVIO QUINTERO CALLEJA	

POR LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INCMNSZ:

NOMBRE	FIRMA
LCDO. ADRIAN ENRIQUEZ OLVERA	

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025, REALTIVA AL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO.



Emo

AHC



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

SEGUNDA Y ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN
COMODATO

En la Ciudad de México, siendo las **14:00** horas, del **31** de **enero** de **2025**, en las instalaciones del **Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán**, ubicado en: Avenida Vasco de Quiroga Número 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Código Postal 14080, Alcaldía Tlalpan se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta; para dar continuidad a la atención de las preguntas por parte de los licitantes de la Primera Junta de Aclaraciones **No. LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025** relativa al **Servicio de Pruebas de Laboratorios Clínicos en Equipos en Comodato**.

Este acto fue presidido por el **Lcdo. José Luis López Moreno, Coordinador de Contratos adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, servidor público designado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, quien al inicio de esta junta, comunicó a los que en el presente acto se da respuesta a las preguntas formuladas por los licitantes, respecto a las respuestas emitidas por la convocante contenidas en la primera acta, dichas preguntas se recibieron dentro de las **seis** horas posteriores a la inclusión del acta en la dirección electrónica: **upcp-compranet.hacienda.gob.mx**

El presidente del acto, fue asistido por los representantes de las Áreas Usuarias: **Servicio de Medicina Transfusional, Departamento de Laboratorio Central y Departamento de Laboratorio de Microbiología Clínica**, los cuales solventarán las preguntas de carácter técnico, los representantes del Área Contratante de la **Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y Departamento de Asesoría Jurídica**, quienes solventarán las preguntas de carácter **administrativo y legal**, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El presidente del acto, dió inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis, penúltimo párrafo de la Ley, las solicitudes de aclaración, de las preguntas que consideraron necesarias en relación con las respuestas remitidas, en la Primera Junta de Aclaraciones de la Convocatoria, a través de la dirección electrónica: **upcp-compranet.hacienda.gob.mx**, de los siguientes licitantes:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NÚMERO DE REPREGUNTAS
1	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	COMPRANET	3
2	ABALAT SA DE CV	COMPRANET	2
3	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	COMPRANET	18

SE ADJUNTA COPIA DE LA PANTALLA DE COMPRANET:

Listado de Repreguntas

ID	Licitante	Pregunta de referencia	Repreguntas	Fecha de envío	Respuesta	Acciones
1	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	609329	SOLICITAMOS ATENTAMENTE PUEBAN RECONSIDERAR SU RESPUESTA, CON LA FINALIDAD DE TENER UN MAYOR NUMERO DE PROPUESAS SUCEPTIBLES DE ADJUDICACION, Y ACEREBEN UN EQUIPO QUE, AUNQUE NO MANTIENE EL CONTEO DE PRUEBAS DISPONIBLES POR CADA VEZ UNA VEZ QUE EL REACTIVO ES EXTRAÍDO DEL ANALIZADOR, GARANTIZA LA SEGURIDAD Y PRECISION DEL ANALISIS AL PREVENIR ERRORES ASOCIADOS CON REACTIVOS QUE PODRIAN VERSE COMPROMETIDOS FUERA DEL EQUIPO, PRIORIZANDO ASÍ LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. ¿SE ACEPTA?	30/01/2025 15:50		



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

SEGUNDA Y ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025 SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

2	ABALAT SA DE CV	PREGUNTA 17 MEDICAL CORPORATION GROUP SA DE CV	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PRECISAR SI EN LA RESPUESTA OTORGADA RELATIVA A LA CARTA DE APOYO DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR, CUANDO SE REFIERE AL DISTRIBUIDOR QUE ENTENDERÍE AL DISTRIBUIDOR TITULAR DE LOS REGISTROS SANITARIOS EN MÉXICO? SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE CON RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA, NO AMPLIAR LA RESPUESTA A LA CONFIRMACIÓN DE CANTIDAD DEL ESTUDIO DEL ESTADO DEL HIERRO (HIERRO, FERRITINA, CAPACIDAD DE FIJACIÓN) MIN 12,000 MAX 26,000, ¿DEBERÍAMOS ENTENDER QUE LA CANTIDAD ES CORRECTA Y QUE LOS VOLUMENES SON MIN 12,000 MAX 26,000? FAVOR DE PRECISAR	20/01/2025 14:30	Responder
3	ABALAT SA DE CV	PREGUNTA 35 ABALAT SA DE CV	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER OFERTAR MENOS EQUIPOS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LA CAPACIDAD OPERATIVA Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS CON LA FINALIDAD DE NO CAUSAR MAS GASTOS AL INSTITUTO DE ENERGIA, AGUA Y AIRE ACONDICIONADO ASI COMO DE OCUPAR EL MENOR ESPACIO POSIBLE EN EL LABORATORIO. SE SOLICITA ACLARAR SI LA INSTALACIÓN EN 25 DIAS HABLES INCLUYE LOS TEMAS DE ESTABLECER VALORES DE REFERENCIA Y VALIDACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CALIDAD Y ENRICHIMIENTOS SIN LINEALIDAD, LINEALIDAD, INTERVALO REPORTABLE, PRECISIÓN INTER-INTER, VERACIDAD, ERROR RELATIVO, % DE RECUPERACIÓN, INCERTIDUMBRE UTILIZANDO LOS CRITERIOS INDICADOS EN LA CONVOCATORIA NUMERAL 1 DE REQUISITOS PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS NUEVOS, YA QUE ESTE PROCESO PUEDE LLEVAR MAS DE LOS 15 DIAS CONTEMPLADOS	25/01/2025 14:30	Responder
4	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	693122	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ANALIZADORES DE MAYOR RENDIMIENTO, 2 ANALIZADORES DE QUÍMICA CLÍNICA 1200G FASIR CUL 2 ANALIZADORES DE INMUNOLOGÍA (400 PBAS HR CUL) 1 LINEA ROBOTICA (SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN), 1 SISTEMA POST ANALITICO (SERVITECA AUTOMATIZADA) ESTOS ANALIZADORES CON MAYOR PRODUCTIVIDAD PERMITIRIA CUBRIR ADECUADAMENTE EL PROCESO DE LA CARGA DE TRABAJO CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL INSTITUTO.	30/01/2025 15:39	Responder
5	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	693148	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ANALIZADORES DE MAYOR RENDIMIENTO, 2 ANALIZADORES DE QUÍMICA CLÍNICA 1200G FASIR CUL 2 ANALIZADORES DE INMUNOLOGÍA (400 PBAS HR CUL) 1 LINEA ROBOTICA (SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN), 1 SISTEMA POST ANALITICO (SERVITECA AUTOMATIZADA) ESTOS ANALIZADORES CON MAYOR PRODUCTIVIDAD PERMITIRIA CUBRIR ADECUADAMENTE EL PROCESO DE LA CARGA DE TRABAJO CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL INSTITUTO.	30/01/2025 15:39	Responder
6	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	693122	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ANALIZADORES DE MAYOR RENDIMIENTO, 2 ANALIZADORES DE QUÍMICA CLÍNICA 1200G FASIR CUL 2 ANALIZADORES DE INMUNOLOGÍA (400 PBAS HR CUL) 1 LINEA ROBOTICA (SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN), 1 SISTEMA POST ANALITICO (SERVITECA AUTOMATIZADA) ESTOS ANALIZADORES CON MAYOR PRODUCTIVIDAD PERMITIRIA CUBRIR ADECUADAMENTE EL PROCESO DE LA CARGA DE TRABAJO CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL INSTITUTO.	30/01/2025 15:39	Responder
7	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	693173	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ANALIZADORES DE MAYOR RENDIMIENTO, 2 ANALIZADORES DE QUÍMICA CLÍNICA 1200G FASIR CUL 2 ANALIZADORES DE INMUNOLOGÍA (400 PBAS HR CUL) 1 LINEA ROBOTICA (SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN), 1 SISTEMA POST ANALITICO (SERVITECA AUTOMATIZADA) ESTOS ANALIZADORES CON MAYOR PRODUCTIVIDAD PERMITIRIA CUBRIR ADECUADAMENTE EL PROCESO DE LA CARGA DE TRABAJO CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL INSTITUTO.	30/01/2025 15:39	Responder
8	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	693177	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ANALIZADORES DE MAYOR RENDIMIENTO, 2 ANALIZADORES DE QUÍMICA CLÍNICA 1200G FASIR CUL 2 ANALIZADORES DE INMUNOLOGÍA (400 PBAS HR CUL) 1 LINEA ROBOTICA (SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN), 1 SISTEMA POST ANALITICO (SERVITECA AUTOMATIZADA) ESTOS ANALIZADORES CON MAYOR PRODUCTIVIDAD PERMITIRIA CUBRIR ADECUADAMENTE EL PROCESO DE LA CARGA DE TRABAJO CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL INSTITUTO.	30/01/2025 15:39	Responder
9	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	693177	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ANALIZADORES DE MAYOR RENDIMIENTO, 2 ANALIZADORES DE QUÍMICA CLÍNICA 1200G FASIR CUL 2 ANALIZADORES DE INMUNOLOGÍA (400 PBAS HR CUL) 1 LINEA ROBOTICA (SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN), 1 SISTEMA POST ANALITICO (SERVITECA AUTOMATIZADA) ESTOS ANALIZADORES CON MAYOR PRODUCTIVIDAD PERMITIRIA CUBRIR ADECUADAMENTE EL PROCESO DE LA CARGA DE TRABAJO CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL INSTITUTO.	30/01/2025 15:39	Responder
10	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	693177	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ANALIZADORES DE MAYOR RENDIMIENTO, 2 ANALIZADORES DE QUÍMICA CLÍNICA 1200G FASIR CUL 2 ANALIZADORES DE INMUNOLOGÍA (400 PBAS HR CUL) 1 LINEA ROBOTICA (SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN), 1 SISTEMA POST ANALITICO (SERVITECA AUTOMATIZADA) ESTOS ANALIZADORES CON MAYOR PRODUCTIVIDAD PERMITIRIA CUBRIR ADECUADAMENTE EL PROCESO DE LA CARGA DE TRABAJO CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL INSTITUTO.	30/01/2025 15:39	Responder



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

SEGUNDA Y ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN
COMODATO

11	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	699177	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER ANALIZADORES QUE CUENTEN CON SISTEMAS DE DETECCIÓN DE COAGULOS U OBSTRUCCIONES ENTRE OSE LA ALARMA CORRESPONDIENTE POR PARTE DEL EQUIPO, MENOS ESTA UNA REVISIÓN PARA EL UNIDAD PARA LA REVISIÓN DE DCHA MUESTRA Y SU POSTERIOR REFUGIO	30/01/2025 15:39	Responder
12	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	699292	CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y DADO QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAS DE TRANSPORTE ELEVADAS CORRESPONDER A UN SOLO FABRICANTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN MEDIANTE EL USO DE LINEAS DE TRANSPORTE BIDIRECCIONAL INSTALADOS A PIE DE EQUIPO, LAS CUALES PERMITEN OPTIMIZAR EL ESPACIO REQUERIDO EN EL LABORATORIO, ASÍ COMO EFICIENTIZAR LOS TIEMPOS DE OPERACIÓN ENTRE EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y LOS ANALIZADORES DE MUESTRAS	30/01/2025 15:39	Responder
13	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	699292	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REALIZAR UNA PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN Y SISTEMAS POST-ANALÍTICO EN UN ESPACIO DE 75 M2, LOS CUALES NO REPRESENTAN UN CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DEL LABORATORIO Y TAMPOCO COMPROMETE EL FLUJO Y PROCESO DE LA CARGA DE TRABAJO CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL LABORATORIO, NI PONE EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL PERSONAL Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE EL ESPACIO DE 75 M2 SOLO SE PUEDE LOGRAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAS DE TRANSPORTACIÓN ELEVADAS QUE CORRESPONDEN A UN SOLO FABRICANTE	30/01/2025 15:39	Responder
14	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	699292	CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR UNA PROPUESTA CON LOS METROS CUADRADOS DE LA INSTALACIÓN ACTUAL PARA ANALIZADORES, LINEA DE AUTOMATIZACIÓN Y SISTEMA POST-ANALÍTICO, YA QUE EL ESPACIO DESCRITO DE 50 M2 SOLO SE PUEDE LOGRAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LINEAS DE TRANSPORTACIÓN ELEVADAS QUE CORRESPONDEN A UN SOLO FABRICANTE	30/01/2025 15:39	Responder
15	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	699292	EL INSTITUTO ACTUALMENTE CUENTA CON UNA AUTOMATIZACIÓN EN 75 M2, ¿PODEMOS CONTINUAR CON EL ESPACIO PARA INSTALAR LA AUTOMATIZACIÓN NUEVA?	30/01/2025 15:39	Responder
16	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	699156	¿SE DEBE ENTENDER QUE SI SE SIGUEN RECIENDO SERVICIOS EN LOS EQUIPOS ACTUALES SE GENERARÁ UN CONTRATO ADICIONAL EN LO QUE SE INSTALAN LOS NUEVOS EQUIPOS?	30/01/2025 15:39	Responder
17	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	699156	¿PUEDE LA CONVOCANTE CLARIFICAR EN CASO DE QUE LOS EQUIPOS ACTUALMENTE INSTALADOS TENGAN QUE SALIR DEL INSTITUTO ¿SE O SE LE CONTINÚA PERMANECERÁN EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO LOS EQUIPOS ACTUALES HASTA CONCLUIR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS NUEVOS?	30/01/2025 15:39	Responder
18	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	699156	EL SERVIDOR DE LOS QUE EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DEBE SEGUIR SIENDO DECIDIDO POR EL ANTERIOR CONTRATANTE BAJO UN NUEVO CONTRATO?	30/01/2025 15:39	Responder
19	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	699156	¿DEBEMOS ENTENDER QUE EL INSTITUTO TIENE UN PROVEEDOR DE LOS DESIGNADO PARA ESTA NUEVA LICITACIÓN?	30/01/2025 15:39	Responder
20	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	699156	¿SOBRE EL DESARROLLO DE MEDICIONES REQUERIDAS, ¿CUANTAS HORAS DE TRABAJO DE DESARROLLO SON NECESARIAS INCLUIR EN LA OFERTA?	30/01/2025 15:39	Responder
21	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	699156	¿UNA VES DADO EL FIN DEL ACTUAL, ¿QUÉ TIENE QUE HACER EL INSTITUTO EN SUS EQUIPOS Y RETENCIÓN DE LOS ACTUALES?	30/01/2025 15:39	Responder
22	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS DE RL DE CV	699328	SOLICITAMOS ATENTAMENTE PUEDE RECONSIDERAR SI RESPUESTA, CON LA FINALIDAD DE TENER UN MAYOR NÚMERO DE PROPUESTAS SUCEPTIBLES DE ADJUDICACIÓN Y ACEPTAR OFERTAR UNA UNIDAD QUE EN LUGAR DE TAPONAR LOS TUBOS, UTILIZA UN SISTEMA DE SELLADO CON TRES NIVEL DE DIFERENTES DISEÑADO PARA RESGUARDAR LAS MUESTRAS AL FINALIZAR EL ANÁLISIS CLÍNICO Y PARTIR EN SU ESTABILIDAD DURANTE EL ALMACENAMIENTO EN EL ÁREA DE REFRIGERACIÓN, ¿SE ACEPTA?	30/01/2025 15:39	Responder
23	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS DE RL DE CV	699328	SOLICITAMOS ATENTAMENTE PUEDE RECONSIDERAR SI RESPUESTA, CON LA FINALIDAD DE TENER UN MAYOR NÚMERO DE PROPUESTAS SUCEPTIBLES DE ADJUDICACIÓN Y ACEPTAR OFERTAR UNA UNIDAD QUE EN LUGAR DE TAPONAR LOS TUBOS, UTILIZA UN SISTEMA DE SELLADO CON TRES NIVEL DE DIFERENTES DISEÑADO PARA RESGUARDAR LAS MUESTRAS AL FINALIZAR EL ANÁLISIS CLÍNICO Y PARTIR EN SU ESTABILIDAD DURANTE EL ALMACENAMIENTO EN EL ÁREA DE REFRIGERACIÓN, ¿SE ACEPTA?	30/01/2025 15:39	Responder



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

SEGUNDA Y ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN
COMODATO

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma que se recibieron dentro de las **seis** horas posteriores a la inclusión del acta en de la dirección electrónica: **upcp-compranet.hacienda.gob.mx**, así como la respuesta otorgada por el Instituto, como se indica a continuación.

Numero	Id o # de pregunta de referencia	RESPUESTA DE REFERENCIA	Licitante	Aclaración	Respuesta
1	699327	No, se acepta	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	SOLICITAMOS ATENTAMENTE PUEDAN RECONSIDERAR SU RESPUESTA, CON LA FINALIDAD DE TENER UN MAYOR NÚMERO DE PROPUESTAS SUCEPTIBLES DE ADJUDICACIÓN, Y ACEPEN UN EQUIPO QUE, AUNQUE NO MANTIENE EL CONTEO DE PRUEBAS DISPONIBLES POR CARTUCHO UNA VEZ QUE EL REACTIVO ES EXTRAÍDO DEL ANALIZADOR, GARANTIZA LA SEGURIDAD Y PRECISIÓN DEL ANALISIS AL PREVENIR ERRORES ASOCIADOS CON REACTIVOS QUE PODRÍAN VERSE COMPROMETIDOS FUERA DEL EQUIPO, PRIORIZANDO ASÍ LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
2	17	SI SE ACEPTA ACOMPAÑADO DE UNA IDENTIFICACIÓN DE QUIEN EMITE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR	ABALAT SA DE CV	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PRECISAR SI EN LA RESPUESTA OTORGADA RELATIVA A LA CARTA DE APOYO DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR, CUANDO SE REFIERE AL DISTRIBUIDOR DEBE ENTENDERSE AL DISTRIBUIDOR TITULAR DE LOS REGISTROS SANITARIOS EN MÉXICO?	SÍ ES CORRECTA SU APRESIACIÓN
3	55	Electrolitos en orina de 24 horas mínimo 3,000 y máximo 4,000 . Vitamina B12 mínimo de 4,000 y máximo de 26,000. ANTIGENO mínimo de 100 y máximo de 200. Y Ferratina mínimo 15,000 y máximo de 20,000	ABALAT SA DE CV	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE CON RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA, NO APARECE LA RESPUESTA A LA CONFIRMACIÓN DE CANTIDAD DEL ESTUDIO DEL ESTADO DEL HIERRO (HIERRO, FERRITINA, CAPACIDAD DE FIJACIÓN) MIN 12,000 MAX 26,000; ¿DEBEMOS DE ENTENDER QUE LA CANTIDAD ES CORRECTA Y QUE LOS VOLUMENES SON: MIN 12,000 MAX 26,000? FAVOR DE PRECISAR	SÍ, SE CONFIRMA SU PRECISIÓN. MIN 12,000 Y MAXIMO 26,000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AHC



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

SEGUNDA Y ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN
COMODATO

4	699122	No, se acepta	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER OFERTAR MENOS EQUIPOS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LA CAPACIDAD OPERATIVA Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS CON LA FINALIDAD DE NO CAUSAR MAS GASTOS AL INSTITUTO DE ENERGÍA, AGUA Y AIRE ACONDICIONADO ASI COMO DE OCUPAR EL MENOR ESPACIO POSIBLE EN EL LABORATORIO.	EN LA PARTIDA 1 BIOMETRIAS HEMÁTICAS EN PERSONAS DONANTES DE SANGRE TOTAL, SOLO SE HACE REFERENCIA A UN EQUIPO DESCRITO EN EL NUMERAL 1.0 ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
5	699148	En la partida 2 no hay numeral 25	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	SE SOLICITA ACLARAR SI LA INSTALACIÓN EN 25 DÍAS HABILES INCLUYE LOS TEMAS DE ESTABLECER VALORES DE REFERENCIA Y VALIDACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CALIDAD Y ENUNCIAMOS SIN LIMITAR: (LINEALIDAD, INTERVALO REPORTABLE, PRECISIÓN INTER E INTRA, VERACIDAD, ERROR RELATIVO, % DE RECUPERACIÓN INCERTIDUMBRE UTILIZANDO LOS CRITERIOS INDICADOS EN LA CONVOCATORIA NUMERAL 1 DE "REQUISITOS PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS NUEVOS" YA QUE ESTE PROCESO PUEDE LLEVAR MÁS DE LOS 25 DÍAS CONTEMPLADOS	LA PREGUNTA PLANTEADA, NO TIENE CORRELACION CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES. NO SE DA CONTESTACIÓN CON FUNDAMENTO EN EL TERCER PARRAFO FRACCIÓN I Y SEGUNDO PARRAFO FRACCIÓN II, DEL ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
6	699122	No, se acepta	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ANALIZADORES DE MAYOR RENDIMIENTO : 2 ANALIZADORES DE QUÍMICA CLÍNICA (2,000 PBAS/HR C/U), 2 ANALIZADORES DE INMUNOLOGÍA (400 PBAS/HR C/U), 1 LÍNEA ROBÓTICA (SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN), 1 SISTEMA POST ANALÍTICO (SEROTECA AUTOMATIZADA), ESTOS ANALIZADORES CON MAYOR PRODUCTIVIDAD PERMITIRIA CUBRIR ADECUADAMENTE EL PROCESO DE LA CARGA DE TRABAJO CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL INSTITUTO.	EN LA PARTIDA 1 BIOMETRIAS HEMÁTICAS EN PERSONAS DONANTES DE SANGRE TOTAL, NO SE HACE REFERENCIA A ANALIZADORES MENCIONADOS EN LA REPREGUNTA
7	699178	Es correcta su apreciación y es el tiempo optimo a partir del acondicionamiento del area	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA AMPLIAR EL PERIODO DE INSTALACIÓN EN 90 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL PRIMER DÍA DE VIGENCIA DEL CONTRATO; ESTO CONSIDERANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODOS LOS ANALIZADORES DE QUÍMICA CLÍNICA E INMUNOLOGÍA, ASÍ COMO LA LÍNEA ROBÓTICA Y SISTEMA POST-ANALÍTICO. PERMITIENDO UNA TRANSICIÓN PLANEADA Y ORDENADA QUE NO COMPROMETA LA OPERACIÓN DEL LABORATORIO Y LA EMISIÓN Y CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE PACIENTES.	NO SE ACEPTA
8	699177	Se solicitan 3 equipos de inmunoensayo	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE EL PODER OFERTAR MENOS EQUIPOS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LA CAPACIDAD OPERATIVA Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS CON LA FINALIDAD DE NO CAUSAR MAS GASTOS AL INSTITUTO DE ENERGÍA, AGUA Y AIRE	LA PREGUNTA PLANTEADA, NO TIENE CORRELACION CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES. NO SE DA CONTESTACIÓN CON FUNDAMENTO EN EL TERCER PARRAFO FRACCIÓN I Y SEGUNDO



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

SEGUNDA Y ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN
COMODATO

9	699177	Se solicitan 3 equipos de inmunoensayo	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	ACONDICIONADO ASI COMO DE OCUPAR EL MENOR ESPACIO POSIBLE EN EL LABORATORIO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER ANALIZADORES CON UNA VELOCIDAD MINIMA DE 2000 PBAS FOTOMÉTRICAS POR HORA MÁS 900 PBAS DE ISE POR HORA PARA EL ÁREA DE QUÍMICA CLÍNICA (POR EQUIPO) Y ANALIZADORES CON UNA VELOCIDAD MINIMA DE 400 PRUEBAS POR HORA PARA EL ÁREA DE INMUNOLOGÍA. CONSIDERANDO ESTA SITUACIÓN COMO UNA MEJORA TECNOLÓGICA EN LA PROPUESTA ESTABLECIDA EN BASES DE LICITACIÓN. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER ANALIZADORES QUE PERMITAN EL INGRESO DE REACTIVOS MEDIANTE CÓDIGOS DE BARRAS, DETERMINADO ASÍ EL CONTENIDO DE LAS PRUEBAS DISPONIBLES EN CADA FRASCO DE REACTIVO, Y SIENDO EL INVENTARIO TANTO DE PREUBAS DISPONIBLES COMO DE REACTIVOS EN LA PANTALLA DE INVENTARIO DEL ANALIZADOR	PARAFO FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. LA PREGUNTA PLANTEADA, NO TIENE CORRELACIÓN CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES. NO SE DA CONTESTACIÓN CON FUNDAMENTO EN EL TERCER PÁRRAFO FRACCIÓN I Y SEGUNDO PÁRRAFO FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
10	699177	Se solicitan 3 equipos de inmunoensayo	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	ACONDICIONADO ASI COMO DE OCUPAR EL MENOR ESPACIO POSIBLE EN EL LABORATORIO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER ANALIZADORES QUE PERMITAN EL INGRESO DE REACTIVOS MEDIANTE CÓDIGOS DE BARRAS, DETERMINADO ASÍ EL CONTENIDO DE LAS PRUEBAS DISPONIBLES EN CADA FRASCO DE REACTIVO, Y SIENDO EL INVENTARIO TANTO DE PREUBAS DISPONIBLES COMO DE REACTIVOS EN LA PANTALLA DE INVENTARIO DEL ANALIZADOR	PARAFO FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. LA PREGUNTA PLANTEADA, NO TIENE CORRELACIÓN CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES. NO SE DA CONTESTACIÓN CON FUNDAMENTO EN EL TERCER PÁRRAFO FRACCIÓN I Y SEGUNDO PÁRRAFO FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
11	699177	Se solicitan 3 equipos de inmunoensayo	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	ACONDICIONADO ASI COMO DE OCUPAR EL MENOR ESPACIO POSIBLE EN EL LABORATORIO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER ANALIZADORES QUE CUENTEN CON SISTEMAS DE DETECCIÓN DE COÁGULOS U OBSTRUCCIONES EMITIÉNDOSE LA ALARMA CORRESPONDIENTE POR PARTE DEL EQUIPO, SIENDO ESTA UNA INDICACIÓN PARA EL USUARIO PARA LA REVISIÓN DE DICHA MUESTRA Y SU POSTERIOR REPROCESO.	PARAFO FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. LA PREGUNTA PLANTEADA, NO TIENE CORRELACIÓN CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES. NO SE DA CONTESTACIÓN CON FUNDAMENTO EN EL TERCER PÁRRAFO FRACCIÓN I Y SEGUNDO PÁRRAFO FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

AHC

gms

gms



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

SEGUNDA Y ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN
COMODATO

12	699292	Si se acepta en las condiciones técnicas apegándose al numero de equipos y superficie mencionados en el anexo técnico	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y DADO QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSPORTE ELEVADAS CORRESPONDEN A UN SOLO FABRICANTE; SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER UN SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN MEDIANTE EL USO DE LÍNEAS DE TRANSPORTE BIDIRECCIONAL INSTALADOS A PIE DE EQUIPO, LAS CUALES PERMITEN OPTIMIZAR EL ESPACIO REQUERIDO EN EL LABORATORIO, ASÍ COMO EFICIENTIZAR LOS TIEMPOS DE OPERACIÓN ENTRE EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y LOS ANALIZADORES DE MUESTRAS.	LA PREGUNTA PLANTEADA, NO TIENE CORRELACION CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES. NO SE DA CONTESTACIÓN CON FUNDAMENTO EN EL TERCER PÁRRAFO FRACCIÓN I Y SEGUNDO PÁRRAFO FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
13	699292	Si se acepta en las condiciones técnicas apegándose al numero de equipos y superficie mencionados en el anexo técnico	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REALIZAR UNA PROPUESTA DE ANALIZADORES, LÍNEA DE AUTOMATIZACIÓN Y SISTEMA POST-ANALÍTICO EN UN ESPACIO DE 75 M2; LOS CUALES NO REPRESENTAN UN CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DEL LABORATORIO Y TAMPOCO COMPROMETE EL FLUJO Y PROCESO DE LA CARGA DE TRABAJO CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL LABORATORIO, NI PONE EN RIESGO LA SEGURIDAD DEL PERSONAL. Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN YA QUE EL ESPACIO DE 50M2 SOLO SE PUEDE LOGRAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSPORTACIÓN ELEVADAS QUE CORRESPONDEN A UN SOLO FABRICANTE	LA PREGUNTA PLANTEADA, NO TIENE CORRELACION CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES. NO SE DA CONTESTACIÓN CON FUNDAMENTO EN EL TERCER PÁRRAFO FRACCIÓN I Y SEGUNDO PÁRRAFO FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
14	699292	Si se acepta en las condiciones técnicas apegándose al numero de equipos y superficie mencionados en el anexo técnico	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR UNA PROPUESTA CON LOS METROS CUADRADOS DE LA INSTALACIÓN ACTUAL PARA ANALIZADORES, LÍNEA DE AUTOMATIZACIÓN Y SISTEMA POST-ANALÍTICO, YA QUE EL ESPACIO DESCRITO DE 50M2 SOLO SE PUEDE LOGRAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSPORTACIÓN ELEVADAS QUE CORRESPONDEN A UN SOLO FABRICANTE	EL MÁXIMO ACEPTADO ES DE 60 M2
15	699292	Si se acepta en las condiciones técnicas apegándose al numero de equipos y superficie mencionados en el anexo técnico	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	EL INSTITUTO ACTUALMENTE CUENTA CON UNA AUTOMATIZACIÓN EN 75 M2, PODEMOS CONSIDERAR ESE ESPACIO PARA PROYECTAR LA AUTOMATIZACIÓN NUEVA?	LA PREGUNTA PLANTEADA, NO TIENE CORRELACION CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES. NO SE DA CONTESTACIÓN CON FUNDAMENTO EN EL TERCER PÁRRAFO FRACCIÓN I Y SEGUNDO PÁRRAFO FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

SEGUNDA Y ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN
COMODATO

16	699150	En la partida 2 no se hace referencia al licenciamiento del sistema	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	¿SE DEBE ENTENDER QUE SI SE SIGUEN OFRECIENDO SERVICIOS EN LOS EQUIPOS ACTUALES SE GENERARÁ UN CONTRATO ADICIONAL EN LO QUE SE INSTALAN LOS NUEVOS EQUIPOS?	PÚBLICO. LA PREGUNTA PLANTEADA, NO TIENE CORRELACION CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES. NO SE DA CONTESTACIÓN CON FUNDAMENTO EN EL TERCER PARRAFO FRACCIÓN I Y SEGUNDO PARRAFO FRACCIÓN II, DEL ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
17	699150	En la partida 2 no se hace referencia al licenciamiento del sistema	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	PUEDEN LA CONVOCANTE CLARIFICAR EN CASO DE QUE LOS EQUIPOS ACTUALMENTE INSTALADOS TENGAN QUE SALIR DEL INSTITUTO ¿BAJO QUE CONTRATO PERMANECERÁN EN EL LABORATORIO DEL INSTITUTO LOS EQUIPOS ACTUALES HASTA CONCLUIR EL PROCESO DE VALIDACIÓN DE LOS EQUIPOS NUEVOS?	LA PREGUNTA PLANTEADA, NO TIENE CORRELACION CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES. NO SE DA CONTESTACIÓN CON FUNDAMENTO EN EL TERCER PARRAFO FRACCIÓN I Y SEGUNDO PARRAFO FRACCIÓN II, DEL ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
18	699150	En la partida 2 no se hace referencia al licenciamiento del sistema	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	EL SERVICIO DE LIS EN EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DEBE SEGUIR SIENDO OFRECIDO POR EL ANTERIOR LICITANTE BAJO UN NUEVO CONTRATO?	LA PREGUNTA PLANTEADA, NO TIENE CORRELACION CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES. NO SE DA CONTESTACIÓN CON FUNDAMENTO EN EL TERCER PARRAFO FRACCIÓN I Y SEGUNDO PARRAFO FRACCIÓN II, DEL ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
19	699150	En la partida 2 no se hace referencia al licenciamiento del sistema	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	DEBEMOS ENTENDER QUE EL INSTITUTO TIENE UN PROVEEDOR DE LIS DESIGNADO PARA ESTA NUEVA LICITACIÓN?	LA PREGUNTA PLANTEADA, NO TIENE CORRELACION CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES. NO SE DA CONTESTACIÓN CON FUNDAMENTO EN EL TERCER PARRAFO FRACCIÓN I Y SEGUNDO PARRAFO FRACCIÓN II, DEL ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

AHC



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

SEGUNDA Y ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN
COMODATO

20	699150	En la partida 2 no se hace referencia al licenciamiento del sistema	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	SOBRE EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS, CUANTAS HORAS DE TRABAJO DE DESARROLLO SON NECESARIAS INCLUIR EN LA OFERTA?	LA PREGUNTA PLANTEADA, NO TIENE CORRELACION CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES. NO SE DA CONTESTACIÓN CON FUNDAMENTO EN EL TERCER PARRAFO FRACCION I Y SEGUNDO PARRAFO FRACCION II, DEL ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
21	699150	En la partida 2 no se hace referencia al licenciamiento del sistema	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	¿UNA VES DADO EL FALLO, EL ACTUAL LICITANTE DEBE DEJAR DE OFRECER LOS SERVICIOS EN SUS EQUIPOS Y RETIRAR LA LIS ACTUAL?	LA PREGUNTA PLANTEADA, NO TIENE CORRELACION CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES. NO SE DA CONTESTACIÓN CON FUNDAMENTO EN EL TERCER PARRAFO FRACCION I Y SEGUNDO PARRAFO FRACCION II, DEL ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
22	699328	No, se acepta	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	SOLICITAMOS ATENTAMENTE PUEDAN RECONSIDERAR SU RESPUESTA, CON LA FINALIDAD DE TENER UN MAYOR NÚMERO DE PROPUESTAS SUCEPTIBLES DE ADJUDICACIÓN Y ACEPTEN QUE LAS CURVAS DE CALIBRACIÓN SE REALICEN DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
23	699329	No, se acepta	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S DE RL DE CV	SOLICITAMOS ATENTAMENTE PUEDAN RECONSIDERAR SU RESPUESTA, CON LA FINALIDAD DE TENER UN MAYOR NÚMERO DE PROPUESTAS SUCEPTIBLES DE ADJUDICACIÓN Y ACEPTE OFERTAR UNA UNIDAD QUE, EN LUGAR DE TAPONAR LOS TUBOS, UTILIZA UN SISTEMA DE SELLADO CON TRES NIVELES DIFERENTES, DISEÑADO PARA RESGUARDAR LAS MUESTRAS AL FINALIZAR EL ANÁLISIS CLÍNICO Y MANTENER SU ESTABILIDAD DURANTE EL ALMACENAMIENTO EN EL ÁREA DE REFRIGERACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA

[Signature]

[Signature]

[Signature]

AHC



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

SEGUNDA Y ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN
COMODATO

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes se da por terminada esta última junta de aclaraciones.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 26 Bis, fracción II, 33 Bis de la Ley y 47 séptimo párrafo de su Reglamento, a partir de esta fecha se notifica a los licitantes participantes que el acta de este evento está disponible en la dirección electrónica: upcp-compranet.hacienda.gob.mx.

Se informa a los licitantes que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día **07 de febrero de 2025**, en la dirección electrónica: upcp-compranet.hacienda.gob.mx, a las **09:00 horas**, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún observador social o servidor público ajeno al acto, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta junta, siendo las **15:30 horas**, del día de su inicio.

Esta Acta consta de **11 hojas**, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la mismo.

POR EL INSTITUTO:

NOMBRE	AREA	FIRMA
LCDO. JOSE LUIS LÓPEZ MORENO	COORDINACIÓN DE CONTRATOS	
LCDO. GERARDO OCTAVIO QUINTERO CALLEJA	DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA	
DR. RAYMUNDO DAVID VALDEZ ECHEVERRIA	LABORATORIO CENTRAL	
MTRO. ERNESTO MARAVILLA FRANCO	LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA	
QUIM. ARACELI HERNÁNDEZ CRUZ	LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA	
DRA. LAURA ADRIANA TRIPP ÁGUILAR	SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL	



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

SEGUNDA Y ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN
COMODATO

POR LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INCMNSZ:

NOMBRE	FIRMA
LCDO. ADRIAN ENRIQUEZ OLVERA	

ÚLTIMA HOJA DE LA SEGUNDA Y ÚLTIMA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, DE CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-12-NCG-012NCG001-N-24-2025, REALATIVA AL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO.

AHC
EMD.