



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

En la Ciudad de México, siendo las **09:00** horas, del **10 de abril de 2026**, en la **oficina del Departamento de Adquisiciones**, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, ubicada en: Calle Vasco de Quiroga Número 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Código Postal 14080, Alcaldía Tlalpan; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley) 90 y 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante Reglamento), así como del numeral **2.2** de la Convocatoria a la Licitación.

Este acto fue presidido por el **Lcdo. Delfino Javier Flores Flores, Jefe del Departamento de Adquisiciones**, servidor público designado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 44 de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan enviado a más tardar 24 horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones.

El Presidente del acto, fue asistido vía remota por el(los) representante(s) de las Áreas Usuarias del **Instituto**, el(los) cual(es) solventarán las preguntas de carácter técnico, el representante del Departamento de Adquisiciones y el Departamento de Asesoría Jurídica, el(los) cual(es) solventarán las preguntas de carácter administrativo y legal, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 44 párrafo cuarto de la ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, a través del Sistema Compras MX, de las siguientes personas:

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NO. DE PREGUNTAS
1	TEAMED SOLUCIONES SA DE CV	Compras MX	3
2	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	Compras MX	19
3	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	Compras MX	2
4	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	Compras MX	10
5	MULTISERVICIOS ERVI SA DE CV	Compras MX	20
6	MED RENT SA DE CV	Compras MX	8
7	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	Compras MX	6
8	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION SA DE CV	Compras MX	5
9	ABASTECEDOR TERAPEUTICO SA DE CV	Compras MX	2
10	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	Compras MX	4
11	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	Compras MX	5
12	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	Compras MX	1



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NO. DE PREGUNTAS
13	LABORATORIOS PISA SA DE CV	Compras MX	23
14	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	Compras MX	11
15	CORPORATIVO NEOMEDICA SA DE CV	Compras MX	5
16	ENDOMEDICA SA DE CV	Compras MX	4
17	PROARTA SA DE CV	Compras MX	2
18	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	Compras MX	3

a) También se hace constar que los siguientes licitantes presentan Escrito de interés en participar, sin presentar preguntas:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
1	ADVANTA PHARMA SAPI DE CV
2	AMC BIOMEDICAL SA DE CV
3	ARKANUM SA DE CV
4	COMERCIALIZADORA UCIN SAPI DE CV
5	CRISOF DE MEXICO S DE RL DE CV
6	DIMSIA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV
7	DISTRIBUCIONES MEDICAS LERAM SA DE CV
8	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO DEL BAJIO SAPI DE CV
9	DMHYQ SA DE CV
10	FARMACENTER SA DE CV
11	HI-TEC MEDICAL SA DE CV
12	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES SA DE CV
13	INSUMOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV
14	JRH MEDICAL DEVICE SAS DE CV
15	MEDICAL RECOVERY SA DE CV
16	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV
17	OMNINUS SA DE CV
18	PRAHMEDIC SA DE CV
19	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV
20	PROVEEDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS-PRONAMED SA DE CV
21	QUIMICA VALANER SA DE CV
22	RESPIRO2 SA DE CV
23	SECURE INC SA DE CV
24	SERVICIO INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV
25	SEYRO EQUIPO MEDICO SA DE CV
26	SOCIEDAD CORPORATIVA PARA LA SALUD SA DE CV
27	UNION RONEDA SA DE CV
28	VITANED SAPI DE CV



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

29 PROGRAMACION COMERCIAL APLICADA SA DE CV DE CV

SE ADJUNTA COPIA DE LA PANTALLA DE COMPRAS MX:

Procedimientos de contratación							Exportar listado
Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas	
1	ABASTECEDOR TERAPEUTICO SA DE CV	07/04/2026 19:10	07/04/2026 19:11				
2	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	08/04/2026 11:01	08/04/2026 19:28				
3	ADVANTA PHARMA S A P I DE CV	09/04/2026 12:33	09/04/2026 12:37				
4	AMC BIOMEDICAL SA DE CV	08/04/2026 08:56	08/04/2026 08:57				
5	AMSAVI SA DE CV	09/04/2026 15:05					
6	ARKANUM SA DE CV	08/04/2026 18:09	08/04/2026 18:09				
7	ASSILA MEDICAL SA DE CV	08/04/2026 15:51					
8	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	09/04/2026 07:45	09/04/2026 07:46				
9	BOSTON MEDICAL DEVICE DE MEXICO S DE RL DE CV	07/04/2026 20:48					
10	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	07/04/2026 17:47	08/04/2026 14:53				

Procedimientos de contratación							Exportar listado
Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas	
11	COMERCIALIZADORA DE MULTIPLES PRODUCTOS ZAGAL SA DE CV	10/04/2026 10:13					
12	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	07/04/2026 18:35	07/04/2026 18:36				
13	COMERCIALIZADORA UGIN S A P I DE CV	08/04/2026 09:09	08/04/2026 09:10				
14	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV	09/04/2026 15:16					
15	CORPORATIVO MEDLI SA DE CV	08/04/2026 09:52					
16	CORPORATIVO NEOMEDICA SA DE CV	08/04/2026 09:49	08/04/2026 09:50				
17	CRISOF DE MEXICO S DE RL DE CV	07/04/2026 15:55	07/04/2026 15:57				
18	DEPOSITO DENTAL ODONTO PRIME SA DE CV	08/04/2026 18:38					
19	DESARROLLO QUIMICO HELU SA DE CV	07/04/2026 16:40					
20	DIANMA SOLUTIONS SA DE CV	09/04/2026 12:56					



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

	Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
Procedimientos de contratación	21	DIMSIA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV	09/04/2026 09:43	09/04/2026 09:44			
Inicio	22	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	08/04/2026 20:02	08/04/2026 20:02			
Expediente	23	DISTRIBUCIONES MEDICAS LERAM SA DE CV	08/04/2026 09:57	08/04/2026 09:57			
Procedimiento	24	DISTRIBUIDOR MEDICO TECNOMED SA DE CV	07/04/2026 19:08				
Datos Relevantes de Contratos	25	DISTRIBUIDORA BIOCAM SA DE CV	08/04/2026 17:32				
Solicitudes de cotización	26	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO DEL BAJIO S A P I DE CV	08/04/2026 10:07	08/04/2026 10:10			
Diálogos estratégicos	27	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	07/04/2026 14:24	07/04/2026 14:24			
Consolidaciones	28	DISTRIBUIDORA PROVEER SA DE CV	08/04/2026 16:18				
Registro de Propuestas no Solicitadas LAPP	29	DMHYQ SA DE CV	08/04/2026 16:21	08/04/2026 23:02			
Registro Empresarial de Compras MX	30	EDWARDS LIFESCIENCES MEXICO SA DE CV	07/04/2026 15:38				
Proveedores calificados y sancionados							

	Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
Procedimientos de contratación	31	ENDOMEDICA SA DE CV	08/04/2026 20:46	08/04/2026 20:47			
Inicio	32	ESTERI-MEX SA DE CV	08/04/2026 18:02				
Expediente	33	FARMACENTER SA DE CV	07/04/2026 16:43	07/04/2026 16:44			
Procedimiento	34	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	07/04/2026 16:06	08/04/2026 07:44			
Datos Relevantes de Contratos	35	HELS DE AGUASCALIENTES SA DE CV	08/04/2026 09:41				
Solicitudes de cotización	36	HITEC MEDICAL SA DE CV	07/04/2026 12:46	07/04/2026 12:47			
Diálogos estratégicos	37	HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES SA DE CV	08/04/2026 16:36				
Consolidaciones	38	IL DIAGNOSTICS SA DE CV	08/04/2026 13:10				
Registro de Propuestas no Solicitadas LAPP	39	IMPORTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES DE MEXICO CYOL SA DE CV	09/04/2026 09:02				
Registro Empresarial de Compras MX	40	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	08/04/2026 13:09	08/04/2026 13:11			
Proveedores							





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026 MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

Procedimientos de contratación							
	Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
- Inicio - Expediente - Procedimiento - Datos Relevantes de Contratos - Solicitudes de cotización - Diálogos estratégicos - Consultaciones - Registro de Propuestas No Solicitadas LAPP - Registro Empresarial	41	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES SA DE CV	09/04/2026 09:50	09/04/2026 12:25			
	42	INSUMOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	08/04/2026 09:47	08/04/2026 10:06			
	43	JORGE ANTONIO PEREZ LOPEZ	08/04/2026 16:00				
	44	JRH MEDICAL DEVICE SAS DE CV	08/04/2026 16:53	08/04/2026 17:02			
	45	KABLA COMERCIAL SA DE CV	10/04/2026 09:26				
	46	LABORATORIOS PISA SA DE CV	07/04/2026 19:03	07/04/2026 19:04			
	47	MED RENT SA DE CV	08/04/2026 10:39	08/04/2026 10:41			
	48	MEDICAL RECOVERY SA DE CV	07/04/2026 12:02	07/04/2026 12:03			
	49	MEDSTENT SA DE CV	08/04/2026 14:25				
	50	MELICROM SA DE CV	08/04/2026 09:22				

Procedimientos de contratación							
	Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
- Inicio - Expediente - Procedimiento - Datos Relevantes de Contratos - Solicitudes de cotización - Diálogos estratégicos - Consultaciones - Registro de Propuestas No Solicitadas LAPP - Registro Empresarial de Compras MX - Proveedores impedidos y excluidos	51	MULTISERVICIOS ERVI SA DE CV	07/04/2026 13:37	07/04/2026 13:40			
	52	NEO TECNIA SA DE CV	10/04/2026 09:23				
	53	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV	09/04/2026 08:57	09/04/2026 08:59			
	54	OMNINUS SA DE CV	07/04/2026 21:28	08/04/2026 12:34			
	55	PRAHMEDIC SA DE CV	09/04/2026 13:01	09/04/2026 11:43			
	56	PROARTA SA DE CV	07/04/2026 13:00	07/04/2026 13:09			
	57	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV	09/04/2026 16:44	09/04/2026 16:45			
	58	PROGRAMACION COMERCIAL APLICADA SA DE CV	09/04/2026 11:40	09/04/2026 16:47			
	59	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION SA DE CV	07/04/2026 16:37	07/04/2026 16:39			
	60	PROVEEDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS-PRONAMED SA	08/04/2026 14:40	08/04/2026 18:05			

[Handwritten signature]



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

Num.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
61	QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD SA DE CV	08/04/2026 10:20				
62	QUIMICA VALANER SA DE CV	08/04/2026 10:29	08/04/2026 10:42			
63	RESPIRO2 SA DE CV	08/04/2026 14:24	08/04/2026 14:25			
64	SECURE INC SA DE CV	08/04/2026 09:05	08/04/2026 09:07			
65	SEDEK & ZAMNA SA DE CV	08/04/2026 13:05				
66	SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	08/04/2026 17:54	09/04/2026 09:49			
67	SEVRO EQUIPO MEDICO SA DE CV	07/04/2026 13:39	07/04/2026 13:40			
68	SOCIEDAD CORPORATIVA PARA LA SALUD SA DE CV	08/04/2026 08:29	08/04/2026 08:30			
69	SUMINISTRADOR DE UTENCILIOS MEDICOS SALUD Y BIENESTAR SA DE CV	10/04/2026 10:08				
70	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	07/04/2026 11:47				

Num.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repreguntas
71	TEAMED SOLUCIONES SA DE CV	08/04/2026 11:17	08/04/2026 11:25			
72	TERRAMEDIC SA DE CV	08/04/2026 22:13				
73	UNION ROHEDA SA DE CV	07/04/2026 13:39	07/04/2026 13:39			
74	VE-S A P I DE CV	08/04/2026 13:49	08/04/2026 13:49			
75	VELI MEDICAL INSUMOS S DE RL DE CV	10/04/2026 09:48				
76	VITANED MEDICAL S A P I DE CV	07/04/2026 12:40	07/04/2026 12:44			

LA CONVOCANTE REALIZÓ LAS SIGUIENTES PRECISIONES A LA CONVOCATORIA:

1.-EL NÚMERO DE INSCRIPCIÓN (LICITANTE) SERÁ EL QUE SE SEÑALA EN EL SIGUIENTE LISTADO, TOMANDO EN CUENTA A LOS LICITANTES QUE **YA GENERARON PREVIAMENTE** A ESTE ACTO VÍA COMPRAS MX EL ESCRITO DE INTERÉS.

LOS LICITANTES QUE **NO HAYAN SOLICITADO SU NÚMERO DE INSCRIPCIÓN (LICITANTE)** DEBEN LLAMAR POR TELÉFONO A LA COORDINADOR DE ADQUISICIONES **DENISSE ARELIO PEREZ BECERRA**, DE LUNES A VIERNES EN EL NÚMERO 55-54-87-09-00 EXTENSIÓN 3751 Ó 3749 DE 09:00 A 15:00 HORAS, CON LA ANTICIPACIÓN SUFICIENTE AL ACTO DE ENTREGA DE MUESTRAS (SI LE APLICA) O AL ACTO PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES PARA INCLUIR DICHO NÚMERO EN SU DOCUMENTACIÓN PARA ESCANEAR.





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

FAVOR DE CITAR ESTE NÚMERO DE INSCRIPCIÓN (LICITANTE) EN SUS PROPUESTAS:

NO. DE INSCRIPCIÓN (LICITANTE)	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
1	ABASTECEDOR TERAPEUTICO SA DE CV
2	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV
3	ADVANTA PHARMA SAPI DE CV
4	AMC BIOMEDICAL SA DE CV
5	ARKANUM SA DE CV
6	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV
7	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV
8	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV
9	COMERCIALIZADORA UCIN SAPI DE CV
10	CORPORATIVO NEOMEDICA SA DE CV
11	CRISOF DE MEXICO S DE RL DE CV
12	DIMSIA INTERPRETACION MEDICA SA DE CV
13	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV
14	DISTRIBUCIONES MEDICAS LERAM SA DE CV
15	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO DEL BAJIO SAPI DE CV
16	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV
17	DMHYQ SA DE CV
18	ENDOMEDICA SA DE CV
19	FARMACENTER SA DE CV
20	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV
21	HI-TEC MEDICAL SA DE CV
22	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV
23	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES SA DE CV
24	INSUMOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV
25	JRH MEDICAL DEVICE SAS DE CV
26	LABORATORIOS PISA SA DE CV
27	MED RENT SA DE CV
28	MEDICAL RECOVERY SA DE CV
29	MULTISERVICIOS ERVI SA DE CV
30	OLYMPUS AMERICA DE MEXICO SA DE CV
31	OMNINUS SA DE CV
32	PRAHMEDIC SA DE CV
33	PROARTA SA DE CV
34	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS SA DE CV
35	PROGRAMACION COMERCIAL APLICADA SA DE CV
36	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION SA DE CV
37	PROVEEDORA NACIONAL DE MEDICAMENTOS-PRONAMED SA DE CV



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

38	QUIMICA VALANER SA DE CV
39	RESPIRO2 SA DE CV
40	SECURE INC SA DE CV
41	SERVICIO INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV
42	SEYRO EQUIPO MEDICO SA DE CV
43	SOCIEDAD CORPORATIVA PARA LA SALUD SA DE CV
44	TEAMED SOLUCIONES SA DE CV
45	UNION RONEDA SA DE CV
46	VE+ S.A.P.I. DE C.V.
47	VITANED SAPI DE CV

2. SE DEBERÁN INTEGRAR A SU PROPUESTA LAS 2 COLUMNAS: "PARTIDAS INSTITUTO" Y "PARTIDAS COMPRAS MX" RESPETANDO LOS NÚMEROS DE PARTIDA DE CADA UNA, AÚN CUANDO CONTIENEN 2 NUMERACIONES DIFERENTES Y NÚMEROS FALTANTES (PRESENTAR AMBAS); PARA EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA (**ANEXO 14 Y 15**) DEBERÁN UTILIZAR LA NUMERACIÓN DE LA COLUMNA "**PARTIDAS INSTITUTO**" Y PARA PRESENTAR SU PROPUESTA EN COMPRAS MX DEBERÁN UTILIZAR LA NUMERACIÓN DE LA COLUMNA "**PARTIDAS COMPRAS MX**" **YA QUE DE NO HACERLO ES ESTA FORMA GENERARÍA UN DESFACE EN EL NÚMERO DE PARTIDAS OFERTADAS.** EL NO ADJUNTAR TODAS LAS COLUMNAS COMPLETAS SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA.

3. PARA PRESENTAR SUS PROPUESTAS **ANEXO 14 Y 15**, SE DEBERÁ UTILIZAR LA CUARTA COLUMNA DE EXCEL "CANTIDAD", DEL ARCHIVO DE EXCEL DENOMINADO "**ANEXOQUIRURGICO**";

4. LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA PARA PRESENTAR SU PROPUESTA **ANEXO 14 Y 15**, ES LA QUE CORRESPONDE A LA QUINTA COLUMNA "U MEDIDA" DEL ARCHIVO DE EXCEL DENOMINADO "**ANEXOQUIRURGICO**"; YA QUE EXISTEN UNIDADES DE MEDIDA EN COMPRAS MX, QUE NO COINCIDEN CON LAS MEDIDAS QUE MANEJA EL INSTITUTO.

5.- CONVOCATORIA DE LICITACION: **NUMERAL 18** DEL LISTADO DE BIENES, CANTIDADES REQUERIDAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DATOS DE LAS PARTIDAS, EN ESTE ANEXO TODAS LAS ALUSIONES A MARCAS AHÍ SEÑALADAS QUEDAN SIN EFECTO.

6.- SE REITERA A LOS LICITANTES QUE DE ACUERDO AL **NUMERAL 3.1 SÉPTIMO PÁRRAFO** DE LA CONVOCATORIA, SE SEÑALA COMO CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN LA FALTA DE FOLIOS EN LA TOTALIDAD DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA, POR LO CUAL SE LES RECUERDA QUE DEBERÁN CUMPLIR CON ESTA DISPOSICIÓN DE FOLIAR SUS PROPOSICIONES.

7.- SE CANCELAN LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE LA COLUMNA "PARTIDAS INSTITUTO", POR LO TANTO, **NO DEBEN SER OFERTADAS MEDIANTE LOS FORMATOS ANEXO 14 Y 15, NI TAMPOCO DEBEN SER OFERTADAS EN EL SISTEMA COMPRAS MX.**



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NO. DE PARTIDAS INSTITUTO QUE SE CANCELAN

10,11,13,14,15,17,18,22,23,24,31,32,38,39,40,43,49,50,52,54,55,56,57,60,61,63,73,78,82,84,89,110,
114,133,145,146,147,148,149,150,157,175,179,198,205,215,216,240,250,252,259,262,263,266,267,278,
294,295,310,318,326,340,345,350,352,363,373,374,375,397,398,399,407,421,425,428,429,430,
441,444,449,483,545,546,556,585,586,587,589,590,617,672

NO. PARTIDAS INSTITUTO QUE SE MODIFICAN	DICE:	DEBE DECIR:
27	284	250
405	7	13

8. EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DENOMINADO **"ANEXO QUIRÚRGICO"** QUE SE SUBIÓ A LA PLATAFORMA COMPRAS MX CONTIENE UN TOTAL DE 485 PARTIDAS; SIN EMBARGO, SE SUSTITUYE POR EL ANEXO QUE SE ADJUNTA CON EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DENOMINADO **"ANEXO FINAL"**, EL CUAL CONSTA DE 421 PARTIDAS. ESTE ÚLTIMO YA INCLUYE LAS PARTIDAS CANCELADAS Y COINCIDE CON LAS 421 PARTIDAS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX.

LOS LICITANTES REALIZARON LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA:



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	TEAMED SOLUCIONES SA DE CV	TÉCNICO	3.3 REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PRECISE DE MANERA CLARA Y CATEGÓRICA LO SIGUIENTE: PARA EFECTOS DE LOS NUMERALES 3.3.4 Y 3.3.5, Y A FIN DE EVITAR INTERPRETACIONES DISCRECIONALES EN LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, ¿SE CONSIDERARÁ COMO "DISTRIBUIDOR MAYORISTA" AL LICITANTE QUE ACREDITA CONTAR CON INVENTARIO DISPONIBLE EN ALMACÉN PARA ENTREGA INMEDIATA, AUN CUANDO NO CUENTE CON CARTA DE RESPALDO VIGENTE EMITIDA POR EL FABRICANTE? EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA EN SENTIDO NEGATIVO, SE SOLICITA CONFIRMAR SI SERÁ REQUISITO OBLIGATORIO E INDISPENSABLE LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE APOYO SOLIDARIO CONFORME AL NUMERAL 3.3.5, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, AUN CUANDO EL LICITANTE GARANTICE EL ABASTO MEDIANTE EXISTENCIAS PROPIAS. ASIMISMO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE SI LA FALTA DE DICHO ESCRITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO AUTOMÁTICO DE LA PROPUESTA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAPACIDAD MATERIAL COMPROBABLE DE SUMINISTRO INMEDIATO POR PARTE DEL LICITANTE.	SI EL LICITANTE ES FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA, DEBERÁ PRESENTARLO POR ESCRITO CON LAS FORMALIDADES SOLICITADAS EN EL NUMERAL 3.3.4 SI NO LE APLICA EL NUMERAL ANTERIOR, SI DEBERÁ PRESENTAR EL ESCRITO DE APOYO SOLIDARIO CON LAS FORMALIDADES SOLICITADAS EN EL NUMERAL 3.3.5 AL SER UN REQUISITO OBLIGATORIO, EL NO PRESENTARLO SI IMPLICA EL DESECHAMIENTO DE LA PROPIETA
2	TEAMED SOLUCIONES SA DE CV	TÉCNICO	3.3 REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDIQUE SI, EN CASO DE NO CONTAR CON ESCRITO DE APOYO SOLIDARIO CONFORME AL NUMERAL 3.3.5, SERÁ POSIBLE ACREDITAR LA CAPACIDAD DE SUMINISTRO MEDIANTE DOCUMENTACIÓN ALTERNATIVA, TAL COMO: INVENTARIO DISPONIBLE EN ALMACÉN, FACTURAS DE ADQUISICIÓN, CONTRATOS DE SUMINISTRO, ÓRDENES DE COMPRA O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO FENACIENTE QUE DEMUESTRE LA DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE LOS BIENES OFERTADOS. LO ANTERIOR, A FIN DE NO RESTRINGIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y GARANTIZAR LAS MEJORES CONDICIONES DE OPORTUNIDAD EN EL SUMINISTRO PARA LA CONVOCANTE.	AL SER UN REQUISITO OBLIGATORIO, EL NO PRESENTARLO SI IMPLICA EL DESECHAMIENTO DE LA PROPIETA



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
3	TEAMED SOLUCIONES SA DE CV	TÉCNICO	5 PLAZO, CONDICIONES DE ENTREGA, LUGAR Y CANJE	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ATENTAMENTE PRECISE LO SIGUIENTE: PARA LAS PARTIDAS INSTITUCIONALES NO. 138 Y 535 (CORRESPONDIENTES A COMPRAS MX 107 Y 396), SE SOLICITA CONFIRMAR SI SERÁ OBLIGATORIO PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS DE LOS BIENES OFERTADOS, CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE PRODUCTOS ESTÉRILES CUYA INTEGRIDAD, CALIDAD Y CONDICIÓN SANITARIA SE VERÍAN COMPROMETIDAS AL EXTRAER PIEZAS INDIVIDUALES DE SU EMPAQUE ORIGINAL. LO ANTERIOR, EN VIRTUD DE QUE LOS PRODUCTOS SE COMERCIALIZAN EN PRESENTACIONES CERRADAS (CAJAS CON 100 PIEZAS), POR LO QUE LA APERTURA DE DICHOS EMPAQUES IMPLICARÍA LA PÉRDIDA DE ESTERILIDAD Y, EN CONSECUENCIA, LA IMPOSIBILIDAD DE SU POSTERIOR COMERCIALIZACIÓN O USO. EN ESTE SENTIDO, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE INDIQUE SI SERÁ POSIBLE SUSTITUIR LA ENTREGA DE MUESTRAS POR DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, TALES COMO FICHAS TÉCNICAS, CERTIFICADOS DE CALIDAD, REGISTROS SANITARIOS O CARTAS DEL FABRICANTE QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, SIN QUE ELLO SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA.	PARTIDA 138, 535 SI SEQUIERE MUESTAR FÍSICA
4	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	OTROS	NO. DE INSCRIPCIÓN	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS ASIGNE EL NÚMERO DE INSCRIPCIÓN.	EN LA PRESENTE ACTA, EN EL NUMERAL 1 DE LAS PRECISIOMNES DE LA CONVOCANTE, SE SEÑALA EL NUMERO DE LICITANTE DE LOS PROVEEDORES QUE MOSTRARON SU INTERES EN PARTICIPAR A TRAVES DE COMPRAS MX, LOS QUE NO LO HICIERON PREVIAMENTE A ESTE ACTO SE DEBERAN APEGAR A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1 SEGUNDO PARRAFO DE LA PRESENTE ACTA
5	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	OTROS	ANEXO 14	ENTENDEMOS QUE LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN EL ANEXO 14 CORRESPONDEN A LA COLUMNA "UNIDAD DE MEDIDA". ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, VER NUMERAL 4 DE LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
6	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	OTROS	ANEXO 14	ENTENDEMOS QUE EL PRECIO UNITARIO SOLICITADO EN EL ANEXO 14 CORRESPONDE A LA COLUMNA "UNIDAD DE MEDIDA". ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION
7	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	OTROS	6. MUESTRAS FÍSICAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA ENTREGAR MUESTRAS FÍSICAS POR FAMILIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
8	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	OTROS	6. MUESTRAS FÍSICAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LAS PARTIDAS CUYA CANTIDAD TOTAL DE ENTREGA ES "1 (UNA) PIEZA" QUEDEN EXENTAS DE PRESENTAR MUESTRAS FÍSICAS ¿SE ACEPTA?	NUMERAL 6 DE LA CONVOCATORIA, QUE A LETRA DICE: LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA POR CADA PARTIDA OFERTADA SOLO EN MONTOS MENORES A \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) ANTES DE I.V.A., Y SOLO DEBERÁN ENTREGAR UNA MUESTRA, EJEMPLO: (SI LA CAJA CONTIENE 100 PIEZAS, DEBEN ENTREGAR UNA PIEZA...
9	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 423	PARTIDA INSTITUTO 423. SOLICITAN " VIDEOSCOPIA FLEXIBLE ULTRAFINO ESTERIL DESECHABLE ASCOPE 3 SLIM PRESENTACION PIEZA", SIN EMBARGO, ESTA DESCRIPCIÓN VA DIRIGIDA A UNA MARCA ESPECÍFICA POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: "VIDEOSCOPIA FLEXIBLE ULTRAFINO ESTERIL DESECHABLE. DIAMETRO EXTERNO 3.1 MM DIAMETRO (PR) 3.2MM ±10 % CANAL DE TRABAJO 1.2 MM CANAL DE TRABAJO (PR) 1.2 MM ±10 % ANGULACIÓN 210° ARRIBA/ABAJO, LARGO 600 MM CAMPO DE VISION 120°". ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES
10	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 423	PARTIDA INSTITUTO 423. EN EL CASO DE QUE SE HAYA ACEPTADO NUESTRA DESCRIPCIÓN EN LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS INDIQUE CUANTOS MONITORES SE SOLICITARÁN EN COMODATO.	NO APLICA
11	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 424	PARTIDA INSTITUTO 424. SOLICITAN " VIDEOSCOPIA FLEXIBLE ULTRAMIFNO ESTERIL DESECHABLE ASCOPE 3 PRESENTACION PIEZA", SIN EMBARGO, ESTA DESCRIPCIÓN VA DIRIGIDA A UNA MARCA ESPECÍFICA POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR LA SIGUIENTE	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				DESCRIPCIÓN: "VIDEOSCOPIA FLEXIBLE ULTRAFINO ESTERIL DESECHABLE. DIAMETRO EXTERNO 5.0 MM DIAMETRO (PR) 5.0 MM $\pm$ 10 % CANAL DE TRABAJO 2.8 MM CANAL DE TRABAJO (PR) 2.8 MM $\pm$ 10 % ANGULACIÓN 210° ARRIBA/ABAJO, LARGO 600 MM CAMPO DE VISION 120°". ¿SE ACEPTA?	
12	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 424	PARTIDA INSTITUTO 424. EN EL CASO DE QUE SE HAYA ACEPTADO NUESTRA DESCRIPCIÓN EN LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS INDIQUE CUANTOS MONITORES SE SOLICITARÁN EN COMODATO.	NO APLICA
13	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6. - MUESTRAS FÍSICAS	EN ARAS DE AGILIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ALINEARSE A POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDAD, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE AUTORIZAR LA ENTREGA DE CATÁLOGOS TÉCNICOS DIGITALES O IMPRESOS EN SUSTITUCIÓN DE LAS MUESTRAS FÍSICAS?, ASEGURANDO QUE DICHOS CATÁLOGOS CONTENDRÁN INFORMACIÓN NECESARIA Y DETALLES DE COMPONENTES QUE PERMITEN UNA EVALUACIÓN TÉCNICA TAN PRECISA COMO LA REVISIÓN FÍSICA, SIN GENERAR DESPERDICIOS INNECESARIOS Y COSTOS ADICIONALES. ¿SE ACEPTA?	LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA POR CADA PARTIDA OFERTADA SOLO EN MONTOS MENORES A \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) ANTES DE I.V.A., Y SOLO DEBERÁN ENTREGAR UNA MUESTRA, EJEMPLO: (SI LA CAJA CONTIENE 100 PIEZAS, DEBEN ENTREGAR UNA PIEZA
14	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6. - MUESTRAS FÍSICAS	EN CASO DE QUE NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA; SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA ENTREGAR UNA SOLA MUESTRA POR FAMILIA, SIEMPRE Y CUANDO LOS INSUMOS OFERTADOS COMPARTAN LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MATERIALES Y ESTÁNDARES DE CALIDAD, LO ANTERIOR CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA SIN AFECTAR LA CERTEZA DEL CUMPLIMIENTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
15	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 596	PARTIDA INSTITUTO 596. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA ELIMINAR LAS PALABRAS "SHILEY" Y "TAPERGUARD" DE ESTA PARTIDA, DEBIDO A QUE HACEN REFERENCIA A UNA MARCA EN ESPECIFICO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, POR LAS CARACTERISTICAS QUE SE REQUIEREN
16	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 128	PARTIDA INSTITUTO 128. SOLICITAN LA PRESENTACIÓN "CAJA CON 50 PIEZAS", SIN EMBARGO, EN LA DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA SE MENCIONA "CAJA CON 25 PIEZAS", POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER CAMBIAR LA DESCRIPCIÓN PARA QUE DIGA "CAJA CON 50 PIEZAS". ¿SE ACEPTA?	CAJA CON 50 PIEZAS
17	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 245	PARTIDA INSTITUTO 245. SOLICITAN LA PRESENTACIÓN "CAJA CON 10 PIEZAS", SIN EMBARGO, NO MANEJAMOS ESA PRESENTACIÓN POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR LA PRESENTACIÓN "CAJA CON 5 PIEZAS". ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
18	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA INSTITUTO 449	PARTIDA INSTITUTO 449. SOLICITAN LA PRESENTACIÓN "CAJA CON 100 PIEZAS", SIN EMBARGO, NO MANEJAMOS ESA PRESENTACIÓN POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR LA PRESENTACIÓN "CAJA CON 50 PIEZAS". ¿SE ACEPTA?	VER NUMERAL 7 DE LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE
19	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.2.13.	3.2.13. "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR ESTE DOCUMENTO CON FECHA DENTRO DE LOS 30 DÍAS ANTERIORES AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
20	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.2.14.	3.2.14. "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR EL IMSS". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR ESTE DOCUMENTO CON FECHA DENTRO DE LOS 30 DÍAS ANTERIORES AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
21	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.2.15.	3.2.15. "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR ESTE DOCUMENTO CON FECHA DENTRO DE LOS 30 DÍAS ANTERIORES AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
22	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.2.2. INCISO B	3.2.2. INCISO B "CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR ESTE DOCUMENTO CON FECHA DENTRO DE LOS 30 DÍAS ANTERIORES AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
23	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.2.2. INCISO D	3.2.2. INCISO D "COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA". SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA PRESENTAR ESTE DOCUMENTO CON FECHA DENTRO DE LOS 3 MESES ANTERIORES AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
24	FRANCISCO GARCIA LOPEZ SA DE CV	OTROS	3.2.11	3.2.11. "ESCRITO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES (OBLIGATORIO). ANEXO 10". ENTENDEMOS QUE CON PRESENTAR EL ANEXO 10 ES SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO. ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTO
25	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO QUIRURGICO - ANEXO 18 - PARTIDA 507	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA CANTIDAD DE PIEZAS SOLICITADAS, TODA VEZ QUE EN LA COLUMNA DE CANTIDAD INDICA 2 PIEZAS Y EN LA COLUMNA DE CALENDARIO Y CANTIDAD INDICA 24 PIEZAS	24 PIEZAS



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
26	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO QUIRURGICO - ANEXO 18 PARTIDA 260 CLAVE 02121796	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR MARCAPASOS BICAMERAL COMPATIBLE CON MRI CON DOS SENSORES DE ACTIVIDAD DE FRECUENCIA. ELECTRODOS DE FIJACIÓN ACTIVA COMPATIBLES CON MRI Y DOS INTRODUCORES 7FR Y QUE NO CORRESPONDA EXCLUSIVAMENTE A UNA MARCA O TECNOLOGÍA, YA QUE SE ESTARÍA LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACION. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA
27	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO QUIRURGICO - ANEXO 18 PARTIDA 318 CLAVE 02122700	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PERMITA OFERTAR PULLBACK QUE CORRESPONDA A LA MARCA Y/O TECNOLOGÍA DEL "CATETER PARA ULTRASONIDO INTRACORONARIO COMPATIBLE CON EQUIPO BOSTON SCIENTIFIC. PRESENTACION: CAJA CON 1 PIEZA.", Y QUE NO CORRESPONDA EXCLUSIVAMENTE A UNA MARCA O TECNOLOGÍA. ¿SE ACEPTA?	VER NUMERAL 7 DE LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE
28	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO QUIRURGICO - ANEXO 18 PARTIDA 321 CLAVE 02122707	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION NOS PERMITA OFERTAR CATÉTER DE EXTENSIÓN (EXTENSIÓN DE CATÉTER GUÍA) DISPONIBLE EN 5-EN-6 (DI 0.057") , 6-EN-7 (DI 0.063") Y 7-EN-8 (DI 0.072"), CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO Z-GLIDE, COLLAR DE PLATINO IRIDIO HELICOIDAL Y ENMALLADO DE 1X1. LONGITUD DE 25 Y 40 CM, Y QUE NO CORRESPONDA EXCLUSIVAMENTE A UNA MARCA O TECNOLOGÍA, YA QUE SE ESTARÍA LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACION. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SOLO DE ACEPTA 5 EN 6, LOS DEMÁS NO SE REQUIEREN
29	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO QUIRURGICO - ANEXO 18 PARTIDA 334 CLAVE 02122888	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATETER DE ABLACION BI-DIRECCIONAL IRRIGADO 7.5F. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA
30	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO QUIRURGICO - ANEXO 18 PARTIDA 335 CLAVE 02122891	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CATETER DE ABLACION TETRAPOLAR IRRIGADO 7.5F. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA
31	MULTISERVICIOS ERVI SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 7.2 DE LA CONVOCATORIA Y CLÁUSULA CUARTA DEL MODELO DE CONTRATO	SÍRVASE CONFIRMAR CUÁL ES EL PLAZO DE PAGO VIGENTE Y APLICABLE: VEINTE DÍAS NATURALES CONFORME AL NUMERAL 7.2 DE LA CONVOCATORIA, O DIECISIETE DÍAS HÁBILES CONFORME A LA CLÁUSULA CUARTA DEL MODELO DE CONTRATO; Y SI EL CONTRATO DEFINITIVO SERÁ AJUSTADO PARA REFLEJAR EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, TODA VEZ QUE CONFORME AL ARTÍCULO 66, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LAASSP, EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE EL CONTRATO Y LA CONVOCATORIA, PREVALECE LO ESTIPULADO EN ÉSTA.	DIECISIETE DÍAS HÁBILES



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
32	MULTISERVICIOS ERVI SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 8.1 DE LA CONVOCATORIA Y ARTÍCULO 29 FRACCIÓN VIII DE LA LAASP	EN APEGO AL PRINCIPIO DE CERTEZA JURÍDICA Y AL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN VIII, DE LA LAASP, QUE ESTABLECE QUE LA CONVOCATORIA DEBE SEÑALAR LOS CRITERIOS CLAROS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN, SÍRVASE CONFIRMAR SI EXISTEN CAUSAS DE DESECHAMIENTO ADICIONALES A LAS LISTADAS EN LOS NUMERALES 8.1, 8.2 Y 8.3 DE LA CONVOCATORIA; Y EN SU CASO, PUBLICARLAS EXPRESAMENTE EN EL ACTA DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, A FIN DE QUE LOS LICITANTES PREPAREN SUS PROPOSICIONES CON PLENA CERTEZA JURÍDICA	EL ARTICULO DE LA LAASP CITADO POR EL LICITANTE, NO CORRESPONDE CON EL TEXTO SEÑALADO
33	MULTISERVICIOS ERVI SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXO 18, MÚLTIPLES PARTIDAS / ARTÍCULO 31 DE LA LAASP	RESPECTO DE LAS PARTIDAS DEL ANEXO 18 EN LAS QUE LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA INCLUYE DENOMINACIONES COMERCIALES, MARCAS REGISTRADAS O REFERENCIAS A TECNOLOGÍAS PATENTADAS, SÍRVASE CONFIRMAR: (A) SI EL INCMNSZ CUENTA CON LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 31 DE LA LAASP QUE ACREDITE LA IMPOSIBILIDAD DE SUSTITUIR CADA PRODUCTO REFERENCIADO; (B) SI SE ACEPTAN PRODUCTOS EQUIVALENTES QUE CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FUNCIONALES; Y (C) EL CRITERIO TÉCNICO PARA DETERMINAR LA EQUIVALENCIA EN CADA CASO.	A) EL ARTICULO DE LA LAASP CITADO NO CORRESPONDE A LO SEÑALADO EN EL TEXTO DEL LICITANTE. B) PUEDEN OFERTAR LOS PRODUCTOS DISPONIBLES EN EL MERCADO SUJETO A EVALUACION C) VER NUMERAL 8.3 DE LA CONVOCATORIA
34	MULTISERVICIOS ERVI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 18, PARTIDA 7 (INSTITUTO) / PARTIDA 3 COMPRAS MX	LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PARTIDA 7 PRESENTA DOS DENOMINACIONES ALTERNATIVAS SEPARADAS POR LA CONJUNCIÓN «O»: «ADAPTADOR PRONTO» Y «PORTA TUBO DE COLORES CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO», QUE SON PRODUCTOS FUNCIONALMENTE DISTINTOS DENTRO DE LA MISMA CATEGORÍA. SÍRVASE CONFIRMAR SI EL INSTITUTO ACEPTA CUALQUIERA DE LOS DOS DISEÑOS, O SI EXISTE UNA ESPECIFICACIÓN PREFERENTE, A FIN DE QUE LOS LICITANTES PUEDAN PREPARAR SU OFERTA TÉCNICA CON CERTEZA.	HOLER AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD DESECHABLE CON DISPOSITIVO DE EXPELSION
35	MULTISERVICIOS ERVI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 18, PARTIDA 24 (INSTITUTO) / ARTÍCULO 31 LAASP	EN APEGO AL ARTÍCULO 31 DE LA LAASP, SÍRVASE CONFIRMAR SI EL INCMNSZ CUENTA CON LA PISTOLA DE BIOPSIA MARCA BARD MAGNUM COMO EQUIPO PROPIO, LO QUE JUSTIFICARÍA TÉCNICAMENTE LA REFERENCIA; Y SI SE ACEPTAN AGUJAS DE BIOPSIA DE OTROS FABRICANTES COMPATIBLES CON EL CALIBRE 16G x 16 CM PARA SISTEMAS DE BIOPSIA TIPO RESORTE, O SI LA COMPATIBILIDAD MECÁNICA CON LA PISTOLA BARD MAGNUM ES UN REQUISITO EXCLUYENTE.	VER NUMERAL 7 DE LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE
36	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA PUNTO 6. MUESTRAS FÍSICAS PAGINA 22	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LAS PARTIDAS QUE REFIEREN A UN SOLO DEPARTAMENTO: 0308.00, NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR MUESTRA FÍSICA, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, YA QUE SI DEBEN PRESENTAR MUESTRA, LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR UNA MUESTRA FÍSICA POR CADA PARTIDA OFERTADA SOLO EN



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					MONTOS MENORES A \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) ANTES DE I.V.A.,
37	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA PUNTO 3.2.13.OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO SAT PAGINA 14	SOLITAMOS SE NOS PERMITA ENTREGAR ESTE DOCUMENTO CON FECHA DE EMISION DE 1 Y HASTA 5 DIAS ANTERIORES A LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS, SE ACEPTA?	SE ACEPTA
38	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA PUNTO 3.2.14 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO IMSS PAGINA 14	SOLITAMOS SE NOS PERMITA ENTREGAR ESTE DOCUMENTO CON FECHA DE EMISION DE 1 Y HASTA 5 DIAS ANTERIORES A LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS, SE ACEPTA?	SE ACEPTA
39	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CONVOCATORIA PUNTO 3.2.15 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO VIVIENDA PAGINA 14	SOLITAMOS SE NOS PERMITA ENTREGAR ESTE DOCUMENTO CON FECHA DE EMISION DE 1 Y HASTA 20 DIAS ANTERIORES A LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS, SE ACEPTA?	SE ACEPTA
40	MULTISERVICIOS ERVI SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 4.5 (NOTA) DE LA CONVOCATORIA, CABECERA DEL ANEXO 14 Y COLUMNAS DEL ANEX	EN EL ANEXO 18, NUMEROSAS PARTIDAS PRESENTAN LA COLUMNA «U MEDIDA» CON EL VALOR «PIEZA» MIENTRAS QUE LA COLUMNA «PRESENTACIÓN» INDICA UNA CAJA O PAQUETE CON MÚLTIPLES PIEZAS (V.GR. PARTIDAS 6, 11-18, 26, 40-56, 110, 146-150, 277, 293, ENTRE OTRAS). SÍRVASE CONFIRMAR: (A) SI EL PRECIO UNITARIO A DECLARAR EN EL ANEXO 14 CORRESPONDE AL PRECIO POR CADA PIEZA INDIVIDUAL, O AL PRECIO POR LA PRESENTACIÓN COMERCIAL INDICADA EN LA COLUMNA «PRESENTACIÓN»; Y (B) SI LA «5ª COLUMNA» REFERENCIADA EN EL ANEXO 14 CORRESPONDE A LA COLUMNA «U MEDIDA» DEL ARCHIVO ANEXOQUIRURGICO.XLSX, QUE CONTIENE LA UNIDAD POR LA CUAL DEBE COTIZARSE.	VER NUMERAL 4 DE LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE
41	MULTISERVICIOS ERVI SA DE CV	TÉCNICO	NUMERAL 8.3 INCISO B) DE LA CONVOCATORIA Y ARTICULO 29 FRACCIÓN VIII LAASSP	LAS PARTIDAS ANTES SEÑALADAS 1, 58, 90, 187, 239, 547, 548, 549, 603 CARECEN DE PARÁMETROS TÉCNICOS OBJETIVOS QUE PERMITAN VERIFICAR LA CONFORMIDAD DEL BIEN OFERTADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL NUMERAL 8.3 INCISO B). SÍRVASE PROPORCIONAR, PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS INDICADAS, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE EVALUACIÓN: MATERIAL, DIMENSIONES, CALIBRE, LONGITUD, COMPATIBILIDAD CON EQUIPO DEL INSTITUTO, NORMA TÉCNICA APLICABLE U OTROS PARAMETROS MEDIBLES Y VERIFICABLES.	NO SE CUENTA CON ESA INFORMACION, PRESENTAR SU PROPUESRTA SUJETA A EVALUACION



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
42	MULTISERVICIOS ERVI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 18, PARTIDAS 43, 44, 45 Y 57 / ARTÍCULO 31 LAASSP	SÍRVASE CONFIRMAR: (A) QUE EL INCMNSZ CUENTA CON EL SISTEMA DE SUCCIÓN MEDIVAC COMO EQUIPO PROPIO, LO QUE FUNDAMENTA TÉCNICAMENTE LA REFERENCIA; (B) EL MODELO EXACTO DEL EQUIPO MEDIVAC CON EL QUE DEBEN SER COMPATIBLES LAS BOLSAS; Y (C) SI SE ACEPTAN ACCESORIOS DE OTROS FABRICANTES TÉCNICAMENTE COMPATIBLES CON EL SISTEMA DEL INSTITUTO, A FIN DE AMPLIAR LAS POSIBILIDADES DE PARTICIPACIÓN.	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES
43	MULTISERVICIOS ERVI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 18, PARTIDA 69 (INSTITUTO) / PARTIDA 57 COMPRAS MX	LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PARTIDA 69 INDICA «PRESENTACIÓN CAJA CON 45 PIEZAS» EN EL TEXTO, MIENTRAS QUE LA COLUMNA PRESENTACIÓN DEL ARCHIVO EXCEL DEL ANEXO 18 SEÑALA «CAJA CON 50 PIEZAS». SÍRVASE CONFIRMAR CUÁL ES LA PRESENTACIÓN COMERCIAL CORRECTA Y EL MODELO EXACTO DEL EQUIPO HEMOTEC DEL INSTITUTO, A FIN DE VERIFICAR LA COMPATIBILIDAD DEL CARTUCHO OFERTADO.	PRESENTACIÓN 50 PIEZAS
44	MULTISERVICIOS ERVI SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 18, PARTIDA 89 (INSTITUTO) / PARTIDA 73 COMPRAS MX	LOS VENTILADORES PURITAN-BENNETT TIENEN MÚLTIPLES MODELOS CON CIRCUITOS DE DIFERENTE DIÁMETRO Y LONGITUD QUE NO SON INTERCAMBIABLES ENTRE SÍ (POR EJEMPLO, MODELOS 7200, 840, 980). SÍRVASE INDICAR EL MODELO EXACTO O LOS MODELOS DE VENTILADORES PURITAN-BENNETT CON LOS QUE DEBEN SER COMPATIBLES LOS CIRCUITOS DE LA PARTIDA 89, A FIN DE GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD TÉCNICA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.	VER NUMERAL 7 DE LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE
45	MULTISERVICIOS ERVI SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 6 DE LA CONVOCATORIA	EL NUMERAL 6 ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE MUESTRA FÍSICA PARA PARTIDAS EN «MONTOS MENORES A \$5,000.00» SIN PRECISAR SI DICHO MONTO REFIERE AL PRECIO UNITARIO DEL BIEN COTIZADO O AL IMPORTE TOTAL DE LA PARTIDA (PRECIO UNITARIO MULTIPLICADO POR LA CANTIDAD SOLICITADA EN EL ANEXO 18). SÍRVASE CONFIRMAR CUÁL ES EL CRITERIO APLICABLE PARA CADA PARTIDA.	CORRESPONDE AL PRECIO UNITARIO
46	MULTISERVICIOS ERVI SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 3.1 DE LA CONVOCATORIA Y ARTÍCULO 36 DE LA LAASSP	TODA VEZ QUE EL PROCEDIMIENTO ES ELECTRÓNICO CONFORME AL ARTÍCULO 36 DE LA LAASSP Y QUE LAS PROPOSICIONES SE ENVÍAN CON E.FIRMA A TRAVÉS DE COMPRAS MX, SÍRVASE CONFIRMAR: (A) CUÁLES DOCUMENTOS ESPECÍFICOS REQUIEREN FIRMA AUTÓGRAFA EN COLOR AZUL ESCANEADA EN EL ARCHIVO PDF; Y (B) CUÁLES DOCUMENTOS SE CONSIDERAN VÁLIDAMENTE FIRMADOS ÚNICAMENTE CON LA E.FIRMA DEL SISTEMA COMPRAS MX, SIN NECESIDAD DE FIRMA AUTÓGRAFA.	SOLO LOS DOCUMENTOS DONDE EN LA CONVOCATORIA SE SOLICITA ESPECÍFICAMENTE FIRMA AUTÓGRAFA EN COLOR AZUL
47	MULTISERVICIOS ERVI SA DE CV	ECONÓMICO	NUMERAL 7.1 DE LA CONVOCATORIA Y CLÁUSULA CUARTA DEL MODELO DE CONTRATO	SÍRVASE CONFIRMAR: (A) CUÁL ES EL PLAZO APLICABLE PARA LA FACTURA DE DICIEMBRE: LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENTREGA O LOS PRIMEROS 3 DÍAS HÁBILES DE ENERO 2027; (B) SI LA FACTURA DE DICIEMBRE NO CARGADA EN LA PRIMERA QUINCENA PIERDE EL DERECHO AL PAGO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL; Y (C) QUÉ SUCEDE CON EL COBRO DEL	A) LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENTREGA B) NO SE PIERDE EL DERECHO AL COBRO, SIN EMBARGO ESTAMOS CADA AÑO A



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				PROVEEDOR SI EL INCMNSZ NO DISPONE DE RECURSO PRESUPUESTAL EN ENERO POR NO HABERSE CARGADO LA FACTURA EN TIEMPO.	LO QUE DETERMINE LA SECRETARIA DE HACIENDA RESPECTO A ESOS PAGOS C) NO SE PIERDE EL DERECHO AL COBRO, SIN EMBARGO ESTAMOS CADA AÑO A LO QUE DETERMINE LA SECRETARIA DE HACIENDA RESPECTO A ESOS PAGOS
48	MULTISERVICIOS ERVI SA DE CV	OTROS	NUMERAL 8.3 INCISOS C) Y D) DE LA CONVOCATORIA Y ARTÍCULO 29 FRACCIÓN VIII LAASS	EN APEGO AL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN VIII, DE LA LAASSP, SÍRVASE PUBLICAR EN EL ACTA DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES: (A) LA RELACIÓN DE PRUEBAS TÉCNICAS QUE SE APLICARÁN A LAS MUESTRAS FÍSICAS, POR TIPO O GRUPO DE PRODUCTOS; (B) LOS PARÁMETROS MÍNIMOS DE ACEPTACIÓN PARA CADA PRUEBA; Y (C) EL ÁREA Y PERFIL DEL PERSONAL QUE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA, CON EL PROPÓSITO DE QUE LOS LICITANTES PUEDAN PREPARAR MUESTRAS QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN CONOCIDOS.	EL ARTICULO DE LA LAASSP CITADO NO CORRESPONDE A LO SEÑALADO EN EL TEXTO DEL LICITANTE.
49	MULTISERVICIOS ERVI SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 3.3.6 (NOTAS) DE LA CONVOCATORIA	SÍRVASE PRECISAR CUÁL ES EL CRITERIO TÉCNICO O SANITARIO QUE DEFINE UNA «FAMILIA DE PRODUCTOS» PARA EFECTOS DE ESTA LICITACIÓN: (A) SI LA MISMA CLASE DE RIESGO COFEPRIS; (B) EL MISMO FABRICANTE; (C) EL MISMO NÚMERO DE REGISTRO BASE; O (D) EL MISMO TIPO FUNCIONAL DE PRODUCTO. ASIMISMO, CONFIRMAR SI UN REGISTRO SANITARIO QUE AMPARA UNA «LÍNEA DE JERINGAS HIPODÉRMICAS» CUBRE TODAS LAS PARTIDAS DE JERINGAS DEL ANEXO 18 AUNQUE TENGAN DIFERENTES CAPACIDADES, Y SI UNA SOLA CARTA DE PRESENTACIÓN CON TODAS LAS PARTIDAS AMPARADAS BAJO ESE REGISTRO ES SUFICIENTE.	D) EL MISMO TIPO FUNCIONAL DE PRODUCTO SI EL REGISTRO ASI LO SEÑALA SI PUEDE CUBRIR TODAS LAS PARTIDAS, Y PRESENTAR UN DOCUMENTO POR TODAS
50	MULTISERVICIOS ERVI SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	NUMERAL 3.3.6.5 DE LA CONVOCATORIA	SÍRVASE CONFIRMAR CUÁLES PARTIDAS DEL ANEXO 18 EL INCMNSZ CONSIDERA EXENTAS DEL REGISTRO SANITARIO COFEPRIS CONFORME AL NUMERAL 3.3.6.5, PARTICULARMENTE EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE PRODUCTOS: BOLSAS DE PAPEL PARA ESTERILIZACIÓN (PARTIDAS 40-56), CINTAS TESTIGO (PARTIDAS 71, 87, 88), ARTÍCULOS DE FISIOTERAPIA (PARTIDAS 183, 184), INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO REUTILIZABLE (PARTIDAS 119, 143, 164-169) Y ACCESORIOS DE PAPELERÍA MÉDICA (PARTIDA 181). ASIMISMO, CONFIRMAR SI LA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ES SUFICIENTE SIN DOCUMENTO ADICIONAL DE AUTORIDAD COMPETENTE.	VER NUMERAL 3.3.6.5 DE LA CONVOCATORIA, INCISOS A Y B, PUEDE APLICAR UNO U OTRO INCISO DEPENDIENDO DE LOS BIENES A OFERTAR



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
51	MULTISERVICIOS ERVI SA DE CV	ECONÓMICO	NUMERALES 5.5 Y 3.2.17 DE LA CONVOCATORIA	SÍRVASE CONFIRMAR: (A) CUÁLES PARTIDAS DEL ANEXO 18 EL INCMNSZ CONSIDERA SUSCEPTIBLES DE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE 9 MESES; (B) SI EL VISTO BUENO DEL ÁREA USUARIA DEBE OBTENERSE ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN O PUEDE TRAMITARSE DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN; (C) EL PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA OBTENER DICHO VISTO BUENO; Y (D) SI LA DECLARACIÓN DE QUE EL BIEN TIENE CADUCIDAD DE 9 A 18 MESES ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA.	A) NINGUNA B) SOLO A LOS LICITANTES ADJUDICADOS C) PREVIO A LA ENTREGA DEL PRODUCTO CON EL JEFE O EQUIVALENTE DEL AREA USUARIA D) SI NO SE DECLARA ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO
52	MULTISERVICIOS ERVI SA DE CV	ECONÓMICO	NUMERAL 4.5 (NOTA DEL ANEXO 14) Y NUMERAL 5.1 DE LA CONVOCATORIA	SÍRVASE CONFIRMAR: (A) SI EL LICITANTE QUE DECLARA UN TIEMPO DE ENTREGA MAYOR A 90 DÍAS EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE DEL ANEXO 14 QUEDA EXENTO DE PENAS CONVENCIONALES DURANTE ESE PERÍODO DECLARADO; (B) SI DICHA DECLARACIÓN TIENE EL MISMO EFECTO JURÍDICO QUE UNA PRÓRROGA AUTORIZADA CONFORME AL NUMERAL 13.2; Y (C) CUÁL ES EL LÍMITE MÁXIMO DE TIEMPO DE ENTREGA DECLARABLE EN ESA COLUMNA PARA QUE LA PROPOSICIÓN SIGA SIENDO CONSIDERADA SOLVENTE.	A) SE APLICAN SI NO ENTREGA DESPUES DE UN MES POSTERIOR A ESE PERIODO B) SI C) 120 DIAS
53	MULTISERVICIOS ERVI SA DE CV	OTROS	NUMERAL 3.3 DE LA CONVOCATORIA Y ARCHIVO ANEXOQUIRURGICO.XLSX	SÍRVASE CONFIRMAR EN EL ACTA DE ESTA JUNTA: (A) QUE LA TABLA DE CORRESPONDENCIA CONTENIDA EN EL ARCHIVO ANEXOQUIRURGICO.XLSX ES LA TABLA OFICIAL Y DEFINITIVA; (B) SI EXISTE ALGÚN NÚMERO DE PARTIDA INSTITUTO CON MÁS DE UNA CORRESPONDENCIA EN COMPRAS MX O VICEVERSA; Y (C) SI EL LICITANTE QUE UTILICE EL NÚMERO DE PARTIDA COMPRAS MX EN EL ANEXO 14 O ANEXO 15 —EN LUGAR DEL NÚMERO DE PARTIDA INSTITUTO— SERÁ DESECHADO CONFORME AL NUMERAL 8.1 INCISO C).	A) VER NUMERAL 7 DE LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE B) NO C) SI, VER NUMERAL 2 DE LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE
54	MULTISERVICIOS ERVI SA DE CV	OTROS	NUMERAL 3.2.17 DE LA CONVOCATORIA	EL ANEXO 18 INCLUYE INSTRUMENTAL REUTILIZABLE (TIJERAS QUIRÚRGICAS, PORTA AGUJAS, ESPEJOS BUCALES, LIMAS DENTALES, ELEVADORES) CUYA VIDA ÚTIL DEPENDE DEL USO, CICLOS DE ESTERILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO, NO DE UN PERÍODO FIJO. SÍRVASE CONFIRMAR: (A) CÓMO DEBE EXPRESARSE LA GARANTÍA DE DIECIOCHO MESES EN LA DECLARACIÓN PARA INSTRUMENTAL REUTILIZABLE; (B) SI LA GARANTÍA REFIERE A DIECIOCHO MESES DESDE LA ENTREGA, INDEPENDIENTEMENTE DEL NÚMERO DE USOS; Y (C) SI LA GARANTÍA CUBRE ÚNICAMENTE DEFECTOS DE FABRICACIÓN O TAMBIÉN EL DESGASTE POR USO NORMAL.	A) SEÑALAR EN SU ESCRITO LOS 18 MESES O EN SU CASO LOS 9 MESES B) SI C) DEFECTOS DE FABRICACION
55	MED RENT SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	INSCRIPCIÓN AL PROCEDIMIENTO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE COMO SERÁ EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN A ESTE PROCEDIMIENTO Y CÓMO SE NOS OTORGARÁ EL NÚMERO DEL MISMO	EN LA PRESENTE ACTA, EN EL NUMERAL 1 DE LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE, SE SEÑALA EL NUMERO DE LICITANTE DE LOS PROVEEDORES QUE MOSTRARON



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
					SU INTERES EN PARTICIPAR A TRAVES DE COMPRAS MX, LOS QUE NO LO HICIERON PREVIAMENTE A ESTE ACTO SE DEBERAN APEGAR A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1 SEGUNDO PARRAFO DE LA PRESENTE ACTA
56	MED RENT SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.2.13 A 3.2.15	OPINIONES DE CUMPLIMIENTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR OPINIONES VIGENTES CON AL MENOS 5 DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.	SE ACEPTA
57	MED RENT SA DE CV	TÉCNICO	6. MUESTRAS FÍSICAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO QUE SOLO SE DEBEN ENTREGAR UNA MUESTRA, EJEMPLO: (SI EL PAQUETE CONTIENE 10 PIEZAS, DEBEMOS ENTREGAR SÓLO UNA PIEZA	ES CORRECTO
58	MED RENT SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 10	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA ESTE ESCRITO NO ES NECESARIO EL PRESENTAR CERTIFICADOS ISOS, FDA, CE, U OTROS, Y SÓLO SERÁ NECESARIO ENLISTARLOS EN EL DOCUMENTO	SE CONFIRMA
59	MED RENT SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 10	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, Y SI SEA NECESARIO PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS, SOLICITAMOS ESTOS PUEDAN SER ENTREGADOS POR FAMILIA	NO APLICA
60	MED RENT SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO 3.3.4	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO NOS PERMITA PRESENTAR EL ESCRITO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN EL REGISTRO SANITARIO, ACOMPAÑADO POR LA CARTA DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADO POR EL FABRICANTE DE LOS BIENES.	SE ACEPTA
61	MED RENT SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	BASES DE LA CONVOCATORIA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ADECUAR LA REDACCIÓN DE LOS ANEXOS SOLICITADOS A LO QUE CORRESPONDA A MI REPRESENTADA, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN	SIEMPRE Y CUANDO NO OMITAN INFORMACION QUE CONTIENE CADA ANEXO
62	MED RENT SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	5.2. LUGAR DE ENTREGA:	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS LA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS HÁBILES DEL MES AL QUE CORRESPONDA LA ENTREGA	PREFERENTEMENTE LOS 10 PRIMEROS DIAS, PERO SE PUEDE ENTREGAR DURANTE EN RESTO DEL MES



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
63	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO 3.2.9 ANEXO 9	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AL TRATARSE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA Y EN CASO DE OFERTAR BIENES DE ORIGEN INTERNACIONAL NOS PERMITA PRESENTAR EL ANEXO NUEVE CON LA LEYENDA NO APLICA ASÍ COMO NOS PERMITA PRESENTAR UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE MI REPRESENTADA ES DE NACIONALIDAD MEXICANA OFERTANDO BIENES EXTRANJEROS Y POR ESA RAZÓN EL ANEXO 9 NO APLICA PARA SU PROPUESTA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
64	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO 3.2.14 OPINIÓN DEL IMSS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE AMABLEMENTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINIÓN VIGENTE Y POSITIVA EMITIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CON UNA FECHA MÁXIMA DE 3 DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, PREVIENDO ALGÚN PROBLEMA CON LA PLATAFORMA QUE LA EMITE AFECTANDO SU PRESENTACIÓN EN LA PROPUESTA, PERIODO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL TIEMPO ESTIPULADO EN EL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
65	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO 3.3.5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EN CASO DE BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO NOS PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO CON LA CARTA DE APOYO SOLIDARIO POR PARTE DEL FABRICANTE SIN QUE SEA OBLIGATORIO PRESENTAR LA IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL YA QUE LOS BIENES DE DISTINTOS PAÍSES ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
66	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.3.6.1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE AMABLEMENTE NOS PERMITA EN CASO DE SER DISTRIBUIDORES DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO PRESENTANDO EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y EL AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO YA QUE NO SOMOS FABRICANTES POR LO QUE NO APLICA LA LICENCIA SANITARIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
67	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO 3.3.6.5	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA EN CASO DE BIENES QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO POR SU NATURALEZA PRESENTAR EL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LISTADOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, LOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE, POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, PUBLICADO EN EL DOF EN DICIEMBRE DE 2014 DEBIDAMENTE REFERENCIADO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE SEÑALEN CON FLUORESCENTE U OTRA MARCA EN EL TEXTO, LOS BIENES OFERTADOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
68	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.2.14	OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR EL IMSS (NO OBLIGATORIO). ESTE DOCUMENTO DEBERÁ ESTAR VIGENTE AL PRESENTARLO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ACUERDO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR DICTADO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2023, POR EL QUE SEAPROBARON LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS APLICABLES A LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PUBLICADAS EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022. ANEXO ÚNICO DISPOSICIONES TRANSITORIAS APLICABLES A LAS "REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL", PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022. PRIMERA. LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL SERÁ VÁLIDA DURANTE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES REFERIDAS EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES. POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS PODER ENTREGAR OPINION DEL IMSS CON POR LO MENOS 5 DÍAS HÁBILES DE SU FECHA DE EXPEDICION. ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR.	SE ACEPTA
69	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.3.6	REGISTROS SANITARIOS PARA FABRICANTES Y/O DISTRIBUIDORES MAYORISTAS Ó DISTRIBUIDORES (PARTIDAS INSTITUTO) SOLICITAMOS PODER ENTREGAR REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE SEÑALEN CON FLUORESCENTE U OTRA MARCA EN EL TEXTO, LOS BIENES OFERTADOS



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
70	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6	MUESTRAS FÍSICAS SOLICITAMOS PODER ENTREGAR MUESTRAS POR FAMILIA ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE SEÑALEN CON FLUORESCENTE U OTRA MARCA EN EL TEXTO, LOS BIENES OFERTADOS
71	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6	MUESTRAS FÍSICAS SOLICITAMOS PODER ENTREGAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE SEÑALEN CON FLUORESCENTE U OTRA MARCA EN EL TEXTO, LOS BIENES OFERTADOS
72	PROVEEDORA NACIONAL DE MATERIAL DE CURACION SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CATALOGOS	SOLICITAMOS PODER ENTREGAR CATÁLOGOS Y/O FICHAS TÉCNICA POR FAMILIA ¿SE ACEPTA? FAVOR DE ACLARAR	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE SEÑALEN CON FLUORESCENTE U OTRA MARCA EN EL TEXTO, LOS BIENES OFERTADOS
73	ABASTECEDOR TERAPEUTICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO 3.2.14 OPINION IMSS	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO RELATIVO A LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), SERÁ PROCEDENTE Y ACEPTABLE LA PRESENTACIÓN DE DICHO DOCUMENTO CON FECHA DE UN DÍA NATURAL ANTERIOR AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE DICHO ACTO SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA LLEVARSE A CABO A LAS 08:00 HORAS. LO ANTERIOR, EN VIRTUD DE QUE EL DOCUMENTO CONSERVA PLENA VIGENCIA Y VALIDEZ JURÍDICA AL MOMENTO DEL ACTO, POR LO QUE SE SOLICITA CONFIRMAR QUE SU PRESENTACIÓN EN DICHS TÉRMINOS NO SERÁ CONSIDERADA CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN Y SE TENDRÁ POR CUMPLIDO EL REQUISITO CORRESPONDIENTE.	SE ACEPTA Y NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO
74	ABASTECEDOR TERAPEUTICO SA DE CV	TÉCNICO	APARTADO TECNICO DE COMPRAS MX NUMERAL 5 Y 8	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI ES PROCEDENTE ADJUNTAR LOS REGISTROS SANITARIOS EN LA SECCIÓN TÉCNICA, ESPECÍFICAMENTE EN LOS FICHEROS 5 Y 8 DE COMPRAS MX, AUN CUANDO ELLO IMPLIQUE LA DUPLICIDAD DE LOS DOCUMENTOS, Y CONFIRMAR QUE DICHA SITUACIÓN NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO.	NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO
75	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PUNTO 3.2.6	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE AMABLEMENTE NOS INDIQUE SI PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ NECESARIO ADJUNTAR EL MANIFIESTO DE VÍNCULOS CON SERVIDORES PÚBLICOS EMITIDO POR LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO. QUEDAMOS ATENTOS A SU RESPUESTA	SE ACEPTA



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
76	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDAS INSTITUTO 88 CLAVE ALMACEN 2035415 PARTIDAS COMPRAS 72	EN RELACIÓN CON LA PARTIDA 88, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR UNA COMPETENCIA MÁS AMPLIA Y ASEGURAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR CINTA INDICADORA QUÍMICA EXTERNA PARA PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO STERRAD MARCA ASP. ESTE PRODUCTO CUMPLE CON TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN ES IMPORTANTE DESTACAR QUE ES UNA CINTA DE PAPEL DE COLOR CREMA. HAY UNA FRANJA DE LAS LETRAS STERRAD EN LA CINTA ROJA, QUE ESTÁ RECUBIERTA CON BRILLO PARA EVITAR LA ABSORCIÓN DE GAS PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CUANDO SE EXPONE AL GAS PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SE VUELVE AMARILLO DORADO O SE VUELVE MÁS SUAVE CON MEDIDAS DE 55 MTS DE LARGO X 20 MM POR LO TANTO, CON EL DEBIDO RESPETO, REITERAMOS NUESTRA SOLICITUD PARA QUE NUESTRA PROPUESTA SEA CONSIDERADA DENTRO DEL PROCESO DE LICITACIÓN, CON LA SEGURIDAD DE QUE PODRÁ APORTAR UN VALOR AGREGADO IMPORTANTE A LA INSTITUCIÓN. AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU ATENCIÓN Y QUEDAMOS ATENTOS A SU CONFIRMACIÓN RESPECTO A LA ACEPTACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA.	SI SE ACEPTA
77	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDAS INSTITUTO 586 CLAVE ALMACEN 02126206 PARTIDAS COMPRAS 427	EN RELACIÓN CON LA PARTIDA 586, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR UNA COMPETENCIA MÁS AMPLIA Y ASEGURAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR VERISURE PAQUETE DE PRUEBA BOWIE-DICK-US MARCA ASP. ESTE PRODUCTO CUMPLE CON TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN ES IMPORTANTE DESTACAR QUE VERISURE PAQUETE DE PRUEBA BOWIE-DICK-US 73180 SE UTILIZA PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA REMOCIÓN DE AIRE EN CICLOS DE ESTERILIZACIÓN CON FASE DE PRE-VACÍO, QUE FUNCIONAN A 134 °C, 3,5 MINUTOS / 132 °C, 4 MINUTOS. VERISURE™ PAQUETE DE PRUEBA BOWIE-DICK-US 73180 CONSISTE EN DOS HOJAS CON INDICADOR QUÍMICO (125 X 113 MM), UBICADAS ENTRE HOJAS DE PAPEL POROSAS Y UNA LÁMINA DE ESPUMA RETICULADA, QUE SE ENCUENTRAN ENVUELTAS FORMANDO UN PAQUETE. EL PAQUETE DE PRUEBA POSEE UN INDICADOR QUÍMICO TIPO 1 EN LA ETIQUETA. EL PAQUETE DE PRUEBA TIENE UN INDICADOR QUÍMICO TIPO 1 IMPRESO EN LA ETIQUETA. LA HOJA CENTRAL CON UN PATRÓN REGULAR CORRESPONDE A UN INDICADOR CLÁSICO DE ELIMINACIÓN DE AIRE BOWIE-DICK (TIPO 2, CONFORME ISO 11140-1). EL COLOR DEL INDICADOR QUÍMICO CAMBIA UNIFORMEMENTE DE AMARILLO A MARRÓN OSCURO/NEGRO CUANDO ES PROCESADO. POR EL CONTRARIO, UN CAMBIO DE COLOR NO	VER NUMERAL 7 DE LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				UNIFORME DEL INDICADOR, EVIDENCIA LA PRESENCIA DE AIRE RESIDUAL EN LA CÁMARA Y, POR LO TANTO, EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL ESTERILIZADOR. EL PAQUETE TAMBIÉN CUENTA CON UNA HOJA DE ALERTA QUE CONTIENE UN INDICADOR QUÍMICO CIRCULAR. LA HOJA DE ALERTA ESTÁ UBICADA EN UN PUNTO MÁS BAJO QUE LA HOJA DE PRUEBA DENTRO DEL PAQUETE Y PERMITE UNA RÁPIDA DETECCIÓN DE FALLAS EN EL CICLO DE ESTERILIZACIÓN. EL PAQUETE DE PRUEBA DE BOWIE-DICK CUMPLE CON LAS NORMAS ANSI/AAMI/ISO 11140-1: 2014 Y ANSI/AAMI/ISO 11140-5: 2007 POR LO TANTO, CON EL DEBIDO RESPETO, REITERAMOS NUESTRA SOLICITUD PARA QUE NUESTRA PROPUESTA SEA CONSIDERADA DENTRO DEL PROCESO DE LICITACIÓN, CON LA SEGURIDAD DE QUE PODRÁ APORTAR UN VALOR AGREGADO IMPORTANTE A LA INSTITUCIÓN. ¿SE ACEPTA?	
78	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDAS INSTITUTO 673 CLAVE ALMACEN 2127717 PARTIDAS COMPRAS 485	EN RELACIÓN CON LA PARTIDA 673, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR UNA COMPETENCIA MÁS AMPLIA Y ASEGURAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR CINTA INDICADORA QUÍMICA EXTERNA PARA PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO STERRAD MARCA ASP. ESTE PRODUCTO CUMPLE CON TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN ES IMPORTANTE DESTACAR QUE ES UNA CINTA DE PAPEL DE COLOR CREMA. HAY UNA FRANJA DE LAS LETRAS STERRAD EN LA CINTA ROJA, QUE ESTÁ RECUBIERTA CON BRILLO PARA EVITAR LA ABSORCIÓN DE GAS PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. CUANDO SE EXPONE AL GAS PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SE VUELVE AMARILLO DORADO O SE VUELVE MÁS SUAVE CON MEDIDAS DE 55 MTS DE LARGO X 20 MM POR LO TANTO, CON EL DEBIDO RESPETO, REITERAMOS NUESTRA SOLICITUD PARA QUE NUESTRA PROPUESTA SEA CONSIDERADA DENTRO DEL PROCESO DE LICITACIÓN, CON LA SEGURIDAD DE QUE PODRÁ APORTAR UN VALOR AGREGADO IMPORTANTE A LA INSTITUCIÓN. AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU ATENCIÓN Y QUEDAMOS ATENTOS A SU CONFIRMACIÓN RESPECTO A LA ACEPTACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA.	NO SE ACEPTA APEGARSE A LA DESCRIPCIÓN
79	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV	TÉCNICO	MUESTRA FÍSICA	¿EL MONTO DE \$5,000 DEBE ENTENDERSE COMO EL PRECIO UNITARIO POR LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA (CAJA CON X PIEZAS), INDEPENDIEMENTE DE QUE LA ENTREGA FÍSICA SEA DE UNA SOLA PIEZA?	SOLO EL PRECIO UNITARIO



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
80	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA. NUMERAL 3.3.6.5	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE EVITAR DUPLICIDAD DOCUMENTAL Y OPTIMIZAR LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA, SE PERMITA PRESENTAR EL LISTADO DEL DOF, UNA SOLA VEZ, CONSIDERÁNDOSE VÁLIDO PARA TODAS LAS PARTIDAS EN LAS QUE SEA REQUERIDO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
81	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA. NUMERAL 3.3.6.5	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI, ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE NÚMERAL SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR EL LISTADO DEL DOF SOBRE LOS PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. FAVOR DE ALCARAR	ES CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO SE SEÑALEN CON FLUORESCENTE U OTRA MARCA EN EL TEXTO, LOS BIENES OFERTADOS
82	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	CONVOCATORIA. NUMERAL 3.3.2	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA ENTREGAR SÓLO LAS PÁGINAS REFERENCIADAS DE LOS CATÁLOGOS Y/O FICHAS TÉCNICAS JUNTO CON LAS PORTADAS Y CONTRAPORTADAS, DEBIDO A QUE SON DOCUMENTOS MUY GRANDES Y DE ESTA MANERA SE FACILITA LA CARGA Y DESCARGA DE ESTOS DOCUMENTOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
83	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 18. PARTIDAS: 88, 400, 401, 402 Y 403	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN PROPIA DEL FABRICANTE, SIEMPRE QUE SE CUMPLA INTEGRAMENTE CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL INSUMO REQUERIDO ¿SE ACEPTA?	SE PUEDE OFERTAR, PERO QUEDA SUJETA A EVALUACION TECNICA
84	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO QUIRÚRGICO PARTIDA 666	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UNA MEDIDA DE 8 X 16 CM, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA APEGARSE A BASES
85	COMERCIALIZADORA STADEL DEL NORTE SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 18	PARTIDA DEL INSTITUTO 586, PARTIDA COMPRAS MX 427 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE NOS PERMITA OFERTAR EL INDICADOR DE PROCESO LIBRE DE PLOMO PAQUETE MINIBOWE-DICK PARA AUTOCLAVE DE VAPOR DE ACUERDO A NUESTRA MARCA Y TECNOLOGIA, YA QUE ESTE ES COMPATIBLE CON CUALQUIER MARCA DE ESTERILIZADORES DE VACÍO, Y CUMPLE AL 100% CON LO REQUERIDO EN LA PARTIDA DE REFERENCIA. SE ACEPTA?	VER NUMERAL 7 DE LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE
86	LABORATORIOS PISA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.2.2 ACREDITAMIENTO DE LA EXISTENCIA LEGAL, INCISO E	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL NÚMERAL DE REFERENCIA, BASTARÁ CON INTEGRAR ACTA CONSTITUTIVA, ACTA COMPULSA Y ÚLTIMA REFORMA. LO ANTERIOR CONFIRME A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 93 DEL RLAAASP.	SE ACEPTA
87	LABORATORIOS PISA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.2.14 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO IMSS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE DE ACUERDO AL ACUERDO NÚMERO ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, LA OPINIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PODRÁ PRESENTARSE CON FECHA DE EMISIÓN DE HASTA	SE ACEPTA



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				CON 15 DÍAS PREVIOS AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.	
88	LABORATORIOS PISA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.2. REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ACLARE SI BASTA CON LA CARTA DIRIGIDA AL INSTITUTO CON LAS RAZONES DE POR QUÉ NO ES APLICABLE ALGUN DOCUMENTO O TAMBIÉN TIENE QUE SUBIRSE EL DOCUMENTO CON MARCA DE AGUA DE "NO APLICA" JUNTO CON EL ESCRITO PARA DAR CUMPLIMIENTO. DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP. FAVOR DE CONFIRMAR.	TIENE QUE SUBIR EL DOCUMENTO CON MARCA DE AGUA
89	LABORATORIOS PISA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.3.2. OFERTA TÉCNICA EN HOJA POR PARTIDA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE CONSIDERE OPORTUNO REALIZAR Y PRESENTAR UNA SÓLA PROPUESTA TÉCNICA POR EL TOTAL DE PARTIDAS OFERTADAS JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS SOLICITADOS, ESTO CON EL FIN DE AGILIZAR EL PROCESO.	NO SE ACEPTA
90	LABORATORIOS PISA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.3.4 ESCRITO PARA FABRICANTES Y/O DISTRIBUIDORES MAYORISTAS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PERMITA PRESENTAR UN SOLO ESCRITO CON LA RELACIÓN TOTAL DE LAS MARCAS OFERTADAS DEL MISMO FABRICANTE EN LA PROPUESTA. Y NO UN ESCRITO POR MARCA. FAVOR DE CONSIDERAR.	SE ACEPTA
91	LABORATORIOS PISA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.3.6.2 CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE CONFIRME QUE EN CASO DE QUE LAS PARTIDAS SEAN DE ORIGEN NACIONAL ESTE ESCRITO NO APLICA YA QUE MENCIONA IMPORTACIÓN DE BIENES. Y ES OBLIGATORIO EN COMPRAS MX. FAVOR DE CONFIRMAR.	SI NO LE APLICA TIENE QUE SUBIR EL DOCUMENTO CON MARCA DE AGUA Y LA LEYENDA "NO APLICA"
92	LABORATORIOS PISA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.3.5 ESCRITO DE APOYO SOLIDARIO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PERMITA PRESENTAR UN SOLO ESCRITO CON LA RELACIÓN TOTAL DE LAS MARCAS OFERTADAS DEL MISMO DISTRIBUIDOR EN LA PROPUESTA Y NO UN ESCRITO POR MARCA. FAVOR DE CONSIDERAR.	SE ACEPTA
93	LABORATORIOS PISA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	ANEXOS 14 Y 15	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE CONFIRME QUE LOS ANEXOS 17, 18 Y ANEXO ÚNICO SON SÓLO DE CARÁCTER INFORMATIVO Y EL NO PRESENTARLOS NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO. DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP.	SE CONFIRMA
94	LABORATORIOS PISA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR Y PRESENTAR PROPOSICIONES	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ACLARE SI LA DOCUMENTACIÓN DE REGISTROS, AVISOS, ACTAS, OPINIONES TAMBIÉN DEBERÁN LLEVAR EL NOMBRE DEL LICITANTE, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y NÚMERO DE LICITACIÓN DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO MENCIONADO DE LAS BASES. FAVOR DE ACLARAR.	NO ES OBLIGATORIO



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
95	LABORATORIOS PISA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	INF. GRAL. 3 INSTRUCCIONES PARA ELABORAR... 3.1. GENERALES, 9NO PARRAFO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL ESCRITO SOLICITADO ES EN FORMATO LIBRE CON RESPECTO DE LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, RESERVADA O COMERCIAL Y SI OTORGAMOS AL INCMNSZ NUESTRO CONSENTIMIENTO PARA PROPORCIONARLA EN CASO DE QUE EXISTA UNA SOLICITUD DE ACCESO QUE INCLUYA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SIEMPRE QUE TENAMOS EL DERECHO DE RESERVAR LA INFORMACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES. DE CONFORMIDAD CON EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA LAASSP. FAVOR DE CONFIRMAR.	SE CONFIRMA
96	LABORATORIOS PISA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	INF. GRAL. 3 INSTRUCCIONES PARA ELABORAR... 3.2. REQ LEG, 1ER PARRAFO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL ESCRITO SOLICITADO ES EN FORMATO LIBRE CON RESPECTO DE LOS DOCUMENTOS QUE NO LE APLICAN DOCUMENTOS INDICANDO EL MOTIVO. DE CONFORMIDAD CON EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA LAASSP. FAVOR DE CONFIRMAR	SE CONFIRMA
97	LABORATORIOS PISA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	INF. GRAL. 3 INSTRUCCIONES PARA ELABORAR... 3.2.2 ACREDITAMIENTO 1ER PARRAFO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL ESCRITO SOLICITADO DONDE EL FIRMANTE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, CORRESPONDE AL ANEXO 3. DE CONFORMIDAD AL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA LAASSP. FAVOR DE CONFIRMAR	SE CONFIRMA
98	LABORATORIOS PISA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	INF. GRAL. 3 INSTRUC. PARA ELABORAR... 3.2.14 OPINIÓN EN MATERIA DE VIVIENDA	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR ESTE DOCUMENTO CON FECHA DE HASTA 5 DIAS HABILES PREVIOS A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. FAVOR DE CONFIRMAR	SE ACEPTA
99	LABORATORIOS PISA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	INF. GRAL. 3 INSTRUC. PARA ELABORAR... 3.3 REQ. TEC Y ECON... 2DO PARRAFO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE LA PROPUESTA ECONOMICA CORRESPONDE UNICAMENTE AL ANEXO 14 REQUISITADO. LO ANTERIOR DE CONFIRMIDAD A LA FRACCION VIII INCISO A) ARTICULO 83 DEL RLAASP. FAVOR DE CONFIRMAR	SE CONFIRMA
100	LABORATORIOS PISA SA DE CV	TÉCNICO	INF. GRAL. 3 INSTRUC. PARA ELABORAR... 3.3.2 OFERTA TECNICA... 1ER PARRAFO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE BASTARÁ CON PRESENTAR UN ARCHIVO CORRESPONDIENTE A MODELO O CATÁLOGO O FICHA TÉCNICA. FAVOR DE CONFIRMAR	UNO POR CADA PARTIDA OFERTADA
101	LABORATORIOS PISA SA DE CV	TÉCNICO	3.3.5 ESCRITO DE APOYO SOLIDARIO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL DE REFERENCIA, SE PODRÁ PRESENTAR ESCRITO EMITIDO POR FABRICANTE O TITULAR O DISTRIBUIDOR ESTABLECIDOS EN EL REGISTRO SANITARIO, O DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA. LO	SE ACEPTA



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
				ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION CONFORME A LO DISPUESTO EN LA FRACCION V DEL ARTICULO 40 DE LA LAASSP.	
102	LABORATORIOS PISA SA DE CV	TÉCNICO	3.3.6.3 REGISTRO SANITARIO VIGENTE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL NO PRESENTAR MARBETE NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO, EN VIRTUD DE QUE LOS INSUMOS OBJETO DE CONTRATACIÓN SON MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS, Y LA INTEGRACIÓN DE MARBETES ES OBLIGATORIA PARA EL CASO DE MEDICAMENTOS.	SE CONFIRMA
103	LABORATORIOS PISA SA DE CV	TÉCNICO	3.3.6.5 PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA LA PRESENTACIÓN DEL DOF CON FECHA DEL 7 DE JULIO DE 2025 (VIGENTE): ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LISTADOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO QUE REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, LOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE, POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO. REFERENCIANDO EL INSUMO OFERTADO.	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SE SEÑALEN CON FLUORESCENTE U OTRA MARCA EN EL TEXTO, LOS BIENES OFERTADOS
104	LABORATORIOS PISA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 14	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA COLUMNA "MODELO, CATÁLOGO O FICHA TÉCNICA DEL BIEN" DEL ANEXO 14, SERÁ SUFICIENTE CON COLOCAR LA PALABRA "SÍ" PARA SU CUMPLIMIENTO.	SOLO SI APLICA MODELO, CATÁLOGO O FICHA TÉCNICA DE ORIGEN DEL BIEN ANOTARLO, EN CASO QUE NO APLIQUE ANOTAR "NA"
105	LABORATORIOS PISA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 15	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA COLUMNA "MODELO, CATÁLOGO O FICHA TÉCNICA DEL BIEN" DEL ANEXO 15, SERÁ SUFICIENTE CON COLOCAR LA PALABRA "SÍ" PARA SU CUMPLIMIENTO.	SOLO SI APLICA MODELO, CATÁLOGO O FICHA TÉCNICA DE ORIGEN DEL BIEN ANOTARLO, EN CASO QUE NO APLIQUE ANOTAR "NA"
106	LABORATORIOS PISA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXOS 14 Y 15	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SE PODRÁN PRESENTAR LOS ANEXOS 14 Y 15 CON LA TOTALIDAD DE CLAVES OFERTADAS A RENGLÓN SEGUIDO	NO SOLO SE DEBERAN PRESENTAR LAS PARTIDAS OFERTADAS. ANEXO 14, NOTAS NUMERAL 2 Y ANEXO 15, NOTAS NUMERAL 1
107	LABORATORIOS PISA SA DE CV	OTROS	PARÁMETROS COMPRAS MX	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE CONFIRME QUE EN CASO DE NO HABER UN PARÁMETRO EN ESPECÍFICO PARA UN DOCUMENTO SOLICITADO SE PODRÁ ADJUNTAR AL ÚLTIMO PARÁMETRO O EN EL PARÁMETRO QUE MEJOR SE RELACIONE, FAVOR DE CONFIRMAR.	SE CONFIRMA



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
108	LABORATORIOS PISA SA DE CV	OTROS	PARÁMETROS COMPRAS MX	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ACLARE SI LOS REGISTROS SANITARIOS TIENEN QUE SUBIRSE 3 VECES EN LOS PARÁMETROS DE COMPRAS MX YA QUE LOS PARÁMETROS 5,8,9 LOS SOLICITAN Y SON OBLIGATORIOS, FAVOR DE ACLARAR.	EN CASO DE DUPLICIDAD, INTEGRAR TODO EN EL NUMERAL 5, Y LOS EN LOS NUMEROS SUBSECUENTES, ANOTAR CON MARCA DE AGUA LA LEYENDA " SE INTEGRARON EN EL NUMERAL "5"
109	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.2.14 OPINION IMSS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR EL IMSS VIGENTE Y POSITIVA DE AL MENOS DOS DÍAS PREVIOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
110	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	8.1 EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS ESCRITOS, FORMATOS Y ANEXOS QUE INTEGRAN NUESTRA PROPUESTA FECHADOS CON EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2026. ASIMISMO, EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE O DIFIERA LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES, SE SOLICITA CONFIRMAR QUE EL HECHO DE QUE DICHOS DOCUMENTOS CONSERVEN ESA FECHA NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
111	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	6 MUESTRAS FÍSICAS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR COPIA SIMPLE DE CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN ESTE REQUISITO, PARA AQUELLOS INSUMOS QUE SUPEREN EL COSTO EN EL MERCADO DE \$2000.00 PESOS MNX, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE NO GENERAR UN IMPACTO EN LOS COSTOS DE ESTOS PRODUCTOS Y ASI PODER OFERTAR LAS MEJORES CONDICIONES AL INSTITUTO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
112	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 18, ANEXO QUIRURGICO, PARTIDA 24	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: AGUJA ESTERIL DESECHABLE PARA BIOPSIA NO.16G X 16 CM. DE LONGITUD PARA PISTOLA PROMAG; (ARGON) CON ENVOLTURA GRADO MEDICO CON SELLADO HERMETICO SIN PERFORACIONES QUE GARANTICE LA ESTERILIZACION Y LA VIDA ESTERIL DEL PRDUCTO. Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEJAREMOS UNA PISTOLA SIN COSTO PARA EL INSTITUTO MODELO PROMAG 7675 MARCA ARGON HASTA EL TERMINO DE LOS CONSUMIBLES CAJA CON 10 PIEZAS. ¿SE ACEPTA?	VER NUMERAL 7 DE LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE
113	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 18, ANEXO QUIRURGICO, PARTIDA 25	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: AGUJA PARA PUNCION ARTERIAL (PUNCION DE SELDINGER) CALIBRE 18G X 7CM Ó 21 G X 3.8 CM PARED UNICA. PRESENTACION PIEZA ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
114	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 18, ANEXO QUIRURGICO, PARTIDA 135	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR GUIA METALICA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA 0.014" X 190 CM DE SOPORTE MODERADO O LIGERO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
115	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 18, ANEXO QUIRURGICO, PARTIDA 156	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: KIT DE DRENAJE DE SILICON RADIOPACO ESTERIL DE 19FR REDONDO CON LUMEN ACANALADO ESTRIADO CON TROCAR Y RESERVORIO Ó BULBO EVACUADOR DE 100 CC CON CLIP SUJETADOR Y VALVULA ANTI REFLUJO CAJA CON 10 PIEZAS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES
116	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 18, ANEXO QUIRURGICO, PARTIDA 233	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: SISTEMA DE DRENAJE DE SILICON DE 15 FRENCH REDONDO ACANALADO ESTERIL RADIOPACO CON TROCAR CON RESERVORIO FLEXIBLE DE 100 CC. CAJA C/10 PIEZAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, APEGARSE A BASES
117	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 18, ANEXO QUIRURGICO, PARTIDA 326	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: AGUJA JAMSHIDI PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA Y HUESO DE 11G POR 6 PULGADAS CON PUNTA DIAMANTE CON MANGO EN T MODELO DBMNJ1106TL , PIEZA ¿SE ACEPTA?	VER NUMERAL 7 DE LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE
118	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 18, ANEXO QUIRURGICO, PARTIDA 363	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: AGUJA JAMSHIDI CORONA PAR ABIOPSIA/ASPIRACION DE MEDULA OSEA CON DISPOSITIVO PARA CAPTURA DE MEDULA 11G X 10.16CM (4") MODELO: DBMNJ1104TL MARCA ARGON. PIEZA ¿SE ACEPTA?	VER NUMERAL 7 DE LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE
119	DISEÑO Y DESARROLLO MEDICO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO 18, ANEXO QUIRURGICO, PARTIDA 437	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: KIT DE CONECTOR PARA ANGIOPLASTIA TIPO GUARDIAN DE TRES COMPONENTES: INTRODUTOR DE GUIA ROTADOR Y LLAVE HEMOSTATICA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
120	CORPORATIVO NEOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	INFORMACIÓN GENERAL PUNTO 6. MUESTRAS FISICAS	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR UNA SOLA PIEZA EN LAS PARTIDAS EN LAS QUE LA UNIDAD DE MEDIDA REQUERIDA SEA CAJA CON "X" NUMERO DE PIEZAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, NUMERAL 6 PRIMER PARRAFO "
121	CORPORATIVO NEOMEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	INFORMACIÓN GENERAL PUNTO 3.3.6.5	PARA AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN INSUMOS PARA LA SALUD, Y POR ENDE, NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO NOS PERMITA ENTREGAR COPIA DEL DIARIO OFICIAL DONDE SE INDICA QUE EL PRODUCTO QUE SE OFERTA NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SE SEÑALEN CON FLUORESCENTE U OTRA MARCA EN EL TEXTO, LOS BIENES OFERTADOS



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
122	CORPORATIVO NEOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO QUIRURGICO / PARTIDA 672	REQUIEREN: ALEXIS SISTEMA LAPAROSCÓPICO DE PRIMERA ENTRADA KII FÍOS PRIMERA ENTRADA ENTENDEMOS QUE LO QUE REQUIERE ES: ALEXIS SISTEMA LAPAROSCÓPICO TAMAÑO MEDIANO (CON TAPA) Y TROCAR KII FÍOS PRIMERA ENTRADA 12X100MM (RANGO DE INCISIÓN 5-9 CM) ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	VER NUMERAL 7 DE LAS PRECISIONES DE LA CONVOCANTE
123	CORPORATIVO NEOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	INFORMACIÓN GENERAL PUNTO 6. MUESTRAS FÍSICAS	SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA LA ENTREGA DE MUESTRAS CADUCAS O CON CORTA CADUCIDAD ¿SE ACEPTA?	CON CORTA CADUCIDAD
124	ENDOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO QUIRURGICO PARTIDA INSTITUTO 141	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURIA NOS PERMITA COTIZAR, INTRODUTOR ARTERIAL CORTO DE 6 FR, 13 CM CON VALVULA HEMOSTATICA PRESENTACION PIEZA, MARCA COOK MEDICAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
125	ENDOMEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.2.13 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT	LA OPINION DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SAT NO CUENTA CON UNA FECHA DE VENCIMIENTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE AL NO SER UN REQUERIMIENTO OBLIGATORIO NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINION POSITIVA GENERADA MAXIMO 5 DIAS ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACION DEL EVENTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
126	ENDOMEDICA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	3.2.14 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA IMSS	AL NO SER UN DOCUMENTO OBLIGATORIO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINION POSITIVA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD DE SOCIAL EMITIDA POR EL IMSS GENERADA MAXIMO 5 DIAS ANTES DE LA FECHA DE PRESENTACION DEL EVENTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
127	ENDOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	3.3 REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS 3.3.4 Y 3.3.5	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CLAVE INTERNA DEL INCMNSZ DE LOS BIENES ES LA CLAVE ALMACEN QUE SE MENCIONA EN EL ARCHIVO ANEXO QUIRURGICO?	ES CORRECTO
128	CORPORATIVO NEOMEDICA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO QUIRURGICO PARTIDA 130	SOLICITAN: FUNDA PARA LA LAPARASCOPIA DE 14CM X 285CM. PARA LA CAMARA; DESECHABLE. PRESENTACION CAJA CON 40 PIEZAS INDICAN UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA. ENTENDEMOS QUE DEBEMOS OFERTAR PRECIO POR PIEZA Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, EN LA PRIMERA ENTREGA DEBEMOS ENTREGAR 6 CAJAS CON 40 PIEZAS CADA UNA PARA UN TOTAL DE 240 PIEZAS ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SE AJUSTE A CAJA CERRADA



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

NUMERO	LICITANTE	TIPO DE ACLARACIÓN	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA	ACLARACIÓN	RESPUESTA
129	PROARTA SA DE CV	OTROS	ANEXOS	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE INDIQUE LO QUE SE DEBE PONER EN LOS ANEXOS EN EL APARTADO DE "OBJETO DE LA LICITACIÓN: "	"MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS"
130	PROARTA SA DE CV	OTROS	MUESTRAS	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE SI ES CORRECTO INTERPRETAR QUE: SI EN EL ANEXO 18, ESPECIFICAMENTE NO DICE NADA DE ENVIAR MUESTRA FÍSICA PARA SU EVALUACIÓN LAS PARTIDAS EN ESE SUPUESTO, NO REQUIERE MUESTRA.	LAS MUESTRAS SE REQUIEREN PARA TODAS LAS PARTIDAS
131	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	INCISOS 3.2.13, 3.2.14, 3.2.15	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER, QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA DE REFERENCIA, SE PODRÁN PRESENTAR OPINIONES DE CUMPLIMIENTO CON AL MENOS 15 DÍAS PREVIOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, ASEGURANDO DE ESTA MANERA, LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS VIGENTES Y DEL MES EN CURSO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
132	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	INCISO 3.5, COMPRAS MX APARTADO TÉCNICO, NUMERALES 4 Y 5.	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SI, PARA AQUELLOS LICITANTES QUE OSTENTEN LA CALIDAD DE FILIAL Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, SERÁ PROCEDENTE PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SE HAGA CONSTAR EL SUPUESTO EN EL QUE SE UBICA EL LICITANTE ACOMPAÑADO DE LA CORRESPONDIENTE CARTA DE REPRESENTACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN EMITIDA A FAVOR DEL LICITANTE, CONSIDERÁNDOSE CON ELLO CUMPLIDOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL APARTADO DE REFERENCIA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACION
133	B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S A P I DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	INCISO 3.5, COMPRAS MX APARTADO TÉCNICO, NUMERALES 4 Y 5.	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR PRESENTAR A LOS LICITANTES QUE SEAN: FILIAL Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SE HAGA CONSTAR EL SUPUESTO EN EL QUE SE UBICA EL LICITANTE ACOMPAÑADO DE LA CORRESPONDIENTE CARTA DE REPRESENTACIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN EMITIDA A FAVOR DEL LICITANTE, CONSIDERÁNDOSE CON ELLO CUMPLIDOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL APARTADO DE REFERENCIA ¿SE ACEPTA?	NO APLICA



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

De conformidad al tercer párrafo del artículo 43 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 50 segundo párrafo de la Ley, a partir de esta fecha se notifica a los licitantes participantes que el acta de este evento está disponible en la dirección electrónica: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/>


Se informa a los licitantes que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día **17 de abril de 2026**, en el **Sistema Compras MX**, a las **08:00 Hrs.** siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún observador o servidor público ajeno al acto, de conformidad con el artículo 92 cuarto párrafo del Reglamento de la Ley.

Asimismo, se informa a los licitantes que cuentan con un plazo máximo de **SEIS HORAS** a partir del día y hora en que la presente acta de junta de aclaraciones sea publicada en el **sistema Compras MX**, para que **envíen a través de dicho sistema** las preguntas que consideren necesarias **única y exclusivamente en relación con las respuestas remitidas por el Instituto.**

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta junta, siendo las **15:00** horas, del día de su inicio, informándose a los asistentes y licitantes que, en caso de darse el supuesto señalado en el párrafo anterior, el plazo máximo en el que se enviarán las contestaciones correspondientes será el día **13 de abril de 2026**, en el **Sistema Compras MX**.

Esta Acta consta de **36 hojas**, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

**POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

NOMBRE	AREA	FIRMA
LCDO. DELFINO JAVIER FLORES FLORES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	
LCDA. RAQUEL LOPEZ JUÁREZ	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL	
C. JUAN CARLOS TÉLLEZ GIRÓN GONZÁLEZ	COORDINADOR DE LICITACIONES	
LCDO. GERARDO OCTAVIO QUINTERO CALLEJA	DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA	
LCDO. JESUS ZAINTE MONTES GARFIAS	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026
MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**

**POR LAS ÁREAS USUARIAS O REQUIRIENTES SE CONECTARON VÍA REMOTA
LAS SIGUIENTES PERSONAS:**

NO.	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
1	Q.F.B. ALMA ESTANES HERNANDEZ	COORDINADORA DE LABORATORIO	ALMA.ESTANESH@INCMNSZ.MX
2	MTRO. ERNESTO MARAVILLA FRANCO	JEFE DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA CLINICA	ERNESTO.MARAVILLAF@INCMNSZ.MX
3	DRA. LUZ ELENA CERVANTES VILLAR	JEFA DEL LABORATORIO DE INFECTOLOGIA	LUZ.CERVANTESV@INCMNSZ.MX
4	MA. ELENA CARRANCO JÁUREGUI	COORDINADORA DE LABORATORIO	ELENA.CARRANCOJ@INCMNSZ.MX
5	Q.F.B. MA. ELENA PADILLA M,	COORDINADORA DE LABORATORIO	ELENA.PADILLAM@INCMNSZ.MX
6	MA. LUISA MARTÍNEZ G.	JEFA DE CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION	LUISA.MARTINEZG@INCMNSZ.MX
7	PATRICIA PIÑONES CASTILLO	ENFERMERIA	PATRICIA.PINONESC@INCMNSZ.MX

**ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE LA JUNTA ACLARACIONES DUDAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA No. LA-12-NCG-012NCG001-I-162-2026, PARA LA ADQUISICIÓN
DE "MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS"**

[Handwritten signatures in blue ink]

