



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026**

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

En la Ciudad de México, siendo las 09:00 horas, del 27 de noviembre de 2025, en las **INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN**, ubicada en: Calle Vasco de Quiroga Número 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Código Postal 14080, Alcaldía Tlalpan; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas electrónicas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como del numeral II.1 de la Convocatoria.

De conformidad con el Artículo 50 de la LAASSP las actas de las juntas de aclaraciones, serán firmadas por los licitantes que hubieran enviado preguntas, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, este proceso mediante la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, Compras MX.

Este acto fue presidido por el **Lcdo. José Luis López Moreno, Coordinador de Contratos adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, servidor público designado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 44 cuarto párrafo de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto.

El presidente del acto, fue asistido por los representantes de las Áreas Usuarías: **Departamento de Laboratorio Central y Departamento de Laboratorio de Microbiología Clínica**, los cuales solventarán las preguntas de carácter técnico, los representantes del Área Contratante de la **Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales** y el **Departamento de Asesoría Jurídica**, los cuales solventarán las preguntas de carácter administrativo y legal, cuyos nombres y firmas electrónicas aparecen al final de la presente Acta.

El presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 44 cuarto párrafo de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, a través del Sistema Compras MX, de los siguientes licitantes:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NÚMERO DE PREGUNTAS REALIZADAS
1	DICIPA SA DE CV	COMPRAS MX	7
2	GLECO MEDICAL USA S DE RL DE CV	COMPRAS MX	16
3	HOSPICLEAN SA DE CV	COMPRAS MX	10
4	LABORATORIOS LICON SA	COMPRAS MX	6
5	MEDICAL CORPORATION GROUP SA DE CV	COMPRAS MX	5
6	VE+ S.A.P.I. DE C.V	COMPRAS MX	17

Recibiendo escritos de interés en participar, de los siguientes licitantes:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN
1	ABALAT SA DE CV	COMPRAS MX



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026**

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

2	ARQUINA SA DE CV	COMPRAS MX
3	CEL-MEDICAL DISTRIBUCION SA DE CV	COMPRAS MX
4	DICIPA SA DE CV	COMPRAS MX
5	FITSTORE NUTRITION SA DE CV	COMPRAS MX
6	GLECO MEDICAL USA S DE RL DE CV	COMPRAS MX
7	HOSPICLEAN SA DE CV	COMPRAS MX
8	IL DIAGNOSTICS SA DE CV	COMPRAS MX
9	LABORATORIOS LICON SA	COMPRAS MX
10	MEDERIK DE MEXICO SA DE CV	COMPRAS MX
11	MEDICAL CORPORATION GROUP SA DE CV	COMPRAS MX
12	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	COMPRAS MX

SE ADJUNTA COPIA DE LAS PANTALLAS DE COMPRAS MX:

9
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Euy
AHC
[Handwritten signature]



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN COMODATO**



Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



EMPRESAS QUE HAN MANIFESTADO INTERÉS EN PARTICIPAR

Fecha y hora de la emisión del reporte: 26 de noviembre de 2025 a las 09:40

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: **E-2025-00104906**
Número de procedimiento de contratación: **LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026**
Número de junta: 1

Empresas interesadas

Núm.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Acuse(s) de solicitud de aclaración	Acuse(s) de repreguntas
1	ABALAT SA DE CV	20 de noviembre de 2025 a las 13:34	20 de noviembre de 2025 a las 13:43	NO	NO
2	ARQUINA SA DE CV	24 de noviembre de 2025 a las 08:46	24 de noviembre de 2025 a las 09:07	NO	NO
3	BECKMAN COULTER DE MEXICO SA DE CV	24 de noviembre de 2025 a las 08:28		NO	NO
4	BIODIST S.A. DE C.V.	21 de noviembre de 2025 a las 14:00		NO	NO
5	CEL-MEDICAL DISTRIBUCION SA DE CV	23 de noviembre de 2025 a las 22:29	23 de noviembre de 2025 a las 22:32	NO	NO
6	DICIPA SA DE CV	21 de noviembre de 2025 a las 14:10	21 de noviembre de 2025 a las 15:14	SI	NO
7	DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ANALISIS CLINICOS SA DE CV	20 de noviembre de 2025 a las 13:03		NO	NO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
AHC

[Handwritten signature]



2025
Año de
La Mujer Indígena

https://www.gob.mx/compras



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras Mx



8	ESTUDIOS CLINICOS DR. T. J. ORIARD SA DE CV	21 de noviembre de 2025 a las 15:04		NO	NO
9	FITSTORE NUTRITION SA DE CV	20 de noviembre de 2025 a las 10:53	20 de noviembre de 2025 a las 10:57	NO	NO
10	GEODATA EN LA NUBE SA DE CV	23 de noviembre de 2025 a las 14:37		NO	NO
11	GLECO MEDICAL USA S DE RL DE CV	24 de noviembre de 2025 a las 10:22	24 de noviembre de 2025 a las 10:25	SI	NO
12	HOSPICLEAN SA DE CV	24 de noviembre de 2025 a las 11:02	24 de noviembre de 2025 a las 13:26	SI	NO
13	IL DIAGNOSTICS SA DE CV	21 de noviembre de 2025 a las 09:08	21 de noviembre de 2025 a las 09:16	NO	NO
14	LABORATORIOS LICON SA	26 de noviembre de 2025 a las 08:07	26 de noviembre de 2025 a las 08:09	SI	NO
15	MEDERIK DE MEXICO SA DE CV	24 de noviembre de 2025 a las 11:12	24 de noviembre de 2025 a las 11:32	NO	NO
16	MEDICAL CORPORATION GROUP SA DE CV	20 de noviembre de 2025 a las 18:06	24 de noviembre de 2025 a las 14:41	SI	NO
17	WE+ S.A.P.I. DE C.V.	21 de noviembre de 2025 a las 18:54	21 de noviembre de 2025 a las 18:54	SI	NO



2025
Año de
La Mujer
Indígena

<http://www.cimex.gob.mx/buen-gobierno>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO**

En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral II.1 de la Convocatoria, se procedió a realizar la junta de aclaraciones dándose lectura a todas y cada una de las preguntas, con su respectiva respuesta, por parte de los representantes de las diversas áreas del Instituto, que tienen injerencia en este proceso de licitación No. LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026 las cuales se transcriben íntegramente.

Número	ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1	973071	HOSPICL EAN SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO – OTROS REQUISITOS. NUMERAL 3	EN ESTE NUMERAL LA CONVOCANTE INDICA “EL LICITANTE DEBERÁ ACONDICIONAR EL ÁREA FÍSICA DONDE SE INSTALEN LOS EQUIPOS ASEGURANDO QUE LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD SEAN LAS IDÓNEAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, INCLUYENDO LAS MESAS DE TRABAJO (2) Y LAS SILLAS (3) PARA PODER REALIZAR LAS PRUEBAS (LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MISMAS DEBERÁN SER REVISADAS EN LA VISITA A LAS INSTALACIONES Y SER IDÉNTICAS A LAS QUE ACTUALMENTE SE TIENEN EN EL ÁREA). CON LA FINALIDAD DE TENER LAS MISMAS CONDICIONES DE IGUALDAD POR PARTICIPAR. SOLICITAMOS NOS PERMITAN HACER UNA VISITA AL INSTITUTO PARA HACER UN RECONOCIMIENTO DE LAS ÁREAS FÍSICAS Y PODER OFERTAR CON IGUALDAD DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, INDICÁNDONOS EL DÍA Y HORA EN QUE PODRÁN LLEVARSE A CABO. FAVOR DE CONSIDERAR.	NO SE REQUIERE LA VISITA, SOLAMENTE SERA PARA EL LICITANTE GANADOR
2	973072	HOSPICL EAN SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO – OTROS REQUISITOS. NUMERAL 3	EN CASO DE NO REQUERIR UNA VISITA A LAS INSTALACIONES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS	LAS ESPECIFICACIONES SON DEPENDIENTES AL EQUIPAMIENTO Y MODELO CON EL QUE SE ESTE



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026**

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

					<p>PROPORCIONE UN CATÁLOGO MENCIONANDO LAS MEDIDAS Y DIMENSIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO Y LAS SILLAS PARA PODER REALIZAR LAS PRUEBAS.</p>	<p>PARTICIPANDO. SIN EMBARGO, SE COMPARTE QUE DE MANERA PROMEDIO SE REQUERIRAN 2 MESAS DE APROXIMADAMENTE DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: No. 1.- LARGO 2 A 3.5 METROS, No.2. ANCHO DE 0.7 A 1 M. CON CAJONES, REPIZAS Y ARCHIVEROS. LA SILLAS SOLO QUE CUMPLAN LAS CARACTERISTICAS Y SE DESCRIBAN COMO ERGONOMICAS. EL NUMERO DE MESAS ES ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO.</p>
3	973073	HOSPICL EAN SA DE CV	TÉCNICO	<p>ANEXO TÉCNICO – OTROS REQUISITOS, NUMERAL 3</p>	<p>I.- EL LICITANTE DEBERÁ PROPORCIONAR EQUIPOS TOTALMENTE NUEVOS NOTA: SI SE OFERTA EL EQUIPO EN USO ACTUAL NO SE REQUIERE NUEVO. EN CASO DE NO REQUERIR UNA VISITA A LAS INSTALACIONES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA MARCA Y MODELO DE LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE INSTALADOS EN EL INSTITUTO. PARA LLEVAR A CABO EL TOTAL DE ESTUDIOS SOLICITADOS.</p>	<p>LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTAN DESCRITAS EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE ASI COMO LA CANTIDAD DE EQUIPOS. POR LO QUE SOLICITO AMABLEMENTE SE APEGUE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.</p>
4	973074	HOSPICL EAN SA DE CV	TÉCNICO	<p>CONVOCATORIA III.3.- REQUISITOS TÉCNICOS</p>	<p>"EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA LOS EQUIPOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO. "EL LICITANTE" DEBERÁ ENTREGAR CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE O DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO ACOMPAÑADO DEL ACUERDO COMERCIAL CON ÉL</p>	<p>SI SE ACEPTA, SE DEBERÁ ANEXAR COPIA DE IDENTIFICACIÓN DE QUIEN EMITE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026**

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

					FABRICANTE" SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO NOS PERMITA PRESENTAR CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
5	973075	HOSPICL EAN SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 ESPECIFICACIONES DE SERVICIO DE PRUEBAS DE COAGULACIÓN Y HEMOTASIA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON METODOLOGÍA: COAGULOMÉTRICA, CROMOGÉNICA E INMUTUBIDIMETRICO. CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE QUE CUMPLA EL RESTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA SIN SER LIMITANTE PARA LOS OTROS PARTICIPANTES.
6	973076	HOSPICL EAN SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 ESPECIFICACIONES DE SERVICIO DE PRUEBAS DE COAGULACIÓN Y HEMOTASIA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON MEDICIONES FOTO-ÓPTICAS CON LONGITUDES DE ONDA DE 340. 405. 635 Y 705. ESTO SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA DE APEGARSE COMO MINIMO A LAS CARACTERISTICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA
7	973077	HOSPICL EAN SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 ESPECIFICACIONES DE SERVICIO DE PRUEBAS DE COAGULACIÓN Y HEMOTASIA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE OFERTAR EQUIPO CON 4 CANALES DE MEDICIÓN MECÁNICO Y 4 CANALES DE MEDICIÓN ÓPTICOS. CON EL OBJETIVO DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, DEBERA DE APEGARSE COMO MINIMO A LAS CARACTERISTICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA
8	973078	HOSPICL EAN SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 ESPECIFICACIONES DE	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE	NO SE ACEPTA, DEBERA DE APEGARSE COMO

(Handwritten signatures and initials)







**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026**

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

				SERVICIO DE PRUEBAS DE COAGULACIÓN Y HESMOTASIA	PERMITA LA OFERTA DE EQUIPO ADICIONAL TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA LA AGREGOMETRÍA POR TRANSMISIÓN DE LUZ (LTA) QUE OFRECE RESULTADOS DE ALTA CALIDAD DE LA FUNCIÓN PLAQUETARIA Y QUE CUMPLE CON LA DETERMINACIÓN DE LAS PRUEBAS DE TROMBINA, COLÁGENO, ÁCIDO ARAQUIDÓNICO, RISTOCETINA, ADP Y EPINEFRINA, POR MEDIO DE METODOLOGÍA DE LUZ ALTA CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS DIVERSOS PROVEEDORES DEL MERCADO, YA QUE AL SOLICITAR UN EQUIPO QUE REALICE LA AGREGACIÓN PLAQUETARIA Y TAMBIÉN REALICE PRUEBAS DE HEMOSTASIA EN LA MISMA UNIDAD, SE ENCUENTRA LIMITADA A UNAS CUANTAS MARCAS O MODELOS MUY CONCRETOS EN EL MERCADO LO CUAL RESTRINGE LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	MINIMO A LAS CARACTERISTICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA
9	973079	HOSPICLEAN SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 ESPECIFICACIONES DE SERVICIO DE PRUEBAS DE COAGULACIÓN Y HESMOTASIA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD DE MUESTRAS ABORDO CON 20 POSICIONES EN CARRUSEL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE QUE CUMPLA Estrictamente CON EL RESTO DE LOS REQUISITOS DESCRITOS EN LA CONVOCATORIA.
10	973080	HOSPICLEAN SA DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 2 ESPECIFICACIONES DE SERVICIO DE PRUEBAS DE	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA LA OFERTA DE EQUIPOS Y/O REACTIVOS CUYAS TROMBOPLASTINAS	SE ACEPTA SIEMPRE QUE CUMPLA Estrictamente CON EL RESTO DE LOS REQUISITOS DESCRITOS EN LA CONVOCATORIA.

(Handwritten signatures and initials)
 a
 AHC
 FMS



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026**

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

				COAGULACIÓN Y HESMOTASIA	PRESENTEN DIFERENTES VALORES DE ISI (ÍNDICE INTERNACIONAL DE SENSIBILIDAD), A FIN DE GARANTIZAR UNA ADECUADA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INR. ESTO SE DEBE A QUE EL VALOR DE ISI ES UNA CARACTERÍSTICA INTRÍNSECA DE CADA LOTE Y TIPO DE TROMBOPLASTINA, Y CONSTITUYE UN PARÁMETRO ESENCIAL PARA EL CÁLCULO DEL INR EN EL MONITOREO DE TERAPIAS ANTICOAGULANTES ORALES. LA FLEXIBILIDAD EN LA ACEPTACIÓN DE DISTINTOS VALORES DE ISI PERMITIRÁ PRESENTAR OFERTAS SIN COMPROMETER LA PRECISIÓN DIAGNÓSTICA. ¿SE ACEPTA?	
11	975050	MEDICAL CORPORATION GROUP SA DE CV	TÉCNICO	CARTA DE DISTRIBUCION	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES SUFICIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO EL SOLO PRESENTAR LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO	SI ES CORRECTO, SE DEBERÁ ANEXAR COPIA DE IDENTIFICACIÓN DE QUIEN EMITE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO
12	975053	MEDICAL CORPORATION GROUP SA DE CV	TÉCNICO	REGISTROS SANITARIOS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA HACER ENTREGA DE LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA	NO SE ACEPTA, SE DEBERÁ ENTREGAR REGISTRO POR CADA PRUEBA
13	975109	MEDICAL CORPORATION GROUP	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6. OPINION DE CUMPLIMIE	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LA	DEBERA ESTAR VIGENTE PARA ACTOS

(Handwritten signatures and initials)
 d
 AHC
 EMS



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026**

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

		SA DE CV		NTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	OPINION DECUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DE EMISION DE DOS DIAS ANTES DE LA APERTURA DE PROPUESTAS	ADMINISTRATIVOS, EN LA FECHA PROGRAMADA DE LA APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICA Y ECONOMICA
14	975111	MEDICAL CORPORA TION GROUP SA DE CV	TÉCNICO	B. CONTRATOS DE SERVICIO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES SUFICIENTE ENTREGAR UN CONTRATO POR CADA PARTIDA A PARTICIPAR	SI ES SUFICIENTE, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR RELACIONADO CON LA PARTIDA QUE SE PRETENDA PARTICIPAR CONFORME A LAS PRUEBAS MENCIONADAS EN EL ANEXO TECNICO DE CADA PARTIDA, ASI COMO EN RELACIÓN A LAS PRUEBAS DEL ANEXO XIII.
15	975113	MEDICAL CORPORA TION GROUP SA DE CV	TÉCNICO	B. CONTRATOS DE SERVICIO	EL APARTADO DICE "COPIA DE CONTRATOS CON VIGENCIA MINIMA DE UN AÑO" SE SOLICITA AMABLE A LA CONVOCANTE DE CONFIRMARNOS SI LA VIGENCIA SE REFIERE A LA DURACIÓN DEL CONTRATO	SI ESCORRECTA SU APRECIACIÓN
16	975192	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	LEGAL - ADMINIST RATIVA	III.2.- REQUISITOS LEGALES, ADMINISTR ATIVOS Y FINANCIERO S:	5. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR ESTE REQUISITO, ACEPTE QUE LA OPINION SE GENERE DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. ¿SE ACEPTA?	DEBERA ESTAR VIGENTE PARA ACTOS ADMINISTRATIVOS, EN LA FECHA PROGRAMADA DE LA APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICA Y ECONOMICA
17	975193	VE+ S.A.P.I. DE	LEGAL - ADMINIST	III.2.- REQUISITOS	6. OPINIÓN DE	DEBERA ESTAR VIGENTE PARA

(Handwritten signatures and initials)
 d
 AHC
 EMB



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO**

		C.V.	RATIVA	LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS:	CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE DEBIDO A QUE ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE VIGENCIA DE 24 HORAS POSTERIORES A LA EMISIÓN. SE PERMITA PRESENTARLO AÚN CUANDO SE HAYA GENERADO DENTRO DE LOS 10 DÍAS PREVIOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. ¿SE ACEPTA?	ACTOS ADMINISTRATIVOS, EN LA FECHA PROGRAMADA DE LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONOMICA
18	975214	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	LEGAL - ADMINISTRATIVA	III.2.- REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS:	7. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA CUMPLIR ESTE REQUISITO. ACEPTE QUE LA OPINION SE GENERE DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. ¿SE ACEPTA?	DEBERA ESTAR VIGENTE PARA ACTOS ADMINISTRATIVOS, EN LA FECHA PROGRAMADA DE LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONOMICA
19	975215	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	TÉCNICO	III.3.- REQUISITOS TÉCNICOS; B) CONTRATOS DE SERVICIO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE SE PERMITA PRESENTAR UNA CARTA DE AFIANZADORA DONDE SE MANIFIESTEN LAS FIANZAS QUE HAN SIDO CANCELADAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN ESTE RUBRO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE DEBERÁ PRESENTAR OFICIO DE LIBERACIÓN DE FIANZA O CARTA DONDE INDIQUE QUE EL SERVICIO SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA, DEBE ESTAR REGISTRADO EL NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA, FIRMADO POR LE PERSONA FACULTADA DEL ENTE PUBLICO O PRIVADO, CON QUIEN SE TUVO LA RELACIÓN CONTRACTUAL
20	975216	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	TÉCNICO	III.3.- REQUISITOS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A	NO SE ACEPTA, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUISITOS

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

AHC

[Handwritten signature]



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO**

				TÉCNICOS: B) CONTRATOS DE SERVICIO	ESTE REQUISITO SEA SUFICIENTE PRESENTAR CONTRATOS RELACIONADOS CON PRUEBAS DE LABORATORIO, ¿SE ACEPTA?	SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR RELACIONADO CON LA PARTIDA QUE SE PRETENDA PARTICIPAR CONFORME A LAS PRUEBAS MENCIONADAS EN EL ANEXO TECNICO DE CADA PARTIDA, ASI COMO EN RELACIÓN A LAS PRUEBAS DEL ANEXO XIII.
21	975217	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	TÉCNICO	III.3.- REQUISITOS TÉCNICOS: B) CONTRATOS DE SERVICIO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE REQUISITO SE PUEDA PRESENTAR CARTA DE AFIANZADORA EN DONDE INDIQUE QUE A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO RECLAMO ALGUNO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE DEBERÁ PRESENTAR OFICIO DE LIBERACIÓN DE FIANZA O CARTA DONDE INDIQUE QUE EL SERVICIO SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA, DEBE ESTAR REGISTRADO EL NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA, FIRMADO POR LE PERSONA FACULTADA DEL ENTE PÚBLICO O PRIVADO, CON QUIEN SE TUVO LA RELACIÓN CONTRACTUAL
22	975218	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO TECNICO. PARTIDA 2. ESPECIFICA CIONES DE LOS EQUIPOS DE COAGULACION	PUNTO 2 CON RELACIÓN AL REQUISITO QUE INDICA QUE EL EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO DEBERÁ CONTAR CON METODOLOGÍAS COAGULOMÉTRICA, CROMOGÉNICA, INMUNOLÓGICA Y DE AGREGACIÓN, SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE CONFIRME SI LA METODOLOGÍA DE AGREGACIÓN CORRESPONDE ESPECÍFICAMENTE A UN EQUIPO DE AGREGOMETRÍA PLAQUETARIA INDEPENDIENTE. EN CASO	NO SE ACEPTA, DEBERA DE APEGARSE COMO MINIMO A LAS CARACTERISTICAS DEL ANEXO TÉCNICO DE LA CONVOCATORIA

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

AHC

EWJ



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026**






SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

					AFIRMATIVO. SOLICITAMOS SE ACLARE SI ES VÁLIDO OFERTAR UN ANALIZADOR PRINCIPAL QUE CUMPLA CON LAS METODOLOGÍAS COAGULOMÉTRICA, CROMOGÉNICA E INMUNOLÓGICA. COMPLEMENTADO CON UN EQUIPO ADICIONAL QUE CUBRA LA METODOLOGÍA DE AGREGACIÓN. A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO FUNCIONAL DEL REQUERIMIENTO Y PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA??	
23	975219	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO TECNICO. PARTIDA 2. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE COAGULACION	PUNTO 14 RESPECTO AL REQUISITO QUE SEÑALA QUE EL LICITANTE DEBERÁ PROPORCIONAR TROMBOPLASTINA DE ORIGEN HUMANO CON ISI DE 1.0. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CN LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE ACEPTE OFERTAR UN RANGO DE 0.9 A 1.03. VARIACIÓN PROPIA DE LA FABRICACIÓN Y DEL LOTE, SIN AFECTAR EL DESEMPEÑO CLÍNICO NI LA ESTANDARIZACIÓN DEL MÉTODO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SIEMPRE QUE CUMPLA CON EL RESTO DE LOS REQUISITOS DESCRITOS EN EL ANEXO TECNICO DE LA CONVOCATORIA
24	975220	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO TECNICO. PARTIDA 6. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO. PUNTO 1.	LAS ESPECIFICACIONES DE UN EQUIPO PARA LA IDENTIFICACION Y SUCEPTIBILIDAD CON CAPACIDAD DE 120 PRUEBAS Y UN COMPACTO DE 60 PRUEBAS HACEN REFERENCIA A EQUIPOS ESPECIFICOS DE UNA CASA FABRICANTE. CON	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA Estrictamente CON EL RESTO DE LOS REQUISITOS DESCRITOS EN EL ANEXO TECNICO DE LA CONVOCATORIA



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

					<p>EL OBJETIVO DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE PERMITA OFERTAR PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA CLINICA UN EQUIPO QUE PERMITA COLOCAR 96 PANELES EN EL EQUIPO LO CUAL SEA EQUIVALENTE A 192 PRUEBAS INDIVIDUALES DE IDENTIFICACION Y SUSCEPTIBILIDAD POR SEPARADO, Y PARA EL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA DEL DEPARTAMENTO DE INFECTOLOGIA. NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO PARA 40 PANELES LOS CUALES SON EQUIVALENTES A 80 PRUEBAS INDIVIDUALES DE IDENTIFICACION Y SUSCEPTIBILIDAD POR SEPARADO. LO CUAL REPRESENTARÁ UNA MEJORA EN EL PROCESAMIENTO DENTRO DEL LABORATORIO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	
25	975221	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 6. DESCRIPCIO N DEL EQUIPO. PUNTO 2.	<p>EL USO DE TARJETAS MINIATURIZADAS PARA IDENTIFICACION DE GENERO Y/O GENERO Y ESPECIE PARA USO DIAGNOSTICO HACE REFERENCIA A UNA CASA FABRICANTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN PANEL QUE COMPRENDA LA IDENTIFICACION Y EL ANTIOBIOGRAMA EN EL MISMO PANEL Y PARA LOS CASOS QUE SEA REQUERIDO UN PANEL ESPECIALIZADO CON 33 ANTIBIOTICOS DIFERENTES EN</p>	<p>SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA Estrictamente CON EL RESTO DE LOS REQUISITOS DESCRITOS EN EL ANEXO TECNICO DE LA CONVOCATORIA</p>    



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026**

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

					CONJUNTO CON EL PANEL PARA SU IDENTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
26	975222	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 6, DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	PUNTO 3 ENTENDEMOS QUE TODOS LOS REACTIVOS DEBEN ESTAR LISTOS PARA SER ADICIONADOS A LOS PANELES O SER COLOCADOS EN EL EQUIPO. DIRECTAMENTE SIN NECESIDAD DE QUE EL USUARIO LOS PREPARE PREVIAMENTE, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA LA APRECIACIÓN. LOS PANELES O TARJETAS NO DEBEN USAR REACTIVOS PARA REVELARSE
27	975223	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 6, DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO, PUNTO 4	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS AMABLE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR REACTIVOS REVELADORES QUE SE ADICIONEN AL FINAL DE LA LECTURA DE LOS PANELES CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA
28	975224	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 6, DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO, PUNTO 5	ENTENDEMOS QUE PARA TENER UNA CORRECTA TRAZABILIDAD DE CADA PRUEBA EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON UN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS QUE IDENTIFIQUE CADA PANEL ASOCIÁNDOLO CON LA INFORMACIÓN DEL PACIENTE. ASÍ COMO TIPO DE PANEL, LOTE, FECHA DE CADUCIDAD, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI, LA APRECIACIÓN ES CORRECTA
29	975225	VE+ S.A.P.I. DE	TÉCNICO	ANEXO TECNICO,	EN RELACIÓN CON LA	SÍ, SE ACEPTA LA PROPUESTA

[Handwritten signature]

d
AHC
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026**

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

		C.V.		<p>PARTIDA 6. DESCRIPCION DEL EQUIPO. PUNTO 6</p>	<p>ESPECIFICACIÓN QUE INDICA QUE EL SISTEMA DEBE SER CERRADO Y NO PERMITIR LA MANIPULACIÓN DE LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ACEPTAR UN EQUIPO QUE MEDIANTE UN SISTEMA DE CONTRASEÑAS SOLO PERMITA LA MANIPULACIÓN DE LOS RESULTADOS A LOS USUARIOS DEFINIDOS POR LA INSTITUCIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	
30	975226	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	TÉCNICO	<p>ANEXO TECNICO. PARTIDA 6. DESCRIPCION DEL EQUIPO. PUNTO 13</p>	<p>RESPECTO AL REQUISITO QUE ESTABLECE QUE EL EQUIPO DEBE SER CAPAZ DE REALIZAR AUTOMÁTICAMENTE LAS DILUCIONES NECESARIAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTAR OFERTAR UN SISTEMA QUE UTILIZA UN MÉTODO DE PREPARACIÓN DIRECTA. VALIDADO Y ESTANDARIZADO, QUE NO REQUIERE REALIZAR DILUCIONES POSTERIORES DEBIDO A QUE EL PROPIO PROCEDIMIENTO GARANTIZA LA CONCENTRACIÓN ADECUADA DEL INÓCULO PARA LAS PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD. ESTO CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION ¿SE</p>	<p>LA PREGUNTA NO ES CLARA, PERO SE HACE LA SIGUIENTE PRECISION, EN TODA TECNICA PARA DETERMINAR LA SUCEPTIBILIDAD DE MICROORGANISMOS ES NECESARIO REALIZAR UNA DILUCION A PARTIR DE LA CONCENTRACION BASE.</p>

q

AHC



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026**

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

					ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
31	975227	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 6. DESCRIPCIO N DEL EQUIPO, PUNTO 15	EN RELACIÓN CON EL REQUISITO QUE SEÑALA QUE EL USUARIO DEBE PODER ESTABLECER EL TIEMPO DE RETENCIÓN DE LAS TARJETAS ANTES DE SU EXPULSIÓN AUTOMÁTICA DEL CARRUSEL. SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE ACEPTE OFERTAR UN SISTEMA CUYO PROCESO ESTÁ BASADO EN UNA INCUBACIÓN ESTANDARIZADA DE 18 A 24 HORAS, CONFORME A LAS GUÍAS CLSI. GARANTIZANDO LA OBTENCIÓN DE CONCENTRACIONES INHIBITORIAS MÍNIMAS CONFIABLES. BAJO ESTE MODELO METODOLÓGICO. LA EXPULSIÓN MANUAL O CONFIGURABLE NO ES NECESARIA DEBIDO A QUE LA INCUBACIÓN ESTÁ DEFINIDA POR PROTOCOLO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SÍ, SE ACEPTA LA PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA Estrictamente con el resto de los requisitos descritos en el ANEXO TECNICO DE LA CONVOCATORIA SIN SER LIMITANTE PARA LOS OTROS LICITANTES
32	975228	VE+ S.A.P.I. DE C.V.	TÉCNICO	ANEXO TECNICO, PARTIDA 6. DESCRIPCIO N DEL EQUIPO, PUNTO 15	EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LAS RAZONES POR LO CUAL SE TENGA QUE MODIFICAR EL TIEMPO DE INCUBACIÓN DE UNA MUESTRA, O SE TENGA QUE EXPULSAR DE MANERA MANUAL. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	SE DIO FAVORABLE LA RESPUESTA ANTERIOR
33	975272	DICIPA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 2	PARTIDA 2. ESPECIFICACIONES DE SERVICIO DE PRUEBAS DE COAGULACIÓN Y	SI, SE ACEPTA

[Handwritten signature]

cl

AHC

[Handwritten signature]

EMJ

[Handwritten signature]



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026**

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

					HEMOSTASIA, EQUIPOS QUE SE DEBEN ENTREGAR EN COMODATO SOLICITAMOS QUE EN LOS PUNTOS QUE NO SON CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS SE PUEDA REFERENCIAR CON CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, FAVOR DE PRONUNCIARSE	
34	975273	DICIPA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 6	SOLICITAMOS QUE EN LOS PUNTOS QUE NO SON CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS SE PUEDA REFERENCIAR CON CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, FAVOR DE PRONUNCIARSE	SI, SE ACEPTA
35	975334	DICIPA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 2	PARTIDA 2. ESPECIFICACIONES DE SERVICIO DE PRUEBAS DE COAGULACIÓN Y HEMOSTASIA. EQUIPOS QUE SE DEBEN ENTREGAR EN COMODATO. AL MENCIONAR EN EL PUNTO 2 QUE SE REQUIERE DE EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO CON METODOLOGÍA COAGULOMÉTRICA. CROMOGENICA. INMUNOLÓGICA Y DE AGREGACIÓN, ES CORRECTO ENTENDER QUE ¿LAS PRUEBAS DE AGREGACIÓN PLAQUETARIA SE DEBEN PROCESAR EN EL INSTRUMENTO DE COAGULACIÓN Y NO, EN UN EQUIPO INDEPENDIENTE? FAVOR DE PRONUNCIARSE.	SI, ES CORRECTA SU APRECIACION, LAS PRUEBAS DE AGREGACION PLAQUETARIA SE DEBEN DE PROCESAR EN EL INSTRUMENTO DE COAGULACION Y NO UN EQUIPO INDEPENDIENTE
36	975335	DICIPA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 2. NUMERAL 7	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE NUMERAL SE PUEDEN SOLVENTAR CON LA METODOLOGÍA DEL	SI ES CORRECTA SU APRECIACION, SE SOLVENTA CON LA METODOLOGIA DEL INSTRUMENTO DE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
AHC

[Handwritten signature]
Ems


[Handwritten signature]



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026**

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

					INSTRUMENTO DE COAGULACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO? FAVOR DE PRONUNCIARSE.	COAGULACION DE ALTO RENDIMIENTO
37	975336	DICIPA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 2.	PARTIDA 2. ESPECIFICACIONES DE SERVICIO DE PRUEBAS DE COAGULACIÓN Y HEMOSTASIA. EQUIPOS QUE SE DEBEN ENTREGAR EN COMODATO. PUNTOS QUE DEBERÁN CONSIDERARSE EN LA PROPUESTA NUMERAL 31: SOLICITAMOS SE ACEPTE QUE ESTE ANÁLISIS SE PUEDA REALIZAR UNA VEZ INSTALADO EL INSTRUMENTO. YA QUE SE REQUIERE EL INSTRUMENTO INSTALADO PARA PODER REALIZAR ESTE ESTUDIO FAVOR DE PRONUNCIARSE.	SI, SE ACEPTACION CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
38	975337	DICIPA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO	PARTIDA 6: ESPECIFICACIONES DE SERVICIO DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD PARA MICROORGANISMOS. ANEXO C: EL LICITANTE DEBE PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN AL MOMENTO DE PRESENTAR SU OFERTA: 1. EL PROVEEDOR DEBE PRESENTAR LA CARTA DE APOYO O RESPALDO TOTAL POR PARTE DEL FABRICANTE; LA CUAL DEBE PRESENTARSE FIRMADA POR EL APODERADO LEGAL DEL FABRICANTE, Y DEBE ANEXAR COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, PARA FINES DE ESTAS PRUEBAS. SOLICITAMOS	 SI ES CORRECTO, SE DEBERÁ ANEXAR COPIA DE IDENTIFICACIÓN DE QUIEN EMITE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO

Handwritten mark

Handwritten mark

AHC


Handwritten signature

Handwritten mark



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN


ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

					AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE CON "FABRICANTE" SE REFIEREN A FABRICANTE O FILIAL EN MÉXICO O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. POR LO QUE PODREMOS PRESENTAR CARTA DE APOYO O RESPALDO FIRMADA POR EL APODERADO LEGAL DE CUALQUIERA DE LAS FIGURAS MENCIONADAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
39	975338	DICIPA SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO PARTIDA 2	"ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE COAGULACIÓN: NUM. 15" AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI OFERTANDO DOS EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO CUMPLIMOS CON ESTE NUMERAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE DEBERAN ENTREGAR DOS EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO CONFORME A LO MENCIONADO A LOS EQUIPOS QUE SE DEBERAN ENTREGAR EN COMODATO
40	975357	GLECO MEDICAL USA S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4.ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE GENETICA	ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS: DESCRIPCIÓN SECUENCIADOR 1. 1. EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR UN SISTEMA DE SECUENCIACIÓN DE SOBREMESA (ANCHO × PROFUNDO × ALTO: 68.6 CM × 56,5 CM × 52.3 CM) DE NO MÁS DE 58 KILOGRAMOS, CON TECNOLOGÍA DE SECUENCIACIÓN DE NUEVA GENERACIÓN (NGS, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE SECUENCIACIÓN DE SOBREMESA CON LAS SIGUIENTES	 SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA ESTRICTAMENTE CON EL RESTO DE LOS REQUISITOS DESCRITOS EN EL ANEXO TECNICO DE LA CONVOCATORIA



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO**

					DIMENSIONES (ANCHO × PROFUNDIDAD × ALTO) 62.6 CM × 58 CM × 57.5 CM Y UN PESO DE 100 KG. CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN Y ASÍ FOMENTAR LA DIVERSIDAD Y LA INNOVACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS ¿SE ACEPTA?	
41	975358	GLECO MEDICAL USA S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE GENÉTICA.	ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS: DESCRIPCIÓN SECUENCIADOR 1. 2. LA PROPUESTA DEBERÁ DE INCLUIR UN SISTEMA QUE FUNCIONE BASADO EN LA TECNOLOGÍA DE SECUENCIACIÓN POR SÍNTESIS (SBS. POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). ADEMÁS, DEBERÁ SER CAPAZ DE GENERAR DESDE 1 MILLÓN HASTA 15 MILLONES DE LECTURAS INDIVIDUALES (SINGLE READS) Y DESDE 2 HASTA 30 MILLONES DE LECTURAS POR PARES (PAIRED-END READS). SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA CAPAZ DE GENERAR DESDE 20 MILLONES DE LECTURAS INDIVIDUALES (SINGLE READS) Y HASTA 80 MILLONES DE LECTURAS POR PARES (PAIRED-END READS). OFRECIENDO UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA SOLICITADA CAPAZ DE ADAPTARSE A LAS DIFERENTES NECESIDADES DEL LABORATORIO. ¿SE ACEPTA?	 NO SE ACEPTA, DEBERA DE APEGARSE AL ANEXO TECNICO DE LA CONVOCATORIA
42	975359	GLECO MEDICAL USA S DE	TÉCNICO	PARTIDA 4. ESPECIFICACIONES DEL	ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS:	NO SE ACEPTA, DEBERA DE APEGARSE AL ANEXO

Handwritten notes in blue ink:
d
e
AHC

Handwritten note in blue ink:
EMD



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO**

		RL DE CV		SERVICIO DE PRUEBAS DE GENETICA	DESCRIPCIÓN	TECNICO DE LA CONVOCATORIA
					<p>SECUENCIADOR 1. 3. EL SISTEMA DEBERÁ DE SECUENCIACIÓN DEBERÁ SER COMPATIBLE CON AL MENOS 8 CELDAS DE FLUJO (FLOWCELL POR SU NOMBRE EN INGLÉS) DE DIFERENTES CAPACIDADES CON LA FINALIDAD DE ADAPTARSE A LAS DIFERENTES NECESIDADES DEL LABORATORIO. LAS CELDAS DE FLUJO DEBERÁN DE CONTENER TODOS LOS REACTIVOS PRECARGADOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA SECUENCIACIÓN Y ESTAR ASOCIADOS A IDENTIFICADORES DE RADIOFRECUENCIA (RFID POR SUS SIGLAS EN INGLÉS INGLÉS) PARA RASTREAR EL COMPONENTE. ASIMISMO. EL SISTEMA DE SECUENCIACIÓN DEBE INCLUIR UN SOFTWARE INTEGRADO QUE REALICE EL LLAMADO DE BASES DURANTE CADA CICLO DE SECUENCIACIÓN. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA COMPATIBLE CON 4 CELDAS DE FLUJO (FLOWCELL POR SU NOMBRE EN INGLÉS) DE DIFERENTES CAPACIDADES. LO CUAL ES CAPAZ DE ADAPTARSE A LAS DIFERENTES NECESIDADES DEL LABORATORIO Y CUMPLIR CON LOS MILLONES DE LECTURAS ESPECIFICADOS. ¿SE ACEPTA?</p>	
43	975360	GLECO MEDICAL	TÉCNICO	PARTIDA 4. ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	NO SE ACEPTA, DEBERA DE

(Handwritten signatures and initials in blue ink)
 AHC
 EMS



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026**

SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO

		USA S DE RL DE CV		CIONES DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE GENETICA.	SECUENCIADOR 2. 11. EL LICITANTE DEBERÁ DE OFERTAR UN SISTEMA DE SECUENCIACIÓN DE SOBREMESA (ANCHO × PROFUNDO × ALTO: 53.3 CM × 63.5 CM × 58.4 CM) DE NO MÁS DE 83 KILOGRAMOS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA DE SECUENCIACIÓN DE SOBREMESA CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES (ANCHO × PROFUNDIDAD × ALTO) 75 CM × 110 CM × 85 CM Y UN PESO DE 240 KG. CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN Y ASÍ FOMENTAR LA DIVERSIDAD Y LA INNOVACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS ¿SE ACEPTA?	APEGARSE AL ANEXO TECNICO DE LA CONVOCATORIA
44	975361	GLECO MEDICAL USA S DE RL DE CV	TÉCNICO	PARTIDA 4. ESPECIFICA CIONES DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE GENETICA.	DESCRIPCIÓN SECUENCIADOR 2. 13. EL SISTEMA DEBERÁ FUNCIONAR BASADO EN LA TECNOLOGÍA DE SECUENCIACIÓN POR SÍNTESIS (SBS, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). EL SISTEMA DE SECUENCIACIÓN DEBERÁ SER COMPATIBLE CON AL MENOS 10 CELDAS DE FLUJO (FLOWCELL, POR SU NOMBRE EN INGLÉS) Y SER CAPAZ DE GENERAR DESDE 130 MILLONES HASTA 400 MILLONES DE LECTURAS INDIVIDUALES (SINGLE READS) Y DESDE 260 HASTA 800 MILLONES DE LECTURAS POR PARES (PAIRED-END READS). LAS CELDA DE FLUJO DEBERÁN DE CONTENER TODOS LOS REACTIVOS PRECARGADOS	NO SE ACEPTA, DEBERA DE APEGARSE AL ANEXO TECNICO DE LA CONVOCATORIA

q

✓

AHC

Euro



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO**

					<p>NECESARIOS PARA REALIZAR LA SECUENCIACIÓN Y ESTAR ASOCIADOS A IDENTIFICADORES DE RADIOFRECUENCIA (RFID POR SUS SIGLAS EN INGLÉS INGLÉS) PARA RASTREAR EL COMPONENTE. ADEMÁS, LAS CELDAS DE FLUJO DEBERÁN SER CAPACES DE SOPORTAR HUMEDAD, CALOR Y ALMACENAMIENTO PROLONGADO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SISTEMA CAPAZ DE GENERAR DESDE 500 MILLONES DE LECTURAS INDIVIDUALES (SINGLE READS) Y HASTA 3600 MILLONES DE LECTURAS POR PARES (PAIRED-END READS). OFRECIENDO UNA TECNOLOGÍA SUPERIOR A LA SOLICITADA CAPAZ DE ADAPTARSE A LAS DIFERENTES NECESIDADES DEL LABORATORIO, ¿SE ACEPTA?</p>	
45	975362	GLECO MEDICAL USA S DE RL DE CV	TÉCNICO	<p>PARTIDA 5: ESPECIFICACIONES DE SERVICIO DE PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN</p>	<p>REQUISITOS PARA EVALUACIÓN TÉCNICA: DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: 3. QUE SUS DIMENSIONES Y PESO SEAN REDUCIDOS. QUE OCUPE UN ESPACIO DE MENOS DE UN METRO (510 MM X 680 MM X 1093 MM [LARGO, ANCHO, ALTURA]) Y SE PESO SEA MENOR A 90 KG. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES (490 MM</p>	<p>NO SE ACEPTA, DEBERA DE APEGARSE AL ANEXO TECNICO DE LA CONVOCATORIA</p>

d

AHC
Emt



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO**

					(ANCHO) 800 MM (LARGO) 1215 (ALTURA) MM Y UN PESO DE 116.1 KG. CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN Y ASÍ FOMENTAR LA DIVERSIDAD Y LA INNOVACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS ¿SE ACEPTA?	
46	975363	GLECO MEDICAL USA S DE RL DE CV	LEGAL - ADMINIST RATIVA	OPINIONES	SOLICITAMOS NOS ACEPTE COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA LAS OPINIONES 32 - D . DE IMSS Y DE INFONAVIT CON FECHA NO MAYOR A 15 DIAS PREVIOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. ¿ SE ACEPTA?	DEBERA ESTAR VIGENTE PARA ACTOS ADMINISTRATIVOS, EN LA FECHA PROGRAMADA DE LA APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICA Y ECONOMICA
47	975364	GLECO MEDICAL USA S DE RL DE CV	LEGAL - ADMINIST RATIVA	CONTRATOS	ATENTAMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COMO PARTE DE NUESTRA PROPUESTA CONTRATOS DE SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CLINICO O BIEN DE BANCO DE SANGRE AMBOSCON COPIA DE FIANZA LIBERADA O CARTA DE CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA ¿ SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SI SE CUMPLE CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR RELACIONADO CON LA PARTIDA QUE SE PRETENDA PARTICIPAR CONFORME A LAS PRUEBAS MENCIONADAS EN EL ANEXO TECNICO DE CADA PARTIDA, ASI COMO EN RELACIÓN A LAS PRUEBAS DEL ANEXO XIII. SIN SER LIMITANTE PARA LOS OTROS LICITANTES
48	975365	GLECO MEDICAL USA S DE RL DE CV	LEGAL - ADMINIST RATIVA	CARTAS DE APOYO	ATENTAMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR NOS PERMITA PRESENTAR CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE O DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO ACOMPAÑADO DEL ACUERDO COMERCIAL	SI SE ACEPTA, SE DEBERÁ ANEXAR COPIA DE IDENTIFICACIÓN DE QUIEN EMITE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


[Handwritten signature]
AHC
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO**

					CON ÉL FABRICANTE O BIEN CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE AL DISTRUBUIDOR AUTORIZADO O PRIMARIO MAS CARTA EMITIDA POR ESTE ULTIMO AL LICITANTE ¿ SE ACEPTA COMO OPCION?	
49	975366	GLECO MEDICAL USA S DE RL DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CARTA DE APOYO PARTIDA 2	ATENTAMENTE SOLICITAMOS PRESENTAR CARTA DE APOYO A RESPALDO TOTAL POR PARTE DEL FABRICANTE. FILIAL EN MÉXICO . TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O DISTRIBUIDOR PRIMARIO LA CUAL DEBERÁ PRESENTARSE FIRMADA POR EL APODERADO LEGAL DEL MISMO ¿ SE ACEPTA COMO OPCION?	SI SE ACEPTA, SE DEBERÁ ANEXAR COPIA DE IDENTIFICACIÓN DE QUIEN EMITE LA CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO
50	975367	GLECO MEDICAL USA S DE RL DE CV	TÉCNICO	ANALISIS CRETIB PARTIDA 2	SOLICITAN QUE LA PROPUESTA INCLUYA ANÁLISIS CRETIB DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-SEMARNAT Y EN SU CASO, DEL LIXIVIADO CONFORME A LA NOM-053-SEMARNAT, ASEGURANDO QUE LOS DESECHOS DE SUS EQUIPOS NO AFECTEN AL MEDIO AMBIENTE. SOLICITAMOS ATENTAMENTE NOS PERMITA PRESENTAR EL ANALISIS CRETIB SOLICITADO O BIEN CARTA BAJO PROPTESTA DE DECIR VERDAD ESPECIFICANDO QUE LOS DESECHOS DE LOS ANALIZADORES OFERTADOS NO AFECTAN EL MEDIO AMBIENTE . ¿ SE ACEPTA?	 SI SE ACEPTA
51	975368	GLECO MEDICAL USA S DE	TÉCNICO	ISO Y ACREDITACION PARTIDA	INDICAN : " EL LICITANTE DEBE PROPORCIONAR LA	SI ES CORRECTO

Handwritten notes and signatures:


 AHC
 Emi









**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO**

		RL DE CV		2	CERTIFICACIÓN ISO Y LA ACREDITACIÓN CON EL COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS (CAP)" . ¿ES CORRECTO ENTEDENDER QUE ESTO APLICA SOLO EN CASO DE ADJUDICADO?	
52	975369	GLECO MEDICAL USA S DE RL DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	CARTA DE APOYO. PARTIDA 5	ATENAMENTE SOLICITAMOS QUE LA CARTA DE APOYO A PRESENTAR PUEDA SER EMITIDA DEL FABRICANTE AL LICITANTE O BIEN DEL FABRICANTE AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Y DE ESTE ULTIMO AL LICITANTE ¿ SE ACEPTA COMO OPCION?	SI SE ACEPTA, DBERA DE SER DEL FABRICANTE AL LICITANTE O DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO AL LICITANTE
53	975370	GLECO MEDICAL USA S DE RL DE CV	TÉCNICO	CONTRATO CELEBRADO PARTIDA 5	SOLICITAN: "EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CONTRATO CELEBRADO CON ANTERIORIDAD CUYO OBJETO SEA SIMILAR A LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN ANEXO 17. DE LA PRESENTE CONVOCATORIA" SOLICITAMOS PERMITA PRESENTAR COPIA DE CONTRATO RELACIONADA CON LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y/O DE BANCO DE SANGRE . ¿ SE ACEPTA ?	SE ACEPTA, SI SE CUMPLE CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR RELACIONADO CON LA PARTIDA QUE SE PRETENDA PARTICIPAR CONFORME A LAS PRUEBAS MENCIONADAS EN EL ANEXO TECNICO DE CADA PARTIDA, ASI COMO EN RELACIÓN A LAS PRUEBAS DEL ANEXO XIII. SIN SER LIMITANTE PARA LOS OTROS LICITANTES
54	975371	GLECO MEDICAL USA S DE RL DE CV	TÉCNICO	CONSTANCIAS DE CURSOS PARTIDA 5	ATENTAMENTE SOLICITAMOS QUE LAS CONSTANCIAS DE ASISTENCIA A CURSOS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES DE INGENIERÍA, QUÍMICO, TÉCNICOS SEAN DEL	SÍ, SE ACEPTA LA PROPUESTA




 AHC




**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**


**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO**

					LICITANTE O BIEN DE PERSONAL DE QUIEN EMITE LA CARTA DE APOYO . ¿ SE ACEPTA ?	
55	975372	GLECO MEDICAL USA S DE RL DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	PERSONAL TODAS LAS PARTIDAS	ATENTAMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI. EL PROVEEDOR DE CADA PARTIDA DEBERA PROPORCIONAR COMO PARTE DEL SERVICIO PERSONAL PARA REALIZAR LAS DETERMINACIONES Y EN SU CASO. ¿ QUE CANTIDAD DE PERSONAL Y PROFESION POR PARTIDA ES SOLICITADO?	NO SE SOLICITA PERSONAL, LA LICITACION SON SERVICIOS DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLINICOS EN COMODATO
56	975522	LABORATORIOS LICON SA	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 2	ESPECIFICACIONES DE SERVICIO DE PRUEBAS DE COAGULACIÓN Y HESMOTASIA. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE COAGULACIÓN. 2 EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO. DEBERÁN TENER METODOLOGÍA COAGULOMÉTRICA. CROMOGENICA. INMUNOLÓGICA Y DE AGREGACIÓN. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO INDEPENDIENTE PARA EL APARTADO DE AGREGACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE DEBERA APEGAR A LO MENCIONADO EN EL ANEXO TECNICO DE LA CONVOCATORIA
57	975523	LABORATORIOS LICON SA	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO. PARTIDA 2	EN CASO DE RECIBIR UNA RESPUESTA NEGATIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL CONSIDERANDO QUE EN EL PUNTO 6 REQUIERE UN	NO SE ACEPTA SE DEBERA APEGAR A LO MENCIONADO EN EL ANEXO TECNICO DE LA CONVOCATORIA



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO**

					EQUIPO ESPECÍFICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE AGREGOMETRÍA PLAQUETARIA. ¿SE ACEPTA?	
58	975524	LABORATORIOS LICON SA	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 2	ESPECIFICACIONES DE SERVICIO DE PRUEBAS DE COAGULACIÓN Y HESMOTASIA. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE COAGULACIÓN. 13 AGITACIÓN DE TUBO DE REACCIÓN. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR A QUE SE REFIERE CON ESTE PUNTO. FAVOR DE ACLARAR	SE REFIERE A LA HOMOGENIDAD DE LA MUESTRA
59	975526	LABORATORIOS LICON SA	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 3	ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE SEROLOGIA INFECCIOSA, TOXICOLOGICA Y BIOLOGIA MOLECULAR.13 EL LICITANTE DEBERÁ DE PROPORCIONAR EL MATERIAL EN SU TOTALIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS INTER LABORATORIO (UNITY REAL TIME QCNET DE BIO-RAD) PARA TODAS LAS PRUEBAS Y EL PROGRAMA DE INTERFERENCIAS PARA HEMOLISIS, ICTERICIA Y LIPEMIA (HIL). CON EL FIN DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFRECER PROGRAMAS DE CALIDAD DIFERENTE A LA MARCA DE BIO-RAD. EL CUAL CUENTE CON ACREDITACIÓN ISO/IEC 17043:2010 ¿SE ACEPTA?	 NO SE ACEPTA SE DEBERA APEGAR A LO MENCIONADO EN EL ANEXO TECNICO DE LA CONVOCATORIA
60	975572	LABORATORIOS LICON SA	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO,	ESPECIFICACIONES DE	NO SE ACEPTA SE DEBERA APEGAR A

Handwritten notes and signatures:



 AHC
 EMB

Handwritten signature



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EQUIPOS EN COMODATO**

		LICON SA		PARTIDA 2	SERVICIO DE PRUEBAS DE COAGULACIÓN Y HESMOTASIA. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE COAGULACIÓN. 4 DEBERÁ CONTAR CON 10 CANALES INDIVIDUALES DE LECTURA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE 8 A 10 CANALES DE MEDICIÓN INDEPENDIENTES. ¿SE ACEPTA?	LO MENCIONADO EN EL ANEXO TECNICO DE LA CONVOCATORIA
61	975573	LABORATORIOS LICON SA	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO, PARTIDA 2.	ESPECIFICACIONES DE SERVICIO DE PRUEBAS DE COAGULACIÓN Y HESMOTASIA. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS DE COAGULACIÓN. 7 DEBE CONTAR CON LA METODOLOGÍA DE LECTURA AGREGACIÓN ÓPTICA EN PRP. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN QUE ESTE PUNTO LE APLICA AL EQUIPO SOLICITADO EN EL PUNTO NUMERO 6. CONSIDERANDO QUE LA METODOLOGÍA DE LECTURA POR AGREGACIÓN ÓPTICA EN PLASMA RICO EN PLAQUETAS (PRP) ES PARA EVALUAR LA FUNCIÓN Y LA CAPACIDAD DE LAS PLAQUETAS PARA AGRUPARSE Y FORMAR COÁGULOS. FAVOR DE ACLARAR	 ES CORRECTA SU APRECIACION, TANTO LA PRUEBAS DE COAGULACIÓN Y LAS PRUEBAS DE AGREGOMETRIA PLAQUETARIA DEBERAN DE SER REALIZADAS EN EL MISMO EQUIPO

(Handwritten notes and signatures)
 AHC
 Ems



**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
NUMERO LA-12-NCG-012NCG001-N-1-2026
SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN COMODATO**

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 36 de la Ley y 47, séptimo párrafo de su Reglamento, a partir de esta fecha se notifica a los licitantes participantes que el acta de este evento está disponible en la dirección electrónica: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/firmacontratos/#/>

Se informa a los licitantes que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 05 de diciembre de 2025, en el **Sistema COMPRAS MX**, a las **09:00 horas** siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún observador social o servidor público ajeno al acto, de conformidad con el artículo 47, del Reglamento de la Ley.

Asimismo, se informa a los licitantes que cuentan con un plazo máximo de **seis horas** a partir del día y hora en que la presente acta de junta de aclaraciones sea publicada en el sistema COMPRAS MX, para que envíen a través de dicho sistema las preguntas que consideren necesarias única y exclusivamente en relación con las respuestas remitidas por el Instituto.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta junta, siendo las **12:00 horas**, del día de su inicio, informándose a los asistentes y licitantes que, en caso de darse el supuesto señalado en el párrafo anterior, el plazo máximo en el que se enviarán las contestaciones correspondientes será el día **28 de noviembre de 2025** a las **14:00 horas**, en la dirección electrónica: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/firmacontratos/#/>

Esta Acta consta de **31 hojas**, firmando de manera electrónica para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento

POR EL INSTITUTO:

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
LCDO. JOSE LUIS LÓPEZ MORENO	COORDINADOR DE CONTRATOS	LOML7607062R1
MTRO. ERNESTO MARAVILLA FRANCO	JEFE DE LABORATORIO CLÍNICO	MAFE640524TG4
QUIM. ARACELI HERNÁNDEZ CRUZ	DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA	HECA720511483
DR. RAYMUNDO DAVID VALDEZ ECHEVERRIA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CENTRAL	VAER851023KL8

POR EL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA:

NOMBRE	R.F.C
LCDO. GERARDO OCTAVIO QUINTERO CALLEJA	QUCG740716E41

POR LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INCMNSZ:

NOMBRE	R.F.C.
LCDA.ALMA DELIA GONZALEZ TREJO	GOTA671029RC1

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'AHC' and 'G']



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

<https://www.gob.mx/buengobierno>
